

AZIENDA OSPEDALIERA "S. MARIA"

Via Tristano di Joannuccio, 1 – 05100 Terni

**PROCEDURA APERTA PER L'ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE PER LA S.S DI
ENDOSCOPIA DIGESTIVA DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "S.MARIA" DI TERNI**

CAPITOLATO SPECIALE

AVVERTENZA

Al fine di una corretta presentazione delle offerte, si invitano le Ditte a verificare di essere in possesso di tutta la documentazione di gara e di prenderne visione.

La documentazione di gara, disponibile sul sito Internet www.aospterni.it è costituita da:

- BANDO DI GARA
- DISCIPLINARE DI GARA
- MODELLO ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
- MODELLO DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
- MODELLO GAP
- CAPITOLATO SPECIALE

QUESTA AZIENDA DECLINA OGNI RESPONSABILITA' PER MANCATA ACQUISIZIONE DA PARTE DELLE DITTE CONCORRENTI, DI TUTTO O PARTE DEI SUCCITATI DOCUMENTI, NELLE FORME PREVISTE DAL BANDO INTEGRALE DI GARA.

AZIENDA OSPEDALIERA “S. MARIA”
Via Tristano di Joannuccio, 1 – 05100 Terni

SOMMARIO

- Art. 1 – oggetto dell'appalto
 - Art. 2 – caratteristiche tecniche
 - Art. 3 – garanzia
 - Art.4 – aggiornamento del personale preposto
 - Art. 5 – collaudo
 - Art. 6 – manuali operativi ed altra documentazione
 - Art. 7 – risoluzione del contratto e penalità
 - Art. 8 – cessione del contratto
 - Art. 9 – fatturazione e pagamento
 - Art. 10 – sicurezza sul lavoro
 - Art. 11 – Permuta attrezzature di proprietà dell'Azienda
 - Art. 12 – foro competente
 - Art. 13 – norma di rinvio
- ALL. 1 – DUVRI PRELIMINARE

AZIENDA OSPEDALIERA "S. MARIA"

Via Tristano di Joannuccio, 1 – 05100 Terni

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

L' appalto ha per oggetto l'acquisizione delle seguenti apparecchiature occorrenti alla S.S. di Endoscopia Digestiva dell'Azienda Ospedaliera S.Maria di Terni:

- n. 5 Sistemi di Videoendoscopia Digestiva su carrello
- n.8 Videocolonscopi diagnostici alta definizione intermedi
- n.4 Videogastroscoopi transnasali
- n.4 Videogastroscoopi standard alta definizione
- n. 1 Videogastroscopio operativo doppio canale
- n.2 Videoduodenoscopi operativi
- n. 1 Sistema di Videoenteroscopia completo
- n. 1 Processore per Ecoendoscopia
- n. 1 Videoecoendoscopio radiale scansione 360° a visione
- n. 1 Videoecoendoscopio settoriale canale operativo

Art. 2 – Caratteristiche tecniche

Le apparecchiature sopra riportate devono avere le seguenti caratteristiche tecniche:

5 Colonne dotate di:

- Videoprocessore FULLY DIGITAL standard HD-TV 1.080i uscite digitali
- Fonte luce separata Xenon 300W con lampada ausiliaria 150W
- Monitor medico LDC digitale 19"
- Irrigatore pompa lavaggio
- Completa di carrello con trasformatore isolamento
- Videoregistratore digitale
- Stampante USB

8 Videocolonscopi

- per indagini diagnostico/operative
- visione almeno 140°
- lunghezza utile tra 1.300 e 1.520mm
- diametro sezione operativa inferiore a 13 mm
- completamente impermeabile per disinfezione

4 Videogastroscoopi transnasali

- per indagini diagnostico/operative
- visione almeno 120°
- lunghezza utile \geq 1.100 cm
- diametro sezione operativa inferiore a 6 mm
- completamente impermeabile per disinfezione

4 Videogastroscoopi standard

- per indagini diagnostico/operative
- visione 140°
- lunghezza utile tra 1.000 e 1.100 mm
- diametro sezione operativa inferiore a 10mm
- completamente impermeabile per disinfezione

1 VideogastroscoPIO operativo doppio canale

- per indagini diagnostico/operative
- visione almeno 140°
- canali 3.8/2.8 mm
- diametro sezione operativa inferiore a 12mm
- completamente impermeabile per disinfezione

1 Videoduodenoscopia operativa

- per indagini diagnostico/operative
- visione 100° retro 8°
- cromoendoscopia virtuale
- canale operativo 4.2 mm
- lunghezza utile ≥ 1.250 cm
- completamente impermeabile per disinfezione

1 Videoenteroscopia operativa

- per indagini diagnostico/operative
- visione almeno 140°
- canale 2.8mm
- lunghezza utile ≥ 2.000 cm
- completamente impermeabile per disinfezione

1 Processore Ultrasuoni

- per indagini diagnostico/operative
- scansione: radiale/convex elettronica
- modo di scansione: frequenza 5,7.5,10,12Mhz/Power doppler/Color Doppler/ PW Doppler/ M Mode/B Mode/ THI seconda armonica tissutale
- visualizzazione su schermo linea guida posizionamento ago x FNA
- tastiera

1 Videoecoendoscopia a scansione radiale

- per indagini diagnostico/operative
- visione frontale almeno 140°
- frequenze 5/7.5/10/12Mhz
- angolo scansione 360°
- movimenti: alto/basso 180°/90° - sinistra/destra 100°/100°
- canale operativo almeno 2.2 mm
- diametro sezione operativa inferiore a 12mm
- completamente impermeabile per disinfezione

1 Videoecoendoscopia a scansione settoriale

- per indagini diagnostico/operative
- visione frontale almeno 140°
- frequenze 5/7.5/10/12Mhz
- canale operativo almeno 3.8 mm
- completamente impermeabile per disinfezione

Art. 3 – Garanzia

La società aggiudicataria ha l'obbligo di garantire la fornitura oggetto dell'appalto, per un periodo minimo di 12 mesi, a partire dal conclusivo collaudo positivo dell'attrezzatura.

Durante tale periodo la società dovrà provvedere, a sue cure e spese, tempestivamente alle riparazioni, sostituzioni o ricambi che si rendessero necessari a causa della cattiva qualità dei materiali, escluse soltanto le riparazioni che derivano da evidente imperizia e negligenza del personale dell'Azienda Ospedaliera che ne fa uso. Terminato il suddetto periodo di garanzia, l'assistenza tecnica alle attrezzature di cui sopra, sarà prestata da apposita ATI con la quale questa Azienda, a seguito di gara regionale ha stipulato un contratto per la manutenzione di tutte le attrezzature dell'Azienda medesima.

Art. 4 – Aggiornamento del personale preposto

L'aggiudicatario dovrà predisporre e fornire alla stazione appaltante il programma di aggiornamento del personale preposto all'uso dell'attrezzatura.

L'attività di formazione, sarà espletata presso le sedi che saranno concordate con la stazione appaltante.

Art. 5 – Collaudo

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla consegna delle apparecchiature entro 30 giorni dal ricevimento dell'ordine.

La Ditta aggiudicataria, provvederà a far eseguire, con le modalità previste dalla vigente normativa, il collaudo dell'attrezzatura entro 10 giorni dalla consegna. Detto collaudo, le cui spese saranno a carico della ditta aggiudicataria, sarà effettuato in contraddittorio tra i Tecnici di questa Azienda e quelli della Ditta aggiudicataria, ed accertato con apposito verbale.

Le garanzie di cui all'art. 3, avranno decorrenza dal giorno della dichiarazione di presa consegna.

Art. 6 – Manuali operativi ed altra documentazione

A corredo della fornitura dovranno essere consegnati alla stazione appaltante i manuali operativi delle attrezzature fornite, contenenti la descrizione della stessa, le istruzioni operative relative alle rispettive funzioni e all'uso corretto, la descrizione delle procedure relative ai controlli di funzionamento, le prescrizioni di sicurezza. I manuali dovranno essere redatti in lingua italiano ovvero accompagnati da apposita traduzione asseverata.

Art. 7 – Risoluzione del contratto e penalità

L'Appaltatore sarà soggetto alla applicazione di apposite penalità nei casi in cui la fornitura non avvenga con le modalità indicate dal presente Capitolato Speciale dal disciplinare di gara, dalla lettera di invito e dalla vigente normativa in materia.

In particolare, in caso di inosservanza dei termini e delle modalità di consegna e collaudo dell'attrezzatura medesima, per ciascun giorno di ritardo nella consegna o nel ritardo, rispetto a quanto previsto nel presente capitolato verrà applicata una penale di € 250,00.

Per ogni altro inadempimento agli obblighi contrattuali saranno applicate penali che variano da un minimo di € 5.00,00 al massimo di € 8.000,00 a discrezione dell'Azienda a seconda della gravità dell'infrazione.

L'ammontare delle penalità sarà addebitato sui crediti complessivi che l'aggiudicatario vanta nei confronti della stazione appaltante, al momento della disposizione di pagamento delle fatture relative; in assenza di crediti, o nel caso essi siano insufficienti, l'ammontare delle penalità verrà addebitato sul deposito cauzionale, che dovrà quindi essere integrato, per pari importo, entro 30 giorni successivi all'addebito.

La penalità verrà applicata previa contestazione degli addebiti assegnando alla ditta un termine per fornire le proprie controdeduzioni.

Le penalità sono comunicate alla ditta in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o provvedimento giudiziale.

Qualora le penalità assumano forme che comportano gravi disservizi, si potrà giungere alla risoluzione del contratto con l'incameramento della cauzione definitiva ed il risarcimento dei danni prodotti.

Fermo quanto previsto dal presente articolo, la stazione appaltante si riserva la facoltà di dichiarare risolto il contratto in presenza di gravi e reiterate inadempienze agli obblighi contrattuali da valutare di volta in volta dalla stazione appaltante.

Art. 8 – Cessione del contratto

La cessione parziale o totale del contratto è vietata, a pena di nullità .

Art. 9 – Fatturazione e pagamento

Questa Azienda, con Deliberazione n. 154/2003 ha stabilito in materia di fatturazione e pagamento quanto segue:

- a) il termine di pagamento della fattura avverrà entro 90 giorni dalla data di ricezione delle stesse, attestata dal protocollo generale;
- b) il tasso di interesse moratorio, in caso di eventuale ritardo pagamento, è fissato con la maggiorazione di un punto sul saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea, la cui pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è prevista dall'art. 5, comma 2 del D.Lgs 231/02;
- c) il creditore si impegna, ai sensi della vigente normativa a richiedere direttamente il pagamento degli interessi moratori, senza addebito di spese legali di recupero.

Art. 10 – Sicurezza sul lavoro

La ditta aggiudicataria sarà tenuta al rispetto delle normative riguardanti la sicurezza sul lavoro in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs 81/08 (art. 26 – obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione) e leggi collegate, secondo le procedure generali e particolari vigenti presso questa Azienda.

Resta ferma l'attività di coordinamento di cui all'art. 26 del D.Lgs 81/08 in tema di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Al presente capitolato viene allegato un DUVRI preliminare (All. 1).

Art. 11 – Permuta attrezzature di proprietà dell'Azienda

L'Azienda si riserva di cedere in permuta le attrezzature attualmente in uso presso la S.S. di Endoscopia Digestiva che vengono riepilogate nell'allegato n. 4. Le Ditte concorrenti dovranno nell'offerta economica, presentare apposita quotazione per la permuta di dette attrezzature che comunque, *non verrà considerata* ai fini dell'attribuzione del punteggio prezzo.

Qualora la Ditta concorrente desideri visionare la attrezzature in argomento per formulare la propria offerta è invitata a contattare il Responsabile della S.S. di Endoscopia Digestiva - Dott. Della Spoletina Anselmo Tel: 335 6663573.

Art. 12 – Foro competente

Per eventuali controversie il foro competente sarà quello di TERNI.

Art. 13 – Norma di rinvio

Per quanto non previsto nel bando di gara, il presente Capitolato, e nel disciplinare di gara, si fa rinvio al D.Lgs 163/2006, nonché alle vigenti disposizioni normative e regolamentari, oltre che al codice civile.

Il Responsabile del Procedimento

Dott. ssa Cinzia Angione

S.C. Procedimenti ad Evidenza
Pubblica per forniture, servizi
e lavori

Il Responsabile
Dott. Manlio Quaglia

All. 1: DUVRI Preliminare