

**AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA
TERNI**

OGGETTO : Procedura ristretta per l'affidamento della fornitura di dispositivi per l'apparato uro -
genitale –

CHIARIMENTI N.3

Una ditta interessata a partecipare alla procedura in oggetto ha richiesto i chiarimenti di seguito indicati; si forniscono le relative risposte:

Domanda n. 1

In riferimento ai campioni richiesti per ogni lotto della gara in oggetto, visto l'ingente quantitativo richiesto e, di conseguenza, l'alto costo da sostenere (in alcuni casi il numero di campioni supera abbondantemente il fabbisogno annuo previsto), si chiede se è possibile ridurre tale quantitativo ad un numero proporzionale al fabbisogno annuo.

Risposta

A rettifica di quanto previsto nella documentazione di gara e ad integrazione di quanto precisato nel chiarimento n. 1 – le ditte concorrenti dovranno presentare i seguenti campioni:

N.1 pezzo per ciascun lotto per i lotti: 1,6 (misura CH 32),15 ,20,22,23 A,25,26,27 da 31 a 36, 38,47,49 N.2 pezzi per ciascun lotto per i lotti:8 (misura CH18), 9 (misura CH18),13 (misura CH18), 16, 17 (misura CH5), 21,19,23,24 A,37,48 qualsiasi misura
n.3 pezzi per ciascun lotto per i lotti 5 (misura CH18),11 (misura CH18),12 (misura CH16), 18 (misura CH6), 24 (misura CH7),28,30,46,49
n.5 pezzi per ciascun lotto per i lotti 2 (misura CH18) 10 (misura CH 18),14 (misura CH12) ,21 (misura CH18), 19 (misura CH6), ,29 (misura CH 7),39 (misura 9 mm), 42,43, 45 (misura 27mm), 50
n.10 pezzi per il lotto 3 (misura CH 16), 40,41
n.50 pezzi per il lotto 4 (25 pz misura CH14 e 25 pz misura CH 18), 7 (25 pz misura CH 16 e 25 pz misura CH 20), 44.

Terni 24 gennaio 2012

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Gianni Giovannini