

A seguito di osservazioni formulate da una ditta in merito alle caratteristiche tecniche dei sistemi antidecubito oggetto della gara, si comunicano le specificazioni e precisazioni apportate al Capitolato Speciale nei punti riguardanti le caratteristiche tecniche delle categorie A e B che danno luogo alla nuova stesura in sostituzione di quella attuale come di seguito specificato :

ART. 3 – CAPITOLATO SPECIALE

Sistema A

Sistema a pressione alternata per la prevenzione e/o la terapia di lesioni da decubito in pazienti a medio/alto rischio(stadioII-III)

- Attuale stesura:

“Durata del ciclo di gonfiaggio e sgonfiaggio Non superiore a 10 minuti”.

Nuova stesura in sostituzione di quella sopracitata:

“Durata del ciclo di gonfiaggio e sgonfiaggio non superiore a 10/15 minuti “.

- Attuale stesura:

“Materasso interattivo con il paziente tramite un sensore in grado di equilibrare automaticamente e continuamente la pressione di contatto in funzione delle caratteristiche del paziente e di ogni posizione assunta. Inoltre deve essere in grado di gestire persone anche con lesioni al terzo stadio”.

Nuova stesura in sostituzione di quella sopracitata:

“Materasso interattivo con il paziente tramite un sistema in grado di equilibrare automaticamente e continuamente la pressione di contatto in funzione delle caratteristiche del paziente e di ogni posizione assunta. Inoltre deve essere in grado di gestire persone anche con lesioni al terzo stadio”.

Sistema B

Sistema a pressione alternata per la prevenzione e/o la terapia di lesioni da decubito per altissimo rischio.

- Attuale stesura:

“Materasso deve essere interattivo con il paziente tramite un sensore in grado di equilibrare automaticamente e continuamente la pressione di contatto in funzione delle caratteristiche del paziente e di ogni posizione assunta da quest'ultimo, ottimizzando lo scarico delle pressioni e garantendo una idonea circolazione periferica tissutale”.

Nuova stesura in sostituzione di quella sopracitata:

“Materasso deve essere interattivo con il paziente tramite un sistema in grado di equilibrare automaticamente e continuamente la pressione di contatto in funzione delle caratteristiche del paziente e di ogni posizione assunta da quest'ultimo, ottimizzando lo scarico delle pressioni e garantendo una idonea circolazione periferica tissutale”.

- Attuale stesura:

“Durata del ciclo di gonfiaggio e sgonfiaggio non superiore a 10 minuti “.

Nuova stesura in sostituzione di quella sopracitata:

“Durata del ciclo di gonfiaggio e sgonfiaggio non superiore a 10/15 minuti”.

- Attuale stesura:

“Filtri biologici”.

Nuova stesura in sostituzione di quella sopracitata:

“Idonei filtri per evitare la contaminazione interna delle celle (specificare le caratteristiche della metodologia di filtraggio) “.