

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO TRIENNALE DI SISTEMI ANTIDECUBITO OCCORRENTI AI VARI REPARTI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA DI TERNI.

A seguito di osservazioni formulate da una ditta in merito alle caratteristiche tecniche dei sistemi antidecubito oggetto della gara, si comunicano le specificazioni e precisazioni apportate al Capitolato Speciale nei punti riguardanti le caratteristiche tecniche della categoria B che danno luogo alla nuova stesura in sostituzione di quella attuale come di seguito specificato :

ART.3 – CAPITOLATO SPECIALE

Sistema B

Sistema a pressione alternata per la prevenzione e/o la terapia di lesioni da decubito per altissimo rischio.

- Attuale stesura:

“Altezza di ogni singola cella attiva non inferiore a 20 cm”.

Tale stesura va modificata come segue:

“Altezza di ogni singola cella attiva non inferiore a 18 cm “.

- Attuale stesura:

“ Dimensione max di ingombro: Lunghezza cm.208,5 – Larghezza cm.80- altezza minima delle celle gonfie cm.20”

Tale stesura va modificata come segue:

“ Dimensione max di ingombro: Lunghezza cm.208,5 – Larghezza cm.80- altezza minima delle celle gonfie cm.18”