



Con riferimento all'”Allegato al Capitolato” la “ destinazione d’uso” del lotto n. 2 viene integrata delle parole: che devono essere forniti, in comodato d’uso, in numero di due, per l’intera durata della fornitura.

Pertanto il suddetto lotto deve intendersi così specificato:

LOTTO 2 AGO TRACIANTE PER BIOPSIE ISTOLOGICHE PER DISPOSITIVI  
AUTOMATICI (CND A01020102) CIG 0191509638

Destinazione d’uso: esecuzione di biopsie di tessuti molli (prostatici,epatici ecc) con dispositivi automatici riutilizzabili tipo PROMAG e altri compatibili (classe IIa), che devono essere forniti, in comodato d’uso, in numero di due, per l’intera durata della fornitura.

Specifiche gara