

ALL. 1

AZIENDA OSPEDALIERA "S.MARIA" - TERNI
SERVIZIO IMMUNOTRASFUSIONALE E DI EMATOLOGIA

LOTTO 2
SETTORE EMOSTASI

STRUMENTAZIONE: N. 1 ANALIZZATORE PIASTRINICO PER ANALISI
FUNZIONALE DELLE PIASTRINE

CARATTERISTICHE TECNICHE DI MINIMA DELLO STRUMENTO

- ACCETTAZIONE PAZIENTI CON CODICE A BARRE E CON ANAGRAFICA
- REGISTRAZIONE STORICA DEI PAZIENTI E DELLE CURVE
- REPORT DELLE CURVE
- STUDIO DELL'AGGREGAZIONE PIASTRINICA SU PLASMA SECONDO BORN
- STUDIO DELL'AGGREGAZIONE PIASTRINICA SU SANGUE INTERO CON METODO IMPEDENZIOMETRICO
- STUDIO DELLA CAPACITÀ SECRETIVA DI ATP DELLE PIASTRINE DOPO STIMOLO
- STRUMENTO ALMENO BICANALE
- STAMPA DEI RISULTATI SU GRAFICO

REATTIVI PER ANALIZZATORE PIASTRINICO:

ADP, Adrenalina, Collagene, Ristocetina, Ac. Arachidonico pronti all'uso

ESAMI PREVISTI

FABBISOGNO ANNUALE PRESUNTO: 500 esami/anno come appresso:

ADP	300
Adrenalina	50
Collagene	50
Ristocetina	50
Ac. Arachidonico	50