

**AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA
TERNI**

OGGETTO : procedura ristretta per l'affidamento della fornitura di “fornitura di: “ aghi, cateteri venosi e centrali, sistemi accesso venoso impiantabili“ occorrente all'Azienda Ospedaliera S.Maria di Terni –

CHIARIMENTI N. 1

Una ditta interessata a partecipare alla procedura in oggetto ha richiesto i seguenti chiarimenti ; si forniscono le relative risposte:

Domande

Lotto n° 6: vengono richiesti 100 pz di campionatura, si possono presentare 100 pz in tutto tra le misure richieste oppure quali misure è indispensabile campionare?

Lotto n° 7: vengono richiesti 100 pz di campionatura, ma ad ogni voce corrisponde un prodotto diverso, è sufficiente presentare 100 pz in totale dei vari prodotti oppure è preferibile campionare quali dispositivi medici?

Lotto n° 9: vengono richiesti 100 pz di campionatura, si possono presentare 100 pz in tutto tra le misure richieste oppure quali misure è indispensabile campionare?

Risposte

Lotto 6 a

4 pz qualsiasi misura

Lotto 6 d

3pz da100 mm, 3 pz da150 mm,

Lotto 6h

4 pezzi da 100 mm

Lotto 6c,e,f,g,i,j n.1 pz per ciascun subplotto da 100mm

Per il lotto 7 viene richiesta la seguente campionatura:

Lotto 7 a

n.2 pezzi da 100 mm

Lotto 7b

n.1 pezzo

Lotto 7 c

n.6 pezzi misura 18G 150 mm

Lotto 7d
n.3 pz misura 15G 70mm

Per il lotto 9 viene richiesta la seguente campionatura:

Lotto 9 a
n.5 pz misura 20 G 100 mm

Lotto 9b n.10 pezzi

Terni 24 gennaio 2012

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.Gianni Giaovannini