

AZIENDA OSPEDALIERA "S. MARIA"

Via Tristano di Joannuccio, 1 – 05100 Terni

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO TRIENNALE DI SISTEMI ANTIDECUBITO OCCORRENTI AI VARI REPARTI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA DI TERNI . CIG 04337673D9

CAPITOLATO SPECIALE

AVVERTENZA

Al fine di una corretta presentazione delle offerte, si invitano le Ditte a verificare di essere in possesso di tutta la documentazione di gara e di prenderne visione.

La documentazione di gara, disponibile sul sito Internet www.aospterni.it è costituita da:

- BANDO DI GARA
- DISCIPLINARE DI GARA
- MODELLO ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
- MODELLO DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
- MODELLO GAP
- CAPITOLATO SPECIALE

QUESTA AZIENDA DECLINA OGNI RESPONSABILITA' PER MANCATA ACQUISIZIONE DA PARTE DELLE DITTE CONCORRENTI, DI TUTTO O PARTE DEI SUCCITATI DOCUMENTI, NELLE FORME PREVISTE DAL BANDO INTEGRALE DI GARA.

AZIENDA OSPEDALIERA “S. MARIA”
Via Tristano di Joannuccio, 1 – 05100 Terni

SOMMARIO

- Art.1-Oggetto dell'appalto
- Art 2- Durata della fornitura
- Art.3- Caratteristiche e quantitativi presunti
- Art.4- Modalità di svolgimento del servizio noleggio
- Art.5- Consegna dei beni
- Art.6- Collaudo
- Art.7- Formazione/istruzione del personale
- Art.8- Aggiornamento tecnologico
- Art.9- Responsabilità
- Art.10-Polizza assicurativa
- Art.11- Verifiche e controlli – difetti ed imperfezioni
- Art.12- Inadempienze, penalità e risoluzione del contratto
- Art.13- Cessione del contratto
- Art.14- Fatturazione e pagamento
- Art.15- Sicurezza sul lavoro
- Art.16- Foro competente
- Art.17- Norme di rinvio

ALL. 1 – DUVRI PRELIMINARE

AZIENDA OSPEDALIERA “S. MARIA”
Via Tristano di Joannuccio, 1 – 05100 Terni

ART.1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente appalto ha per oggetto La fornitura in noleggio di sistemi antidecubito e servizi connessi occorrenti ai vari reparti dell'Azienda Ospedaliera S.Maria di Terni.

Per fornitura di Sistemi completi antidecubito si intende:

- a) La locazione dei sistemi antidecubito, richiesti per il tempo ritenuto necessario alla terapia, occorrenti alle esigenze di tutti i Reparti del Presidio Ospedaliero.
- b) La consegna, l'installazione ed il ritiro dei presidi antidecubito.
- c) La sanificazione e la disinfezione e la relativa certificazione dei presidi antidecubito.
- d) Il Servizio di assistenza e di manutenzione.
- e) La formazione, l'addestramento e l'aggiornamento del personale utilizzatore.
- f) Gli eventuali aggiornamenti tecnologici.
- g) La copertura assicurativa, come disciplinato dall'art. 10 del presente Capitolato.

ART.2 – DURATA DELLA FORNITURA

La durata del contratto di fornitura è di mesi 36 (trentasei), con decorrenza dalla data fissata nell'apposito contratto che sarà stipulato con la ditta aggiudicataria. Al termine del periodo di validità contrattuale, nel caso in cui l'eventuale nuova procedura concorsuale di scelta del contraente non fosse stata ancora definita, l'Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di esercitare, autonomamente, l'opzione di proroga del contratto per ulteriori mesi 6 (sei), alle medesime condizioni tecnico-economiche pattuite.

ART.3 CARATTERISTICHE E QUANTITATIVI PRESUNTI

Il materiale da fornire è elencato di seguito. Il numero dei materassini è stimato in giornate di degenza, e quindi la ditta aggiudicataria si impegnerà a fornire quelle maggiori o minori quantità che dovessero occorrere ai vari reparti nell'arco del periodo contrattuale e che verranno richieste secondo le reali necessità.

Si precisa al riguardo che tali caratteristiche devono intendersi di massima e che la fornitura dovrà essere provvista di marcatura CE conforme alla Direttiva europea 93/42 sui dispositivi medici.

I quantitativi dei prodotti indicati nel suddetto prospetto devono intendersi stimati in via puramente presunta, cosicché la Ditta fornitrice non potrà muovere alcuna eccezione per ogni maggiore o minore quantità di prodotti effettivamente forniti in dipendenza delle reali necessità dell'Azienda; la Ditta sarà, pertanto, tenuta a fornire i materiali aggiudicati nella quantità richiesta volta per volta contro il solo corrispettivo pattuito, senza poter sollevare eccezione alcuna e pretendere, comunque, compensi o indennità di sorta.

Il materiale fornito dovrà essere di recente produzione ed appartenere all'ultima generazione della casa produttrice.

Nel caso di immissione sul mercato di prodotti simili di nuova tecnologia, la Ditta si impegna a fornirli al posto di quelli aggiudicati allo stesso prezzo e condizioni. Ogni e qualsiasi responsabilità per ciò che riguarda le caratteristiche dei prodotti offerti e gli eventuali inconvenienti e danni provocati dal loro impiego resta a completo carico della Ditta fornitrice.

CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

Il servizio di noleggio oggetto del presente Capitolato deve comprendere:

- noleggio temporaneo su chiamata
- noleggio stand by (presenza costante di presidi antidecubito già standardizzata in base all'utilizzo)
- noleggio continuativo
- consegna, installazione, ritiro, sanificazione, manutenzione e ricondizionamento.

NOLEGGIO TEMPORANEO SU CHIAMATA

Il noleggio su chiamata dovrà essere prestato sette giorni su sette e dovrà essere garantita in ogni momento la disponibilità dei sistemi e del servizio.

L'attivazione avverrà mediante chiamata diretta da parte del personale delle Unità Organizzative che l'Azienda segnalerà all'Impresa.

Il sistema prescelto dovrà essere fornito entro 12 ore dal ricevimento della chiamata.

Il ritiro dei sistemi dovrà avvenire entro 12 ore dalla notifica del termine di utilizzo. In caso di richiesta all'Impresa di interventi di manutenzione straordinaria (guasto, malfunzionamento) questi dovranno avvenire entro 12 ore dalla richiesta.

Gli apparecchi non riparabili dovranno essere immediatamente sostituiti.

NOLEGGIO STAND BY (presenza costante di presidi antidecubito già standardizzata in base all'utilizzo per le U.U.O.O. a maggior rischio),

L'Impresa dovrà consegnare due sistemi corredati dai rispettivi motori in un apposito locale ubicato c/o il Magazzino economale dell'Azienda al quale potrà accedere l'operatore dell'Impresa addetto alla consegna e ritiro dei sistemi.

Per il sistema fornito in stand-by, l'Impresa al momento della consegna dovrà rilasciare una bolla con i seguenti dati:

- tipo di materasso
- matricola
- causale di consegna in stand-by
- data/ora di consegna
- firma tecnico
- firma ricevente

La comunicazione inerente l'inizio della fruizione di tali sistemi (nome e cognome del paziente, data d'inizio e tipo di sistema) avverrà a cura del caposala, o persona da lui delegata, seguita dall'invio di relativo ordinativo. Con le medesime modalità dovrà avvenire la comunicazione inerente il cessato utilizzo.

Conseguentemente l'Impresa è tenuta a ripristinare, alla scadenza del servizio, il sistema sanificato.

NOLEGGIO CONTINUATIVO

Per quanto riguarda il noleggio continuativo, l'impresa aggiudicataria dovrà inoltre:

- provvedere all'istallazione dei sistemi c/o le Unità operative di degenza indicate nel contratto

- garantire la sostituzione di teli coprimaterasso ogniqualvolta necessario (in occasione del cambio paziente e/o in caso di contaminazione, rottura, ecc...) e comunque secondo il giudizio insindacabile del personale sanitario di riferimento (caposala o suo delegato). La richiesta avverrà tramite telefonata alla Ditta.
- ritirare i teli sporchi e consegnare quelli sanitizzati in modo tale da garantire la presenza di idonee scorte in relazione alla necessità di destinazione;
- effettuare almeno una sanitizzazione ogni 30 gg completa dell'intero sistema, salvo richiesta specifica del reparto; il sistema ritirato dovrà comunque essere sostituito, per tutta la durata dell'operazione, con un identico sistema;
- assicurare l'assistenza tecnica su materasso e pompa entro le 12 ore consecutive dalla chiamata;
- effettuare visita periodica di controllo a cadenza mensile dei sistemi.

Caratteristiche dei trattamenti sui sistemi

La sanificazione e la disinfezione dovranno essere effettuate su tutti i sistemi forniti, con prodotti privi di alcoli, fenoli o tossici.

Il processo di disinfezione dovrà garantire l'eliminazione dei germi patogeni e la riduzione entro limiti accettabili dei germi non patogeni.

La sanificazione, praticata a tutti i sistemi, dovrà garantire:

-eliminazione di sporco e macchie;

-eliminazione di odori;

-eliminazione di ogni traccia di detersivi che possano essere responsabili di allergie e irritazioni.

I sistemi forniti dovranno possedere un tagliando di controllo attestante l'avvenuta sanificazione e disinfezione dell'apparecchio e dei singoli complementi.

La parte gonfiabile del materasso e la cover di protezione dovranno essere sottoposte ad un integrale lavaggio in acqua.

L'asciugatura non dovrà lasciare un tasso di umidità residua superiore al 5%.

Dopo l'essiccazione tutto il materiale dovrà essere sottoposto ad una attenta verifica al fine di individuare eventuali anomalie.

Infine il materasso e la relativa cover dovranno essere introdotti in una busta polietilenica.

Il tubo ed il compressore dei sistemi dovranno essere sottoposti a pulizia delle superfici esterne, utilizzando sostanze detersive e disinfettanti.

Nel contempo l'unità di pompaggio dovrà essere sottoposta a routinari interventi di manutenzione ordinaria, quali pulizia del filtro dell'aria, controllo delle condizioni del cavo elettrico, ecc.

La modalità di lavaggio e disinfezione dovranno essere comunque effettuate secondo le specifiche dettate dalla Casa costruttrice del manufatto e che accompagnano lo stesso, così come previsto dalle procedure per la marchiatura CE.

I sistemi antidecubito oggetto del presente Capitolato si dividono in due categorie che per tipologia di materasso dovranno possedere le seguenti caratteristiche:

A. Sistema a pressione alternata per la prevenzione e/o la terapia di lesioni da decubito in pazienti a medio/alto rischio (stadio II- III):

- materasso sostitutivo, funzionante con elettrocompressore, in grado di contenere la pressione di contatto nei punti di appoggio mediamente al di sotto della pressione di occlusione di capillari (P.O.C.=30millimetri di mercurio) per almeno il 50% del tempo di contatto, mediante opportuni sistemi di gestione della pressione di gonfiaggio.
- Celle indipendenti.
- Durata del ciclo di gonfiaggio e sgonfiaggio non superiore a 10 minuti

- Dimensioni max di ingombro della superficie: lunghezza cm210, larghezza cm 90, altezza cm 16-18;
Peso dell'intero sistema non superiore a 20 Kg per facilitare le funzioni di spostamento;
- MicroceSSIONe di aria interna al materasso direttamente dalle celle
- Materasso interattivo con il paziente tramite un sensore in grado di equilibrare automaticamente e continuamente la pressione di contatto in funzione delle caratteristiche del paziente e di ogni posizione assunta. Inoltre deve essere in grado di gestire persone anche con lesioni al terzo stadio.
- Materasso deve essere in grado di consentire il trasferimento del letto con sopra il paziente, per necessità diagnostico/terapeutiche, con un'autonomia rispetto all'alimentazione elettrica per almeno 3ore
- Materasso dotato di dispositivo di sgonfiaggio rapido(C.P.R) 20/30 secondi per interventi di rianimazione.
- Superficie completamente radiotrasparente.
- Possibilità di funzionamento statico, ovvero esclusione del ciclo alternato per motivi terapeutici o per facilitare manovre di nursing.
- La sezione del materasso su cui poggia la testa deve essere statica
- Compressore leggero e compatto, posizionabile secondo le diverse esigenze di reparto, con rumorosità inferiore a 31 dB a un metro di distanza fronte pompa.
- Sistemi di allarme per il controllo delle principali funzioni operative.
- Telo di copertura facilmente asportabile alta elasticità, con caratteristiche di impermeabilità ai liquidi, permeabilità ai vapori, ignifugo.
- Materasso in grado di gestire in modo terapeutico un peso non inferiore a 180 KG.

B. Sistema a pressione alternata per la prevenzione e/o la terapia di lesioni da decubito per altissimo rischio:

- materasso sostitutivo , funzionante con elettrocompressore, in grado di contenere la pressione di contatto nei punti di appoggio mediamente al di sotto della pressione di occlusione di capillari(P.O.C.=30millimetri di mercurio), per almeno il 50% del tempo di contatto, mediante opportuni sistemi di gestione della pressione di gonfiaggio;
- Materasso deve essere interattivo con il paziente tramite un sensore in grado di equilibrare automaticamente e continuamente la pressione di contatto in funzione delle caratteristiche del paziente e di ogni posizione assunta da quest'ultimo, ottimizzando lo scarico delle pressioni e garantendo una idonea circolazione periferica tissutale.
- Celle indipendenti.
- Altezza delle di ogni singola cella attiva non inferiore a 20 cm
- Durata ciclo gonfiaggio e sgonfiaggio non superiore a 10 minuti;
- Sezione talloni con scarico completo delle pressioni per un tempo congruo durante il ciclo;
- Sezione antiaffossamento del tronco;
- Materasso deve essere in grado di consentire il trasferimento del letto con sopra il paziente, per necessità diagnostico/terapeutiche, con un'autonomia rispetto all'alimentazione elettrica non inferiore a 8-12 ore
- Filtri biologici;
- Dimensioni max di ingombro: Lunghezza cm 208,5- Larghezza cm80-altezza minima delle celle gonfie cm 20.
- Peso dell'intero sistema, compreso il compressore, non deve superare i 20 Kg per facilitare le operazioni di spostamento;
- Compressore leggero e compatto, posizionabile secondo le varie esigenze di reparto, con rumorosità inferiore a 31 dB a un metro di distanza fronte pompa;

- Possibilità di funzione statica – esclusione del ciclo alternato per motivi terapeutici o per facilitare le manovre di nursing;
- Materasso dotato di dispositivo di sgonfiaggio rapido entro 10 secondi (CPR), per interventi di rianimazione.
- Superficie completamente radiotrasparente
- Materassi in grado di gestire anche pazienti con peso fino a 250Kg.
- La sezione del materasso su cui poggia la testa del paziente deve essere statica.
- Telo di copertura asportabile con facilità, ad alta elasticità, impermeabile ai liquidi permeabile ai vapori, ignifugo.
- Sistemi di allarme per il controllo delle funzioni operative.

FABBISOGNO PRESUNTO

In considerazione delle patologie dei pazienti si prevede la ripartizione dei presidi nelle giornate di degenza (14.910 /anno) con le seguenti modalità:

Noleggio continuativo	giornate di noleggio	13.870
Di cui: giornate di noleggio per sistemi di categoria A		6.570
	giornate di noleggio per sistemi di categoria B	7.300

Noleggio temporaneo su chiamata	giornate di noleggio	1040
Di cui: giornate di noleggio per sistemi di categoria A		520
	giornate di noleggio per sistemi di categoria B	520

ART.4 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO

Caratteristiche obbligatorie

Consegna e ritiro nelle 12 ore dalla chiamata;

Interventi per ordinaria e straordinaria manutenzione entro le 12 ore dalla chiamata;

Sostituzione delle unità non riparabili entro le 12 ore;

Reperibilità del personale tecnico sette giorni su sette, 365 giorni all’anno.

Tempestivo ed idoneo addestramento per il corretto uso dei presidi ogniqualvolta sia necessario per i reparti.

Elaborazione dei dati statistici relativi all’impiego delle apparecchiature con la periodicità richiesta dall’Azienda.

Sanificazione e disinfezione del presidio da parte della ditta fornitrice con relativa certificazione alla consegna; la richiesta viene effettuata preventivamente dal caposala (ipoteticamente ogni cambio paziente e , per lo stesso paziente, ogni 30 gg).

Attestato del presidio che deve essere a norma CE con fornitura di libretto di istruzioni in lingua italiana.

ART.5 - CONSEGNA DEI BENI

La fornitura dovrà avvenire c/o i Reparti interessati su chiamata del caposala del Reparto, o suo delegato, il quale Caposala trasmetterà alla Direzione delle procedure contrattuali per il reintegro e l’innovazione del patrimonio tecnologico e mobiliare entro il 10 del mese successivo la nota riepilogativa dei noleggi attivati o cessati nel mese precedente corredata dalle bolle di consegna e di

tutta la documentazione occorrente per il riscontro e la liquidazione delle fatture. Le consegne dovranno avvenire a tutto rischio e pericolo del fornitore.

La consegna del materiale dovrà essere effettuata con le seguenti modalità:

- per la consegna entro 12 ore dalla chiamata, poi confermata dall'ordine trasmesso a mezzo fax
- per il ritiro entro 12 ore dalla chiamata, poi confermata da relativa bolla di trasporto trasmessa a mezzo fax
- per interventi per ordinaria e straordinaria manutenzione entro le 12 ore dalla chiamata, poi segnalati a mezzo fax
- per la sostituzione delle unità non riparabili entro le 12 ore dalla chiamata, poi confermata dall'ordine trasmesso a mezzo fax.

In caso di ritardo delle singole consegne, oltre il termine indicato, è facoltà dell'Amministrazione di addebitare la penalità di cui all'art. 12 del presente Capitolato Speciale.

ART. 6 – COLLAUDO

La ditta aggiudicataria provvederà a far eseguire, con le modalità previste dalla vigente normativa, il collaudo relativo al presidio terapeutico di volta in volta consegnato. Detto collaudo, le cui spese saranno a carico della ditta aggiudicataria sarà effettuato in contraddittorio tra i tecnici di questa Azienda e quelli della ditta aggiudicataria ed accertato con apposito verbale

Il coordinatore o suo delegato prima di utilizzare un "presidio" antidecubito deve accertarsi che questo sia munito dell'apposito certificato di avvenuto collaudo.

ART.7 - FORMAZIONE/ISTRUZIONE DEL PERSONALE

La Ditta aggiudicataria dovrà garantire con personale qualificato un idoneo addestramento del personale infermieristico all'uso corretto del dispositivo.

Tale addestramento dovrà riguardare tutti i sistemi utilizzati.

L'addestramento sarà sia teorico, con predisposizione di opuscoli informativi e/o studi bibliografici, che pratico e dovrà essere ripetuto ogniqualvolta se ne presenti la necessità.

Il Fornitore dovrà altresì garantire adeguata consulenza tecnica agli infermieri in relazione ad eventuali problematiche che dovessero sorgere nel corso del trattamento dei pazienti.

ART.8 - AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO

Nell'ipotesi in cui, durante il periodo contrattuale, venissero immessi sul mercato, da parte della Ditta aggiudicataria, nuovi sistemi antidecubito analoghi a quelli oggetto della fornitura, i quali presentino migliori caratteristiche di rendimento e funzionalità, il Fornitore si impegna a proporre all'Azienda la sostituzione dei sistemi aggiudicati con quelli nuovi, ferme restando le condizioni di offerta.

L'eventuale sostituzione avverrà a fronte di conferma scritta dell'A.O., previa acquisizione di parere tecnico favorevole della rispettiva Direzione medica di presidio.

ART. 9 – RESPONSABILITA'

La Ditta fornitrice assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o per danni derivati a persone o cose, sia del Fornitore medesimo che dell'Azienda., che di terzi, a seguito dell'esecuzione della fornitura oggetto del presente Capitolato.

La Ditta assume altresì ogni responsabilità per infortunio o danni a seguito di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche se eseguite da parte di terzi.

La Ditta aggiudicataria e/o le Imprese a diverso titolo coinvolte nell'esecuzione del contratto dovranno avvalersi di personale qualificato, in regola con gli obblighi previsti dai contratti collettivi di lavoro e da tutte le normative vigenti, in particolare in materia fiscale.

ART.10 – POLIZZA ASSICURATIVA

La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla stipula di adeguata polizza assicurativa a copertura di eventuali danni a dipendenti, a ricoverati o a terzi, derivanti dall'uso dei sistemi antidecubito messi a disposizione, nonché contro manomissioni, furti o incendi, sollevando l'Azienda da qualsiasi responsabilità connessa all'uso ed al funzionamento dei predetti presidi e inoltre:

per la responsabilità civile propria e del personale dalla stessa utilizzato per l'esecuzione della fornitura oggetto del presente Capitolato;

per la copertura dei danni derivanti da vizi del bene messo a disposizione ed a garanzia del buon funzionamento dello stesso.

ART. 11 – VERIFICHE E CONTROLLI – DIFETTI ED IMPERFEZIONI

L'Azienda Ospedaliera avrà la facoltà di respingere i presidi antidecubito in ordine ai quali venissero riscontrati vizi o difetti o non corrispondenza rispetto alle caratteristiche dichiarate nell'offerta o rispetto alle norme di legge.

Il regolare utilizzo dei sistemi antidecubito oggetto di fornitura e la dichiarazione di presa in consegna e collaudo non esonera comunque la Ditta fornitrice da eventuali difetti ed imperfezioni non emersi al momento della consegna e dell'installazione, ma accertati al momento dell'utilizzo.

I prodotti contestati dovranno essere sostituiti con spese a totale carico del fornitore entro il termine indicato dall'Azienda, in modo da non recare alcun intralcio ed inconveniente al normale funzionamento dell'Unità Operativa richiedente.

Nel caso in cui il fornitore non provveda entro il citato termine alla sostituzione dei presidi rifiutati al momento della consegna o risultati difettosi durante l'utilizzo o l'impiego, l'Azienda Ospedaliera potrà acquisire direttamente sul libero mercato eguali tipologie e quantità di sistemi, addebitando alla Ditta inadempiente l'eventuale differenza di prezzo, oltre alla rifusione di ogni altra spesa o danno.

Nel caso in cui si manifestino frequenti vizi ed imperfezioni durante l'impiego dei dispositivi, il Fornitore ha l'obbligo, su richiesta dell'Azienda, di sottoporli a verifica, a proprie spese, da parte di un laboratorio o Istituto Specializzato ufficialmente riconosciuto, e/o provvedere alla sostituzione di quelli difettosi.

L'Azienda ., si riserva inoltre la facoltà, di eseguire a campione, nel corso di validità del contratto, verifiche ed accertamenti in ordine alla qualità ed al funzionamento dei sistemi antidecubito oggetto di fornitura.

Ove gli articoli offerti non presentassero i requisiti tecnico – qualitativi richiesti, ne verrà ordinata la sostituzione, con spese a totale carico del fornitore, entro il termine indicato dall'A.O., in modo da non recare alcun intralcio ed inconveniente al normale funzionamento dell'Unità Operativa utilizzatrice. Di tali operazioni sarà redatto processo verbale, che evidenzierà i difetti o gli inadempimenti riscontrati.

ART. 12 – INADEMPIENZE, PENALITÀ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

Nel caso di inosservanza delle disposizioni contrattuali, l'Azienda Ospedaliera applicherà le seguenti penali:

- 1) Ritardi sul termine di consegna: € 100,00 per ogni giorno di ritardo
- 2) Ritardi sul termine di sanificazione e sanitizzazione: € 100,00 per ogni giorno di ritardo

Per ogni altro inadempimento agli obblighi contrattuali saranno applicate penali che variano da un minimo di € 5.000,00 al massimo di € 5.000,00 a discrezione dell'Azienda a seconda della gravità dell'infrazione.

La penalità verrà applicata previa contestazione degli addebiti assegnando alla ditta un termine per fornire le proprie controdeduzioni.

L'ammontare delle penalità sarà addebitato sui crediti complessivi che l'aggiudicatario vanta nei confronti della stazione appaltante, al momento della disposizione del pagamento delle fatture relative; in assenza di crediti o nel caso siano insufficienti l'ammontare delle penalità verrà addebitato sul deposito cauzionale, che dovrà quindi essere integrato, per pari importo, entro 30 giorni successivi all'addebito.

Le penalità sono comunicate alla ditta in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o provvedimento giudiziale.

Qualora le penalità assumano forme che comportano gravi disservizi, si potrà giungere alla risoluzione del contratto con l'incameramento della cauzione definitiva ed il risarcimento dei danni prodotti.

Fermo quanto previsto dal presente articolo, la stazione appaltante si riserva la facoltà di dichiarare risolto il contratto in presenza di gravi e reiterate inadempienze agli obblighi contrattuali da valutare di volta in volta dalla stazione appaltante.

ART. 13 – CESSIONE DEL CONTRATTO

La cessione parziale o totale del contratto è vietata, a pena di nullità.

ART. 14 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO

La fatturazione dovrà avvenire a norma di legge e con esplicito riferimento al documento di trasporto ed al documento di ritiro del presidio fornito. Le fatture dovranno essere emesse con cadenza mensile. Sulla fattura dovrà essere indicata la fornitura eseguita ed il periodo di riferimento e saranno suddivise per Struttura Complessa per facilitarne la verifica da parte dell' Azienda.

Ad ogni fattura dovrà essere allegato un report riassuntivo, relativo al periodo fatturato, con l'indicazione dei consumi suddivisi per tipologia di sistema terapeutico per ogni Struttura Complessa utilizzatrice.

Agli effetti della fatturazione saranno riconosciute le giornate di locazione rese ed i quantitativi accertati al momento delle consegne.

Il conteggio partirà dalla data di consegna ed installazione e terminerà alla data della richiesta di ritiro.

In tutti i casi da tale conteggio sarà detratta, a scelta della Ditta fornitrice, o la giornata di consegna ed installazione del sistema antidecubito o la giornata di richiesta di ritiro.

Questa Azienda, con Deliberazione n. 154/2003 ha stabilito in materia di fatturazione e pagamento quanto segue:

a) il termine di pagamento delle fatture avverrà entro 90 giorni dalla data di ricezione delle stesse, attestata dal protocollo generale; tale termine sarà applicato solo nel caso in cui tutte le condizioni di fornitura siano state rispettate. In caso contrario esso si intenderà sospeso sino alla completa osservanza di tutte le prescrizioni contrattuali

b) il tasso di interesse moratorio, in caso di eventuale ritardo pagamento, è fissato con la maggiorazione di un punto sul saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea, la cui pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è prevista dall'art. 5, comma 2 del D.Lgs 231/02;

c) il creditore si impegna, ai sensi della vigente normativa a richiedere direttamente il pagamento degli interessi moratori, senza addebito di spese legali di recupero.

ART. 15 – SICUREZZA SUL LAVORO

La ditta aggiudicataria sarà tenuta al rispetto delle normative riguardanti la sicurezza sul lavoro in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs 81/08 (art. 26 – obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione) e leggi collegate, secondo le procedure generali e particolari vigenti presso questa Azienda.

Resta ferma l'attività di coordinamento di cui all'art. 26 del D.Lgs 81/08 in tema di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Al presente capitolato viene allegato un DUVRI preliminare (All. 1).

ART. 16 – FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie il foro competente sarà quello di TERNI.

ART. 17 – NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto nel bando di gara, il presente Capitolato, e nel disciplinare di gara, si fa rinvio al D.Lgs 163/2006, nonché alle vigenti disposizioni normative e regolamentari, oltre che al codice civile.

Il Responsabile del Procedimento

Sig.ra Cinzia Orteni

Il Dirigente

Direzione delle Procedure Contrattuali
per il Reintegro e l'Innovazione del
Patrimonio Tecnologico e Mobiliare
Dott. Manlio Quaglia

All. 1:

DUVRI Preliminare