

AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA

TERNI

Oggetto : procedura ristretta per l'affidamento della fornitura di : "dispositivi per angiografia interventistica"

CHIARIMENTI N. 4

Una ditta interessata a partecipare alla procedura in oggetto indicata ha richiesto i chiarimenti di seguito indicati; si forniscono le relative risposte.

Domanda n. 1

A Lotto 69: non essendo specificato il numero di vie d'accesso siamo a richiederVi se è necessario offrire dei cateteri mono o bilume

Risposta

Lotto 69: il catetere deve essere bilume;

Domanda n.2

Lotto 129: siamo gentilmente a richiederVi di specificare se l'adesivo debba essere colorato o trasparente

Risposta

Lotto 128 (non il 129) l'adesivo può essere sia trasparente che colorato.

Domanda n.3

pag. 2 e seguenti della lettera di invito, al punto 2 della documentazione amministrativa relativa alla "documentazione comprovante la costituzione del deposito cauzionale provvisorio", viene riportato per ogni lotto per il quale si produce offerta dovrà essere presentata la relativa cauzione come sopra specificato.

Si chiede di sapere se è possibile presentare un unico deposito cauzionale provvisorio contenente tutti i lotti per i quali si produce offerta.

Risposta

Si rimanda ai chiarimenti n. 3

Terni 24/11/2011

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Gianni Giovannini