

**REGIONE UMBRIA**  
**AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA**  
**Via Tristano di Joannuccio,1 – Terni**

**CHIARIMENTI N. 2**

**Oggetto** : procedura aperta per l'affidamento della fornitura di “*radionuclidi*” occorrente alle esigenze dell'Azienda Ospedaliera “S.Maria” di Terni.

Una Ditta interessata a partecipante alla procedura in oggetto ha richiesto i chiarimenti di seguito indicati; si forniscono le relative risposte:

**Domanda n. 1** : Allegato A – elenco prodotti - lotto 19 si chiede confermare che il metodo di interesse sia RIA e non IRMA

**Risposta** : E' preferibile un metodo di dosaggio RIA ( come specificato), ma non si esclude la valutazione di un metodo IRMA.

**Domanda n. 2**

Allegato A – elenco prodotti – lotto 21 si chiede di specificare se interessati a KIT COATED TUBE o in fase liquida ;

**Risposta**

Si intende valutare solo sistemi in fase liquida

**Domanda n.3**

Allegato A – elenco prodotti – Lotto 34 : si chiede di specificare se interessati a kit diretto senza estrazione, o a kit con estrazione; si chiede di confermare che il metodo di interesse sia RIA e non IRMA.

**Risposta**

Si intende valutare il “PTH totale” con le due frazioni come specificato.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
Dott. Gianni Giovannini

Terni 28 gennaio 2011