

# **AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA**

## **TERNI**

Oggetto : procedura ristretta per l'affidamento della fornitura di : "dispositivi per Angiografia interventistica"

### **CHIARIMENTI N. 2**

Una ditta interessata a partecipare alla procedura in oggetto indicata ha richiesto i chiarimenti di seguito indicati; si forniscono le relative risposte.

#### **Domanda**

LOTTO 128

PUNTO 6 – UN TELO....

Si chiedono chiarimenti relativamente al materiale del telo, all'eventuale numero dei fori, all'eventuale presenza di bande laterali, alle dimensioni e alle caratteristiche del telo richiesto nel Kit del lotto 128

#### **Risposta**

Il materiale del telo deve essere in TNT;  
Il foro deve essere 1 e di dimensioni di 20 cm circa, necessarie per il posizionamento del CVC;  
Le bande laterali non sono necessarie;  
Le dimensioni del telo sono riportate nel lotto.

Terni 11/11/2011

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Gianni Giovannini