

**AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA
TERNI**

OGGETTO : procedura ristretta per l'affidamento della fornitura di “fornitura di: “ aghi, cateteri venosi e centrali, sistemi accesso venoso impiantabili“ occorrente all'Azienda Ospedaliera S.Maria di Terni –

CHIARIMENTI N. 2

Una ditta interessata a partecipare alla procedura in oggetto ha richiesto il seguente chiarimento ; si fornisce la relativa risposta:

Domanda

Lotto 6 c: considerando le nuove diciture per la campionatura da presentare, il range di lunghezze da tenere presente è da 100mm a 200mm e non da 150mm a 200mm, come indicato nell' Allegato n° 1?

Risposta

No, a rettifica di quanto indicato nel chiarimento n. 1 , per i sublotti 6c,6d e 6i è richiesta campionatura da 150 mm (nei quantitativi già stabiliti).

Terni 26 gennaio 2012

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.Gianni Giaovannini