

AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA

TERNI

Oggetto : procedura ristretta per l'affidamento della fornitura di : "dispositivi per angiografia interventistica"

CHIARIMENTI N. 5

Una ditta interessata a partecipare alla procedura in oggetto indicata ha richiesto i chiarimenti di seguito indicati; si forniscono le relative risposte.

Domanda n. 1

Lotto 128

Punto 1) telo sterile lungo 300 cm. Largo 200 cm. Con potere assorbente con un adesivo circolare? Cosa si intende per adesivo circolare?

Risposta

L'adesivo deve essere presente su tutta la superficie del telo.

Domanda n. 2

Lotto 128

Punto 2 - una vaschetta in materiale plastico da 20 cm. di colore bianco : il colore bianco richiesto è a pena di esclusione o è possibile inserire nel kit una vaschetta di altro colore ?

Risposta

Il colore della vaschetta non è a pena di esclusione, è sufficiente inserire nel kit una vaschetta di colore diverso dalle altre.

Domanda n. 3

Lotto 128

Punto 5 ...cinque garze sterili circa c.20x20 vanno bene quelle laparatomiche?

Risposta

Le garze devono essere non laparatomiche

Domanda 4

Lotto 128

Punto 6 un telo..... si chiedono chiarimenti relativamente alle caratteristiche di questo ultimo telo punto 6

Risposta

Si rimanda ai chiarimenti precedenti.

Terni 28/11/2011

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Gianni Giovannini