

**AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA  
TERNI**

**PROCEDURA RISTRETTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI : “  
DISPOSITIVI E MATERIALI IMPIANTABILI OCULISTICI “ OCCORRENTE PER  
L’AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA DI TERNI.**

**CHIARIMENTI N. 1**

**Domanda n. 1**

Al lotto 72 e' stato indicato "perfluorocarbonato liquido" come nei precedenti lotti 54-55-56-57 ai quali era' e' stata aggiunta una descrizione chiara, qui e' generico, che cosa e' richiesto esplicitamente?

**Risposta**

Detto lotto deve intendersi annullato, poiché è stata riportata per mero errore.

**Domanda n. 2**

Non e' consentita per ogni lotto la presentazione di piu' offerte, ma dove avete indicato piu' misure in un solo lotto dobbiamo indicare vari codici vari prezzi comunque, si viene esclusi?

**Risposta**

dove vengono indicate piu' misure in un solo lotto occorre indicare i vari codici e, qualora i prezzi non sono identici, occorre indicare per ciascun codice il prezzo.

**Domanda**

Cosa si intende per confezione multipla di campioni? Quanti pezzi per ogni prodotto offerto si devono campionare? E se il lotto ha piu' codici per motivo di varie misure, quanti pezzi sono da campionare per questi lotti "multipli"?

**Risposta**

Confezione multipla di campioni gratuiti si deve intendere uno o più colli misti contenenti la campionatura di tutti i lotti per cui si concorre, nei numeri di pezzi per ciascun lotto indicato nel capitolato (la nuova versione con inserita la colonna per la campionatura). Laddove per un lotto sono presenti più misure o articoli, dovrà essere presentata la campionatura per le tre misure maggiormente rappresentative del lotto medesimo.

**IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Gianni Giovannini**

