

**AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA
TERNI**

OGGETTO : procedura ristretta per l'affidamento della fornitura di: “materiali di consumo e di apparecchiature in noleggio per emodialisi e dialisi peritoneale” necessaria per l'Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni.

CHIARIMENTI N. 1

Una Ditta interessata a partecipare alla procedura in oggetto ha richiesto i chiarimenti di seguito indicati; sentito il Sanitario interessato si forniscono le relative risposte.

Domanda n. 1

Il cablaggio (punti rete sui posti tecnici di dialisi, almeno 1 per posto letto) è a carico dell'ufficio tecnico dell'Azienda Ospedaliera?

Risposta

Il Cablaggio è a carico dell'Azienda Ospedaliera

Domanda

2. Quanti sono i Posti Letti da monitorare?

Risposta

Vi sono 25 letti bilancia

Domanda

3. Per una più efficiente gestione ed operatività è possibile prevedere che i dispositivi di acquisizione dati dei monitor di dialisi siano fissati a muro, in corrispondenza dei posti letto, per permettere il turn-over dei monitor di dialisi?

Risposta

Si.

Domanda

4. I dispositivi di monitoraggio delle apparecchiature non influenzano in alcun modo le modalità e qualità dei trattamenti emodialitici e non hanno alcuna influenza sulla sicurezza del paziente, è riconosciuto dalla normativa di classificare tali apparecchiature in Classe 1.

Risposta

Si, trattasi di dispositivi di classe I.

Domanda

5. In ottica di sistema multimarca dei monitor di dialisi, ed anche in considerazione di futuri ampliamenti/ sostituzioni, non risultano attualmente esistenti sistemi di monitoraggio composti da dispositivi di Classe 2, ma di Classe 1.

Risposta

Si richiedono dispositivi di classe I.

Domanda

6. Deve essere prevista l'acquisizione automatica dei dati dai letti bilancia?

Risposta

Si

Domanda

7. Per fornitura di "5 Computer da tavolo con relativa stampante ", vi sono Standard aziendali e/o specifiche con requisiti minimi previsti?

Risposta

I computer dovranno essere di marca o produttore primario (es. IBM, DELL, HP), dotati di monitor LCD e Small Form Factor, con sistema operativo Window 7 standard.

Domanda

8. Per fornitura di "1 PC per il controllo a distanza ...", si intende un Server che funge da Supervisore? vi sono Standard aziendali e/o specifiche con requisiti minimi previsti?

Risposta

Si. Si dà preferenza ad architetture di sistema che prevedano la virtualizzazione delle infrastrutture lato server.

Domanda

9. Oltre alla fornitura di nr. 5 PC per le sale Dialisi, attualmente vi sono altre postazioni su cui si renda necessario l'installazione dell'applicativo di Cartella Clinica? (Ambulatori, Degenza, Studi Medici..) Se si quanti?

Risposta

Si, vi sono 4 postazioni negli studi medici e 2 postazioni negli ambulatori.

Domanda

10. E' possibile prevedere l'utilizzo di sistemi Server aziendali con relativi applicativi di gestione dati quali MS-SQL?

Risposta

E' obbligatorio.

Domanda

11. E' possibile prendere in considerazione, anche per semplicità di installazione e gestione degli applicativi al bisogno, anche soluzioni tipo Terminal Server o Applicazioni Virtualizzate (es. Capsule ThinApp)?

Risposta

Si, è possibile.

Domanda

12. Per una corretta analisi della formazione necessaria, quanti utenti devono essere previsti? (con suddivisione per tipologie, es.: medici, infermieri, amministratori ...)

Risposta

20 utenti (5 medici + 25 infermieri)

Domanda

13. Per le integrazioni previste (Esami di Laboratorio e Radiologici, Esportazioni dei consuntivi delle sedute e delle prestazioni secondo tracciato record Regionale) è possibile avere i riferimenti delle Aziende/figure che seguono in maniera specifica l'Azienda Ospedaliera e le modalità operative degli interfacciamenti?

Risposta

Azienda AGFA

Domanda

14. In merito alle integrazioni previste, eventuali oneri richiesti dalle Aziende per gli interfacciamenti sono a carico dell'Azienda Ospedaliera?

Risposta

Aspetto da valutare in secondo momento, all'atto dell'applicazione del software.

Domanda

15. Quale sistema di teleassistenza (VPN, ...) viene concesso dall'Azienda Ospedaliera per interventi d'emergenza su aggiornamenti, personalizzazioni e/o segnalazioni relativi al Sistema Informatico?

Risposta

E' richiesto VPN.

Domanda

16. E' da prevedere un sistema di Backup dei dati sanitari gestiti dal Sistema Informatico dipartimentale o vi sono strutture e sistemi già implementati e resi disponibili dall'Azienda Ospedaliera?

Risposta

No, non è da prevedere un sistema di Backup dei dati sanitari.

Terni 02/02/2012

**IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Gianni Giovannini**