

**AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA
TERNI**

**PROCEDURA RISTRETTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI : “
DISPOSITIVI E MATERIALI IMPIANTABILI OCULISTICI “ OCCORRENTE PER
L’AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA DI TERNI.**

CHIARIMENTI N. 2

Domanda n. 1

Per quanto concerne i lotti 16 - 17 - 18 non è specificato il calibro del filo, potete indicarlo?

Risposta

Lotto 16 calibro del filo 5 zeri

Lotto 17 – calibro del filo 6 zeri

Lotto 18 calibro del filo 6 zeri

Domanda

Al lotto 28 richiedete un filo di colore nero: è possibile offrire un prodotto che abbia le medesime caratteristiche richieste ma sia di un altro colore?

Risposta

Il filo non deve essere necessariamente nero

Domanda n. 3

Vi chiediamo conferma che l’aggiudicazione avverrà per singolo lotto, dove per lotto si intende il singolo riferimento

Risposta

L’aggiudicazione avverrà per singolo lotto, dove per lotto si intende il singolo riferimento

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Gianni Giovannini