

**AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA
TERNI**

OGGETTO : procedura ristretta per l'affidamento della fornitura di fornitura di: “ aghi, cateteri venosi e centrali, sistemi accesso venoso impiantabili“ occorrente all'Azienda Ospedaliera S.Maria di Terni –

CHIARIMENTI N. 3

Una ditta interessata a partecipare alla procedura in oggetto ha richiesto i seguenti chiarimenti ; si forniscono la relative risposte:

Domanda

Lotto n. 6 voce a: quali elementi vengono richiesti nel kit per amniocentesi?

Risposta

Il Kit deve essere composto da: una guaina coprisonda ecografica sterile, gel sterile, elastici e porta aghi vari gauge (da 16 G a 20 G circa)

Domanda

Lotto n. 6 voce b: è stata omessa, occorre rinominare le voci?

Risposta

E' stata omessa ma non occorre rinominare le voci

Domanda

Lotto n. 9: quale è la sostanziale differenza dei prodotti richiesti nelle voci a e b?

Risposta

E' un sistema di localizzazione a uncino singolo riposizionabile.

Terni 30 gennaio 2012

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.Gianni Giaovannini