

DOMANDA

All'art.3, pag. 6 tra le caratteristiche del " Sistema a pressione alternata " del punto B) viene prevista : l' " altezza di ogni singola cella attiva non inferiore a 20 cm" e successivamente " Dimensione max di ingombro :.....altezza minima delle celle gonfie cm.20". A tal proposito si chiede se la reale intenzione era quella di prevedere l'altezza minima complessiva di 20 cm del materasso e non delle sole celle.

RISPOSTA

La stazione appaltante ha previsto all'art.3 pag. 6 punto B del Capitolato Speciale "altezza di ogni singola cella attiva non inferiore a 20 cm " e sempre all'art.3 pag. 6 punto B del citato Capitolato "Dimensione max di ingombro: Lunghezza cm.208,5 – Larghezza cm. 80 – altezza minima delle celle gonfie cm. 20".

Si precisa pertanto, che l'altezza minima di cm. 20 è riferita alle singole celle e non all'altezza del materasso.