

DOMANDA

Il Capitolato Speciale all'Art.6 – Collaudo, pag .8, prevede che “ La ditta aggiudicataria provvederà a far eseguire, con le modalità previste dalla vigente normativa, il collaudo relativo al presidio terapeutico di volta in volta consegnato. Detto collaudo, le cui spese saranno a carico della ditta aggiudicataria sarà effettuato in contraddittorio tra i tecnici di questa Azienda e quelli della ditta aggiudicataria ed accertato con apposito verbale.

Il coordinatore o suo delegato prima di utilizzare un “presidio” antidecubito deve accertarsi che questo sia munito dell'apposito certificato di avvenuto collaudo”.

Si chiede se la consegna entro 12 ore del sistema antidecubito debba includere anche il contraddittorio tra i tecnici della Vs. spettabile Azienda e la ditta aggiudicataria

RISPOSTA

Si precisa che la consegna dei beni, così come previsto dall'art.5 del Capitolato Speciale, deve avvenire entro 12 ore dalla chiamata e che le operazioni di collaudo, effettuate in contraddittorio tra i tecnici di questa Azienda ed i tecnici della ditta aggiudicataria, non sono incluse in tale intervallo orario.