

**AZIENDA OSPEDALIERA “S. MARIA”
TERNI**

Oggetto: procedura aperta per l’affidamento della fornitura, in locazione triennale, di un apparecchio di radiologia vascolare mobile e delle prestazioni collaterali, occorrente per la S.S. di Chirurgia vascolare dell’Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni.

COMUNICAZIONE N. 1

In riferimento alla procedura in oggetto si comunica quanto segue:

- a) i requisiti tecnici indicati all’art. 2 del Capitolato speciale di gara ***di seguito riportati*** debbono ***intendersi indicativi*** e non di minima come evidenziato nel Capitolato di gara pubblicato sul portale aziendale www.aospterni.it :

.....MECCANICA

.....Rotazione orbitale di almeno 165°;

-detettore inserito nell’apparecchiatura in modo da risultare perfettamente integrato e protetto;

.....

.....INTERFACCIA UTENTE

-preferibilmente touchscreen, con icone intuitiva, n.2 sincronizzati tra loro, installati su carrello monitor e su arco a C;

- pannello installato su arco, su braccio orientabile, dotato di monitor di preview e posizionato in modo da evitare l’effetto riflesso dalle lampade scialitiche.

*Di conseguenza, la presenza o meno dei suddetti requisiti **influirà esclusivamente sulla graduazione dei punteggi attribuiti per la qualità.***

b) il valore del requisito indicato all’art. 2 del Capitolato speciale di gara alla voce INTERFACCIA UTENTE - cine loop deve intendersi ***“fino a 25 f/s” e non fino a 8f/s come riportato al predetto punto del Capitolato speciale di gara;***

c) il requisito indicato all’art. 2 del Capitolato Speciale di gara alla Voce INTERFACCIA UTENTE “ ... *memoria locale da circa 10.000 immagini* ” deve intendersi eliminato .

Rimane fermo tutto il resto.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.Gianni Giovannini

Terni lì 19/01/2010