

AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA TERNI

Oggetto : procedura ristretta per l'affidamento della fornitura di "in service " sistemi diagnostici" per il Servizio Immunotrasfusionale dell'Azienda Ospedaliera S.Maria di Terni.

COMUNICAZIONE N. 2

A seguito di un ulteriore approfondimento del capitolato di gara, Il Direttore del Laboratorio Immunotrasfusionale e di Ematologia ha comunicato quanto segue:

Lotto 3 -

Per quanto riguarda:

le caratteristiche della strumentazione richieste ai punti:

4) automazione completa delle fasi di estrazione, amplificazione, rilevazione, senza alcun intervento da parte dell'operatore, dal caricamento del campione alla refertazione del risultato;

5) prevenzione delle contaminazioni con sistema enzimatico standardizzato;

le caratteristiche dei reagenti, controlli e materiali di consumo richieste al punto:

5)il materiale amplificato deve essere idoneo per eventuali genotipizzazioni;

debbono intendersi indicative, di conseguenza, la presenza o meno dei suddetti requisiti influirà esclusivamente sulla graduazione dei punteggi attribuiti.

Per quanto sopra i criteri di valutazione di cui al lotto 3 vengono modificati come segue:

	Criteri di valutazione lotto 3	Punti	
A	Automazione ed organizzazione del lavoro	Totale: max 18	<i>La Comm.ne in particolare valuterà i requisiti specificati ai punti sotto indicati*</i>
A.1	Coerenza complessiva della proposta tecnica, automazione offerta, novità tecnologiche adottate, semplificazione e riduzione dei processi operativi	-14	1.1, 1.2, 1.3, 1.5
A. 2	Valutazione delle caratteristiche tecniche relative allo strumento analitico proposto	-4	1.4
B	Qualità analitica e governabilità dei risultati	Totale: max 27	
B.1	Valutazione del metodo analitico e dei parametri dichiarati e documentati attraverso le schede tecniche o altra documentazione fornita	14	2.1, 2.2
B.2	Valutazione dei sistemi di controllo della fase di rivelazione, della fase di amplificazione, della contaminazione da prodotto amplificato	13	2.3, 2.4, 2.5
C	Attività e servizi post vendita	Totale: max 5	
C.1	Valutazione del programma di assistenza tecnica garantito	5	3

**La Comm.ne giudicatrice in particolare valuterà i seguenti criteri*

1. Tecnologia

- 1.1. Tempo macchina per singolo test e per test simultanei.
- 1.2. Tempo operatore e unità operatore equivalente per i carichi di lavoro proposti.
- 1.3. Capacità massima di caricamento in continuo di campioni, reagenti e consumabili.
- 1.4. Semplificazione dei processi operativi
- 1.5. Automazione completa delle fasi di estrazione, amplificazione, rilevazione, senza alcun intervento da parte dell'operatore, dal caricamento del campione alla refertazione del risultato

2. Reagenti

- 2.1. Caratteristiche e limite di rilevazione o limite di sensibilità per ciascun test.
- 2.2. Specificità analitica.
- 2.3. Analisi del sistema di controllo della fase di rilevazione e della fase di amplificazione.
- 2.4. Prevenzione delle contaminazioni
- 2.5. Possibilità di riutilizzare il materiale amplificato per eventuali genotipizzazioni

La tabella di cui sopra deve intendersi valida solo per il lotto n. 3 e sostituita di quanto già riportato nel Capitolato di gara per detto lotto n. 3 .

Fermo il resto.

Terni 7 novembre 2011

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Gianni Giovannini