

**Caratteristiche tecniche**

N. 1 ANGIO-OCT per la S.C. di Oculistica

- possibilità di eseguire analisi della struttura retinica e coroideale, del segmento anteriore e del nervo ottico ad elevata risoluzione (risoluzione laterale di almeno 6 micron per visualizzare i microcapillari retinici);
- Possibilità di eseguire esami in miosi;
- capacità di indagine ad ampio campo (almeno 55°);
- Possibilità di approfondimento diagnostico con sovrapposizione delle immagini angio-OCT con le immagini del sistema fluorangiografico già in possesso;
- Sistema eye-tracker attivo di controllo per A-OCT;
- Sistema implementabile;
- tavolo elettrico dedicato;
- PC gestionale e stampante laser a colori;