

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI “SONDE, REAGENTI, MATERIALE DI CONSUMO E STRUMENTAZIONI ACCESSORIE PER ANALISI DI BM IN SITU (FISH) OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DI DIAGNOSTICA ONCOLOGICA DELLA STRUTTURA COMPLESSA DI ANATOMIA PATOLOGICA DELL’AZIENDA OSPEDALIERA SANTA MARIA DI TERNI – CIG 7446006E85”

Una ditta concorrente ha richiesto i seguenti chiarimenti; si forniscono le relative risposte:

CHIARIMENTO N. 2

DOMANDA

Specificare se, per la sonda ALK (pag. 2 dell'Allegato1 capitolato di gara), è richiesta una sonda break-apart o una sonda per traslocazione come scritto nella voce "tipo di analisi (KIT CE-IVD) poichè" in questo caso si tratterebbe di una traslocazione 2;5.

RISPOSTA

Per il gene ALK non è richiesta una sonda Break-Apart t(2;5);

DOMANDA

Specificare se nell'allegato 2 al punto 5 della tabella criteri qualitativi, nella disponibilità di formati delle sonde ridotti, la dicitura "test inferiore a 10" risulta essere un refuso. Riteniamo infatti che la dicitura corretta debba essere "test inferiore a 20".

RISPOSTA

Dato il numero di determinazioni/anno specificate nel Capitolato per ciascun gene (n.20), la dicitura "test inferiore a 20" risulta più idonea.