

Oggetto: Procedura ristretta, per l'affidamento della fornitura di: ” CND C – Dispositivi per apparato Cardiocircolatorio occorrenti alle Aziende Ospedaliere di Perugia e Terni e per le AUSL Umbria 1 e 2 ”.

CHIARIMENTO N. 16

Una ditta concorrente interessata a partecipare alla procedura in oggetto, ha richiesto i chiarimenti di seguito indicati; si forniscono le seguenti risposte:

Domanda n. 1

Invio dei disegni per i lotti 11-12-13 in quanto non presenti nella documentazione di gara.

Risposta

Si rimanda al chiarimento n. 6 del 22/02/2018

Domanda n. 2

Se sono previsti disegni per i lotti 10-15-35

Risposta

No. Si rimanda a quanto previsto nella documentazione di gara.

Domanda n. 3

In riferimento ai lotti 12 e 13 si chiede se la campana richiesta nelle specifiche tecniche, è da considerarsi all'interno del circuito CEC, o se possa essere fornita separatamente, in confezione singola sterile.

Risposta

La campana richiesta nelle specifiche tecniche deve essere fornita separatamente in confezione singola sterile.

Domanda n. 4

Essendo i disegni indispensabili per individuare il prodotto da offrire e trattandosi di circuiti che verranno prodotti in base alle esigenze in questi evidenziati, si chiede la proroga dei termini di scadenza, al fine di dare il tempo alle ditte di produrre i campioni richiesti.

Risposta

Si confermano le date riportate nella documentazione di gara.

Li 08 Marzo 2018

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Cinzia Angione