

AZIENDA OSPEDALIERA "S. MARIA"

TERNI

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE RELATIVO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS. N. 50 DEL 18/04/2016 E S.M.I. PER L'ACQUISIZIONE DI N. 1 COLORATORE E MONTATORE AUTOMATICO PER VETRINI, OCCORRENTE PER IL LABORATORIO DELLA S.C. ANATOMIA PATOLOGICA DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA DI TERNI – CIG 7624552B58

Questa Azienda Ospedaliera S. Maria, sulla base di quanto disposto con Delibera D.G. n. 793 del 06.09.2018, intende procedere, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b e comma 6) del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016, nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 all'attivazione di una procedura negoziata tramite RDO sul MEPA per l'acquisizione della fornitura, *in service quinquennale*, di "DI N. 1 COLORATORE E MONTATORE AUTOMATICO PER VETRINI, OCCORRENTE PER IL LABORATORIO DELLA S.C. ANATOMIA PATOLOGICA DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S.MARIA DI TERNI", meglio specificata nell'**Allegato 1**, per un importo totale della gara di €uro 125.000,00 IVA esclusa, da sottoporre a ribasso.

La procedura sarà aggiudicata ai sensi dell'articolo 95 del Decreto Legislativo n. 50/2016, con il criterio **dell'offerta economicamente più vantaggiosa**.

Con il presente avviso si richiede agli operatori economici di manifestare l'interesse a essere invitati alla procedura per la fornitura in oggetto.

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

La procedura verrà espletata con le modalità previste dall' art. 36 del D.Lgs. n.50 del 18.04.2016 e s.m.i. e dalle norme di gara e dal Regolamento Aziendale per la disciplina transitoria di alcune fasi e procedure relative all'acquisizione di beni, servizi e lavori, in attuazione del Codice dei Contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016, approvato con Delibera del Direttore Generale n. 476 del 23/05/2017.

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici abilitati a operare sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, di cui al bando "BENI – Forniture specifiche per la sanità", che intendono partecipare alla procedura in oggetto, dovranno presentare apposita istanza a questa Azienda Ospedaliera entro il **03.10.2018 ORE 12.00** dichiarando che:

- l'impresa che rappresenta risulta abilitata a operare nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, al bando "BENI – Forniture specifiche per la sanità"

- nei confronti dell'impresa che rappresenta non ricorrono le cause di esclusione di cui all'articolo 80, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., di essere iscritto alla C.C.I.A.A. per l'esercizio dell'attività oggetto della fornitura;

-il fatturato globale d'impresa prodotto negli ultimi tre esercizi fiscalmente documentabili;

-di aver svolto negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del presente Avviso, analoga fornitura in favore di Committenti pubblici o privati.

La richiesta dovrà essere corredata da fotocopia fronte/retro, non autenticata, di un valido documento di identità del soggetto sottoscrittore ai sensi del D.P.R. 445/00 e s.i.m.; per la redazione della medesima potrà essere utilizzato il modello in formato word messo a disposizione unitamente al presente avviso (**allegato A**). All'istanza dovrà essere allegato il patto di integrità (**allegato B**), debitamente firmato.

AVVERTENZE:

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire la partecipazione del maggior numero di operatori economici; le manifestazioni d'interesse non vincolano in alcun modo l'Azienda sanitaria, in quanto hanno come unico scopo di rendere noto all'Amministrazione la disponibilità a essere invitati a presentare l'offerta.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Il plico contenente l'istanza di partecipazione e le dichiarazioni sopra richieste, dovranno pervenire a mezzo raccomandata A.R. del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata o ancora recapitato a mano presso l'Ufficio Protocollo dell'Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni all'indirizzo indicato ai punti di contatto, entro il termine perentorio delle **ore 12:00 del giorno 03.10.2018.**

Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Paola Zampa
Per informazioni e/o chiarimenti rif.:
Dott.ssa Paola Zampa Tel: 0744 205689 – Fax: 0744 205252

ALL. 1

FORNITURA IN SERVICE QUINQUENNALE DI UN COLORATORE E MONTATORE AUTOMATICO PER VETRINI

Lo strumento in oggetto dovrà possedere le seguenti caratteristiche di minima:

- a) Strumentazione di ultima generazione e conforme alle normative CE-IVD;
- b) Strumento in grado di gestire in maniera completamente automatica tutte le fasi del processo (asciugatura, sparaffinatura, colorazione, montaggio del vetrino);
- c) Per ottimizzare i protocolli di colorazione il braccio robotizzato deve potersi muovere sugli assi X-Y-Z .;
- d) Il movimento del braccio essere esente da sgocciolamenti, contaminazione e crossing over tra i vari reagenti utilizzati;
- e) Le due macchine debbono essere completamente chiuse per la sicurezza dell'operatore e dell'ambiente di lavoro;
- f) Possibilità di gestire contemporaneamente diversi programmi;
- g) Possibilità di creare e modificare protocolli di colorazione direttamente dall'operatore, variando numero di passaggi, reattivi e tempistica di incubazione;
- h) Possibilità di carico e scarico di vetrini in continuo su idoneo cestello o vassoio porta-vetrini;
- i) Avvio automatico della colorazione tramite codifica cromatica in alternativa al comando su monitor touch screen;
- j) Interfaccia software in lingua italiana;
- k) Possibilità di inserimento dei vetrini da idoneo cassetto (almeno due) senza apertura del coperchio dello strumento;
- l) Il sistema coloratore monta-vetrini deve essere completamente integrato e automatizzato per consentire all'operatore di caricare i vetrini e recuperarli a fine processo pronti per essere letti o archiviati;
- m) La macchina per montaggio vetrini deve poter lavorare in continuità con il coloratore oppure deve poter essere possibile l'inserimento di cestelli provenienti da altre macchine anche con coloratore avviato;
- n) Possibilità di montare macrovetrini;
- o) Segnale acustico che indichi la conclusione del processo di colorazione;
- p) Segnalatore acustico che indichi eventuali anomalie e interruzioni del processo di colorazione;
- q) Ridotti interventi di manutenzione ordinaria;
- r) Semplicità di utilizzo.

Reagenti di consumo necessari al funzionamento

A) Mezzo sintetico per copertura/montaggio vetrini

B) Materiale necessario al buon funzionamento delle apparecchiature (filtri a carbone, cestelli e rack per colorazione e montaggio vetrini, etc.).

La quantificazione del materiale di consumo dovrà essere calcolata considerando i seguenti carichi di lavoro:

- Ematossilina-Eosina: circa 110.000 vetrini/anno colorati con Ematossilina-Eosina;
- Immunoistochimica: circa 30.000 vetrini/anno;

I numeri indicati potrebbero subire una variazione approssimativa del +/- 20%.