

ALL A ALL'AVVISO

LOTTO	CND	DESCRIZIONE LOTTO	SPECIFICHE TECNICHE	FABBISOGNO PRESUNTO ANNUO PZ
1	C900301	SENSORI PER OSSIMETRIA	Sensori per saturimetria transcutanea - ADATTI A PAZIENTI ADULTI - , perfettamente raccordabili con monitor e saturimetri con tecnologia rilevamento SpO2. Nellcor/Nellcor Oximax (dichiarazione scritta da presentare circa la compatibilità) per il monitoraggio continuo non invasivo della saturazione arteriosa dell'ossigeno e della frequenza del polso, di facile applicazione e rimozione, adesivi tale da garantire il mantenimento in situ del sensore anche per il monitoraggio a lungo termine, ipoallergenici. Punto di applicazione ai pazienti adulti: dito - viso Monouso in confezione singola	1900
2	C900301	SENSORI PER OSSIMETRIA	Sensori per saturimetria transcutanea - ADATTI A PAZIENTI PEDIATRICI (tra kg. 3 - 20) - , perfettamente raccordabili con monitor e saturimetri con tecnologia rilevamento SpO2. Nellcor/Nellcor Oximax (dichiarazione scritta da presentare circa la compatibilità) per il monitoraggio continuo non invasivo della saturazione arteriosa dell'ossigeno e della frequenza del polso, di facile applicazione e rimozione, adesivi tale da garantire il mantenimento in situ del sensore anche per il monitoraggio a lungo termine, ipoallergenici. Monouso in confezione singola	50

La ditta aggiudicataria di ogni singolo lotto dovrà consegnare, in uso gratuito i cavi prolunga compatibili per i sensori, provvedendo alla loro sostituzione