

OGGETTO: Procedura ristretta per l'affidamento della fornitura di n. 1 TOMOGRAFO ASSIALE COMPUTERIZZATO “per le esigenze della S.C. di Radiologia dell’Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni – CIG 7667439AD

CHIARIMENTO n. 1

Una ditta concorrente interessata a partecipare alla procedura in oggetto indicata ha richiesto i seguenti chiarimenti; si forniscono le relative risposte:

Domande

1. Si chiede di confermare che i lavori edili e impiantistici, necessari all’installazione dell’apparecchiatura sono da intendersi a carico della stazione appaltante;
2. Si chiede la possibilità di effettuare il sopralluogo per la presa visione dei locali di installazione;
3. Si chiede di specificare la tipologia e il relativo modello dell’apparecchiatura che dovrà essere smaltita;
4. In riferimento alla procedura in oggetto, con la presente siamo a chiedere la pubblicazione delle Planimetri in formato DWG (AutoCAD).

Risposte

1. Tutti i lavori connessi all’installazione dell’apparecchiatura sono a carico della ditta aggiudicataria dell’appalto.
2. Non previsto nella documentazione di gara.
3. Apparecchiatura CT Aquilion 16 della Ditta Toshiba.
4. Si conferma quanto già comunicato nella documentazione di gara.

IL RUP