

**OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA NON PRECEDUTA DA BANDO DI GARA
(ART. 63 D.LGS 50/2016 – ART. 32 DIRETTIVA 24/2014 PER LAGGIORNAMENTO
DELL'APPARECCHIATURA PER BRACHITERAPIA AD ALTO RATEO DI DOSE (BRT HDR)
MICROSELECTRON V2 NUCLETRON.**

CHIARIMENTO

Una ditta concorrente interessata a partecipare alla procedura in oggetto indicata ha richiesto il seguente chiarimento; si fornisce la relativa risposta:

Domanda

Con riferimento alla gara per Apparecchiatura per Brachiterapia ad alto rateo di dose (BRT HDR) MicroSelectron V2 Nucletron, ci risulta che l'azienda produttrice abbia annunciato da tempo la cessazione del prodotto in questione – sia per quanto riguarda la manutenzione sia per quanto riguarda gli aggiornamenti. Si chiede pertanto di chiarire se la gara in questione preveda la sostituzione dell'apparecchiatura con una più recente.

Risposta

- 1) L'attuale dotazione della S.C. di Radioterapia Oncologica per quanto riguarda la Brachiterapia è costituito da un Sistema Afterloader MicroSelectron V2 Nucletron e relativi Applicatori e da un TPS Oncentra Brachy con doppio monitor (Software Vs 4.5.2);
- 2) In riferimento a quanto richiesto ai punti A, B dell'Allegato all'Avviso ("Unità mobile di trattamento" e "Stazione di erogazione e controllo del trattamento"), l'acquisizione di queste parti implica la sostituzione del Sistema Afterloader esistente;
- 3) In riferimento a quanto richiesto al punto C ("Applicatori"), l'acquisizione integra gli applicatori esistenti;
- 3) il TPS Oncentra Brachy descritto rimane in nostra dotazione e quindi l'offerta dovrà essere compatibile questo Sistema per elaborazione dei piani di trattamento in Brachiterapia.

IL RUP