

Risposte alle richieste di chiarimenti

Oggetto gara: PROCEDURA RISTRETTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI PER OFTALMOLOGIA OCCORRENTI ALLA S.C. DI OCULISTICA DELL' AZIENDA OSPEDALIERA DI TERNI. LOTTI DAL N.1 AL 9/ DAL N. 11 AL N.42/DAL N. 45 AL N.51/DAL N. 54 AL N.73/DAL N.78 AL N.83/DAL N. 85 AL N.89/DAL N.94 AL 97

Protocollo gara: 7388221

Ente: Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni

Data creazione report: 22/01/2020 13:23

Chiarimento n. 5 : CHIARIMENTO N.4

da Ente alle 06/12/2019 13:40

Una ditta interessata a partecipare alla procedura in oggetto ha richiesto il seguente chiarimento; si fornisce relativa risposta.

DOMANDA

Buongiorno,

in riferimento alla costituzione della garanzia provvisoria:

la stessa deve essere presentata soltanto per i lotti riportati in tabella pag 10 della lettera di invito? (45-46-71-82)

Sono quindi esclusi tutti gli altri lotti di gara?

RISPOSTA

Si conferma la documentazione di gara

Chiarimento n. 7 : CHIARIMENTO N.3

da Ente alle 10/12/2019 13:35

Una ditta interessata a partecipare alla procedura in oggetto ha richiesto il seguente chiarimento; si fornisce relativa risposta.

DOMANDA

Buongiorno,

si chiede di chiarire quali differenze intercorrano tra il lotto 75 ed il lotto 76, trattandosi del medesimo prodotto che viene sempre confezionato in confezione singola sterile contenuta a sua volta in conf. 100 pezzi.

In attesa di cortese riscontro.

RISPOSTA

Trattasi di refuso, la descrizione del lotto n. 76 è "fluoresceina in collirio monodose" come indicato nel Bando di gara.

Chiarimento n. 8 : CHIARIMENTO N. 1 E 2

da Ente alle 13/12/2019 12:44

Delle ditte interessate a partecipare alla procedura di gara in oggetto hanno richiesto i seguenti chiarimenti; si forniscono le relative risposte:

DOMANDE

1) Lotti 81-82-83: si richiede se il telo copritavolo debba avvolgere il kit

-

2) Lotto 82: Cannula da idrodissezione 27G, si richiede se debba essere curva o angolata

Microbisturi: si richiede se debbano essere con sistema di sicurezza

3) Lotto 17 "Asciughini rettangolari sterili": si chiede se "rettangolari" sia un refuso e che la descrizione corretta sia "triangolari".

-

4) Lotto 78-79-80: Viene indicato materiale impermeabile. Si chiede di chiarire se trattasi di materiale idrorepellente oppure assorbente/impermeabile.

-

5) Lotto 81-82-83: Si chiede di specificare il materiale dei teli oftalmici dei kit; deve essere idrorepellente oppure assorbente/impermeabile?

-

6) Lotto 83 "Blefarostato": deve essere a valve aperte oppure a valve chiuse solide?

RISPOSTE

- 1) Si conferma
- 2) Angolata. Senza sistemi di sicurezza
- 3) Rettangolari
- 4) Assorbente/impermeabile
- 5) Assorbente/impermeabile
- 6) Chiuse solide

Chiarimento n. 10 : chiarimento n. 9

da Ente alle 17/12/2019 15:07

Una Ditta interessata a partecipare alla procedura in oggetto ha richiesto i seguenti chiarimenti; si forniscono le relative risposte:

DOMANDE

- 1) All.6 lett. invito - Schema

Dich. Assolvimento Imposta Di Bollo: è indicato di inserire il documento in formato elettronico, firmato in modo olografo e scansionato. Vi chiediamo cortesemente, anche in considerazione delle prescrizioni del Codice Appalti in merito all'utilizzo di mezzi elettronici per l'espletamento delle procedure di gara e coerentemente con l'impostazione digitale dell'intera procedura, di accettare, in sostituzione della firma olografa, la firma digitale.

- 2) Schede tecniche: a pag. 3/12 del

Capitolato di gara è indicato che le schede tecniche dovranno pervenire anche in formato cartaceo. Confermate che sia un refuso?

RISPOSTE

- 1) Si accetta firma digitale
- 2) Trattasi di refuso; tutta la doc di gara dovrà pervenire solo in formato elettronico

Chiarimento n. 13 : chiarimento n. 12

da Ente alle 02/01/2020 10:08

Una ditta interessata a partecipare alla procedura in oggetto ha richiesto i seguenti chiarimenti; si forniscono le relative risposte:

DOMANDE

In merito ai lotti di cui in oggetto gli importi a base asta sono giusti?

lotto n.4: importo decisamente troppo basso

lotto 40: importo fuori mercato (troppo alto)

lotto 42: importo decisamente fuori mercato (troppo alto)

RISPOSTE

Si conferma la documentazione di gara

Chiarimento n. 16 : chiarimento n. 15

da Ente alle 08/01/2020 08:35

Una ditta interessata a partecipare alla procedura in oggetto ha richiesto il seguente chiarimento; si fornisce relativa risposta.

DOMANDA

confermate che non è necessario produrre nuovamente il DGUE se non sono intervenute variazioni dalla richiesta di partecipazione ad oggi?

RISPOSTA

Si conferma

Chiarimento n. 18 : chiarimento n. 17

da Ente alle 10/01/2020 08:15

Una Ditta interessata a partecipare alla procedura in oggetto ha richiesto il seguente chiarimento; si fornisce

relativa risposta.

DOMANDA

Vi chiediamo gentilmente di specificare ulteriormente la risposta al "Chiarimento n. 5 : CHIARIMENTO N.4". Confermate che la garanzia provvisoria debba essere presentata soltanto per i lotti riportati in tabella pag 10 della lettera di invito?

RISPOSTA

Si conferma

Chiarimento n. 21 : chiarimento n. 20

da Ente alle 13/01/2020 13:25

Una ditta interessata a partecipare alla procedura in oggetto ha richiesto il seguente chiarimento; si fornisce relativa risposta.

DOMANDA

la nostra azienda è in possesso di certificato ISO13485, siamo a richiedere se possiamo avvalerci della riduzione al 50% della cauzione provvisoria. Si precisa che la certificazione ISO 13485 è una certificazione che attiene ai requisiti specifici che la norma ISO impone agli operatori economici che operano nel mercato dei dispositivi medici. E' considerata un "quid pluris rispetto alla più generale certificazione UNI EN ISO 9001:2000" anche dall'ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione.

RISPOSTA

Si conferma

Chiarimento n. 26 : CHIARIMENTO N. 23-24-25

da Ente alle 14/01/2020 11:13

Una ditta interessata a partecipare alla procedura in oggetto ha richiesto i seguenti chiarimenti; si forniscono relative risposte:

DOMANDE

1) Buongiorno,

non riesco a trovare i lotti in oggetto per l'abilitazione, perchè?

2) Per quanto riguarda la documentazione

tecnica da caricare in piattaforma, si chiede di voler confermare se è possibile caricare tante cartelle.zip firmate digitalmente e marcate per quanto sono i lotti di partecipazione.

3). Per quanto riguarda il DGUE da

compilare, in quanto sono intervenute delle variazioni, si chiede di voler confermare che bisogna utilizzare il modello presentato per la domanda di partecipazione alla gara. In caso contrario dove è possibile reperirlo?

4) lotto n. 46 "ACIDO IALURONICO E DERIVATI PER OFTALMOLOGIA - SOLUZIONE VISCOELASTICA A CATENA LUNGA" è suddiviso in due sub-lotti aventi caratteristiche completamente diverse. Si chiede di voler confermare se per tale lotto è necessario rispondere, pena l'esclusione, con due codici prodotto aventi prezzi diversi. Si chiede, inoltre, la possibilità di suddividerlo in due lotti distinti.

5) Il

lotto n. 47 " ACIDO IALURONICO E DERIVATI PER OFTALMOLOGIA - SOLUZIONE VISCOELASTICA A CATENA LUNGA E CORTA IN UNICO CONFEZIONAMENTO " è articolato in tre sub-lotti, ciascuno dei quali descrive una specifica composizione viscoelastica. Si chiede di precisare se è obbligatorio, pena l'esclusione, rispondere al lotto nella sua totalità e quindi per tutte e tre le voci, o se è possibile rispondere soltanto ad una singola voce. In caso di vs. conferma di unicità del lotto, si chiede la possibilità di suddividerlo in più lotti differenziando le diverse caratteristiche tecniche.

6) nella documentazione a corredo delle offerte chiedete n. 2 referenze bancarie: qualora si disponesse di un solo

conto bancario, in quale altro modo è possibile dimostrare la capacità finanziaria dell'azienda?

RISPOSTE

- 1) La gara prevede due procedure telematiche distinte (una lotti a minor prezzo ed una a prezzo qualità). Per eventuali problemi di abilitazione contattare la piattaforma net47market
- 2) Si conferma
- 3) Si conferma
- 4) Si conferma, purchè la base d'asta dei dei codici diversi non supera la base d'asta dell'intero lotto. No, non è possibile fare due lotti distinti
- 5) Si, il lotto da considerare è nella sua totalità
- 6) Si devono eventualmente presentare i bilanci degli ultimi 3 anni.

Chiarimento n. 27 : Procedura ristretta per l'affidamento della fornitura di dispositivi per oftalmologia - chiarimento

da Ente alle 14/01/2020 16:17

Una ditta interessata ha chiesto il seguente chiarimento, si fornisce la relativa risposta.

DOMANDA

Ai sensi dell'art. 86 comma 4, del D.lgs. 50/2016, la ns.Azienda può sostituire una delle lettere di referenza bancaria con una copia degli ultimi 3 bilanci della società (avendo già specificato - come richiesto - nel DGUE che operiamo con un unico istituto di credito)

RISPOSTA

Si conferma

Chiarimento n. 30 : chiarimento n. 29

da Ente alle 16/01/2020 08:37

Una ditta interessata alla procedura in oggetto ha partecipato alla procedura in oggetto ha richiesto il seguente chiarimento; si fornisce relativa risposta:

DOMANDA

Al fine di dimostrare la capacità finanziaria ed economica aziendale, è possibile presentare esclusivamente e solo la copia degli ultimi 3 bilanci depositati?

RISPOSTA

No, si deve presentare almeno una referenza bancaria. La seconda può essere sostituita dalla copia degli ultimi 3 bilanci di esercizi

Chiarimento n. 31 : chiarimenti

da Ente alle 16/01/2020 16:11

Delle ditte interessate a partecipare alla procedura in oggetto hanno richiesto i seguenti chiarimenti; si forniscono relative risposte

DOMANDE

LOTTO 21 - si chiede di specificare misura e tipologia del prodotto richiesto.

2)"Si richiede, per poter formulare offerta, maggiori informazioni sul prodotto richiesto come cannula di buratto aspirazione irrigazione monouso: si tratta di una cannula o di un manipolo?"

RISPOSTE

1) Per il lotto 21 si intende un bisturi tipo CRESCENT KNIFE di circa 2,3 mm di larghezza, angolato satinato

2) Si tratta di manipolo monouso con cannula, la punta della cannula deve essere arrotondata, meglio se smerigliata, con fori laterali per quella di infusione e superiore per quella di aspirazione

Chiarimento n. 33 : CHIARIMENTI 28 E 32

da Ente alle 21/01/2020 11:56

Delle ditte interessate a partecipare alla procedura di gara in oggetto hanno richiesto i seguenti chiarimenti; si forniscono relative risposte:

DOMANDE

LOTTO 82:

- 1) "si chiede di specificare la quantità e la relativa misura dei camici":
- 2) lotto 83. Chiediamo se è possibile fornire i due campioni del CP non sterili essendo un pack personalizzato e da preparare su misura".

RISPOSTE

- 1) n.2 camici per operatore e ferrista (di cui n. 1 mis. XL e n. 1 mis.L) corredati di salviettine asciugamani
- 2) è possibile fornire campioni non sterili