

## Risposte alle richieste di chiarimenti

Oggetto gara: Lotti da aggiudicare in base al criterio qualità/prezzo relativi alla procedura ristretta per l'affidamento della fornitura di dispositivi per neurochirurgia lotti a qualità- prezzo

Protocollo gara: 7405525

Ente: Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni

Data creazione report: 16/09/2020 13:31

### Chiarimento n. 6 : comunicazione n. 1 e comunicazione n. 2

da Ente alle 13/07/2020 12:57

**OGGETTO: PROCEDURA RISTRETTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI: “DISPOSITIVI MEDICI PER NEUROCHIRURGIA” OCCORRENTI ALLE ESIGENZE DELLA S.C. DI NEUROCHIRURGIA. GARA ANAC: 7405525**

#### COMUNICAZIONE N. 1

In riferimento alla procedura di gara in oggetto, si comunica che i termini per la presentazione dell’offerta vengono prorogati alle ore **13:00** del giorno **25.09.2020** ed il termine per la presentazione dei chiarimenti al giorno 14.09.2020.

Il verbale definito dei chiarimenti verrà pubblicato al giorno 16.09.2020.

L’esperimento in seduta pubblica digitale viene prevista per il giorno **29.09.2020 ore 9:00**.

Fermo  
il Resto

IL  
RUP

COMUNICAZIONE N. 2

In riferimento alla procedura di gara in oggetto, si comunica che, come indicato sia all'art 8 del disciplinare telematico relativo alla "Documentazione economica" sia all'art. 5 del Capitolato di gara "Offerta economica", le offerte dovranno essere presentate tenendo conto del PREZZO COMPLESSIVO del lotto indicato nella sezione "lotti" della piattaforma Net4market, e non del prezzo unitario.

### **Chiarimento n. 7 : chiarimento n. 1**

da Ente alle 13/07/2020 13:18

Delle ditte interessate a partecipare alla procedura di gara in oggetto ha richiesto i seguenti chiarimenti; si forniscono le relative risposte.

#### **DOMANDE**

1) Buongiorno

In considerazione del periodo estivo dove le ditte fornitrici/produttrici sono chiuse minimo per due settimane e della complessità della gara stessa, chiediamo proroga della scadenza di almeno 15 giorni

2) Buonasera,

si fa presente che sulla piattaforma non è presente la sezione DGUE.

Vi preghiamo volerci indicare come procedere.

3) Buongiorno,

In riferimento alla procedura di gara in oggetto, la presente per richiedere cortesemente di confermare che il DGUE (già prodotto in fase di richiesta di partecipazione alla gara) debba essere presentato solo in caso di variazione all'interno della compagine societaria o variazioni della forma di partecipazione rispetto alla fase di prequalifica, così come indicato al paragrafo 6.1.2 "Documentazione a corredo".

4) con la presente sono a richiedere i seguenti chiarimenti:

1.

Capitolato di gara: art. 4 n.2 – come da

indicazione di capitolato la scheda tecnica dovrà pervenire anche in formato cartaceo. Si chiede di voler indicare l'indirizzo per poterla spedire.

2.

Capitolato di gara: art. 4 n.2 – oltre alla

scheda tecnica cartacea cosa dovrà pervenire in modo cartaceo della busta tecnica?

3.

Lettera di invito: come da indicazioni del punto

6.1.2 n. 2.1.1 viene indicato che il DGUE si trova nella piattaforma ma, nella "doc di gara" non c'è la sezione inerente il DGUE. Come procediamo? Possiamo caricare un DGUE presentato in altre gare?

5) Nella

documentazione scaricata non sono presenti i CIG dei lotti quindi non è possibile poter fare il PASSOE.

2. 2. In

considerazione delle chiusure estive, quindi la non regolarità lavorativa da parte di alcuni enti, si chiede la proroga dei termini di chiarimenti e di presentazione offerta.

3. 3. Lettera

d'invito: nella parte riferita all'attestazione della garanzia provvisoria, è presente una tabella con all'interno "importo garanzia provvisoria 2%" e "eventuale importo garanzia 1%" (pag. 10). Quella dell'1% è già calcolata con la riduzione di certificazioni?

## RISPOSTE

- 1) Si prega di prendere visione nella sezione chiarimenti della "comunicazione n. 1 e n. 2"
- 2) Non è presente la sezione DGUE poichè come richiesto nella lettera di invito dovranno essere presentate le dichiarazioni integrative al DGUE, presentato in fase di istanza di partecipazione.
- 3) Si conferma
- 4) TUTTA la documentazione di gara dovrà essere fornita SOLO su piattaforma informatica NET4market
- 5) I CIG sono indicati nella sezione "lotti" della piattaforma informatica. Per quanto riguarda la cauzione provvisoria, si confermano gli importi relativi alla stessa indicati a pag. 10 della lettera di invito

## **Chiarimento n. 8 : chiarimento n.2**

da Ente alle 13/07/2020 13:45

Delle ditte

interessate a partecipare alla procedura di gara in oggetto ha richiesto i seguenti chiarimenti; si forniscono le relative risposte.

### DOMANDE

1) Buongiorno, nell'all . 1 al capitolato è riportato anche il lotto n. 30 ma lo stesso non è riportato nell'elenco lotti per abilitarsi. Si tratta di refuso?

2)  
Buongiorno,  
poiché trattasi di procedura telematica si chiede se è possibile apporre la sola firma digitale su tutta la documentazione richiesta

3) Buonasera, chiarito il fatto che si trattano di 2 procedure divise e a differente aggiudicazione. La documentazione per la Procedura nr. 7405525, con aggiudicazione a qualità/prezzo, quando sarà disponibile? Scadenza?

### RISPOSTE

1) Il lotto n. 30 come dalla documentazione di gara non rientra nei lotti da aggiudicare a minor prezzo pertanto è stato inserito nel rpot di gara 7405525 che prevede i lotti a qualità/prezzo.

2)  
Tutta la

documentazione di gara deve essere firmata digitalmente.

3) La documentazione di gara è stata inserita in entrambe le procedure nella sezione “doc di gara” ed i termini di scadenza sono quelli visibili sulla piattaforma e sulla sezione “chiarimenti” alla comunicazione n. 1 e n.2

### **Chiarimento n. 17 : CHIARIMENTO N. 3**

da Ente alle 21/07/2020 12:39

Delle ditte interessate a partecipare alla procedura di gara in oggetto hanno richiesto i seguenti chiarimenti; si forniscono le relative risposte.

#### **DOMANDE**

1) Si chiede di verificare e confermare o meno gli importi totali annuali e i fabbisogni indicati per i lotti 70 e 100.

2) cortesemente si richiede di confermare che l'invio della scheda tecnica è esclusivamente telematica caricando il documento nel sistema e non di spedirla anche in formato cartaceo .

3) si richiede di confermare che la scadenza dell'invio della campionatura è la medesima dell'invio della procedura telematica prorogata al 25/09/2020 ore 13:00 all'indirizzo indicato nel capitolato.

#### **4) Campionatura**

Con la dicitura riportata in allegato All.1 al capitolato "su richiesta" si intende che eventuale campionatura relativa al lotto potrebbe essere richiesta in fase successiva, se necessaria alla Commissione a seguito dell'esame della documentazione tecnica presentata in sede di gara?

5) . Art 4. Capitolato di gara - Punto 2 Si chiede di far pervenire scheda tecnica sia in formato PDF che in formato cartaceo. Trattasi di refuso?

#### **6) Documentazione**

Amministrativa - 6.1 - 6) dichiarazione assolvimento imposta di bollo Per quale documento è richiesta marca da bollo?

#### **7) Documentazione**

Amministrativa - 6.1.2 Documentazione a corredo Punto 3. Si richiedono Lettera di invito, Capitolato Tecnico e i suoi allegati, Chiarimenti firmati in oggi pagina dal Legale Rappresentante. Trattandosi di documentazione da trasmettere in via telematica, è corretta l'apposizione della sola firma digitale?

#### **8) Formulazione**

dell'offerta economica: Vi chiediamo ulteriori dettagli in merito alla formulazione dell'offerta economica, in particolare la percentuale di sconto concessa sia per ulteriori misure che per prodotti opzionali, afferenti al lotto ma non facenti parte dell'impianto tipo

9) Si chiede se possibile la pubblicazione nel sistema del documento "timing di gara" aggiornato con le nuove date di scadenza.

#### **RISPOSTE**

1) Si conferma la documentazione di gara

2) Si conferma che è SOLO telematica

3) Si conferma

4) Si conferma

5) Trattasi di refuso. La documentazione di gara deve pervenire SOLO su piattaforma e non cartacea.

- 6) LA marca è necessaria per la validità dell'offerta economica e' opportuno produrre una sola marca da bollo (come da modello - all 6 lettera di invito)
- 7) Si conferma solo la firma digitale
- 8) si conferma quanto indicato nella documentazione di gara
- 9) Si conferma. Il timing di gara aggiornato viene inserito nella sezione "doc di gara"

#### **Chiarimento n. 20 : chiarimento n. 4**

da Ente alle 21/07/2020 17:00

Una ditta interessata a partecipare ha richiesto il seguente chiarimento; si fornisce relativa risposta:

DOMANDA

ALL. 8 - SCHEDA OFFERTA LOTTI PREZZO

QUALITA'" in formato editabile, preferibilmente in Excel Grazie

RISPOSTA

Si conferma la documentazione di gara in formato non editabile.

#### **Chiarimento n. 31 : chiarimento n.4**

da Ente alle 10/08/2020 12:31

Delle ditte interessate a partecipare alla procedura di gara in oggetto hanno richiesto i seguenti chiarimenti; si forniscono le relative risposte:

DOMANDE

1) al fine di poter redigere All. n. 3 "Dichiarazioni integrative al DGUE" si chiede se è possibile utilizzare lo stesso modello inserito nella documentazione in piattaforma anche se il termine di presentazione domanda non è stato corretto

2) Si rileva che relativamente al lotto 1 il doc. "scheda offerta lotti aggiudicati con il criterio qualità/prezzo" viene individuato un base d'asta annuo pari a € 20.000,00 per un fabbisogno annuale di 2000 pezzi, ossia un base d'asta pari a 10 € al pezzo. Poiché tale base d'asta risulta sensibilmente inferiore rispetto al prezzo medio di mercato si chiede di confermare che il base d'asta così identificato costituisca refuso, e di indicare contestualmente il prezzo a base d'asta del singolo CM2

3) in riferimento all'Art. 4 del Capitolato p.to 3 siamo con la presente a chiedere se la relazione sul servizio di assistenza debba essere fatta per tutti i lotti oppure solo per quei lotti in cui viene chiesta la compatibilità con apparecchio Malis in dotazione.

4) Con la presente si chiede: 1. la marcatura temporale deve essere apposta solo sulla cartella zip oppure anche sui singoli file? 2. ogni singolo file deve essere firmato digitalmente oppure è sufficiente firmare solo la cartella zip?

5) Rispetto ai Lotti 23 e 24 per i quali nell'Allegato 8 viene specificato "OFFERTA DA PROPORRE IN ML" si chiede di confermare che il fabbisogno relativamente indicato sia da intendersi a ML e che pertanto l'indicazione PZ nella colonna fabbisogno sia da ritenersi errata.

6) lotto 70 che sia l'importo totale annuale che il fabbisogno indicati siano corretti

7) Rispetto al lotto 100 si chiede di verificare se l'importo totale annuale e il fabbisogno indicati siano corretti.

8) CAMPIONATURA: qualora dovessimo presentare la stessa tipologia di campionatura di diversi lotti è possibile inviare solo un campione oppure è necessario inviare un campione per ogni lotto presentato?

9) Poiché le frese richieste sono tra loro fortemente eterogenee risulta impossibile applicare a tutte la medesima quotazione: si chiede quindi conferma circa la possibilità di applicare la medesima quotazione a frese appartenenti alla medesima categoria, sempre nel rispetto del base d'asta complessivo pari a € 30.000,00 (lotto 57) e € 40.000,00 (lotto 58)

10) Si richiede di indicare dove deve essere indicato a sistema nel campo "Offerta economica" l'importo complessivo per ciascun lotto offerto.

11) Si richiede di confermare che il caricamento a sistema del file di dettaglio dell'offerta economica "Schema offerta" in excel debba essere effettuato in data successiva al termine di offerta del 25/09.

12) Lotto 53: Si chiede di confermare che la base asta annuale è pari a 34.375 € per 275 perforatori, per una base unitaria di 125 €/perforatore annualmente + iva.

13) Lotto 57: Si chiede di confermare che la base asta annuale è pari a 30.000 € per 100 frese, per una base unitaria di 300 €/fresa annualmente + iva. 5) Si richiede di confermare che per il lotto 57, la campionatura debba essere presentata successivamente al termine di presentazione delle offerte e solo su specifica richiesta della stazione appaltante.

## RISPOSTE

1) Le dichiarazioni integrative vanno prodotte su carta intestata dalla Ditta

2) Si conferma

3) solo per quei lotti in cui viene chiesta la compatibilità con apparecchio Malis in dotazione.

- 4) solo sulla cartella zip
- 5) si conferma che il fabbisogno relativamente indicato sia da intendersi a ML.
- 6) e 7) Si conferma
- 8) è necessario inviare un campione per ogni lotto presentato indicando il lotto di riferimento
- 9) Si conferma
- 10) Si rimanda a quanto indicato all'art. 8 "offerta economica" del disciplinare telematico e al timing di gara aggiornato, entrambi inseriti nella sezione "doc di gara".
- 11) Si conferma
- 12) Si conferma
- 13) La campionatura debba essere presentata successivamente al termine di presentazione delle offerte solo su specifica richiesta della stazione appaltante.

### **Chiarimento n. 33 : chiarimento n. 5**

da Ente alle 12/08/2020 08:52

Delle ditte interessate a partecipare hanno richiesto ulteriori chiarimenti; si forniscono relative risposte.

#### **DOMANDE**

- 1) si conferma che la documentazione inserita nelle due procedure è uguale in ogni allegato ad eccezione dell'offerta economica
- 2) chiediamo se in questa fase nel PASSOE devono essere già inseriti dei dati
- 3) Chiediamo conferma che la documentazione di gara debba essere firmata unicamente con firma digitale e non in formato olografo
- 4) Chiediamo conferma che non è necessario inserire la marcatura temporale
- 5) chiediamo conferma che non sia necessario allegare la carta di identità in considerazione della firma digitale

#### **RISPOSTE**

- 1) Si conferma
- 2) A noi occorre che tra la documentazione ci sia il PASSOE generato dall'ANAC; per ulteriori informazioni specifiche contattare quest'ultimo ente
- 3) Si conferma
- 4) La marcatura temporale va inserita laddove viene richiesta
- 5) La carta d'identità va comunque allegata alla documentazione di gara

### **Chiarimento n. 36 : chiarimento n. 6**

da Ente alle 17/08/2020 09:10

Buongiorno delle ditte interessate a partecipare hanno richiesto i seguenti chiarimenti; si forniscono le relative risposte:

#### **DOMANDE**

- 1) con riferimento all'assolvimento dell'imposta di bollo, si richiede se la marca da bollo possa essere apposta in formato cartaceo e debitamente annullata.
- 2) con riferimento al lotto 100 il campo campioni a pag 65 dell'allegato 1 non è stato compilato, mentre nella descrizione del lotto, stessa pagina, viene precisato : " Campione da inviare: scheda tecnica ". Si chiede di confermare se il suddetto lotto debba essere campionato o meno.

#### **RISPOSTE**

- 1) Si conferma
- 2) La campionatura al momento non è richiesta; potrebbe essere richiesta in fase di valutazione tecnica dalla Commissione Giudicatrice

## **Chiarimento n. 45 : chiarimento n. 7**

da Ente alle 24/08/2020 13:51

delle ditte interessate a partecipare alla procedura di gara in oggetto hanno richiesto i seguenti chiarimenti; si forniscono le relative risposte

### **DOMANDA**

- 1) Nella lettera di invito e nel Timing di gara viene menzionata la scheda "Dettaglio offerta economica", che però non è presente nella documentazione di gara  
È un documento da preparare a cura dell'Azienda partecipante?
- 2) - Poiché l'All. 3 riporta la precedente data di scadenza della procedura, procederemo ad aggiornarla;
- 3) È corretto rimuovere la dicitura "gara informale" e sostituirla con "procedura di gara" o simili? A).- È corretto sostituire la dicitura "Imprenditore Individuale" e sostituirla con "Impresa Singola"? B).- È corretto rimuovere le ipotesi che non si applicano (es.: consorzi, RTI, ecc.)?
- 4) In caso di compilazione di nuovo modello DGUE, le sezioni da compilare sono le medesime previste in sede di presentazione dell'istanza?
- 5) Si riscontra che la tabella riportata alle pagg. 10/11/12 non riporta alcuni dei lotti di gara (ad esempio, lotti 6/10/12/13/15/16 e altri ancora)  
Si intende che per i lotti non compresi nella tabella non è richiesto il versamento del Deposito Cauzionale Provvisorio?
- 6) Lotto 22: Si chiede di verificare e confermare o meno gli importi totali annuali e i fabbisogni indicati per il lotto 22 poiché il prezzo risulta troppo basso rispetto al valore medio di mercato;
- 7) è possibile provvedere al versamento dell'imposta di bollo in maniera virtuale?
- 8) il lotto 100 non riporta l'indicazione di richiesta dell'eventuale campione, è da intendersi non richiesto?
- 9) si richiede l'invio in formato editabile degli allegati

### **RISPOSTE**

- 1) il dettaglio offerta economica coincide con la voce "scheda offerta"
- 2) si conferma
- 3) Si conferma la documentazione di gara
- 4) Si conferma
- 5) Il deposito cauzionale è previsto solo per i lotti riportati nella tabella
- 6) Si conferma la documentazione di gara
- 7) Si conferma
- 8) la campionatura può essere richiesta in fase di valutazione tecnica
- 9) si conferma la documentazione di gara

## **Chiarimento n. 47 : CHIARIMENTO N. 8**

da Ente alle 25/08/2020 09:34

una ditta interessata a partecipare alla procedura di gara in oggetto ha richiesto il seguente chiarimento; si fornisce relativa risposta

### **DOMANDA**

i criteri di valutazione previsti per il lotto 5 sembrano un refuso di un altro lotto; si richiede quindi una verifica ed eventualmente comunicare quelli corretti

### **RISPOSTA**

Si trattasi di refuso. I criteri corretti vengono inseriti in un foglio pdf tra la sezione "doc di gara"

## **Chiarimento n. 57 : chiarimento n. 9**

da Ente alle 01/09/2020 17:08

delle ditte interessate a partecipare alla procedura di gara in oggetto hanno richiesto i seguenti chiarimenti, si forniscono le relative risposte:

### **DOMANDE**

- 1)  
Lotto 57: Avendo nel nostro portafoglio diverse tipologie di frese con prezzo di listino differente, al fine di offrire una più vasta gamma di frese chiediamo se è possibile allegare un listino prodotti a completamento nel quale verrà inserito lo sconto medio applicato nell'offerta.
- 2)



In merito al lotto 67 e 68 chiediamo conferma riguardo il fabbisogno indicato. Nell'allegato "schema offerta lotti qualità prezzo" nella colonna "fabbisogno annuale presunto" viene indicato l'unica di misura in pz mentre viene richiesta offerta per 3 placche e 6 viti, potete confermarci che il fabbisogno fa riferimento a un kit che comprenda quanto richiesto?

3)

Lotto 67: nel caso in cui il materiale richiesto in offerta abbia prezzi di listino differenti è possibile applicare lo sconto medio risultante in offerta sull'elenco a completamento richiesto?

4)

In merito alla richiesta delle schede tecniche indicate nel capitolato di gara si chiede, al fine di non produrre un elevato numero di documenti, se possibile raggruppare nelle schede prodotti con stesso codice CND

5)

Lotto 46: avendo diversi cavi nel nostro portafoglio prodotti con prezzo di listino differente, si chiede la possibilità di offrire un solo tipo di cavo ed applicare la medesima percentuale all'elenco aa completamento

6) Polizza fidejussoria

Si chiede se

sia possibile applicare alla polizza provvisoria riduzione del 50% anche nei confronti delle micro-imprese, piccole e medie imprese come previsto dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016

7) Base d'asta Lotto

N. 89

Al fine della

corretta emissione polizza e formulazione offerta si chiede conferma della base d'asta del lotto N. 89.

Nella lettera

di invito viene indicato valore base d'asta annuale (pag. 4) € 24.000 – stesso importo in Capitolato di gara pag. 6 - e triennale € 72.000 (pag. 11) mentre su portale nella sezione "Lotti" e in "All 1" e "Scheda offerta" si riporta valore annuale € 30.000.

La base d'asta annuale è € 30.000?

8) Offerta

economica – Doc. Gara Ulteriore

E' possibile integrare

la "Scheda offerta" da Voi predisposta con un allegato riportante dettaglio

codici/prezzi unitari presenti in impianto tipo ed eventuali ulteriori

componenti richieste nelle caratteristiche tecniche del lotto e/o presenti nel sistema offerto?

9) Nella sezione "Doc. Gara Ulteriore" ad oggi è previsto

un unico spazio di caricamento per "Dettaglio Offerta Economica".

In caso di

partecipazione a più lotti saranno predisposti tanti "Dettagli Offerta Economica"

in cartella zip firmati e marcati temporalmente quanti

sono i lotti di partecipazione.

Tutte le

cartelle zip "Dettagli Offerta Economica" relative ai lotti di partecipazione

dovranno essere raggruppate in un'ulteriore cartella zip firmata e marcata

temporalmente, considerando l'unico spazio ad oggi disponibile per il

caricamento in piattaforma?

10) con la presente si richiede cortesemente di confermare che la dichiarazione integrativa DGUE, va presentata su carta intestata aziendale con l'indicazione corretta al 25 settembre 2020 della data "termine di partecipazione domanda di partecipazione".

11) dovendo rinviare con la documentazione amministrativa il modello Dgue per variazioni intercorse e non essendo presente una sezione Dgue nella piattaforma per poter scaricare il documento, si richiede di confermare per la compilazione il modello Dgue in formato word, già trasmesso in fase di partecipazione alla gara (fase di prequalifica).

12) si chiede conferma che per i lotti 28, 29 e 30 non debba essere presentata garanzia provvisoria

#### RISPOSTE

1) Si può inserire l'elenco relativo alle frese di possibile utilizzo con indicazione del prezzo purché il totale non superi quello a base d'asta del lotto.

2) si conferma

3) si conferma

4) no, si conferma la documentazione di gara

5) vedere risposta al punto 1

6) Si conferma

7) trattasi di refuso nella lettera di invito. Il prezzo a base d'asta corretto come sul bando di gara, è pari ad Euro 30.000 oltre iva, pertanto la fidejussione andrà calcolata sul valore complessivo triennale.

8) si conferma

9) Dovrà essere inserita un'unica cartella zip firmata e marcata temporalmente che contiene tanti file pdf per quanti lotti si intende partecipare

10) Si conferma

11) Si conferma

12) Si conferma

### **Chiarimento n. 63 : chiarimento n. 10**

da Ente alle 07/09/2020 09:02

Delle ditte interessate a partecipare hanno richiesto i seguenti chiarimenti; si forniscono le relative risposte

#### DOMANDE

1) si conferma che, per la gara in oggetto, il cig non è da pagare in quanto ne è avvenuta la sospensione fino al 31/12/2020, per via dell'emergenza COVID?

2) si chiede di verificare e confermare il numero del fabbisogno e relativi importi annui, relativi ai Lotti n. 1- 2 - 3 -

3) LOTTO 1 A NS AVVISO L'IMPORTO A BASE D'ASTA DELLA MEMBRANA NON E' ALLINEATO AI PREZZI DI MERCATO, PROBABILMENTE PER UN ERRORE DI TRASCRIZIONE

#### RISPOSTE

1) Si conferma

2) Si conferma la documentazione di gara

3) si conferma la documentazione di gara

## **Chiarimento n. 67 : chiarimento n. 11**

da Ente alle 10/09/2020 13:41

Delle ditte interessate a partecipare alla procedura di gara in oggetto hanno richiesto i seguenti chiarimenti; si forniscono le relative risposte

### **DOMANDE**

1) Si chiede di rivedere il lotto 74 in quanto il titolo " CAGE CERVICALE IN PEEK RIVESTITE IN TITANIO POROSO" non corrisponde alla rispettiva descrizione tecnica "Cage in titanio lamellare costituito da una struttura porosa, per ridurre la densità e di conseguenza gli artefatti radiologici, aumentarne elasticità rispetto al titanio tradizionale e una durezza simile all'osso. Con superficie esterna ruvida per favorire attività osteoblasti e presenza di microcanali che mettono in comunicazione i due endoplate, per aumentare l'osteointegrazione attraverso l'impianto." Si chiede quindi di precisare se si vuole fare riferimento ad una cage in materiale PEEK rivestita in titanio poroso, oppure ad una cage interamente costituita da Titanio Poroso e/o lamellare.

### **2) LOTTO N. 1 – LOTTO**

**2 – LOTTO 3 – LOTTO 4 – LOTTO 11**: SE POSSIBILE PARTECIPARE PER IL RAPPORTO DI EQUIVALENZA CON UN SOSTITUTO DURALE AL COLLAGENE ANZICHE' DI ORIGINE

BOVINA, COME RICHIESTO DA CAPITOLATO, DI ORIGINE SUINA O EQUINA VISTO CHE UNA VOLTA DEANTIIGIENIZZATI QUESTI PRODOTTI PER LA LETTERATURA SONO DA CONSIDERARSI SIMILI. LE CARATTERISTICHE RICHIESTE: PRIVO DI ANTIIGIENITA' INCORPORAZIONE SENZA IRRITAZIONE, IMPERMEABILITA', POSSIBILITA' DI UTILIZZO IN CHIRURGIA CRANICA E SPINALE. INFINE SI EVITEREBBE COSI' ANCHE IL TRATTAMENTO ESEGUITO PER INATTIVAZIONE DI POSSIBILI AGENTI PATOGENI (VIRALI, BATTERICI, IN PARTICOLARE PRIONI).

3) Siamo a richiedere di indicare le misure dei lotti n. 31 e 32

4) Con la presente chiediamo chiarimento in merito ai LOTTI 57 E 58 in quanto vengono richiesti in comodato "manipoli" senza indicazione delle quantità. Segnaliamo che tale informazione risulta essere fondamentale per la presentazione di un'offerta corretta

5) A) Lotto 17: nella descrizione del lotto viene richiesto il sigillante durale spinale; si conferma che è possibile offrire sia il sigillante spinale che cranico?

B) Lotto 43: Nelle caratteristiche tecniche del sistema sterile per il monitoraggio e la registrazione continua della PTIO2 e della temperatura tessutale cerebrale viene richiesto un diametro interno dei cateteri di 1,5-1,9; per le nostre conoscenze di mercato le misure sono ridotte; si tratta di un refuso? C) Lotto 47: cavi poliuso con e senza irrigazione; per quanto di ns. conoscenza il cavo poliuso è senza irrigazione. Si tratta di refuso? Confermate di voler cavi SENZA irrigazione?

### **RISPOSTE**

1) Si fa riferimento ad una cage in materiale PPEK rivestita in titanio.

2) Si, purchè presenti TUTTE le caratteristiche di minima richieste in ciascuna scheda di ciascun lotto, come da all'allegato 1 al capitolato, previa esclusione dal proseguo della procedura di gara.

3) Sono richieste misure standard sia per pazienti adulti che pediatrici.

4) Le quantità previste sono di un manipolo per un motore

5) A) Si, si conferma

B) Si, trattasi di refuso

C) Si , si conferma

## **Chiarimento n. 68 : chiarimento n. 12**

da Ente alle 10/09/2020 13:47

delle ditte interessate a partecipare alla procedura di gara in oggetto hanno richiesto i seguenti chiarimenti; si forniscono le relative risposte.

### **DOMANDE**

1) Si chiede di specificare relativamente al lotto 57 e 58, la tipologia di frese richieste (diamantate, extradiamantate, taglienti e speciali) e di indicare il quantitativo richiesto per ciascuna categorie di frese.

2) LOTTO 82: si chiede di confermare se è possibile offrire placche che non prevedano viti idonee per innesto osseo.

3) LOTTO 97: si richiede se è indispensabile che la stessa tulip della vite possa ospitare due diametri di barra diversi o se sia possibile presentare due tipologie di vite che permettano l'alloggio dei due diametri diversi.

4) Lotto 70: Si chiede di confermare se il kit debba contenere 1 o due palloncini per Cifoplastica.

### **RISPOSTE**

1 )Vengono specificati dati meramente indicativi:

frese extradiamantate: 70 pz

frese diamantate: 10 pz

frese taglienti: 10 pz

frese speciali: 10 pz

2) Si conferma la documentazione di gara

3) No, non è indispensabile che la stessa tulip della vite possa ospitare due diametri di barra diversi

4) Due palloncini per Cifoplastica

## **Chiarimento n. 69 : chiarimento n. 13**

da Ente alle 10/09/2020 14:49

Delle ditte interessate a partecipare alla procedura di gara in oggetto hanno richiesto i seguenti chiarimenti; si forniscono le relative risposte.

### **DOMANDE**

1) In riferimento alla campionatura richiesta per il lotto n.

70, si richiede gentilmente la possibilità di fornirla, se necessario, in fase di valutazione tecnica in quanto i costi risultano onerosi a fronte di quantitativi annuali pari a n. 8 kit.

2) Per quanto riguarda i lotti che prevedono l'invio della campionatura immediata nel caso in cui nel lotto sono stati offerti più codici di differenti misure. E' possibile inviare una sola misura con campione?

3) LOTTO 102: "mesh per le varie parti del cranio complete di sistema di fissaggio" è necessario offrire anche le viti per fissaggio della mesh? Se sì quante per ogni mesh?

4) **LOTTO 67: PLACCHE**

CRANIALI DA 2 FORI, 4 FORI, A STELLA E A YPSILON CON VITI AUTOPERFORANTI DA 1,5mmX4mm E DA 1,5mmX5mm CON RELATIVO STRUMENTARIO IN DEPOSITO GRATUITO e PLATEAU POSSIBILITA' DI FORNITURA IN KIT STERILI, ED ANCHE NON STERILE SI RICHIEDE IDONEO SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE DEL LOTTO OFFERTA DA PROPORRE PER KIT (KIT TIPO: 3 PLACCHE, 6 VITI). Nel sistema richiesto non viene specificato lo spessore delle placche ; potreste specificare quale spessore bisogna offrire ? spessore standard 0,6mm o spessore thin 0,4. Inoltre il kit tipo indicato si intende sterile o non sterile ?

5) **Lotto 68 SISTEMA**

DI FISSAGGIO DI OPERCOLO OSSEO SISTEMA COSTITUITO DA PLACCA CRANIALE 2 - 4 FORI E STELLA E VITI AUTOPERFORANTI DIVERSE LUNGHEZZE RM COMPATIBILE, IN FORNITURA STERILE E NON STERILE STRUMENTARIO IN DEPOSITO IN FORNITO IN USO GRATUITO SI RICHIEDE IDONEO SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE DEL LOTTO OFFERTA DA PROPORRE PER KIT (KIT TIPO: 3 PLACCHE, 6 VITI). Nel sistema richiesto non viene specificato lo spessore delle placche ; potreste specificare quale spessore bisogna offrire ? spessore standard 0,6mm o spessore thin 0,4 ? Inoltre il kit tipo indicato si intende sterile o non sterile ? con o senza cacciavite monouso

6) **LOTTO 102: MESH**

PER LE VARIE PARTI DEL CRANIO COMPLETE DI SISTEMA DI FISSAGGIO . AMPIA GAMMA DI MISURE COMPRESSE 200X200 E AMPIA GAMMA DI SPESSORI E DISEGNI DELLA RETE CHE LA RENDANO PIU' O MENO MODELLABILE. Poiche' si richiedono reti in titanio di spessori vari, misure varie e modelli vari di rete che a seconda delle variabili indicate possono avere prezzi molto differenti fra loro , potreste indicare lo spessore e le misure della rete da offrire come caso tipo ?

7) **LOTTO 104 SISTEMA**

DI STABILIZZAZIONE CERVICALE IN LEGA DI CARBONIO SOSTITUTO DI CORPO VERTEBRALE DORSALE IN LEGA DI CARBONIO E SISTEMA DI FISSAZIONE ABBINATO IN LEGA DI CARBONIO CON BARRE IN CARBONIO E VITI IN TITANIO CON TLIP IN TITANIO VARIE MISURE E LUNGHEZZE ,COMPLETO DI PEDUNCOLO ARTIFICIALE ATTO A SOSTENERE IN SITO IL SOSTITUTO DI CORPO E' CORRETTO PROPORRE COME CASO TIPO UN SOSTITUTO DI CORPO

CERVICALE ? Inoltre il sistema di fissazione abbinato puo' essere composto da plating cervicale in lega di carbonio se il sostituto di corpo e' cervicale ?

8) **Lotto 105 SISTEMA**

DI STABILIZZAZIONE CERVICALE IN LEGA DI CARBONIO SISTEMA OPEN E PERCUTANEO DI STABILIZZAZIONE DORSO LOMBO SACRALE IN LEGA DI CARBONIO CON VITI VARI DIAMETRI E LUNGHEZZE CANNULATE E FENESTRATE IN CARBONIO E TULIP IN TITANIO,DADI CHIUSURA

IN TITANIO ,BARRE LORDOTICHE E RETTE IN LEGA DI CARBONIO VARIE LUNGHEZZE ANCHE CON DOPPIA CURVATURA,PLIF E TLIF IN LEGA DI CARBONIO RIVESTITO VARIE MISURE E' possibile che il titolo del lotto sia un refuso del lotto precedente (104 ) e che si intendesse SISTEMA PERCUTANEO DI STABILIZZAZIONE DORSO-LOMBO-SACRALE IN LEGA DI CARBONIO ? E' corretto intendere il caso tipo formato da N 4 viti percutanee ,4 dadi, 2 barre in lega di carbonio ?

9) A) si chiede di verificare e confermare il numero del fabbisogno e relativi importi annui, relativi ai Lotti n. 1- 2 - 3 - 15 - 30; 2) nei documenti di gara del Lotto n. 53, chiedete che il perforatore si adatto per trapani elettrici ad aria compressa. I nostri perforatori sono compatibili con innesto Hudson. I trapani in vostro possesso, sono compatibili con innesto Hudson? eventualmente è possibile conoscere la marca dei vostri trapani? B)Si

chiede di verificare e confermare o meno il numero del fabbisogno e relativi importi annuali.

10) **Lotto N. 85** Nelle specifiche tecniche sono richieste, tra le altre, viti cannulate. La presenza di viti cannulate è valutata al fine dell'attribuzione del punteggio tecnico o è requisito pena esclusione?

11) Per il lotto 24 viene richiesto di proporre offerta in ml e confermato nei chiarimenti che il fabbisogno è da interdersi a ml; i prodotti in commercio rispondenti alle specifiche del lotto, non sono tutti dello stesso formato; Pertanto per rendere più equa la procedura e per dare la possibilità a tutte le aziende di partecipare al lotto in questione, si richiede cortesemente di modificare il prezzo da "ml" a "pezzo".

12) LOTTO 1 SI  
PUO' RISPONDERE , A PARITA' DI CARATTERISTICHE TECNICHE COME DA VS CAPITOLATO, CON UNA MEMBRANA DI ORIGINE ANIMALE (EQUINA - SUINA ) CHE A NS PARERE PER IL RAPPORTO DI EQUIVALENZA SODDISFA L'OPERATORE?

13) Lotto 27  
UNCINO STERILE SINGOLO E DOPPIO PER GALEA Viene richiesta campionatura di uncini singoli o doppi ? L'OFFERTA DA PROPORRE IN PZ e' per uncini singoli o per uncini doppi ?

## **RISPOSTA**

1) Si, si conferma

2) Si, si conferma

3) Si, è necessario offrire anche le viti per fissaggio della mesh. Il quantitativo per ogni mesh va da un minimo di 3 ad un massimo di 8

4) Lo spessore da offrire delle placche dovrà essere di thin 0,4 ed il kit sterile.

5) Lo spessore che occorrerà offrire è thin 0,4 ed il kit sterile con cacciavite NON monouso

6) Non esistendo un caso tipo, non è possibile stabilire le misure né lo spessore della rete.

7) Si, è corretto proporre come caso tipo un sostituto di corpo cervicale. Si, il sistema di fissazione abbinato può essere composto da plating cervicale in lega di carbonio se il sostituto di corpo è cervicale

8) Si, il titolo del lotto è un refuso. Si, è corretto intendere il caso tipo formato da N 4 viti percutanee ,4 dadi, 2 barre in lega di carbonio ?

9) a) Si  
conferma la documentazione di gara per i lotti 1- 2 - 3 - 15 - 30; 2. b) In relazione al lotto n. 53 si conferma che i trapani sono compatibili con innesto Hudson ed attualmente quelli a disposizione sono della Ditta Medtronic

10) La presenza di viti cannulate è valutata al fine dell'attribuzione del punteggio tecnico e non è a pena di esclusione

11) Si richiede che sia a **PEZZO**

12) Si, purchè presenti TUTTE le caratteristiche di minima richieste, come da all'allegato 1 al capitolato, previa esclusione dal proseguo della procedura di gara.

13) La campionatura richiesta è di 4 uncini singoli e 4 uncini doppi. L'offerta

richiesta è di entrambi gli uncini, purchè non si supera la base d'asta complessiva del lotto

### **Chiarimento n. 75 : chiarimento n. 14**

da Ente alle 11/09/2020 12:05

Delle Ditte interessate a partecipare hanno richiesto i seguenti chiarimenti; si forniscono le relative risposte

#### **DOMANDE**

1. Si chiede conferma della

documentazione da produrre a comprova dell'appartenenza alla categoria piccola impresa per riduzione della polizza. E' corretto presentare autodichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 in cui si dichiara di appartenere alla categoria "piccola impresa" con riferimento ai requisiti previsti per tale categoria?

2) Nella prima fase di gara

l'impresa è ricorsa ad avvalimento.

A) Nell'assetto societario

dell'impresa Ausiliaria sono intervenute delle modifiche.

E' corretto presentare una

autodichiarazione della società Ausiliaria riportante le modifiche intercorse o è richiesta presentazione di DGUE modificato per la suddetta impresa?

B) Si conferma non siano

richiesti ulteriori documenti/dichiarazioni per l'impresa Ausiliaria oltre a quelli presentati nella prima fase di gara?

C) Il Legale Rappresentante dell'Impresa

Ausiliaria (sede estera) non dispone di firma elettronica.

3) all.

3 "Dichiarazioni integrative al DGUE": facendo seguito al chiarimento n.31 vi

chiedo se la compilazione delle dichiarazioni deve essere fatta solo tramite il form indicato oppure redigere le dichiarazioni su carta intestata come da documento inserito.

4) Il file criteri di valutazione per moltissimi lotti risulta in

parte in tabella tagliato, e alcune parole sono tagliate, esempio: "all .

2 al Capitolato" lotto 77-84-85-86-87; si richiede di fornire un nuovo file con impaginazione corretta.

5) Essendo, il lotto 69, composto da 2 kit per procedure economicamente e sostanzialmente diverse, il prezzo indicato a base d'asta, e di conseguenza quello che noi dovremmo offrire, confermate che è riferito al kit di vertebroplastica e non di cifoplastica?

6) lotto 40: si evidenzia che il prezzo a base d'asta unitario del lotto non è in grado di coprire tutte le misure indicate; è possibile che si tratti di refuso?

#### **RISPOSTE**

1) Si rimanda a quanto previsto dal codice degli appalti

2) A) E' richiesta presentazione di DGUE modificato per la suddetta impresa

- B) Occorre inviare il DGUE ed il contratto di avvalimento
- C) Si, si conferma
- 3) redigere le dichiarazioni su carta intestata della Ditta
- 4) Verrà inserito nuovo file "criteri di valutazione" nella sez documenti di gara della piattaforma
- 5) E' riferito ad entrambi i kit
- 6) Si conferma la documentazione di gara

### **Chiarimento n. 76 : COMUNICAZIONE URGENTE - CHIARIMENTO MANIPOLI**

da Ente alle 11/09/2020 12:51

Si comunica la rettifica di quanto indicato nel nostro chiarimento n. 11 - punto 4 relativo ai manipoli con le seguenti specifiche:

Per ogni motore 1 manipolo perforatore. Craniotomo adulto e pediatrico. Manipolo retto medio, angolato medio, angolato medio, angolato lungo. Manipolo taglia metalli

### **Chiarimento n. 77 : chiarimento n. 15**

da Ente alle 11/09/2020 12:59

delle ditte interessata a partecipare hanno richiesto i seguenti chiarimenti; si forniscono le relative risposte

#### **DOMANDE**

1) mi

confermate che il giorno 16/09/2020 ore 14:00 verrà caricato sul sistema il documento di "schema offerta" in .xls come riportato nel timing di gara?

2) CONFERMATE CHE L'ALLEGATO 8 "SCHEMA OFFERTA ECONOMICA" VA ALLEGATO IN DATA DA DEFINIRSI?ENTRO IL 25/09/2020 VA SOLO COMPILATO FIRMATO E MARCATO?

3) LOTTO 5: si richiede un "sostituto osseo in granuli e pasta" ma nei criteri di valutazione vengono indicati i criteri del lotto precedente, che fanno riferimento a un sostituto durale; si richiede di fornire nuovi parametri di valutazione in quanto nello specifico le caratteristiche "Rapidità di rigenerazione durale (documentata ed attestata) ed Eventuale possibilità di sutura "water tight" non sono applicabili e non corretti per la valutazione del prodotto offerto richiesto da capitolato.

4) LOTTO 86: si richiede un "sistema di fissazione posteriore" ma nei criteri di valutazione vengono indicati "ampiezza della gamma di misure per placche e viti"; questi parametri fanno riferimento al sistema di placca anteriore cervicale; si richiede di fornire nuovi parametri di valutazione idonei e corretti per il materiale richiesto nel lotto e cioè un sistema di fissazione posteriore.

5) LOTTO : se il sostituto osseo sintetico in granuli e paste sterili...per il rapporto di equivalenza si può partecipare con un sostituto sempre di origine animale deantiigienizzato

#### **RISPOSTE**

1) Si si conferma

2) Si, si rimanda all'art 8 del disciplinare telematico

3) Si rimanda a quanto indicato nella sezione chiarimenti "COMUNICAZIONE URGENTE LOTTI 5 E 86"

4) Si rimanda a quanto indicato nella sezione chiarimenti "COMUNICAZIONE URGENTE LOTTI 5 E 86"

5) NO perchè si richiede sintetico e non di origine animale

### **Chiarimento n. 78 : COMUNICAZIONE URGENTE - CHIARIMENTO N. 16 - LOTTI N. 5 E 86**

da Ente alle 11/09/2020 13:09

Si rappresenta che per il **lotto n.5** sono stati inseriti dei criteri di valutazione diversi per mero errore materiale e pertanto alla voce "Valutazione delle caratteristiche tecnologiche" sono stati sostituiti con i seguenti criteri:

- Capacità di integrazione ossea
- Gamma di misure offerte



Per il **lotto n. 86** si rappresenta che il termine Placca trattasi di refuso e pertanto lo stesso, deve intendersi sostituito con il termine barra

#### **Chiarimento n. 86 : chiarimento n. 17**

da Ente alle 16/09/2020 10:12

Delle ditte interessate a partecipare alla procedura di gara in oggetto hanno richiesto i seguenti chiarimenti, si forniscono relative risposte

DOMANE

1) Chiediamo

conferma che per i Lotti 57 e 58 debbano essere inviati in comodato d'uso solo i manipoli

) 2) Abbiamo

inoltre necessità di sapere quante vs. centraline/ motori devono essere completate con i manipoli da dare in comodato d'uso.

) 3) nell'offerta economica è possibile allegare un

file con tutti i codici da offrire? 2. è possibile riportare il caso tipo offerto in un file a parte allegandolo allo schema di offerta?

) 4) Nel chiarimento n. 31 nello specifico il punto

11 confermate il caricamento a sistema del file di dettaglio dell'offerta economica in data successiva al termine di offerta 25/09. Mi confermate che l'offerta economica debba essere caricata prima del 25/09/2020?

) 5) -Con riferimento al "Chiarimento n. 75:

chiarimento n. 14, Domanda 2 – lettera A)", si prega di chiarire se sia sufficiente presentare il DGUE modificato o se occorra altresì inviare le dichiarazioni di avvalimento (aggiornate alle modifiche societarie intervenute) in ordine al possesso dei requisiti generali e speciali (incluse le dichiarazioni a fini antimafia) e/o una versione aggiornata del contratto di avvalimento. 2

) 6) Con riferimento al "Chiarimento n. 75:

chiarimento n. 14, Domanda 2 – lettera B)" si prega di specificare se sia sufficiente l'invio del contratto di avvalimento firmato dal legale rappresentante in carica durante la prima fase di gara (luglio 2019) o se, viceversa, debbano essere inviati ulteriori documenti/dichiarazioni per dare evidenza della sostituzione del legale rappresentante (firmatario del contratto) dell'ausiliaria.

) 7) Al chiarimento n. 17 da Voi fornito chiarite che

la "Dichiarazione assolvimento imposta di bollo" è necessaria per la validità dell'offerta economica. Si conferma, pertanto, che tale dichiarazione vada inserita SOLO nella DOC. GARA AMMINISTRATIVA?

- ) 8) A) Amministrativa - le dichiarazioni da produrre devono essere da noi copiate e compilate su ns. carta intestata? B) Economica - chiedo conferma di non dover firmare i singoli dettagli di offerte ma solo la cartella zippata. C) Se avendo chiesto l'abilitazione ad un lotto ma per motivi vari la società dopo il 16-9 decide di non partecipare a detto lotto come possiamo fare? D) Chiediamo specifica sul vs. chiarimento n. 12 indicate meramente il quantitativo delle frese lotto 57 ma non del lotto 58 E) Chiediamo per lotto 27 chiarimento 13 punto 13 per la campionatura (e relativa offerta economica) -uncini doppi: campionatura di 4 uncini doppi intendete due buste da 2 ? L'offerta economica degli uncini doppi deve essere per 2 uncini per busta?

## RISPOSTE

1)

Si si conferma

2)

2 centraline elettriche, 2 pneumatici

3)

Si, si conferma inserendolo nella cartella zip firmata digitalmente

4)

Entro la data di scadenza occorre firmare e marcare temporalmente il file schemaofferta.xls. Si rimanda sia al timing di gara che all'art 8 del disciplinare telematico

5)

Si, si conferma

6) Devono essere inviati ulteriori documenti/dichiarazioni per dare evidenza della sostituzione del legale rappresentante (firmatario del contratto) dell'ausiliaria.

7)

Si, si conferma

8)

A) possono essere prodotte su carta intestata

B) Si, si conferma.

C) Non si partecipa

D) Si conferma quanto già indicato per lotto 57 e 58 nel chiarimento n. 12

E)  
Si si conferma

### **Chiarimento n. 87 : CHIARIMENTO N.18**

da Ente alle 16/09/2020 10:21

Delle ditte interessate a partecipare alla procedura di gara in oggetto hanno richiesto i seguenti chiarimenti, si forniscono le relative risposte

#### **DOMANDE**

1) Con la presente, in considerazione del costo del articolo, siamo a chiedere che la campionatura richiesta per il lotto 33, sia posticipata ad una seconda fase con la formula di PROVA VISIONE GIORNI UNO.

2) LOTTI 88-89-90-91-92

Confermate che i prodotti debbano essere offerti in confezione sterile?

3) LOTTO 88-89

L'impianto tipo da offrire è composto da 1 o 2 gabbie intersomatiche?

4) LOTTO 91

Confermate che l'impianto tipo da offrire è composto dalla sola gabbia intersomatica ?

5) ) LOTTO 94

Potreste specificare se la placca richiesta è per la fissazione di gabbia intersomatica (cage) oppure per la fissazione di un sostituto di corpo?

6) LOTTO 98

Potreste elencare le componenti e le quantità dell'impianto tipo da offrire? Confermate che le cannule, se monouso, debbano essere incluse nell'elenco delle componenti da offrire?

7) LOTTO 96

Potreste elencare le componenti e le quantità dell'impianto tipo da offrire?

#### **RISPOSTE**

1) Si conferma quanto indicato nella documentazione di gara

2) SI, si conferma

3) offerta da proporre per impianto tipo: 1 cage

4) Si si conferma, l'impianto offerto composto da una gabbia intersomatica

5) Per la fissazione di un sostituto di corpo

6) offerta da proporre per impianto tipo: 4 viti poliassiali, 4 dadi, 2 barre. Cannule monouso incluse

7) offerta da proporre per impianto tipo: 4 viti poliassiali, 4 dadi, 2 barre.

### **Chiarimento n. 88 : CHIARIMENTO N. 19 - COMUNICAZIONE A INTEGRAZIONE DEL CHIARIMENTO N. 13 PUNTO 6 (LOTTO 102)**

da Ente alle 16/09/2020 10:28

Si fa riferimento al chiarimento n. 13 punto 6 (lotto 102 - mesh), per comunicare che per mero errore materiale era stato risposto quanto segue: " Non esistendo un caso tipo, non è possibile stabilire le misure né lo spessore". della rete".

In rettifica/integrazione, con la presente si comunica che la mesh dovrà avere una misura standard di dimensione 10x10.