

LOTTO	DESCRIZIONE LOTTO	SPECIFICHE TECNICHE	FABBISOGNO PRESUNTO ANNUO PZ
1	SENSORI PER SATURIMETRIA TRANSCUTANEA	<p>sensori per saturimetria transcutanea, perfettamente raccordabili con monitor e saturimetri con tecnologia rilevamento SpO2 MASIMO (dichiarazione scritta da presentare circa la compatibilità) per il monitoraggio continuo non invasivo della saturazione arteriosa dell'ossigeno e della frequenza del polso, di facile applicazione e rimozione, adesivi tale da garantire il mantenimento in situ del sensore anche per monitoraggio a lungo termine, ipoallergenici, monouso, in confezione singola, in vari punti di applicazione:</p> <p>ADATTI A PAZIENTI PEDIATRICI (PESO TRA 10-50 KG) ADATTI A PAZIENTI LATTANTI (PESO TRA 3-20KG) ADATTI A PAZIENTI NEONATALI E PREMATURI (PESI INFERIORE A 3KG)</p>	<p>PZ 50 PZ 900 PZ 200</p>
2	MATRICE BIOLOGICA PER RIVESTIMENTO PROTESI MAMMARIA	<p>Per la ricostruzione mammaria one step con salvaguardia del muscolo gran pettorale.</p> <p>Caratteristiche minime:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rete in biomateriale di matrice biologica presagomata - materiale biocompatibile e inerte dal punto di vista chimico-fisico - non immunogena e dotata di buona stabilità - ottima adattabilità e aderenza alla protesi mammaria - confezione primaria singola, di facile apertura, con caratteristiche di robustezza tali da impedire lacerazioni accidentali, e confezioni secondarie contenenti un numero congruo di pezzi unitari <p>etichette secondo quanto previsto dalla normativa vigente; la confezione deve contenere gli stickers adesivi ripostanti i dati dell'etichetta per la rintracciabilità</p> <p>Gamma misure richieste: almeno la taglia S - small (30x20 cm)</p>	<p>20</p>