

LOTTO	DESCRIZIONE LOTTO	SPECIFICHE TECNICHE	FABBISOGNO PRESUNTO ANNUO PZ	CAMPIONATURA
1	RETE PRESAGOMATA	<p>Rete presagomata dimensioni circa 41,5x5x15cm, da utilizzarsi in procedure chirurgiche di colposospensione laterale laparoscopica con doppia linguetta (per coprire il difetto sia anteriore che posteriore). Rete in polipropilene monofilamento titanizzato, macroporoso, con superficie idrofila e biocompatibile. Monouso, sterile, in confezione sterile doppia busta</p>	10	
2	SONDA DI CALIBRAZIONE PER TASCA GASTRICA	<p>Sonda di calibrazione per tasca gastrica, per il corretto posizionamento del bendaggio gastrico in procedure di sleeve-gastrectomy, con punta smussa atraumatica, marcature di riferimento, connettore luer, clip per la chiusura. Possibilità di aspirazione/irrigazione. Calibro da 32Fr a 40Fr, Lunghezza circa 120cm, codice colore STERILE, MONOUSO, LATEX FREE</p>	140	2pz da 36 Fr