

Risposte alle richieste di chiarimenti

Oggetto gara: PROCEDURA RISTRETTA PER L'ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE PER LA S.C. ANATOMIA PATOLOGICA

Protocollo gara: 8244472

Ente: Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni

Data creazione report: 02/02/2022 10:55

Chiarimento n. 2 : chiarimento n. 1

da Ente alle 03/01/2022 09:34

Relativamente al lotto 1, una ditta ha inviato i seguenti chiarimenti:

1. si chiede di confermare se la "tipologia di stampa laser" tra i punteggi qualitativi è un refuso in quantola tecnologia laser per questo strumento necessita di consumabili dedicati(quindi non compatibile con i vetrini TOMO utilizzati in laboratorio)

2. si chiede se fosse possibile prevedere una prova in fase di gara per valutare la reale velocità di stampa e le altre caratteristiche richieste.

Si forniscono le risposte:

1. si conferma che al punto 2.1 (tipodi stampa) il termine laser non deve essere preso in considerazione in quanto trattasi di refuso

2. no.

Chiarimento n. 4 : chiarimento n. 2

da Ente alle 04/01/2022 10:47

Una ditta invitata alla procedura ha chiesto il seguente chiarimento: si chiede di confermare se il carico di lavoro stimato, al fine di

quantificare il materiale di consumo dedicato, è di 200.000 vetrini totali (tra vetrini polarizzati e non polarizzati), oppure se solo i vetrini non polarizzati sono 200.000.

Si fornisce la seguente risposta:

- per la fornitura dei vetrini e del materiale accessorio di consumo il carico di lavoro e' pari a 150.000 vetrini non polarizzati +/- 20%.

-

per la quantificazione del materiale di consumo dedicato al funzionamento delle stampigiatrici (es. toner..etc) il carico di lavoro e' stimato pari a 200.000 vetrini stampati /anno (totale tra vetrini polarizzati e non)

Chiarimento n. 7 : chiarimento n. 3

da Ente alle 19/01/2022 14:02

Una ditta invitata alla procedura ha chiesto il seguente chiarimento: si chiede la possibilità per il lotto 4 di poter presentare offerte parziali per la singola tipologia di strumento.

Si fornisce la seguente risposta: No

Chiarimento n. 17 : COMUNICAZIONE N. 1

da Ente alle 31/01/2022 13:32 , allegato(1): 20220131133231136_ALLEGATO A.pdf

Poiché per un refuso di stampa, all'ART. 5 – OFFERTA TECNICA - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE, al paragrafo

ELEMENTI DI

VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA - LOTTO 1 STAMPIGLIATRICI PER VETRINI, pag. 3 del

Capitolato di Gara, era stato indicato il criterio "Utilizzo tecnologia di stampa laser - massimo punti 9" (come riportato nel chiarimento n. 1), con Delibera del Direttore Generale n. 51 del 25.01.2022, detto criterio è stato

sostituito con il criterio “Utilizzo di tecnologia a trasferimento termico – massimo punti 9”, come meglio specificato nell'allegata tabella, che deve intendersi sostitutiva di quella riportata alla pag. 3 del Capitolato di Gara, inviato tramite piattaforma net4market a tutte le Ditte concorrenti.

Fermo il resto.

Chiarimento n. 18 : chiarimento n. 4

da Ente alle 31/01/2022 13:53

Alcune ditte invitate alla procedura hanno chiesto i seguenti chiarimenti:

1.

Con riferimento al dettaglio di offerta economica, si chiede di confermare che sia possibile integrare il file denominato “allegato 7 schede offerta” con il dettaglio di quanto offerto in carta intestata della ditta partecipante

2.

Si chiede di confermare che il DGUE non risulta presente nella documentazione di gara e che pertanto lo stesso non è richiesto nella documentazione amministrativa per la partecipazione alla gara. Diversamente si chiedono indicazioni circa la produzione dello stesso

3.

Per la riduzione della cauzione provvisoria, siamo in possesso della certificazione ISO 13485. Tale certificazione non è espressamente citata nell'art. 93 del D.LGS 50/2016, ma viene riconosciuta giurisprudenza e dagli organi statali. Considerata un “quid pluris rispetto alla più generale UNI EN ISO 9001:2000 dell'ANAC; accettata dal Ministero delle Infrastrutture” ... riguarda il processo produttivo, si ritiene che la stessa possa essere considerata come una sottospecie della UNI CEI ISO 9000 e, pertanto, possa essere accettata ai fini della riduzione della cauzione

4.

Si chiede di confermare che non è richiesto il sopralluogo per la partecipazione alla gara

5.

Si chiede di confermare che il DUVRI debba essere reso solo firmato per accettazione unitamente alla documentazione amministrativa

6.

Si chiede di confermare se è necessario apporre la marcatura temporale all'offerta economica e a quale altra documentazione

Si forniscono le seguenti risposte:

1.

Si conferma

2.

Si conferma

3.

Si rimanda espressamente a quanto previsto nella normativa di gara e al D.Lçgs 50/2016 e smi

4.

Si conferma

5.

Si conferma

6.

Si conferma che dovrà essere apposta la marcatura temporale a tutta la documentazione di gara, come previsto nel disciplinare telematico.

Chiarimento n. 19 : chiarimento n. 5

da Ente alle 01/02/2022 10:26

Alcune ditte invitate alla procedura hanno chiesto i seguenti chiarimenti:

1.

Si chiede di confermare che l'upload del file "SchemaOfferta.xls" e relativa cartella zip debba essere effettuato successivamente alla data 18.02.2022

2.

Si chiede di confermare se l'allegato 7 "lettera invito schede offerta" debba essere corredato da documentazione redatta su carta intestata aziendale con i dettagli dell'offerta economica relativa a costo locazione, costo materiale monouso (comprensivi di codici e costi a confezione)

3.

Si chiede di indicare qual è la documentazione "copia offerta economica senza prezzi" corretta da inserire nella busta tecnica (allegato 7 oppure altro)?

4.

In riferimento al materiale di consumo richiesto per il lotto 4, si chiede di rimuovere la richiesta del prodotto "ammorbidente per tessuti", per consentire la partecipazione agli operatori che non possono fornirlo.

Si forniscono le seguenti risposte:

1. Si conferma quanto riportato nel disciplinare telematico e nel timing di gara

2. Si conferma

3. Allegato 7 schede offerta SENZA INDICARE I PREZZI

4. Si conferma quanto riportato nel capitolato di gara

Chiarimento n. 20 : chiarimento n. 6

da Ente alle 01/02/2022 14:25

Alcune ditte invitate alla procedura hanno chiesto i seguenti chiarimenti:

1.

In riferimento al lotto 4:

-

Quanti sono i campioni annui da tagliare
(biopsie e altri campioni)

2.

In riferimento al lotto 2:

-

Si chiede di precisare se il consumo annuo di
biocassette sia da considerare pari a 80.000 o 70.000

-

Si chiede di confermare il quantitativo di 3.000
macrocasette all'anno

3.

Si chiede di confermare che per il lotto 4 sono
da intendersi corretti i numeri di consumabili indicati nel file "capitolato
fabbisogni": n. 150 pennelli/anno, n. 12 conf./anno di olio lubrificante e spugnette
per n. 80.000 biopsie/anno

Si forniscono le seguenti risposte:

1-

In riferimento al lotto 4:

- I campioni da tagliare sono circa

80.000+/- 20%

2 in riferimento al lotto 2:

- il consumo di biocassette e' da considerare
80.000+/- 20%

- consumo macrocassette 300/anno

3 si
conferma quanto riportato nel capitolato di gara.

Chiarimento n. 21 : chiarimento n. 7

da Ente alle 02/02/2022 10:51

Una ditta invitata alla procedura ha chiesto il seguente
chiarimento:

In riferimento al lotto 4, si chiede di eliminare la
caratteristica minima essenziale "luce a led per corretto allineamento del
campione" in quanto identificatrice in maniera esclusiva di una sola azienda
sul mercato, al fine di poter permettere la partecipazione di un maggior numero
di operatori economici

Si fornisce la seguente risposta:

La mancanza del requisito "luce a led per corretto allineamento del
campione" non costituisce causa di esclusione dalla procedura