

**PROCEDURA NEGOZIATA ESPLETATA AI SENSI DELL'ART 36 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 10 PANNELLI DIVISORI OSCURANTI ELETTRICI OCCORRENTE ALLE ESIGENZE DELLA S.C. DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA SANTA MARIA DI TERNI- CIG Z1735DD64C**

**ART. 1 - OGGETTO**

Fornitura di n. 10 pannelli divisori oscuranti elettrici occorrente alle esigenze della S.C.. di Anestesia e Rianimazione dell'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni, meglio specificato all'art. 2.

**ART. 2 – CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA**

Requisito a pena di esclusione	Requisiti	Compilazione
	<i>Descrizione del sistema</i>	
	<i>Ditta Produttrice</i>	
	<i>Modello</i>	
	<i>Destinazione d'uso</i>	
si	Pannello divisore per garantire la privacy, sicurezza e igiene del paziente al posto letto	
si	Dimensioni indicative di 86 cm (larghezza) x 190 cm (lunghezza), dettagliare	
si	Dotato di schermo oscurante elettricamente (passaggio da trasparente a opaco), descriverne le caratteristiche	
si	Struttura mobile, dotata di 4 ruote per agevolare gli spostamenti, di cui almeno due con sistema frenante	
si	Struttura autoportante, descriverne le caratteristiche tecniche, materiali impiegati e dimensioni	
si	Pannello stratificato e antisfondamento, descrivere caratteristiche e materiali impiegati	
	Pannello anti graffio	
si	Attivabile tramite interruttore	
	Possibilità di attivazione tramite telecomando e/o comando vocale	
	Tempi contenuti per raggiungere l'oscuramento, indicare	

	Livello di isolamento acustico	
	Peso e ingombro, descrivere	
si	Sistema facilmente sanificabile, descrivere prodotti utilizzabili e modalità di sanificazione	
si	Dotato di tutti gli accessori, incluso l'alimentatore	
	Durata vita utile dello schermo/pellicola, indicare anni	