

SISTEMA PER LA DETERMINAZIONE DELLA FIBROSI e STEATOSI EPATICA

All. A –Caratteristiche tecniche

Requisiti tecnici:

1. Misurazione non invasiva della Fibrosi epatica (LSM)
2. Misurazione non invasiva della Steatosi epatica (CAP)
3. effettuare il calcolo automatico quantitativo della rigidità del fegato subito dopo la misurazione dei parametri di LSM e CAP
4. avere un risultato in tempi brevi (circa 5-10 minuti) per poter ridurre i tempi di attesa delle prestazioni ambulatoriali;
5. dotato di 2 sonde per riuscire a coprire pazienti adulti ed obesi (quindi con profondità di analisi differenti)
6. Dotato di carrello per la movimentazione
7. essere utilizzato da personale senza uno skill formativo elevato (come ad esempio poter ottenere lo stesso risultato con un'indagine ecografia o tramite l'elastografia in Risonanza magnetica)