

ELETTROBISTURI

All. A –Caratteristiche tecniche

Requisiti tecnici:

Elettrobisturi da destinarsi alla SC Ostetricia e Ginecologia dell'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni, così configurato:

- Elettrobisturi con almeno 4 slot indipendenti per inserzione manipoli e strumenti
- Almeno 2 slot con attacco tipo "international" per manipoli elettrobisturi
- Possibilità di sostituzione del tipo di slot senza necessità di aprire lo strumento
- Ingresso per elettrodo neutro bipartito con controllo dell'impedenza
- Potenza massima di taglio 400 W
- Potenza massima di coagulo 350 W
- Possibilità di impostazione di programmi personalizzati
- Programma di sintesi dei vasi "tipo Biclamp"
- Programma di taglio bipolare "tipo Bisect"
- Utilizzo di strumenti ed accessori già a disposizione del Reparto
- Completo di carrello
- Dotato di pedale a un comando e pedale a due comandi
- Le apparecchiature offerte dovranno riportare la marcatura CE ai sensi delle direttive o regolamenti comunitari applicabili a dispositivi medici, con indicato l'eventuale numero identificativo dell'organismo certificato che l'ha rilasciata.