

SISTEMA PER LA SINTESI E COAGULAZIONE VASALE/TISSUTALE CON GENERATORE DI ENERGIA COMBIANATO ULTRASUONI/RADIOFREQUENZA”.

Sistema idoneo a sigillare e/o coagulare e/o alla dissezione di vasi e fasci di tessuti consentendo da operare sia in chirurgia laparoscopica che open. In particolare, in procedure di chirurgia generale, ginecologica e urologica. Il sistema deve essere comprensivo di:

- Strumenti monouso, completi di ogni accessorio necessario per il corretto funzionamento: Fabbisogno annuo presunto 110 pezzi;
- Generatori di energia, completi di ogni accessorio atto a garantire il corretto funzionamento in uso gratuito n. 2 generatori elettrochirurgici e n. 2 generatori a ultrasuoni

Il sistema deve permettere rapidità di utilizzo (pulsantiera ergonomica), separazione di tessuti senza rischio di sanguinamenti.

Nella gamma di strumenti devono essere almeno presenti:

Manipolo lunghezza 35cm, calibro 5mm, impugnatura a pistola.

Manipoli lunghezza 20 cm, calibro 9,2mm, impugnatura a pistola