

Aggiornamento Tecnologico Tromboelastografo TEG 5000

All. A –Caratteristiche tecniche

Requisiti tecnici:

Aggiornamento Tecnologico Tromboelastografo TEG 5000 per la valutazione della cascata emocoagulativa e della funzione piastrinica da destinarsi alla SSD di Cardioanestesia dell'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni, avente le seguenti caratteristiche:

- Effettuare la determinazione della coagulazione globale e l'aggregazione piastrinica con un unico strumento;
- Visualizzare l'eparina a basso peso molecolare;
- Garantire un minimo volume di sangue richiesto per ciascuna cartuccia (circa 300µl)