

ALL. A AVVISO

FABBISOGNO: N. 28.000 TEST/ANNO

CARATTERISTICHE TECNICHE:

IL TEST DEVE ESSERE EFFETTUATO CON METODICA BASATA SU DOSAGGIO IMMUNOMETRICO CON PARTICELLE PARAMAGNETICHE PER LA DETERMINAZIONE QUANTITATIVA IN VITRO DELLA PROCALCITONINA (PCT) NEL PLASMA E NEL SIERO UMANO UTILIZZANDO STRUMENTAZIONE BECKMAN COULTER - UNICEL DXI 800.