

OGGETTO: PROCEDURA RISTRETTA IN FORMA CENTRALIZZATA AI SENSI DELL'ART. 61 DEL D. LGS. 50/2016 PER LA FORNITURA DI “DISPOSITIVI PER APPARATO RESPIRATORIO E ANESTESIA ANCHE DISPOSITIVI NIV E DMC PER PNEUMOLOGIA” PER L'APPROVVIGIONAMENTO DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE UMBRIA - CODICE DI GARA ANAC - 8451487

COMUNICAZIONE N. 4

In riferimento alla procedura di gara in oggetto indicata, si rende noto che, a seguito di appositi chiarimenti tecnici, di seguito riportati - richiesti dalle Ditte concorrenti relativamente al Lotto 83 (scheda di gara n. 8451487 - lotti da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa), il Tavolo Tecnico ha preso atto della necessità di modificare il Capitolato Speciale di Fornitura, rettificando i parametri qualitativi relativi al Lotto citato.

Pertanto il Rup, preso atto della circostanza, ha predisposto il documento istruttorio in rettifica, secondo le indicazioni fornite dal Tavolo Tecnico e con Determina dell'Amministratore Unico di PuntoZero S.c.a r.l. dell'11/08/2022, è stata apportata alla documentazione di gara la modifica di seguito indicata:

CHIARIMENTI RICHIESTI CHE HANNO DATO LUOGO ALLA MODIFICA DEL CAPITOLATO SPECIALE DI FORNITURA

- 1. Domanda – Lotto 83: “Nell'allegato A1 tabella elenco lotti, nella colonna descrizione e nelle caratteristiche, è indicato un casco per NIV. La tabella dei criteri di valutazione riporta invece caratteristiche riguardanti un casco per CPAP; si chiede di modificare la tabella e riportare le valutazioni riferite ad un casco per NIV. Si chiede inoltre se è possibile considerare la lunghezza del tubo non superiore a cm. 180”.*
- 2. Domanda – Lotto 83: “Nel criterio di valutazione vengono assegnati 15 punti alla “presenza sistema venturi ...” e 15 punti alla “presenza della valvola PEEP regolabile”. Trattasi di refuso? Nella NIV il sistema venturi e la valvola PEEP non vengono utilizzati”*

MODIFICHE APPORTATE ALLA TABELLA RELATIVA AI PARAMETRI QUALITATIVI LOTTO 83

LOTTO	DESCRIZIONE	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI	TIP
83	CASCO NIV MONOPAZIENTE CON OBLO'	1. COMFORT E LEGGEREZZA ELEVATI NEL POSIZIONAMENTO	10	D
		2. CARATTERISTICHE DI COMFORT DEL FISSAGGIO E TENUTA, EFFICIENZA DELLA TERAPIA	20	D
		3. CARATTERISTICHE DEL DISPOSITIVO PER GARANTIRE IL FACILE ACCESSO AL VISO DEL PAZIENTE	15	D
		4. PRESENZA DI DIFFUSORI DI FLUSSO PER RIDURRE IL RUMORE DEL DISPOSITIVO IN TERMINI DI COMFORT DEL PAZIENTE	10	T
		5. PRESENZA DI CUSCINETTO INTEGRATO, PREASSEMBLATO	10	T
		6. MODALITA' E FACILITA' DI UTILIZZO E SANIFICAZIONE	5	D

Fermo il resto.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa VALENTINA VALENTINI