

Risposte alle richieste di chiarimenti

Oggetto gara: PROCEDURA RISTRETTA IN FORMA CENTRALIZZATA AI SENSI DELL'ART. 61 DEL D. LGS. 50/2016 PER LA FORNITURA DI "DISPOSITIVI PER APPARATO RESPIRATORIO E ANESTESIA ANCHE DISPOSITIVI NIV E DMC PER PNEUMOLOGIA" PER L'APPROVVIGIONAMENTO DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE UMBRIA - CODICE DI GARA ANAC - 8451487

Protocollo gara: 8451487

Ente: Centrale di Acquisto per la Sanità (CRAS)

Data creazione report: 23/08/2022 13:23

Chiarimento n. 2 : 1) RISPOSTA AI CHIARIMENTI - SCHEDA DI GARA 8451497

da Ente alle 01/07/2022 13:35

Una Ditta interessata a partecipare alla procedura in oggetto, ha richiesto i seguenti chiarimenti. Seguono risposte.

1) DOMANDA:

“(...) Ai sensi del punto V di pag. 5 del Capitolato speciale di fornitura è richiesto che “La documentazione tecnica, dovrà essere confezionata in un unico volume rilegato in originale, contenente una pagina di riepilogo dei documenti presentati e le cui pagine dovranno essere numerate progressivamente”. Si chiede di indicare se la specifica “dovrà essere confezionata in un unico volume rilegato in originale” “le cui pagine dovranno essere numerate progressivamente” è un refuso, posto che ai sensi del disciplinare telematico la documentazione amministrativa, tecnica ed economica dovranno essere depositate telematicamente sul sistema (upload), collegandosi alla propria area riservata dell’albo fornitori della Stazione Appaltante.

RISPOSTA:

Si conferma che trattasi di refuso.

Chiarimento n. 23 : 2) RISPOSTA AI CHIARIMENTI - SCHEDA DI GARA 84514987

da Ente alle 27/07/2022 13:22

Delle Ditte interessate a partecipare alla procedura in oggetto, hanno richiesto i seguenti chiarimenti. Seguono risposte.

**1)
DOMANDA:**

“(...) E' possibile partecipare anche a lotti non inseriti nell'istanza di partecipazione inviata a suo tempo)”

RISPOSTA:

No, non è possibile. Si rimanda a quanto previsto nella Lettera di invito (All. 2.B).

**2)
DOMANDA**

“(...) Siamo con la presente a chiedere una proroga del termine fissato per la presentazione della gara e della campionatura (22/08 p.v.), possibilmente una ventina di giorni sino a metà settembre p.v. La richiesta nasce per assicurare la lavorazione della gara in considerazione del numero cospicuo di lotti di partecipazione oltre che alla predisposizione della campionatura ed alla difficoltà connesse di approvvigionamento delle materie prime (come ormai è a tutti noto a causa della rottura della “SUPPLY CHAIN”, in considerazione della crisi in Ucraina ci sono difficoltà a livello mondiale) amplificato soprattutto in questo difficile momento storico oltre che al rallentamento dettato dall'avvicinarsi del periodo di ferie e registrato nella produzione, nelle centrali di sterilizzazione, nelle consegne. Inoltre, il termine fissato per la pubblicazione dei chiarimenti ed il giorno di apertura della documentazione amministrativa richiederanno una rivisitazione dei piani previsti da tempo nelle piccole realtà aziendali e con ristretti margini. Pertanto, un'eventuale dilazione accordata del termine di presentazione della gara e della campionatura potranno assicurare la massima partecipazione degli operatori economici invitati alla presente procedura ristretta”.

RISPOSTA:

Si

conferma la richiesta di proroga del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Si

rimanda a quanto comunicato con la “Comunicazione n. 2” allegata alla Sez. “Doc. di Gara” e trasmessa tramite Piattaforma a mezzo Pec a tutti i Fornitori.

3) DOMANDA

“(…)

Spett.le Punto Zero, con riferimento alla presente procedura di gara, stante la composità della procedura suddivisa in 150 lotti, osservando il riesacerbarsi del tasso di positività al Covid-19, oggi del 27,93% e che ha nuovamente colpito il personale della scrivente addetto alle procedure di gara, considerato il prolungato e profuso impegno degli Operatori Economici impegnati a fronteggiare l'incremento delle emergenze sanitarie, vista la scadenza della procedura in concomitanza con la programmazione delle ferie estive con relative difficoltà di consegna puntuale dei campioni richiesti, al fine di garantire la massima partecipazione degli Operatori Economici anche nell'interesse delle Aziende Sanitarie della Regione Umbria siamo con la presente a chiedere cortesemente di posticipare il termine di presentazione delle offerte alla prima quindicina di Settembre, al fine di permettere alla scrivente società e ad altri Operatori Economici di poter espletare tutta la documentazione e fornire la relativa campionatura richiesta in tempo utile”.

RISPOSTA:

Si

conferma la richiesta di proroga del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Si

rimanda a quanto comunicato con la “Comunicazione n. 2” allegata alla Sez. “Doc. di Gara” e trasmessa tramite Piattaforma a mezzo Pec a tutti i Fornitori.

4) DOMANDA

“(…)

Buongiorno, con la presente si chiede conferma:

1)

che la dichiarazione al punto n. 4 pagina 25 della lettera di invito debba essere presentata dall'operatore economico su proprio modello, in quanto non è presente nei documenti di gara un fac-simile;

2)

se in caso di partecipazione a più lotti possa essere presentata una garanzia provvisoria unica riepilogativa di tutti i lotti e non una garanzia provvisoria per ciascuno

RISPOSTA

1)

Si conferma.

2)

Si conferma.

5) DOMANDA

“(...)

Buongiorno, in merito alla procedura n. 8451487/1 inerente ai lotti aggiudicati in base al criterio del minor prezzo, chiediamo gentilmente in quale sezione del portale è visibile ed è possibile parteciparvi, in quanto nell'allegato "20220701083508326_COMUNICAZIONE N. 1. Docx (1)" comunicate che si trova su un'altra "scheda di gara".

RISPOSTA

La scheda di gara è visibile https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_puntozeroscarl – Oggetto “ PROCEDURA RISTRETTA IN FORMA CENTRALIZZATA AI SENSI DELL’ART. 61 DEL D. LGS. 50/2016 PER LA FORNITURA DI “DISPOSITIVI PER APPARATO RESPIRATORIO E ANESTESIA ANCHE DISPOSITIVI NIV E DMC PER PNEUMOLOGIA” PER L’APPROVVIGIONAMENTO DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE UMBRIA - CODICE DI GARA ANAC – 8451487” Protocollo n. 8451487/1.

Per ogni ulteriore problematica, si prega di contattare il servizio clienti della Piattaforma net4Market.

6) DOMANDA

“(…)

Spett.le Ente, in considerazione del fatto che occorre rispondere di fatto a due procedure e del periodo estivo e di chiusura siamo con la presente a richiedere una proroga della scadenza di presentazione dell'offerta”.

RISPOSTA

Si

conferma la richiesta di proroga del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Si

rimanda a quanto comunicato con la “Comunicazione n. 2” allegata alla Sez. “Doc. di Gara” e trasmessa tramite Piattaforma a mezzo Pec a tutti i Fornitori.

7) DOMANDA

“(…)

Buongiorno, con la presente per chiedere un VS. gentile riscontro ai chiarimenti inviati il 15/07, in quanto si tratta di un periodo in cui molti operatori economici sono chiusi o sono in procinto di chiusura”.

RISPOSTA

Si
rimanda alle risposte ai chiarimenti già fornite.

8) DOMANDA

“(…)

Siamo a chiedere se sia da considerarsi un refuso o meno per la garanzia provvisoria il dover produrre tante distinte ed autonome garanzie provvisorie ed impegni quanti sono i lotti cui si intende partecipare. Nel caso non fosse un refuso, siamo a chiedere la possibilità di concedere agli operatori economici di produrre un deposito cauzionale con l'evidenza dei lotti di partecipazione. La richiesta nasce unicamente per l'onerosità di produrre una garanzia per ciascun lotto per i molteplici lotti di partecipazione.

RISPOSTA

Si
conferma trattasi di refuso. Si concede la possibilità richiesta.

9) DOMANDA

“
(...) In allegato richiesta chiarimenti.

1)-
Lettera Invito art. 8 punto 6 pag. 28: La richiesta di “tante distinte ed autonome garanzie provvisorie ed impegni al rilascio della definitiva quanti sono i lotti cui si intende partecipare” è un refuso? In caso non lo sia Vi invitiamo a valutare l’onerosità economica e di lavoro che comporta per l’Operatore che partecipa a più lotti e a rettificare la richiesta in una sola fidejussione riportante il dettaglio dei lotti di partecipazione”.

RISPOSTA

Si
conferma trattasi di refuso.

Chiarimento n. 25 : 3) RISPOSTA AI CHIARIMENTI - SCHEDA DI GARA 8451487

da Ente alle 29/07/2022 09:59

Una Ditta interessata a

partecipare alla procedura in oggetto, ha richiesto i seguenti chiarimenti.
Seguono risposte.

1)
DOMANDA:

“(...) Buongiorno,
con la presente si chiede conferma se:

1) Nell'allegato denominato "B2 Dettaglio offerta economica", debba essere riportato SOLO l'importo annuo offerto e non l'importo triennale offerto (corrispondente alla durata della procedura);

2) In merito al documento di gara denominato "B2 Dettaglio offerta economica", è possibile avere il file in formato editabile (word, excel,...)”.

RISPOSTA:

1) Si conferma. Si rimanda a quanto previsto nella Lettera di Invito (art. 11 “Contenuto dell’Offerta Economica) e nel Disciplinare Telematico (art. 6).

2) Non è possibile fornire il file in formato editabile.

Chiarimento n. 32 : 4) RISPOSTE AI CHIARIMENTI - SCHEDA DI GARA N. 8451487

da Ente alle 03/08/2022 13:19

Delle Ditte interessate a partecipare alla procedura in oggetto, hanno richiesto i seguenti chiarimenti.
Seguono risposte.

1)

DOMANDA:

“(...) Si chiede di precisare se l'importo da considerare per il calcolo della cauzione sia il valore annuale, quello trimestrale o il VALORE totale MASSIMO STIMATO dell'appalto (v. tabella elenco lotti, all. A1)”.

RISPOSTA:

Il calcolo dell'importo della cauzione provvisoria deve essere effettuato sul valore triennale (36 mesi) del Lotto di interesse.

2)

DOMANDA:

“(...) Si chiede di specificare se nella documentazione Amministrativa bisogna inserire il DGUE compilato, in quanto non indicato nella lista della documentazione e non allegato il modulo nella documentazione di gara , ma all'articolo 7) viene riportato "indica ad integrazione di quanto indicato nella parte III C del DGUE.....”

RISPOSTA:

Si rimanda a quanto previsto nella “Lettera di Invito”
– art. 8.

3)

DOMANDA:

“(…) Si chiede conferma che accettate il certificato EN 13485:2016 per la riduzione della cauzione provvisoria.

RISPOSTA

Per la riduzione dell'importo della cauzione si rimanda a quanto disposto nel D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Chiarimento n. 33 : 5) RISPOSTE AI CHIARIMENTI TECNICI - SCHEDE DI GARA N. 8451487

da Ente alle 05/08/2022 10:06

Delle Ditte interessate a partecipare alla procedura in oggetto, hanno richiesto i seguenti chiarimenti Tecnici. Seguono risposte.

1)

DOMANDA:

“(…) Lotto 99: Buongiorno
In merito alla voce in oggetto, Così come è indicata la descrizione individua un prodotto unico ed esclusivo ben preciso proprietario di una sola azienda produttrice e distribuita dalla medesima. Si chiede perciò di eliminare l'indicazione del nome commerciale: Boussignac così come si chiede per la suddetta voce la valenza del principio di equivalenza.

RISPOSTA:

Si conferma il Capitolato di Gara, fermo restando il principio di equivalenza.

2)

DOMANDA

“(…) Lotto 78-79:

si chiede di confermare che le maschere richieste ai lotti 78 e 79 essendo in silicone, quindi sterilizzabili in autoclave, non debbano essere consegnate sterili, ma sterilizzabili dopo ogni utilizzo su paziente.

lotto 82:

confermate, come già indicato nel chiarimento 49 pubblicato su portale il 21/04/2022, che i flussimetri sono 79 in totale?

Lotto 84:

nell'allegato A1 nella colonna descrizione è riportato “CASCO PER NIV MONOPAZIENTE PEDIATRICO CON CERNIERA” mentre la descrizione delle caratteristiche riguarda un casco per CPAP, si chiede di precisare quale tipologia di casco è richiesta”.

RISPOSTA:

Lotto

78-79: Si accettano anche non sterili.

Lotto

82: Si conferma.

Lotto

84: Si conferma la documentazione di gara.

3) DOMANDA

“(…)”

in riferimento al lotto 82 dove vengono indiate tutte le misure si chiede di specificare che trattasi di misure adulti”.

RISPOSTA:

Trattasi
di misure adulti.

4) DOMANDA

“(...)
si chiede di dare riscontro ai seguenti chiarimenti:

Lotto
7: Nel capitolato viene richiesto un tubo in silicone non cuffiato. Per il principio di equivalenza è possibile offrire il tubo in PVC?

Lotto
111 : il capitolato chiede i palloni in silicone. Per il principio di equivalenza è possibile offrire PALLONI in PVC?

Lotto
113 : In riferimento alla richiesta delle unità respiratorie manuali, vista la specificità del prodotto e la sua importanza nell'applicazione si richiede se le stesse debbano essere anche prive di parti metalliche sicchè da permettere il polivalente uso anche nelle risonanze magnetiche oltre che nelle sale operatorie.

Infine
relativamente ai Lotti 116-117-118-119 -120 si richiede di indicare la percentuale di tolleranza sulle superfici filtranti perché stante alla richiesta così come indicata permetterebbe solo ad una azienda la partecipazione gravando pesantemente sul principio della libera concorrenza “.

RISPOSTA

Lotto
7: Si conferma il Capitolato di Gara, fermo restando il principio di equivalenza.

Lotto

111: Si conferma il Capitolato di Gara.

Lotto

113: Si confermano le caratteristiche previste nel Capitolato di gara.

Lotti

116-117-118-119 -120: E' prevista la tolleranza. I prodotti verranno valutati in sede di gara.

5) DOMANDA

“(...)

confermate che per i prodotti in sconto merce non è prevista campionatura?”

RISPOSTA

Si

conferma. Non è prevista campionatura.

6) DOMANDA

“(...)

siamo con la presente a chiedere conferma del confezionamento da inviarvi circa la campionatura. E' possibile inviarvi i singoli pezzi suddivisi per lotto (confezionamento primario) e non il confezionamento secondario (scatola con il tot dei pezzi della confezione) in quanto in diversi casi molto voluminosi?”

RISPOSTA

Si

conferma quanto richiesto.

7) DOMANDA

“

(...) Siamo con la presente a chiedere la possibilità di indicare sul singolo campione per il punto "indicazione dell'oggetto della gara" unicamente la dicitura "CODICE DI GARA ANAC - 8451487" (art. 6 pag. 7 capitolato speciale di fornitura). La richiesta è dettata in diversi casi dal ridotto confezionamento del prodotto offerto e per consentire di riportare tutte le informazioni richieste”.

RISPOSTA

Si conferma quanto richiesto.

8) DOMANDA

“

(...) Siamo a chiedere una gentile conferma che il termine confezionamento "secondario" sia da intendersi come confezionamento adottato dall'operatore economico per assicurare che la campionatura sia distinta ed identificabile per singolo lotto di partecipazione all'interno del cartone (art. 6 campionatura pag. 8 primo capoverso capitolato speciale di fornitura). Diversamente se fosse da considerarsi il confezionamento originario la campionatura assumerebbe volumi importanti in considerazione dei molteplici lotti di partecipazione”.

RISPOSTA

Si conferma.

9) DOMANDA

“

(...)Trasmettiamo il seguente chiarimento in riferimento al lotto 143, le 2 misure richieste sono uguali,

cambia il canale vi segnaliamo che il palloncino DIAM. 11MM - BRONCO 2.0MM - 5 FR che entra già nel canale 2,0mm entra anche nel canale 2,8mm quindi sarebbe identico.

Si
richiede gentilmente conferma che per il canale 2,8mm si intendeva invece descrivere: Diametro palloncino 13 mm e catetere da 7 fr compatibile con canale 2,8mm”.

RISPOSTA

Trattasi
di refuso. Si conferma, per la seconda misura indicata, palloncino 13mm catetere 7fr compatibile con canale 2,8 e si conferma la descrizione del diam. 11 mm bronco 2.0mm -fr

10) DOMANDA

“
(...) Spett.Le Ente, con la presente si segnala che relativamente ai lotti 67-68 e 69 vengono richiesti tappi. Si richiede conferma se i circuiti richiesti debbano essere muniti di tappi all'interno del packaging o se possano essere inseriti a corredo del circuito senza però che essi possano gravare economicamente sul peso dello stesso”.

RISPOSTA

I
tappi sono necessari e si possono inserire anche a corredo.

11) DOMANDA

“
(...) Con la presente siamo a porre i sottoelencati quesiti:

2)-

Capitolato Speciale di fornitura art. 3 pagg. 7:

Si

richiede di apporre su ogni campione “l’oggetto della gara”: con campioni contenuti in piccole confezioni l’oggetto unito alle altre informazioni richieste necessita di notevole spazio: è possibile riportare solo il codice ANAC della Gara?

3)-

Capitolato Speciale di fornitura art. 3 pagg. 8:

Viene

indicato di apporre le informazioni elencate a pag. 7 su ogni campione e sul confezionamento secondario: si chiede se per “secondario” si intenda l’involucro che contiene i campioni di ogni lotto, non la confezione secondaria di vendita, poiché in tal caso si dovrebbero inviare un grande numero di cartoni assai voluminosi.

4)-

Allegato A2 Elenco campioni:

Nel

caso siano presenti in offerta più misure dello stesso prodotto è possibile inviare una sola misura a scelta dell’operatore economico?

Nel

caso nello stesso lotto siano richieste più misure distinte per pazienti di destinazione (es. Adulti e Pediatriche) di deve inviare un campione per ogni destinazione d’uso, ovvero un campione misura Adulti e un campione misura Pediatrica?

RISPOSTA

2)

Si conferma tale possibilità.

3)
Si conferma che per “secondario” si intende l’involucro che contiene i campioni

4)
- E’ possibile inviare una sola misura a scelta:

- Deve essere inviato un campione per ogni destinazione d’uso ovvero un campione misura Adulti e un campione misura Pediatrica.

12) DOMANDA

“
(...) Spett.le Ente, si chiede di precisare se la campionatura è richiesta relativamente a ciascuna misura offerta oppure è sufficiente campionare una o tre misure a scelta per ciascun lotto di interesse”.

RISPOSTA

Si
precisa che la campionatura è richiesta relativamente a ciascuna misura.

13) DOMANDA

“
(...) Lotto 67: Si chiede di precisare quali lunghezze sono richieste in questo lotto in quanto non viene specificato (...)”

RISPOSTA

Si
precisa che le lunghezze possono variare dai 150 cm ai 180 cm.

14) DOMANDA

“(....)Lotto 68: Si chiede di precisare quali lunghezze sono da offrire per il lotto 68 in quanto non viene specificato”.

RISPOSTA

Si
precisa che le lunghezze possono variare dai 150 cm ai 180 cm.

Chiarimento n. 34 : 6) RISPOSTE AI CHIARIMENTI TECNICI - SCHEDA DI GARA 8451487

da Ente alle 12/08/2022 11:33

Delle Ditte interessate a partecipare alla procedura in oggetto, hanno richiesto i seguenti chiarimenti Tecnici. Seguono risposte.

1) DOMANDA:

“(...) Lotto 83: Nell'allegato A1 tabella elenco lotti, nella colonna descrizione e nelle caratteristiche, è indicato un casco per NIV. La tabella dei criteri di valutazione riporta invece caratteristiche riguardanti un casco per CPAP; si chiede di modificare la tabella e riportare le valutazioni riferite ad un casco per NIV. Si chiede inoltre se è possibile considerare la lunghezza del tubo non superiore a cm. 180”.

RISPOSTA:

Si rimanda alla Comunicazione n. 4 pubblicata nella sez. “Doc. di gara” della Procedura di gara 8451487- scheda di gara n. 8451487.

2) DOMANDA

“(...) Lotto 83: Nel criterio di valutazione vengono assegnati 15 punti alla “presenza sistema venturi ...” e 15 punti alla “presenza della valvola PEEP regolabile”. Trattasi di refuso? Nella NIV il sistema venturi e la valvola PEEP non vengono utilizzati”.

RISPOSTA:

Si rimanda alla Comunicazione n. 4 pubblicata nella sez. “Doc. di gara” della Procedura di gara 8451487- scheda di gara n. 8451487.