

ALL. 5



OGGETTO: Procedura Aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016, in forma centralizzata, per l'affidamento della fornitura di "DISPOSITIVI PER ANGIOGRAFIA INTERVENTISTICA", occorrente alle esigenze dell'Azienda Ospedaliera di Terni, dell'Azienda Ospedaliera di Perugia e dell'Azienda UsI Umbria 2 - NUMERO GARA ANAC 8598762.

**VERBALE DI GARA del 20 APRILE 2023**

In data 20 Aprile 2023 alle ore 10:00 presso una sala dell'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni si sono riuniti, in seduta riservata, i componenti della Commissione Giudicatrice nominata con Determinazione dell'Amministratore Unico del 22 FebbraIo 2023, per procedere all'esame qualitativo delle rimanenti offerte tecniche e della campionatura prodotta dalle ditte partecipanti alla procedura di gara in oggetto indicata.

Sono presenti:

Dr. Jacopo Tesei – Dirigente Medico S.C. Radiologia - Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni, in qualità di Presidente di Commissione

Dr. Daniele Mazzucca – Dirigente Radiologo - Presidio di Foligno - UsI Umbria 2, in qualità di Membro

Dr. Lucio Bellantonio – Dirigente Medico S.C. Neuroradiologia – Azienda Ospedaliera di Perugia, in qualità di Membro

Assiste con funzioni di segretario verbalizzante la Dott.ssa Paola Zampa – RUP.

Il Presidente, dichiara aperta la seduta e richiama il verbale del 3.4.2023, relativo alla precedente seduta riservata, per esaminare i rimanenti lotti in gara.

La Comm.ne, tenuto conto di quanto sopra, attribuisce alle offerte tecniche i relativi punteggi per i restanti lotti di gara (lotti dal nn. 51 al n. 105) secondo quanto previsto all'art. 7 – modalità di aggiudicazione – del Capitolato di gara, per le motivazioni riportate nelle allegate schede appositamente predisposte (All. A).

A conclusione dei lavori, la Commissione dà atto che risulta la situazione di seguito riepilogata:

LOTTO 51

DITTE PARTECIPANTI

PUNTEGGIO

ACTIVA SRL

70,00



PuntoZero S.c.a r.l.  
SEDE LEGALE  
Via G.B. Pontani, 39 - 06128 Perugia  
C.F. - P.IVA - Reg. Imp. 02915750547  
REA C.C.I.A.A. 250357  
Cap. Soc. € 4.000.000,00 Iv.

Tel. 075.50271  
Fax 075.5003402  
puntozeroscarl@pec.it  
www.puntozeroscarl.it

TECNOSTIM SRL

30,00 - ESCLUSA

LOTTO 52

DITTA PARTECIPANTE

PUNTEGGIO

BALT ITALY SRL

70,00

LOTTO 53

DITTA PARTECIPANTE

PUNTEGGIO

STRYKER ITALIA SRL

70,00

LOTTO 54

DITTA PARTECIPANTE

PUNTEGGIO

GADA ITALIA SPA

70,00

LOTTO 55

DITTE PARTECIPANTI

PUNTEGGIO

ACTIVA SRL

70,00

TECNOSTIM SRL

30,00 - ESCLUSA

LOTTO 56

DITTA PARTECIPANTE

PUNTEGGIO

STRYKER ITALIA SRL

70,00

LOTTO 57

DITTA PARTECIPANTE

PUNTEGGIO

BALT ITALY SRL

70,00





**puntozero**  
LA NUOVA VERSIONE DELL'INNOVAZIONE

LOTTO 58

DITTE PARTECIPANTI

MEDTRONIC ITALIA SPA  
NEW TECH SRL

PUNTEGGIO

70,00  
34,00 - ESCLUSA

LOTTO 59

DITTE PARTECIPANTI

ACTIVA ARL  
NEW TECH  
PHENOX ITALY SRL

PUNTEGGIO

70,00  
34,00  
34,00

LOTTO 60

DITTE PARTECIPANTI

PHENOX ITALY SRL

PUNTEGGIO

70,00

LOTTO 61

DITTA PARTECIPANTE

MEDTRONIC ITALIA SPA

PUNTEGGIO

70,00

LOTTO 62

DITTE PARTECIPANTI

PHENOX ITALY SRL

PUNTEGGIO

70,00

LOTTO 63

DITTA PARTECIPANTE

BALT ITALY SRL

PUNTEGGIO

70,00

*Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.*



puntozero

LA NUOVA VERSIONE DELL'INNOVAZIONE

LOTTO 64

DITTA PARTECIPANTE

MEDTRONIC ITALIA SPA

PUNTEGGIO

70,00

LOTTO 65

DITTE PARTECIPANTI

MEDTRONIC ITALIA SPA

NANUTECH SRL

NEW TECH SRL

TECNOSTIM SRL

PUNTEGGIO

70,00

ESCLUSA

ESCLUSA

ESCLUSA

LOTTO 66

DITTE PARTECIPANTI

COOK ITALIA SRL

GADA ITALIA SPA

MEDTRONIC ITALIA SPA

PUNTEGGIO

46,00

50,00

70,00

LOTTO 67

DITTA PARTECIPANTE

MEDTRONIC ITALIA SPA

PHENOX ITALY SRL

PUNTEGGIO

40,00

70,00

LOTTO 68

DITTE PARTECIPANTI

ACTIVA SRL

TECNOSTIM SRL

PUNTEGGIO

34,00 - ESCLUSA

70,00



**puntozero**  
LA NUOVA VERSIONE DELL'INNOVAZIONE

LOTTO 69

DITTE PARTECIPANTI

GADA ITALIA SPA

VIOLATECH SRL

PUNTEGGIO

70,00

40,00

LOTTO 70

DITTE PARTECIPANTI

GADA ITALIA SPA

MED-ITALIA BIOMEDICA SRL

PUNTEGGIO

62,00

30,00 - ESCLUSA

LOTTO 71

DITTA PARTECIPANTE

GADA ITALIA SPA

PUNTEGGIO

70,00

LOTTO 72

DITTA PARTECIPANTE

NEW TECH SRL

PUNTEGGIO

70,00

LOTTO 73

DITTA PARTECIPANTE

NEW TECH SRL

PUNTEGGIO

70,00

LOTTO 74

DITTE PARTECIPANTI

NEW TECH SRL

VIOLATECH SRL

PUNTEGGIO

70,00

38,00

LOTTO 75

DITTA PARTECIPANTE

BOSTON SCIENTIFIC SPA

PUNTEGGIO

70,00

LOTTO 76

DITTE PARTECIPANTI

BECTON DICKINSON ITALIA SPA

COOK ITALIA SRL

NEW TECH SRL

VIOLATECH SRL

PUNTEGGIO

ESCLUSA

ESCLUSA

70,00

ESCLUSA

LOTTO 77

DITTE PARTECIPANTI

BALT ITALY SRL

NEW TECH SRL

PUNTEGGIO

ESCLUSA

70,00

LOTTO 78

DITTE PARTECIPANTI

NEOVASC SRL

STUDIO PACINOTTI SRL

PUNTEGGIO

ESCLUSA

70,00

LOTTO 79

DITTE PARTECIPANTI

BECTON DICKINSON ITALIA SPA

STUDIO PACINOTTI SRL

SVAS BIOSANA SRL

TAU MEDICA SRL

PUNTEGGIO

70,00

52,00

40,00

38,00

DM

AV

B

~~X~~



**puntozero**  
LA NUOVA VERSIONE DELL'INNOVAZIONE

VIOLATECH SRL 36,00

LOTTO 80

DITTE PARTECIPANTI

PUNTEGGIO

BOSTON SCIENTIFIC SPA

70,00

VIOLATECH SRL

ESCLUSA

LOTTO 81

DITTE PARTECIPANTI

PUNTEGGIO

ENDOVASCULAR SERVICE SRL

70,00

STUDIO PACINOTTI SRL

70,00

LOTTO 82

DITTA PARTECIPANTE

PUNTEGGIO

BOSTON SCIENTIFIC SPA

70,00

LOTTO 83

DITTE PARTECIPANTI

PUNTEGGIO

ALSE MEDICA SRL

58,00

MED-ITALIA BIOMEDICA SRL

43,00

STUDIO PACINOTTI SRL

70,00

SVAS BIOSANA SRL

40,00

LOTTO 84

DITTE PARTECIPANTI

PUNTEGGIO

ALSE MEDICA SRL

58,00

BETATEX SPA

43,00



**puntozero**

LA NUOVA VERSIONE DELL'INNOVAZIONE

MED-ITALIA BIOMEDICA SRL	43,00
STUDIO PACINOTTI SRL	70,00
SVAS BIOSANA SRL	40,00

LOTTO 85

DITTE PARTECIPANTI

COOK ITALIA SRL  
W.L. GORE & ASSOCIATI SRL

PUNTEGGIO

ESCLUSA  
70,00

LOTTO 86

DITTA PARTECIPANTE

COOK ITALIA SRL

PUNTEGGIO

70,00

LOTTO 87

DITTA PARTECIPANTE

NEW TECH SRL

PUNTEGGIO

70,00

LOTTO 88

DITTA PARTECIPANTE

MED-ITALIA BIOMEDICA SRL

PUNTEGGIO

70,00

LOTTO 89

DITTA PARTECIPANTE

MEDTRONIC ITALIA SPA

PUNTEGGIO

70,00

LOTTO 90

DITTA PARTECIPANTE

PUNTEGGIO

LM

PV

AB



**puntozero**  
LA NUOVA VERSIONE DELL'INNOVAZIONE

COOK ITALIA SRL 70,00

LOTTO 91

DITTA PARTECIPANTE

PUNTEGGIO

TAU MEDICA SRL 70,00

LOTTO 92

DITTA PARTECIPANTE

PUNTEGGIO

ENDOVASCULAR SERVICE SRL 70,00

LOTTO 93

DITTA PARTECIPANTE

PUNTEGGIO

MEDTRONIC ITALIA SPA 70,00

NEW TECH SRL 45,29

LOTTO 94

DITTA PARTECIPANTE

PUNTEGGIO

STUDIO PACINOTTI SRL 70,00

LOTTO 96

DITTE PARTECIPANTI

PUNTEGGIO

JOHNSON&JOHNSON MEDICAL SPA 70,00

MEDTRONIC ITALIA SPA 26,00 - ESCLUSA

MERIT MEDICAL ITALY SRL 22,00 - ESCLUSA

LOTTO 98

DITTE PARTECIPANTI

PUNTEGGIO



GADA ITALIA SPA	70,00
MED-ITALIA BIOMEDICA SRL	30,00 - ESCLUSA
TECNOSTIM SRL	38,00
VIOLATECH SRL	30,00 - ESCLUSA

LOTTO 99

<u>DITTA PARTECIPANTE</u>	<u>PUNTEGGIO</u>
BOSTON SCIENTIFIC SPA	70,00

LOTTO 100

<u>DITTA PARTECIPANTE</u>	<u>PUNTEGGIO</u>
COOK ITALIA SRL	70,00

LOTTO 101

<u>DITTE PARTECIPANTI</u>	<u>PUNTEGGIO</u>
BECTON DICKINSON ITALIA SPA	70,00
MEDTRONIC ITALIA SPA	38,00

LOTTO 102

<u>DITTA PARTECIPANTE</u>	<u>PUNTEGGIO</u>
VIOLATECH SRL	70,00

LOTTO 104

<u>DITTA PARTECIPANTE</u>	<u>PUNTEGGIO</u>
NEW TECH SRL	70,00

LOTTO 105

*DM*      *RU*      *LB*      *[Signature]*

DITTA PARTECIPANTE

NEW TECH SRL

PUNTEGGIO

70,00


Il presente verbale e tutta la documentazione cartacea allegata allo stesso viene scannerizzata e il formato PDF viene inoltrato a cura del segretario verbalizzante ai Componenti della Commissione Giudicatrice che hanno assistito in videoconferenza – Dott. Lucio Bellantonio e Dott. Daniele Mazzuca – con posta elettronica, ove ciascuno appone la propria firma e restituisce il verbale medesimo, con la stessa modalità (posta elettronica), al segretario verbalizzante (RUP) della procedura. I restanti componenti firmano in originale, essendo stati presenti e collegati nella medesima sede del RUP e segretario verbalizzante.

Da ultimo, la Commissione dà atto che le buste contenenti le offerte economiche rimangono chiuse e sigillate nel programma informatico piattaforma Net4market.

Alle ore 14:00 il Presidente dichiara chiusa la seduta. La Commissione decide di riagglorinarsi in data 21.4.2023 alle ore 12.00, in seduta riservata organizzata in videoconferenza, per concludere i lavori.

Letto confermato e sottoscritto.


Dr. Jacopo Tesei – Presidente

  
\_\_\_\_\_

Dr. Daniele Mazzuca – Membro

  
\_\_\_\_\_

Dr. Lucio Bellantonio – Membro

  
\_\_\_\_\_

Dott.ssa Paola Zampa – Segretario Verbalizzante

  
\_\_\_\_\_

LOTTO 51	PUNTEGGIO MAX	DITTA ACTIVA		NOTE	DITTA TECNOSTIM		NOTE
		COEFFICIENTE/PUNTEGGI			COEFFICIENTE/PUNTEGGI		
CARATTERISTICHE TECNICHE	20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 20	ESTENDIBILE	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	0,2 4	NON ESTENDIBILE
ATTRAUMATICITA'	10	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 10		COEFFICIENTE PUNTEGGIO	0,6 6	LIEVE TRAUMATICITA'
RISPOSTA ALLA TORSIONE	30	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 30		COEFFICIENTE PUNTEGGIO	0,4 12	DISCRETA RISPOSTA ALLA TORSIONE
NAVIGABILITA'	10	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 10		COEFFICIENTE PUNTEGGIO	0,8 8	
PUNTEGGIO TOTALE			70			30	






LOTTO 52	PUNTEGGIO MAX	DITTA BALT	
		COEFFICIENTE/PUNTEGGI	
ATRAUMATICITA'	20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 20
RISPOSTA ALLA TORSIONE	20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 20
NAVIGABILITA'	20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 20
FLESSIBILITA' DELLA PUNTA	10	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 10
PUNTEGGIO TOTALE			70






LOTTO 53	PUNTEGGIO MAX	DITTA STRYKER	
		COEFFICIENTE/PUNTEGGI	
AMPIEZZA GAMMA	10	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 10
ATRAUMATICITA'	20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 10
RISPOSTA ALLA TORSIONE	20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 20
NAVIGABILITA'	10	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 10
TENUTA DELLA CURVA	10	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 10
PUNTEGGIO TOTALE			70

LOTTO 54	PUNTEGGIO MAX	DITTA GADA	
		COEFFICIENTE/PUNTEGGI	
AMPIEZZA GAMMA	10	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 10
ATRAUMATICITA'	20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 20
RISPOSTA ALLA TORSIONE	30	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 30
NAVIGABILITA'	10	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 10
PUNTEGGIO TOTALE			70

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

LOTTO 55	PUNTEGGIO MAX	DITTA ACTIVA		NOTE	DITTA TECNOSTIM		NOTE
		COEFFICIENTE/PUNTEGGI			COEFFICIENTE/PUNTEGGI		
NAVIGABILITA'	30	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 30	ECCELLENTI NAVIGABILITA' ANCHE SENZA SOSTEGNO DI MICRIGUIDA/MICR OCATETERE	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	0,2 6	SUFFICIENTE NAVIGABILITA' CATETERE NON DISPONIBILE NELLE LUNGHEZZE RICHIESTE
FORZA DI SPINTA	20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 20	ECCELLENTI ATRAUMATICITA' RISPOSTA COSTANTE ALLA SPINTA	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	0,6 12	BUONA RISPOSTA ALLA SPINTA
MORBIDEZZA DELLE ESTREMITA'	20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 20	ECCELLENTI RISPOSTA ALLA TORSIONE	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	0,6 12	BUONA RISPOSTA ALLA TORSIONE
PUNTEGGIO TOTALE			70			30	

LOTTO 56	PUNTEGGIO MAX	DITTA STRYKER	
		COEFFICIENTE/PUNTEGGI	
CONFEZIONAMENTO	30	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 30
NAVIGABILITA'	20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 20
ATRAUMATICITA'	20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 20
PUNTEGGIO TOTALE			70

*LM*

*AD*

*13*

*[Signature]*

LOTTO 57	PUNTEGGIO MAX	DITTA BALT	
		COEFFICIENTE/PUNTEGGI	
NAVIGABILITA'	10	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 10
AMPIEZZA GAMMA	10	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 10
SEMPLICITA' D'USO	10	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 10
SICUREZZA NELL'ASPIRAZIONE	20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 20
ATRAUMATICITA'	20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 20
PUNTEGGIO TOTALE			70

LOTTO 58	PUNTEGGIO MAX	DITTA MEDTRONIC		DITTA NEW TECH		NOTE
		COEFFICIENTE/PUNTEGGI	PUNTEGGIO	COEFFICIENTE/PUNTEGGI	PUNTEGGIO	
NAVIGABILITA'	20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	0,2 4	NON DISPONIBILE LUME 0,068
ATRAUMATICITA'	20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	0,6 12	
FORZA DI SPINTA E MEMORIA DI FORMA	30	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 30	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	0,6 18	
PUNTEGGIO TOTALE			70		34	

LOTTO 59	PUNTEGGIO MAX	DITTA ACTIVA		NOTE	DITTA NEW TECH		NOTE	DITTA PHENOX		NOTE
		COEFFICIENTE/PUNTEGGI	PUNTEGGIO		COEFFICIENTE/PUNTEGGI	PUNTEGGIO		COEFFICIENTE/PUNTEGGI	PUNTEGGIO	
NAVIGABILITA'	10	1	10		1	10		1	10	
AMPIEZZA GAMMA	10	1	10	LUME INTERNO 0.070" DISPONIBILE NELLE LUNGHEZZE RICHIESTE	0,2	2	LUME INTERNO 0.071" NON DISPONIBILE 115 CM	0,2	2	LUME INTERNO 0.072" NON DISPONIBILE 131 CM
SEMPLICITA' D'USO	10	1	10		1	10		1	10	
SICUREZZA NELL'ASPIRAZIONE	20	1	20	LUME INTERNO 0.070" COME RICHIESTO	0,4	8	LUME 0.071"	0,4	8	LUME 0.072"
ATRAUMATICITA'	20	1	20		0,2	4	LUME DISCRETO	0,2	4	LUME DISCRETO
PUNTEGGIO TOTALE			70			34			34	

LOTTO 60	PUNTEGGIO MAX	DITTA PHENOX	
		COEFFICIENTE/PUNTEGGI	
MANEGGEVOLEZZA	20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 20
NAVIGABILITA'	20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 20
FORZA RADIALE E OPPOSIZIONE ALLE PARETI DEL VASO	20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 20
RINGUINABILITA' E RIPOSIZIONABILITA'	10	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 10
PUNTEGGIO TOTALE			70

LOTTO 61	PUNTEGGIO MAX	DITTA MEDTRONIC	
		COEFFICIENTE/PUNTEGGI	
MANEGGEVOLEZZA	10	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 10
NAVIGABILITA'	20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 20
FORZA RADIALE E OPPOSIZIONE ALLE PARETI DEL VASO	30	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 30
RINGUAINABILITA' E RIPOSIZIONABILITA'	10	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 10
PUNTEGGIO TOTALE			70

LOTTO 62	PUNTEGGIO MAX	DITTA PHENOX	
		COEFFICIENTE/PUNTEGGI	
NAVIGABILITA'	20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 20
STABILITA' ENDOANEURISMATICA	20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 20
PRECISIONE DI DISTACCO	30	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 30
PUNTEGGIO TOTALE			70






LOTTO 63	PUNTEGGIO MAX	DITTA BALT	
		COEFFICIENTE/PUNTEGGI	
PRECISIONE DEL DISTACCO	30	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 30
NAVIGABILITA'	20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 20
CARATTERISTICHE TECNICHE	20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 20
PUNTEGGIO TOTALE			70

*DM*

*BB*

*BB*

*[Signature]*

LOTTO 64	PUNTEGGIO MAX	DITTA MEDTRONIC	
		COEFFICIENTE	PUNTEGGI
AMPIA GAMMA LUNGHEZZA PUNTA STACCABILE	30	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 30
NAVIGABILITA'	30	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 30
ATRAUMATICITA'	10	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 10
PUNTEGGIO TOTALE			70

LOTTO 65	PUNTEGGIO MAX	DITTA MEDTRONIC		NOTE	DITTA NANUTECH		NOTE	DITTA NEW TECH		NOTE	DITTA TECNOSTIM		NOTE
		COEFFICIENTE / PUNTEGGIO	COEFFICIENTE / PUNTEGGIO		COEFFICIENTE / PUNTEGGIO	COEFFICIENTE / PUNTEGGIO		COEFFICIENTE / PUNTEGGIO	COEFFICIENTE / PUNTEGGIO				
ATRAUMATICITA'	10	COEFFICIENTE 1 PUNTEGGIO 10	1										
SUPPORTO	20	COEFFICIENTE 1 PUNTEGGIO 20	1	SUPPORTO SUFFICIENTE NON DISPONIBILE 0,0445	ESCLUSA	SUPPORTO SUFFICIENTE (NON DISPONIBILE 0,0445")	SUPPORTO SUFFICIENTE (NON DISPONIBILE 0,0445")	ESCLUSA	SUPPORTO SUFFICIENTE (NON DISPONIBILE 0,0445")		ESCLUSA	SUPPORTO SUFFICIENTE (NON DISPONIBILE 0,0445")	
CARATTERISTICHE DEL MATERIALE	20	COEFFICIENTE 1 PUNTEGGIO 20	1	NON DISPONIBILE 0,0445" NON DISPONIBILE 105 CM		NON DISPONIBILE 0,0445"	NON DISPONIBILE 0,0445"		NON DISPONIBILE 0,0445" NON DISPONIBILE 105 CM			NON DISPONIBILE 0,0445" NON DISPONIBILE 105 CM	
COMPATIBILITA' CON STENT	20	COEFFICIENTE 1 PUNTEGGIO 20	1										
PUNTEGGIO TOTALE		70											






LOTTO 66	PUNTEGGIO MAX	DITTA COOK		NOTE	DITTA GADA		NOTE	DITTA MEDTRONIC		NOTE
		COEFFICIENTE/PUNTEGGI	PUNTEGGIO		COEFFICIENTE/PUNTEGGI	PUNTEGGIO		COEFFICIENTE/PUNTEGGI	PUNTEGGIO	
SCOREVOLEZZA DEL CATETERE	20	COEFFICIENTE 0,6 PUNTEGGIO 12	12	LIEVE ATTRITO NELL'ATTRAVERSAMENTO DI LESIONI LUNGHE (BUONA CROSSABILITÄ)	COEFFICIENTE 0,6 PUNTEGGIO 12	12	LIEVE ATTRITO NELL'ATTRAVERSAMENTO DI LESIONI LUNGHE (BUONA CROSSABILITÄ)	COEFFICIENTE 1 PUNTEGGIO 20	20	
CAPACITA' DI SUPPORTO	20	COEFFICIENTE 0,4 PUNTEGGIO 8	8	DISCRETO SUPPORTIVO	COEFFICIENTE 0,6 PUNTEGGIO 12	12	MENO SUPPORTIVO	COEFFICIENTE 1 PUNTEGGIO 20	20	
CARATTERISTICHE DEL MATERIALE	10	COEFFICIENTE 1 PUNTEGGIO 10	10		COEFFICIENTE 1 PUNTEGGIO 10	10		COEFFICIENTE 1 PUNTEGGIO 10	10	
ATRAUMATICITÀ	10	COEFFICIENTE 0,8 PUNTEGGIO 8	8	OTTIMA ATRAUMATICITÀ	COEFFICIENTE 0,8 PUNTEGGIO 8	8	OTTIMA ATRAUMATICITÀ	COEFFICIENTE 1 PUNTEGGIO 10	10	
CONTROLLO DI TORSIONE	10	COEFFICIENTE 0,8 PUNTEGGIO 8	8	OTTIMA ATRAUMATICITÀ	COEFFICIENTE 0,8 PUNTEGGIO 8	8	OTTIMA ATRAUMATICITÀ	COEFFICIENTE 1 PUNTEGGIO 10	10	
PUNTEGGIO TOTALE		46			50			70		

LOTTO 67	PUNTEGGIO MAX	DITTA MEDTRONIC		NOTE	DITTA PHENOX		NOTE
		COEFFICIENTE/PUNTEGGI			COEFFICIENTE/PUNTEGGI		
NAVIGABILITA'	20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	0,6 12	BUONA NAVIGABILITA'	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 20	
STABILITA'	30	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	0,4 12	LO STENT E' DISTACCABILE DAL SUO SPINGITORE	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 30	
ATRAUMATICITA'	20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	0,8 16	OTTIMA ATRAUMATICITA'	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 20	
PUNTEGGIO TOTALE	70		40			70	






LOTTO 68	PUNTEGGIO MAX	DITTA ATTIVA		NOTE	DITTA TECNOSTIM		NOTE
		COEFFICIENTE/PUNTEGGI			COEFFICIENTE/PUNTEGGI		
STABILITA'	20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	0,4 8	ASSENZA DI LOCK PER BLOCCARE L'ESPANSIONE DELLO STENT	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 20	PRESENZA DI LOCK PER BLOCCARE LO STENT AL DIAMETRO RICHiesto
PRECISIONE DI ESPANSIONE NEL VASO	30	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	0,2 6	MANOPOLA SLIDER MENO PRECISA	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 30	POSSIBILITA' DI REGOLARE IL DEVICE IN MODALITA' MICROMETRICA
SCOREVOLEZZA	20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 20		COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 20	
PUNTEGGIO TOTALE	70		34			70	

LOTTO 69	PUNTEGGIO MAX	DITTA GADA		NOTE	DITTA VIOLATECH		NOTE
		COEFFICIENTE/PUNTEGGI			COEFFICIENTE/PUNTEGGI		
VISUALIZZAZIONE IN SCOPPIA	10	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 10	2 MARKERS AGLI ESTREMI DEL PALLONE (ECCELLENTE VISUALIZZAZIONE)	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	0,4 4	2 MARKERS DI CUI UNO AL CENTRO DEL PALLONE (DISCRETA VISUALIZZAZIONE)
SCORREVOLEZZA	20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 20		COEFFICIENTE PUNTEGGIO	0,6 12	
VELOCITÀ GONFIAGGIO	20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 20	20" GONFIAGGIO-25"/40" SGNFIAGGIO	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	0,4 8	20" GONFIAGGIO-40"/50" SGNFIAGGIO
CAPACITÀ DI SUPERARE ANGOLAZIONI DIFFICILI	10	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 10		COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 10	
QUALITÀ DEL FLUSSO D'INFUSIONE	10	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 10		COEFFICIENTE PUNTEGGIO	0,6 6	NON POSSIEME RIVESTIMENTO INTERNO IN PTFE (MATERIALE A BASSO COEFFICIENTE DI ATTRITO)
PUNTEGGIO TOTALE			70			40	

LOTTO 70	PUNTEGGIO MAX	DITTA GADA		NOTE	DITTA MED - ITALIA		NOTE
		COEFFICIENTE / PUNTEGGI			COEFFICIENTE / PUNTEGGI		
QUAULTÀ EMBOLIZZANTE	10	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 10	MICROSFERE A DEGRADAZIONE IDROLITICA CON EFFETTO EMBOLICO ECCELLENTE	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	0,2 2	MICROSFERE DI AMIDO DEGRADABILI (DSM A RAPIDO RILASCIO DI FARMACO)
RANGE DI DIAMETRI PARTICELLE	20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 20	200µm (100/350)	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	0,4 8	50-7µm DISCRETO CALIBRO PARTICELLE
FACILTÀ DI SOMMINISTRAZIONE	20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 20		COEFFICIENTE PUNTEGGIO	0,4 8	IL CALIBRO RIDOTTO DELLE PARTICELLE RENDE DIFFICOLTOSA LA LORO INIEZIONE A CAUSA DELL'ELEVATO RISCHIO DI EMBOULIZZAZIONE NON TARGET
CAPACITÀ DI LEGAME CON IL FARMACO	10	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 10	RILASCIO DEL FARMACO LENTO, COSTANTE, CONTROLLATO	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	0,2 2	EMIVITA BREVE (30/40 MIN)
STUDI CLINICI	10	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	0,2 2	PRODOTTO DI RECENTE IMMISSIONE NEL MERCATO NON OGGETTO DI STUDI CLINICI	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 10	
PUNTEGGIO TOTALE			62			30	





LOTTO 71	PUNTEGGIO MAX	DITTA GADA	
		COEFFICIENTE/PUNTEGGI	
RANGE DEI CALIBRI DEL SISTEMA	20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 20
RAPIDITÀ E PERSISTENZA DELL'EMOSTASI	20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 20
QUALITÀ DEI COMPONENTI	10	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 10
SEMPLICITÀ D'USO	10	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 10
SICUREZZA	10	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 10
PUNTEGGIO TOTALE			70


LOTTO 72	PUNTEGGIO MAX	DITTA NEW TECH	
		COEFFICIENTE/PUNTEGGI	
MANEGGEVOLEZZA	20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 20
CARATTERISTICHE DEL MATERIALE	15	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 15
STUDI LETTERATURA	10	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 10
CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTATURA	25	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 25
PUNTEGGIO TOTALE			70

Handwritten signatures and initials, including a stylized 'B' and other illegible marks.

LOTTO 73	PUNTEGGIO MAX	DITTA NEW TECH	
		COEFFICIENTE/PUNTEGGI	
AFFIDABILITÀ	10	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 10
CAPACITÀ DI ABLAZIONE DELLA PLACCA	20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 20
PROFILO	20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 20
STUDI CLINICI	10	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 10
MANOVRABILITÀ	10	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 10
PUNTEGGIO TOTALE			70


LOTTO 74	PUNTEGGIO MAX	DITTA NEW TECH		NOTE	DITTA VIOLATECH		NOTE
		COEFFICIENTE/PUNTEGGI			COEFFICIENTE/PUNTEGGI		
SICUREZZA DEL SISTEMA	10	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 10		COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 10	
QUALITÀ DEL MATERIALE	20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 20	ACCIAIO - POLIMERO PEBAX- NITINOL	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	0,2 4	POLIMERO CON PUNTA IN ACCIAIO NITINOL
AMPIEZZA DI GAMMA	20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 20	80/120 CM	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 20	4F 80 120CM 2.9F80120 CM
CAPACITÀ DI SUPERARE L'OCCCLUSIONE	20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 10		COEFFICIENTE PUNTEGGIO	0,2 4	SUFFICIENTE SCORREVOLEZZA IN LESIONI LUNGHE E CALCIFICATE
PUNTEGGIO TOTALE			70			38	

LOTTO 75	PUNTEGGIO MAX	DITTA BOSTON	
		COEFFICIENTE/PUNTEGGI	
SICUREZZA DEL SISTEMA	20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 20
QUALITÀ DEL MATERIALE	10	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 10
AMPIEZZA DI GAMMA	10	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 10
CAPACITÀ DI SUPERARE L'OCCCLUSIONE	20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 20
STUDI CLINICI	10	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 10
PUNTEGGIO TOTALE			70






LOTTO 76	PUNTEGGIO MAX	DITTA BECTON		NOTE	DITTA COOK		NOTE	DITTA NEW TECH		DITTA VIOLATECH		NOTE
		COEFFICIENTE / PUNTEGGI			COEFFICIENTE / PUNTEGGI			COEFFICIENTE / PUNTEGGI		COEFFICIENTE / PUNTEGGI		
RAPPORTO CALIBRO/PORTATA	10	DITTA ESCLUSA			DITTA ESCLUSA			COEFFICIENTE 1 PUNTEGGIO 10		DITTA ESCLUSA		
RASTREMATURA ED ATRAUMATICITÀ	20	DITTA ESCLUSA			DITTA ESCLUSA			COEFFICIENTE 1 PUNTEGGIO 20		DITTA ESCLUSA		
RESISTENZA AL KINKING	20	DITTA ESCLUSA			DITTA ESCLUSA			COEFFICIENTE 1 PUNTEGGIO 20		DITTA ESCLUSA		
SCORREVOLEZZA	10	DITTA ESCLUSA			DITTA ESCLUSA			COEFFICIENTE 1 PUNTEGGIO 10		DITTA ESCLUSA		
AMPIEZZA GAMMA	10	DITTA ESCLUSA		NON DISPONIBILE 7 E 8 FC-MANCA LUNGHEZZA 65 CM	DITTA ESCLUSA		MANCA LUNGHEZZA A 65 CM	COEFFICIENTE 1 PUNTEGGIO 10		DITTA ESCLUSA		MANCA LUNGHEZZA 65 CM
PUNTEGGIO TOTALE								70				






LOTTO 77	PUNTEGGIO MAX	DITTA BALT		NOTE	DITTA NEW TECH		NOTE
		COEFFICIENTE/PUNTEGGI			COEFFICIENTE/PUNTEGGI		
RAPPORTO CALIBRO/PORTATA	10	DITTA ESCLUSA		DIAMETRO INTERNO DI 0,088 " (NON 0,090 ")	COEFFICIENTE	1	
RASTREMATURA ED ATRAUMATICITÀ	20			LIEVE SUPERIORE TRAUMATICITÀ'	COEFFICIENTE	1	
RESISTENZA AL KINKING	20			POLIMERO DI RIVESTIMENTO INTERNO OFFRE ATTRITO	COEFFICIENTE	1	
SCOREVOLEZZA	10				COEFFICIENTE	1	
AMPIEZZA GAMMA	10			MANCA LUNGHEZZA 95 CM	COEFFICIENTE	1	
					PUNTEGGIO	10	
PUNTEGGIO TOTALE						70	






LOTTO 78	PUNTEGGIO MAX	DITTA NEOVASC		NOTE	STUDIO PACINOTTI		
		COEFFICIENTE/PUNTEGGI			COEFFICIENTE/PUNTEGGI		
RAPPORTO CALIBRO/PORTATA	10	DITTA ESCLUSA			COEFFICIENTE	1	
				PUNTEGGIO	10		
RASTREMATURA ED ATRAUMATICITA	20					COEFFICIENTE	1
				PUNTEGGIO	20		
RESISTENZA AL KINKING	20					COEFFICIENTE	1
				PUNTEGGIO	20		
SCORREVOLEZZA	10				COEFFICIENTE	1	
					PUNTEGGIO	10	
AMPIEZZA GAMMA	10			MANCA LUNGHEZZA 45 CM - MANCA 12FE	COEFFICIENTE	1	
					PUNTEGGIO	10	
PUNTEGGIO TOTALE						70	

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the right and several smaller ones on the left.

LOTTO 79	PUNTEGGIO MAX	DITTA BECTON		NOTE	STUDIO PACINOTTI		NOTE	DITTA SVAS		NOTE	DITTA TAU MEDICA		NOTE	DITTA VIOLATECH		NOTE
		COEFFICIENTE / PUNTEGGIO	PUNTEGGIO		COEFFICIENTE / PUNTEGGIO	PUNTEGGIO		COEFFICIENTE / PUNTEGGIO	PUNTEGGIO		COEFFICIENTE / PUNTEGGIO	PUNTEGGIO		COEFFICIENTE / PUNTEGGIO	PUNTEGGIO	
MANOVRA BILI TA'	10	COEFFICIENTE 1	PUNTEGGIO 10	40 ATM - 30ML	COEFFICIENTE 0,8	PUNTEGGIO 8	40 ATM - 20ML	COEFFICIENTE 0,8	PUNTEGGIO 8	20ML	COEFFICIENTE 0,8	PUNTEGGIO 8	40 ATM 20ML	COEFFICIENTE 1	PUNTEGGIO 10	40 ATM 30ML
SEMPLICITA' D' USO	10	COEFFICIENTE 1	PUNTEGGIO 10		COEFFICIENTE 1	PUNTEGGIO 10		COEFFICIENTE 0,6	PUNTEGGIO 6		COEFFICIENTE 0,4	PUNTEGGIO 4		COEFFICIENTE 0,4	PUNTEGGIO 4	
CONTROLLO DELLA PRESSIONE	20	COEFFICIENTE 1	PUNTEGGIO 20		COEFFICIENTE 0,6	PUNTEGGIO 12		COEFFICIENTE 0,4	PUNTEGGIO 8		COEFFICIENTE 0,4	PUNTEGGIO 8		COEFFICIENTE 0,4	PUNTEGGIO 8	
RAPIDITA' DI SVUOTAMENT O	20	COEFFICIENTE 1	PUNTEGGIO 20		COEFFICIENTE 0,6	PUNTEGGIO 12		COEFFICIENTE 0,4	PUNTEGGIO 8		COEFFICIENTE 0,4	PUNTEGGIO 8		COEFFICIENTE 0,2	PUNTEGGIO 4	
CONFEZIONA MENTO ED ETICHETTATUR A	10	COEFFICIENTE 1	PUNTEGGIO 10		COEFFICIENTE 1	PUNTEGGIO 10		COEFFICIENTE 1	PUNTEGGIO 10		COEFFICIENTE 1	PUNTEGGIO 10		COEFFICIENTE 1	PUNTEGGIO 10	
PUNTEGGIO TOTALE			70			52			40			38			36	

*mm*

*2*

*B*

*[Handwritten mark]*

LOTTO 80	PUNTEGGIO MAX	DITTA BOSTON		NOTE	DITTA VIOLATECH		NOTE
		COEFFICIENTE / PUNTEGGI			COEFFICIENTE / PUNTEGGI		
SCOREVOLEZZA	20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 20				
AMPIEZZA GAMMA MISURE	10	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 10			MANCANO MISURE OD 12 MM	
CAPACITÀ DILATATIVA	10	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 10		DITTA ESCLUSA		
PROFILO PALLONE	20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 20	RICHIESTO PROFILO 0,042"			0,032"
RESISTENZA ALLE ALTE PRESSIONI	10	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 10	RBP = TRA 20 E 40 ATM		RPB = TRA 26 E 30ATM	
PUNTEGGIO TOTALE			70				






LOTTO 81	PUNTEGGIO MAX	DITTA ENDOVASCULAR		STUDIO PACINOTTI	
		COEFFICIENTE/PUNTEGGI		COEFFICIENTE/PUNTEGGI	
PRESENZA DI DISPOSITIVO AUTOCENTRANTE	20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 20
SEMPLICITÀ D'USO	20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 20
ATRAUMATICITÀ	10	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 10	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 10
VISIBILITÀ DEL FILTRO	20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 20
PUNTEGGIO TOTALE		70		70	

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the right and several smaller ones below it.

LOTTO 82	PUNTEGGIO MAX	DITTA BOSTON	
		COEFFICIENTE/PUNTEGGI	
QUALITÀ EMBOLIZZANTE	10	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 10
RANGE DI DIAMETRI PARTICELLE	20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 20
FACILITÀ DI SOMMINISTRAZIONE	20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 20
CAPACITÀ DI LEGAME CON IL FARMACO	10	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 10
STUDI CLINICI	10	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 10
PUNTEGGIO TOTALE			70

LOTTO 83	PUNTEGGIO MAX	DITTA ALSE MEDICA		DITTA MED ITALIA		NOTE	STUDIO PACINOTTI		DITTA SVAS BIOSANA		NOTE
		COEFFICIENTE / PUNTEGGI	COEFFICIENTE / PUNTEGGI	COEFFICIENTE / PUNTEGGI	COEFFICIENTE / PUNTEGGI		COEFFICIENTE / PUNTEGGI	COEFFICIENTE / PUNTEGGI	COEFFICIENTE / PUNTEGGI	COEFFICIENTE / PUNTEGGI	
CORRISPONDENZA CARATTERISTICHE TECNICHE	30	COEFFICIENTE 1 PUNTEGGIO 30	COEFFICIENTE 1 PUNTEGGIO 30	COEFFICIENTE 1 PUNTEGGIO 30	COEFFICIENTE 1 PUNTEGGIO 30		COEFFICIENTE 1 PUNTEGGIO 30	COEFFICIENTE 1 PUNTEGGIO 30	COEFFICIENTE 1 PUNTEGGIO 30		
CARETTISTICHE CLINICO/ FUNZIONALI	30	COEFFICIENTE 0,6 PUNTEGGIO 18	COEFFICIENTE 0,2 PUNTEGGIO 6	LA QUALITA' DEI TELU ASSORBENTI E' SUFFICIENTE	COEFFICIENTE 1 PUNTEGGIO 30		COEFFICIENTE 1 PUNTEGGIO 30	COEFFICIENTE 0,2 PUNTEGGIO 6	LA QUALITA' DEI TELU ASSORBENTI E' SUFFICIENTE		
SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E POST VENDITA	5	COEFFICIENTE 1 PUNTEGGIO 5	COEFFICIENTE 1 PUNTEGGIO 5	COEFFICIENTE 1 PUNTEGGIO 5	COEFFICIENTE 1 PUNTEGGIO 5		COEFFICIENTE 1 PUNTEGGIO 5	COEFFICIENTE 0,2 PUNTEGGIO 1	TEMPI DI ASSISTENZA E SPEDIZIONE LUNGH		
PRODOTTI E CONFEZIONAMENTO	5	COEFFICIENTE 1 PUNTEGGIO 5	COEFFICIENTE 0,4 PUNTEGGIO 2		COEFFICIENTE 1 PUNTEGGIO 5		COEFFICIENTE 1 PUNTEGGIO 5	COEFFICIENTE 0,6 PUNTEGGIO 3			
PUNTEGGIO TOTALE		58	43		70		40				


  
  
  


LOTTO 84	PUNTEGGIO MAX	DITTA ALSE MEDICA		DITTA BETATEX		NOTE	DITTA MED ITALIA		NOTE	STUDIO PACINOTTI		DITTA SVAS BIOSANA		NOTE
		COEFFICIENTE / PUNTEGGI	PUNTEGGIO	COEFFICIENTE / PUNTEGGI	PUNTEGGIO		COEFFICIENTE / PUNTEGGI	PUNTEGGIO		COEFFICIENTE / PUNTEGGI	PUNTEGGIO	COEFFICIENTE / PUNTEGGI	PUNTEGGIO	
CORRISPONDENZA CARATTERISTICHE TECNICHE	30	COEFFICIENTE 1 PUNTEGGIO 30	COEFFICIENTE 1 PUNTEGGIO 30	COEFFICIENTE 1 PUNTEGGIO 30	COEFFICIENTE 1 PUNTEGGIO 30		COEFFICIENTE 1 PUNTEGGIO 30	COEFFICIENTE 1 PUNTEGGIO 30		COEFFICIENTE 1 PUNTEGGIO 30	COEFFICIENTE 1 PUNTEGGIO 30	COEFFICIENTE 1 PUNTEGGIO 30	COEFFICIENTE 1 PUNTEGGIO 30	
CARATTERISTICHE CLINICO/FUNZIONALI	30	COEFFICIENTE 0,6 PUNTEGGIO 18	COEFFICIENTE 0,2 PUNTEGGIO 6	COEFFICIENTE 0,2 PUNTEGGIO 6	COEFFICIENTE 0,2 PUNTEGGIO 6	COPRISONDA POCO FUNZIONALE	COEFFICIENTE 0,2 PUNTEGGIO 6	COEFFICIENTE 0,2 PUNTEGGIO 6	LA QUALITA' DEI TELI ASSORBENTI E' SUFFICIENTE	COEFFICIENTE 1 PUNTEGGIO 30	COEFFICIENTE 1 PUNTEGGIO 30	COEFFICIENTE 0,2 PUNTEGGIO 6	COEFFICIENTE 0,2 PUNTEGGIO 6	LA QUALITA' DEI TELI ASSORBENTI E' SUFFICIENTE
SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E POST VENDITA	5	COEFFICIENTE 1 PUNTEGGIO 5	COEFFICIENTE 1 PUNTEGGIO 5	COEFFICIENTE 1 PUNTEGGIO 5	COEFFICIENTE 1 PUNTEGGIO 5		COEFFICIENTE 1 PUNTEGGIO 5	COEFFICIENTE 1 PUNTEGGIO 5		COEFFICIENTE 1 PUNTEGGIO 5	COEFFICIENTE 1 PUNTEGGIO 5	COEFFICIENTE 0,2 PUNTEGGIO 1	COEFFICIENTE 0,2 PUNTEGGIO 1	
PRODOTTI E CONFEZIONAMENTO	5	COEFFICIENTE 1 PUNTEGGIO 5	COEFFICIENTE 0,4 PUNTEGGIO 2	COEFFICIENTE 0,4 PUNTEGGIO 2	COEFFICIENTE 0,4 PUNTEGGIO 2		COEFFICIENTE 0,4 PUNTEGGIO 2	COEFFICIENTE 0,4 PUNTEGGIO 2		COEFFICIENTE 1 PUNTEGGIO 5	COEFFICIENTE 1 PUNTEGGIO 5	COEFFICIENTE 0,6 PUNTEGGIO 3	COEFFICIENTE 0,6 PUNTEGGIO 3	
PUNTEGGIO TOTALE		58	43	43	43		43	43		70	40			

LOTTO 85	PUNTEGGIO MAX	DITTA COOK		NOTE	DITTA W.L. GORE		NOTE
		COEFFICIENTE/PUNTEGGI			COEFFICIENTE/PUNTEGGI		
QUALITÀ AGO (ESTRUSIONE, PENETRAZIONE ATRAUMATICA, ETC)	20	DITTA ESCLUSA		INTRODOTTORE CURVO A 30° (RICHIESTO A 35°) LUNGO 38,5 CM (40CM) LUNGHEZZA AGO 50,5 CM (RICHIESTO 56 CM)	COEFFICIENTE	1	
QUALITÀ CATETERE GUIDA (NAVIGABILITÀ, LUME INTERNO, ETC.)	20			CATETERE GUIDA DA 10 F NON CURVO DA UTILIZZARE CON CANNULA DI IRRIGIDIMENTO LUNGA 53,5 CM	PUNTEGGIO	20	CATETERE GUIDA DA 10 F CURVO CON INDICATORE DIREZIONALE E OTTIMA RASTREMATURA DELLA PUNTA
QUALITÀ DEI RESTANTI COMPONENTI DEL SET	10			SET COMPOSTO DA MOLTI SEGMENTI COASSIALI	COEFFICIENTE	1	
CONTROLLO TORSIONE	10				PUNTEGGIO	10	
TENUTA DELLA VALVOLOA	10			COEFFICIENTE	1		
				PUNTEGGIO	10		
PUNTEGGIO TOTALE					70		

*Handwritten signatures and initials:*  
  
  
  


LOTTO 86	PUNTEGGIO MAX	DITTA COOK	
		COEFFICIENTE/PUNTEGGI	
QUALITÀ AGO (ESTRUSIONE, PENETRAZIONE ATRAUMATICA, ETC.)	20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 20
QUALITÀ CATETERE GUIDA (NAVIGABILITÀ, LUME INTERNO, ETC.)	20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 20
QUALITÀ DEI RESTANTI COMPONENTI DEL SET	10	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 10
CONTROLLO TORSIONE	10	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 10
TENUTA DELLA VALVOLE	10	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 10
PUNTEGGIO TOTALE			70


LOTTO 87	PUNTEGGIO MAX	DITTA NEW TECH	
		COEFFICIENTE/PUNTEGGI	
RANGE DEI CALIBRI DEL SISTEMA	20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 20
SCORREVOLEZZA DEL SISTEMA	20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 20
QUALITA' DEI COMPONENTI	10	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 10
SEMPLICITA' D' USO	10	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 10
AFFIDABILITA' DEL TAMPONE	10	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 10
PUNTEGGIO TOTALE			70


LOTTO 88	PUNTEGGIO MAX	DITTA MED ITALIA	
		COEFFICIENTE/PUNTEGGI	
TENUTA DELLA VALVOLA	10	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 10
ATRAUMATICITÀ DELL'AGO	10	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 10
QUALITÀ E RASTREMATURA DEL PEEL AWAY	20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 20
CAPACITÀ DI DRENAGGIO DEL CATERERE	20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 20
CONFEZIONAMENTO E ISTRUZIONI	10	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 10
PUNTEGGIO TOTALE			70






LOTTO 89	PUNTEGGIO MAX	DITTA MEDTRONIC	
		COEFFICIENTE/PUNTEGGI	
TROMBOGENICITÀ	20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 20
AMPIEZZA DI GAMMA	10	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 10
FACILITÀ D'USO	10	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 10
CAPACITÀ DI OCCLUSIONE	20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 20
NAVIGABILITÀ	10	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 10
PUNTEGGIO TOTALE			70






LOTTO 90	PUNTEGGIO MAX	DITTA COOK	
		COEFFICIENTE/PUNTEGGI	
BIOCOMPATIBILITÀ	10	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 10
MANEGGEVOLEZZA	20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 20
QUALITÀ DEI MATERIALI	20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 20
CONFEZIONAMENTO	10	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 10
AMPIEZZA DI GAMMA	10	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 10
PUNTEGGIO TOTALE			70

LOTTO 91	PUNTEGGIO MAX	DITTA TAU MEDICA	
		COEFFICIENTE/PUNTEGGI	
TROMBOGENICITÀ	20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 20
FACILITÀ D'USO	10	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 10
TEMPO DI POLIMERIZZAZIONE	20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 20
VISIBILITÀ IN SCOPIA	10	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 10
STUDI CLINICI	10	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 10
PUNTEGGIO TOTALE			70






LOTTO 92	PUNTEGGIO MAX	DITTA ENDOVASCULAR	
		COEFFICIENTE/PUNTEGGI	
FLESSIBILITÀ DELLO STENT	20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 20
QUALITÀ MATERIALE	10	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 10
RANGE DI MISURE	20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 20
SEMPLICITÀ DI RECUPERO	20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 20
PUNTEGGIO TOTALE			70






LOTTO 93	PUNTEGGIO MAX	DITTA MEDTRONIC		NOTE	DITTA NEW TECH		NOTE
		COEFFICIENTE/PUNTEGGI			COEFFICIENTE/PUNTEGGI		
SCORREVOLEZZA	20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 20		COEFFICIENTE PUNTEGGIO	0,6 12	
AMPIEZZA GAMMA MISURE	10	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	0,8 8		COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 10	
CAPACITA' DILATATIVA	10	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 10	ECCELLENTI OMOGENITA' DI ESPANSIONE NELLA DILATAZIONE	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	0,6 6	
PROFILO PALLONE	20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 20		COEFFICIENTE PUNTEGGIO	0,6 12	
VELOCITA' GONFIAGGIO /SGONFIAGGIO	10	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 10	ECCELLENTI RAPIDITA' DI GONFIAGGIO E SGONFIAGGIO	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	0,4 4	DISCRETA RAPIDITA' DI GONFIAGGIO E SGONFIAGGIO
PUNTEGGIO TOTALE			68			44	
RIPARAMETRAZIONE			70			45,29	






LOTTO 94	PUNTEGGIO MAX	STUDIO PACINOTTI	
		COEFFICIENTE/PUNTEGGI	
SICUREZZA DEL SISTEMA	20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 20
CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTATURA	10	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 10
QUALITÀ DEL MATERIALE	20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 20
SEMPlicità D'USO	20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 20
PUNTEGGIO TOTALE			70






LOTTO 96	PUNTEGGIO MAX	JOHNSON		NOTE	MEDTRONIC		NOTE	MERT		NOTE
		COEFFICIENTE / PUNTEGGI	COEFFICIENTE / PUNTEGGI		COEFFICIENTE / PUNTEGGI	COEFFICIENTE / PUNTEGGI		COEFFICIENTE / PUNTEGGI	COEFFICIENTE / PUNTEGGI	
SEMPLICITA' DI IMPRODUZIONE	10	COEFFICIENTE 1 PUNTEGGIO 10	COEFFICIENTE 1 PUNTEGGIO 10		COEFFICIENTE 0,2 PUNTEGGIO 2	COEFFICIENTE 0,2 PUNTEGGIO 2	SISTEMA DI MISCELAZIONE E CARICAMENTO COMPLESSO	COEFFICIENTE 0,2 PUNTEGGIO 2	COEFFICIENTE 0,2 PUNTEGGIO 2	SISTEMA DI MISCELAZIONE E CARICAMENTO COMPLESSO
CAPACITA' DI RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE	20	COEFFICIENTE 1 PUNTEGGIO 20	COEFFICIENTE 1 PUNTEGGIO 20	73.2 Mpa	COEFFICIENTE 0,2 PUNTEGGIO 4	COEFFICIENTE 0,2 PUNTEGGIO 4	VALORE NON DISPONIBILE	COEFFICIENTE 0,2 PUNTEGGIO 4	COEFFICIENTE 0,2 PUNTEGGIO 4	VALORE NON DISPONIBILE
TEMPO DI POLIMERIZZAZIONE	20	COEFFICIENTE 1 PUNTEGGIO 20	COEFFICIENTE 1 PUNTEGGIO 20	VISCOSITA' COSTANTE DURANTE L'INTERO WORKING TIME	COEFFICIENTE 0,4 PUNTEGGIO 8	COEFFICIENTE 0,4 PUNTEGGIO 8	PROGRESSIVO INDURIMENTO DEL CEMENTO DURANTE IL WORKING TIME	COEFFICIENTE 0,4 PUNTEGGIO 8	COEFFICIENTE 0,4 PUNTEGGIO 8	PROGRESSIVO INDURIMENTO DEL CEMENTO DURANTE IL WORKING TIME
VISIBILITA'	10	COEFFICIENTE 1 PUNTEGGIO 10	COEFFICIENTE 1 PUNTEGGIO 10		COEFFICIENTE 0,6 PUNTEGGIO 6	COEFFICIENTE 0,6 PUNTEGGIO 6		COEFFICIENTE 0,6 PUNTEGGIO 6	COEFFICIENTE 0,6 PUNTEGGIO 6	
CONFEZIONAMENTO ED ETICHETTATURA	10	COEFFICIENTE 1 PUNTEGGIO 20	COEFFICIENTE 1 PUNTEGGIO 20		COEFFICIENTE 0,6 PUNTEGGIO 6	COEFFICIENTE 0,6 PUNTEGGIO 6		COEFFICIENTE 0,2 PUNTEGGIO 2	COEFFICIENTE 0,2 PUNTEGGIO 2	NON INCLUDE MARTELLO STERILE E PORTA AGHI
PUNTEGGIO TOTALE		70	26		22					

LOTTO 98	PUNTEGGIO MAX	DITTA GADA		NOTE	DITTA MEDITALIA		NOTE	DITTA TECNOSTIM		NOTE	DITTA VIOLATECH		NOTE
		COEFFICIENTE / PUNTEGGI	PUNTEGGIO		COEFFICIENTE / PUNTEGGI	PUNTEGGIO		COEFFICIENTE / PUNTEGGI	PUNTEGGIO		COEFFICIENTE / PUNTEGGI	PUNTEGGIO	
RAPPORTO CALIBRO/PORATA (AMPIEZZA LUME INTERNO)	20	COEFFICIENTE 1	PUNTEGGIO 20		COEFFICIENTE 0,6	PUNTEGGIO 12	LUME INTERNO PICCOLO	COEFFICIENTE 1	PUNTEGGIO 20		COEFFICIENTE 0,2	PUNTEGGIO 4	LUME INTERNO (ID) ECCESSIVAMENTE AMPIO
CONTROLLO DI TORSIONE	20	COEFFICIENTE 1	PUNTEGGIO 20		COEFFICIENTE 0,6	PUNTEGGIO 12		COEFFICIENTE 0,6	PUNTEGGIO 12		COEFFICIENTE 0,8	PUNTEGGIO 16	
AMPIEZZA DI GAMMA	20	COEFFICIENTE 1	PUNTEGGIO 20	VASTA GAMMA CON E SENZA GUIDA MONOBLOCC O -ONIX COMPATIBILE	COEFFICIENTE 0,2	PUNTEGGIO 4	COMPATIBILE CON GUIDA TOKAI NON FORNITA IN MONOBLOCC O (0,016)	COEFFICIENTE 0,2	PUNTEGGIO 4	NON MODELLI FORNITI CON GUIDA	COEFFICIENTE 0,2	PUNTEGGIO 4	FRENCHAGGI NON RICHIESTI-NON COMPATIBILE CON ONIX
QUALITA' DELLA MICROGUIDA (RIVESTIMENTO IDROFILICO, MANOVRAABILITA')	10	COEFFICIENTE 1	PUNTEGGIO 10	NITINOL CON RIVESTIMENTO O IDROFILO CON TORQUER SOLIDALE ALL'ESTERNO PROSSIMALE	COEFFICIENTE 0,2	PUNTEGGIO 2	GUIDA TOKAI IN ACCIAIO RIVESTITA IN PVC (RIVESTITA IN MONOBLOCC O)	COEFFICIENTE 0,2	PUNTEGGIO 2	GUIDA NON FORNITA INSIEME AL CATETERE (NON MONOBLOCCO)	COEFFICIENTE 0,6	PUNTEGGIO 6	NITINOL CON RIVESTIMENTO O IDROFILO SENZA TORQUER SOLIDALE ALL'ESTERNO PROSSIMALE
PUNTEGGIO TOTAL			70			30			38			30	

LOTTO 99	PUNTEGGIO MAX	DITTA BOSTON	
		COEFFICIENTE/PUNTEGGI	
NAVIGABILITÀ	10	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 10
AMPIEZZA DI GAMMA	10	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 10
SEMPLICITÀ D'USO	10	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 10
SICUREZZA NELLA TROMBECTOMIA REOLITICA	20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 20
ATRAUMATICITÀ	20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 20
PUNTEGGIO TOTALE			70


LOTTO 100	PUNTEGGIO MAX	DITTA COOK	
		COEFFICIENTE/PUNTEGGI	
BIOCOMPATIBILITÀ	10	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 10
MANEGGEVOLEZZA	20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 20
QUALITÀ DEI MATERIALI	20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 20
CONFEZIONAMENTO	10	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 10
AMPIEZZA DI GAMMA	10	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 10
PUNTEGGIO TOTALE			70

LOTTO 101	PUNTEGGIO MAX	DITTA BECTON		NOTE	DITTA MEDTRONIC		NOTE
		COEFFICIENTE/PUNTEGGI			COEFFICIENTE/PUNTEGGI		
SICUREZZA DEL SISTEMA	10	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 10	DOPPIO ACCESSO CON DUE DISTINTI CATERI (SICURO)	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	0,2 2	SINGOLO ACCESSO POCO SICURO
QUALITÀ DEL MATERIALE	10	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 10		COEFFICIENTE PUNTEGGIO	0,8 8	
AMPIEZZA DI GAMMA	20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 20		COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 20	
LETTERATURA	10	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 10		COEFFICIENTE PUNTEGGIO	0,4 4	SCARSA LETTERATURA
FACILITÀ DI UTILIZZO	20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 20		COEFFICIENTE PUNTEGGIO	0,2 4	L'INDIVIDUAZIONE ECOGRAFICA DEL CORRETTO SITO DI PUNTUR ARISULTA DIFFICOLTOSA - DIFFICOLTÀ DI RIPETIZIONE DELLA PUNTURA QUALORA LA PRIMA NON FOSSE CORRETTA
PUNTEGGIO TOTALE			70			38	

LOTTO 102	PUNTEGGIO MAX	DITTA VIOLATECH	
		COEFFICIENTE/PUNTEGGI	
SICUREZZA DEL SISTEMA	10	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 10
QUALITÀ DEL MATERIALE	20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 20
AMPIEZZA DI GAMMA	20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 20
CAPACITÀ DI SUPERARE L'OCCCLUSIONE	20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 20
PUNTEGGIO TOTALE			70






LOTTO 104	PUNTEGGIO MAX	DITTA NEW TECH	
		COEFFICIENTE/PUNTEGGI	
VARIETÀ CAMPI DI APPLICAZIONE	20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 20
PRESENZA DEL SEPARATORE	20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 20
CAPACITÀ DI ASPIRAZIONE	10	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 10
FACILITÀ DI UTILIZZO	10	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 10
LETTERATURA E STUDI	10	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 10
PUNTEGGIO TOTALE			70


LOTTO 105	PUNTEGGIO MAX	DITTA NEW TECH	
		COEFFICIENTE/PUNTEGGI	
CONFEZIONAMENTO	30	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 30
NAVIGABILITA'	20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 20
ATRAUMATICITA'	20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 20
PUNTEGGIO TOTALE			70

Handwritten signatures and marks, including a large scribble and several distinct signatures.

All 5



OGGETTO: Procedura Aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016, in forma centralizzata, per l'affidamento della fornitura di "DISPOSITIVI PER ANGIOGRAFIA INTERVENTISTICA", occorrente alle esigenze dell'Azienda Ospedaliera di Terni, dell'Azienda Ospedaliera di Perugia e dell'Azienda Usl Umbria 2 - NUMERO GARA ANAC 8598762.

#### VERBALE DI GARA del 21 APRILE 2023

In data 21 Aprile 2023 alle ore 12:00, in seduta riservata organizzata in videoconferenza, si sono riuniti, in seduta riservata, i componenti della Commissione Giudicatrice nominata con Determinazione dell'Amministratore Unico del 22 Febbraio 2023, per procedere alla conclusione dei lavori relativi alla procedura di gara in oggetto indicata.

Sono presenti:

Dr. Jacopo Tesei – Dirigente Medico S.C. Radiologia - Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni, in qualità di Presidente di Commissione

Dr. Daniele Mazzucca – Dirigente Radiologo - Presidio di Foligno - Usl Umbria 2, in qualità di Membro

Dr. Lucio Bellantonio – Dirigente Medico S.C. Neuroradiologia – Azienda Ospedaliera di Perugia, in qualità di Membro

Assiste con funzioni di segretario verbalizzante la Dott.ssa Paola Zampa – RUP

Supporta il RUP la Sig. Laura Langellotto – PuntoZero Scarl.

Il Presidente, dichiara aperta la seduta e richiama i verbali del 3.4.2023 e del 20.4.2023, relativi alle precedenti sedute riservate, al fine di concludere i lavori della Commissione Giudicatrice medesima.

La Commissione Giudicatrice procede a una rilettura del lavoro svolto.

Il presente verbale e tutta la documentazione cartacea allegata allo stesso viene scannerizzata e il formato PDF viene inoltrato a cura del segretario verbalizzante ai Componenti della Commissione Giudicatrice che hanno assistito in videoconferenza – Dott. Lucio Bellantonio e Dott. Daniele Mazzucca – con posta elettronica, ove ciascuno appone la propria firma e restituisce il verbale medesimo, con la stessa modalità (posta elettronica), al segretario verbalizzante (RUP) della procedura. I restanti componenti firmano in originale, essendo stati presenti e collegati nella medesima sede del RUP e segretario verbalizzante.

Da ultimo, la Commissione dà atto che le buste contenenti le offerte economiche rimangono chiuse e sigillate nel programma informatico piattaforma Net4market.



PuntoZero S.c.a r.l.  
SEDE LEGALE  
Via G.B. Pontani, 39 - 06128 Perugia  
C.F. - PJVA - Reg. Imp. 02915750547  
REA C.C.I.A.A. 250357  
Cap. Soc. € 4.000.000,00 i.v.

Tel. 075.50271  
Fax 075.5003402  
puntozeroscarl@pec.it  
www.puntozeroscarl.it



Alle ore 12:30 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Letto confermato e sottoscritto.

Dr. Jacopo Tesei – Presidente

Jacopo Tesei

Dr. Daniele Mazzuca – Membro

Daniele Mazzuca

Dr. Lucio Bellantonio – Membro

Lucio Bellantonio

Dott.ssa Paola Zampa – Segretario Verbalizzante

Paola Zampa

Sig.ra Laura Langellotto – Testimone

Laura Langellotto