

OGGETTO: Oggetto: Procedura Aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016, in forma centralizzata, per l'affidamento della fornitura di "DISPOSITIVI PER ANGIOGRAFIA INTERVENTISTICA", occorrente alle esigenze dell'Azienda Ospedaliera di Terni, dell'Azienda Ospedaliera di Perugia e dell'Azienda Usl Umbria 2 - NUMERO GARA ANAC 8598762.

VERBALE DI GARA del 8 NOVEMBRE 2022

In data 8 Novembre 2022 alle ore 09:00, in seduta pubblica organizzata in videoconferenza, il RUP della procedura di gara in oggetto – assistito da due testimoni - ha proceduto all'apertura delle cartelle contenenti la documentazione amministrativa presentata dalle ditte partecipanti alla procedura in argomento sulla piattaforma informatica Net4market.

Sono presenti:

Dott.ssa Paola Zampa - RUP

Dott.ssa Maria Perrone – testimone

Sig.ra Nicoletta Costantini - testimone

Per le ditte sono presenti:

- Sig.ra Elisa Gherardi in rappresentanza della ditta W.L. Gore & Associati Srl, munita di delega e documento di riconoscimento: carta di identità n. CA57072MM7 rilasciata dal Comune di Falconara Marittima (AN)
- Sig.ra Erika Manoni, in rappresentanza della ditta Balt Italy Srl, munita di delega e documento di riconoscimento: carta di identità n.
- Sig. Matteo Bertucco, in rappresentanza della ditta Paul Hartmann Spa, munito di delega e documento di riconoscimento: carta di identità n. CA086592FR3 rilasciata dal Comune di Sona (VR)
- Sig.ra Martina Moroni, in rappresentanza della ditta New Tech Srl, munita di delega e documento di riconoscimento: carta di identità n. CA84017BF8 rilasciata dal Comune di Ostra (AN)
- Sig.ra Francesca Sepioni, in rappresentanza della ditta Boston Scientific Spa, munita di delega e documento di riconoscimento: carta di identità n. 4451603AA1 rilasciata dal Comune di Perugia
- Sig.ra Arianna Straccamore, in rappresentanza della ditta Neovasc Srl, munita di delega e documento di riconoscimento: carta di identità n. CA90915FV2 rilasciata dal Comune di Frosinone

- Sig.ra Paola Tortiglione, in rappresentanza della ditta Phenox Italy Srl Srl, munita di delega e documento di riconoscimento: carta di identità n. CA92733FY1 rilasciata dal Comune di Milano
- Sig.ra Margherita Gelardo, in rappresentanza della ditta Violatech Srl, munita di delega e documento di riconoscimento: carta di identità n. CA39513GP rilasciata dal Comune di Frosinone
- Sig.ra Cinzia Terrasini, in rappresentanza della ditta Alse Medica Srl, munita di delega e documento di riconoscimento: carta di identità n. AX9657109 rilasciata dal Comune di Roma.

Il RUP dà atto dei documenti di gara di seguito riportati:

- Determinazione dell'Amministratore Unico di PuntoZero Scarl del 25.08.2022, con la quale è stata indetta la gara in oggetto ed è stato approvato il fascicolo di gara;

Il RUP dà atto che per la procedura di gara in argomento hanno presentato offerta le ditte di seguito indicate per i lotti a fianco di ciascuna ditta riportati:

- 1) Ditta ACTIVA SRL - P. IVA 01535310427 – lotti 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 39, 47, 51, 55, 59, 68
- 2) Ditta ALSE MEDICA SRL – P.IVA 01923301004 – lotti 19, 20, 24, 83, 84
- 3) Ditta BALT ITALY SRL – P.IVA 11570870961 – lotti 36, 38, 45, 46, 52, 57, 63, 77
- 4) Ditta BECTON DICKINSON ITALIA SPA – P.IVA 0803890151 – lotti 76, 79, 101
- 5) Ditta BETATEX SPA – P.IVA 00440180545 – lotti 19, 20, 22, 24, 84
- 6) Ditta BOSTON SCIENTIFIC SPA – P.IVA 11206730159 – lotti 25, 26, 75, 80, 82, 99
- 7) Ditta COLMA SRL – P.IVA 01178470479 – lotto 6
- 8) Ditta COOK ITALIA SRL – P.IVA 00847380961 – lotti 18, 66, 76, 85, 86, 90, 100
- 9) Ditta ENDOVASCULAR SERVICE SRL – P.IVA 09175331009 – lotti 81, 92
- 10) Ditta GADA ITALIA SPA – P.IVA 08230471008 – lotti 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 42, 48, 54, 66, 69, 70, 71, 98
- 11) Ditta JOHNSON&JOHNSON MEDICAL SPA – P.IVA 08082461008 – lotto 96
- 12) Ditta MED-ITALIA BIOMEDICA SRL – P.IVA 01885550366 – lotti 19, 20, 24, 27, 70, 83, 84, 88, 98
- 13) Ditta MEDTRONIC ITALIA SPA – P.IVA 09238800156 – lotti 33, 34, 38, 45, 49, 58, 61, 64, 65, 66, 67, 89, 93, 96, 101
- 14) Ditta MERIT MEDICAL ITALY SRL – P.IVA 07609020966 – lotto 96
- 15) Ditta NANUTECH SRL – P.IVA 08861201005 – lotto 65
- 16) Ditta NEOVASC SRL – P.IVA 12109171004 – lotti 18, 78
- 17) Ditta NEW TECH SRL – P.IVA 01009660422 – lotti 34, 44, 47, 58, 59, 65, 72, 73, 74, 76, 77, 87, 93, 104, 105
- 18) Ditta PAUL HARTMANN SPA – P.IVA 02136540230 – lotto 24
- 19) Ditta PHENOX ITALY SRL – P.IVA 03091530216 – lotti 49, 59, 60, 62, 67

- 20) Ditta STRYKER ITALIA SRL – P.IVA 06032681006 – lotti 37, 50, 53, 56
- 21) Ditta STUDIO PACINOTTI SRL – P.IVA 01171880428 – lotti 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 24, 27, 43, 44, 78, 79, 81, 83, 84, 94
- 22) Ditta SVAS BIOSANA SPA – P.IVA 01354901215 – lotti 19, 20, 24, 26, 79, 83, 84
- 23) Ditta TAU MEDICA SRL – P.IVA 01282550555 – lotti 1, 5, 9, 15, 17, 22, 24, 40, 79, 91
- 24) Ditta TECNOSTIM SRL – P.IVA 05856601009 – lotti 26, 27, 34, 38, 45, 47, 51, 55, 65, 68, 98
- 25) Ditta VIOLATECH SRL – P.IVA 10077121001 – lotti 8, 15, 25, 69, 74, 76, 79, 80, 98, 102
- 26) Ditta W.L. GORE & ASSOCIATI SRL – P.IVA 01364640233 – lotto 85.

Successivamente, si procede all'apertura digitale delle cartelle contenenti la documentazione amministrativa delle ditte concorrenti, che di seguito si riportano, e al conseguente esame della documentazione prodotta.

A seguito del suddetto esame risulta la seguente situazione:

- 1) Ditta ACTIVA SRL - P. IVA 01535310427 – documentazione regolare – ditta ammessa
- 2) Ditta ALSE MEDICA SRL – P.IVA 01923301004 - documentazione regolare – ditta ammessa
- 3) Ditta BALT ITALY SRL – P.IVA 11570870961 - documentazione regolare – ditta ammessa
- 4) Ditta BECTON DICKINSON ITALIA SPA – P.IVA 0803890151 - documentazione regolare – ditta ammessa
- 5) Ditta BETATEX SPA – P.IVA 00440180545 – documentazione regolare – ditta ammessa
- 6) Ditta BOSTON SCIENTIFIC SPA – P.IVA 11206730159 – documentazione regolare – ditta ammessa
- 7) Ditta COLMA SRL – P.IVA 01178470479 – documentazione regolare – ditta ammessa
- 8) Ditta COOK ITALIA SRL – P.IVA 00847380961 – documentazione regolare – ditta ammessa
- 9) Ditta ENDOVASCULAR SERVICE SRL – P.IVA 09175331009 – documentazione regolare – ditta ammessa
- 10) Ditta GADA ITALIA SPA – P.IVA 08230471008 – documentazione regolare – ditta ammessa
- 11) Ditta JOHNSON&JOHNSON MEDICAL SPA – P.IVA 08082461008 – documentazione regolare – ditta ammessa
- 12) Ditta MED-ITALIA BIOMEDICA SRL – P.IVA 01885550366 – documentazione regolare – ditta ammessa
- 13) Ditta MEDTRONIC ITALIA SPA – P.IVA 09238800156 – documentazione regolare – ditta ammessa
- 14) Ditta MERIT MEDICAL ITALY SRL – P.IVA 07609020966 – dall'esame della documentazione prodotta si rileva la mancanza della Garanzia Provvisoria, pari al 2% del valore complessivo triennale per ciascun lotto a cui la Ditta partecipa, nonché della Dichiarazione di impegno da parte di un Istituto Bancario o altro soggetto, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs n. 50/2016 e smi, documenti espressamente richiesti al punto 10) del Disciplinare di gara – viene attivato il Soccorso Istruttorio, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del DS.Lgs 50/2016 e smi. La Ditta,

- conseguentemente, viene ammessa con riserva di integrare la documentazione mancante entro e non oltre il 15.11.2022
- 15) Ditta NANUTECH SRL – P.IVA 08861201005 – dall'esame della documentazione prodotta si rileva che, come espressamente richiesto al punto 10) del Disciplinare di gara – viene attivato il Soccorso Istruttorio, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del DS.Lgs 50/2016 e smi. La Ditta, conseguentemente, viene ammessa con riserva di integrare la documentazione mancante entro e non oltre il 15.11.2022
- 16) Ditta NEOVASC SRL – P.IVA 12109171004 – documentazione regolare – ditta ammessa
- 17) Ditta NEW TECH SRL – P.IVA 01009660422 – documentazione regolare – ditta ammessa
- 18) Ditta PAUL HARTMANN SPA – P.IVA 02136540230 – documentazione regolare – ditta ammessa
- 19) Ditta PHENOX ITALY SRL – P.IVA 03091530216 – documentazione regolare – ditta ammessa
- 20) Ditta STRYKER ITALIA SRL – P.IVA 06032681006 – documentazione regolare – ditta ammessa
- 21) Ditta STUDIO PACINOTTI SRL – P.IVA 01171880428 – documentazione regolare – ditta ammessa
- 22) Ditta SVAS BIOSANA SPA – P.IVA 01354901215 – documentazione regolare – ditta ammessa
- 23) Ditta TAU MEDICA SRL – P.IVA 01282550555 – documentazione regolare – ditta ammessa
- 24) Ditta TECNOSTIM SRL – P.IVA 05856601009 – documentazione regolare – ditta ammessa
- 25) Ditta VIOLATECH SRL – P.IVA 10077121001 – documentazione regolare – ditta ammessa
- 26) Ditta W.L. GORE & ASSOCIATI SRL – documentazione regolare – ditta ammessa.


Da ultimo, il RUP dà atto che le buste contenenti le offerte (tecnica ed economica) rimangono chiuse e sigillate nel programma informatico piattaforma Net4market.

Alle ore 13.50 il RUP dichiara chiusa la seduta.

Letto confermato e sottoscritto.

Dott.ssa Paola Zampa – RUP

Dott.ssa Maria Perrone – Testimone



Sig.ra Nicoletta Costantini – Testimone

OGGETTO: Oggetto: Procedura Aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016, in forma centralizzata, per l'affidamento della fornitura di "DISPOSITIVI PER ANGIOGRAFIA INTERVENTISTICA", occorrente alle esigenze dell'Azienda Ospedaliera di Terni, dell'Azienda Ospedaliera di Perugia e dell'Azienda Usl Umbria 2 - NUMERO GARA ANAC 8598762.

VERBALE DI GARA del 18 NOVEMBRE 2022

In data 18 Novembre 2022 alle ore 11:00, presso una sala degli uffici amministrativi dell'Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni, Via Tristano di Joannuccio 1, si sono riuniti in seduta riservata, il RUP della procedura di gara in oggetto – assistito da due testimoni - per procedere all'esame della documentazione integrativa presentata dalla ditte per le quali è stato attivato il soccorso istruttorio.

Sono presenti:

Dott.ssa Paola Zampa - RUP
Dott.ssa Maria Perrone – testimone
Sig.ra Nicoletta Costantini - testimone

Richiamato il verbale del 08.11.2022, dal quale risulta che le Ditte di seguito indicate, erano state ammesse a partecipare alla procedura con riserva di regolarizzare la documentazione a fianco di ogni ditta riportata:

- 1) Ditta MERIT MEDICAL ITALY SRL – P.IVA 07609020966 – dall'esame della documentazione prodotta si rileva la mancanza della Garanzia Provvisoria, pari al 2% del valore complessivo triennale per ciascun lotto a cui la Ditta partecipa, nonché della Dichiarazione di impegno da parte di un Istituto Bancario o altro soggetto, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs n. 50/2016 e smi, documenti espressamente richiesti al punto 10) del Disciplinare di gara – viene attivato il Soccorso Istruttorio, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del DS.Lgs 50/2016 e smi. La Ditta, conseguentemente, viene ammessa con riserva di integrare la documentazione mancante entro e non oltre il 15.11.2022
- 2) Ditta NANUTECH SRL – P.IVA 08861201005 – dall'esame della documentazione prodotta si rileva che, come espressamente richiesto al punto 10) del Disciplinare di gara – viene attivato il Soccorso Istruttorio, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del DS.Lgs 50/2016 e smi. La Ditta, conseguentemente, viene ammessa con riserva di integrare la documentazione mancante entro e non oltre il 15.11.2022

Si dà atto che con note pec del 09.11.2022, trasmesse tramite piattaforma Net4Market, le citate Ditte sono state invitate a presentare la documentazione sopra indicata entro un termine prestabilito; le suddette Ditte hanno inviato la documentazione richiesta;

Il RUP e i testimoni procedono all'esame della documentazione prodotta; dal suddetto esame risulta che le ditte Merit Medical Italy Srl e Nanutech Srl hanno presentato la documentazione in regola con quanto richiesto e pertanto vengono ammesse al prosieguo della procedura.


In conclusione, si dà atto che le Ditte partecipanti alla gara n. 8598762 risultano le seguenti, ciascuna partecipante per i lotti a fianco riportati:

- 1) Ditta ACTIVA SRL - P. IVA 01535310427 – lotti 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 39, 47, 51, 55, 59, 68
- 2) Ditta ALSE MEDICA SRL – P.IVA 01923301004 – lotti 19, 20, 24, 83, 84
- 3) Ditta BALT ITALY SRL – P.IVA 11570870961 – lotti 36, 38, 45, 46, 52, 57, 63, 77
- 4) Ditta BECTON DICKINSON ITALIA SPA – P.IVA 0803890151 – lotti 76, 79, 101
- 5) Ditta BETATEX SPA – P.IVA 00440180545 – lotti 19, 20, 22, 24, 84
- 6) Ditta BOSTON SCIENTIFIC SPA – P.IVA 11206730159 – lotti 25, 26, 75, 80, 82, 99
- 7) Ditta COLMA SRL – P.IVA 01178470479 – lotto 6
- 8) Ditta COOK ITALIA SRL – P.IVA 00847380961 – lotti 18, 66, 76, 85, 86, 90, 100
- 9) Ditta ENDOVASCULAR SERVICE SRL – P.IVA 09175331009 – lotti 81, 92
- 10) Ditta GADA ITALIA SPA – P.IVA 08230471008 – lotti 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 42, 48, 54, 66, 69, 70, 71, 98
- 11) Ditta JOHNSON&JOHNSON MEDICAL SPA – P.IVA 08082461008 – lotto 96
- 12) Ditta MED-ITALIA BIOMEDICA SRL – P.IVA 01885550366 – lotti 19, 20, 24, 27, 70, 83, 84, 88, 98
- 13) Ditta MEDTRONIC ITALIA SPA – P.IVA 09238800156 – lotti 33, 34, 38, 45, 49, 58, 61, 64, 65, 66, 67, 89, 93, 96, 101
- 14) Ditta MERIT MEDICAL ITALY SRL – P.IVA 07609020966 – lotto 96
- 15) Ditta NANUTECH SRL – P.IVA 08861201005 – lotto 65
- 16) Ditta NEOVASC SRL – P.IVA 12109171004 – lotti 18, 78
- 17) Ditta NEW TECH SRL – P.IVA 01009660422 – lotti 34, 44, 47, 58, 59, 65, 72, 73, 74, 76, 77, 87, 93, 104, 105
- 18) Ditta PAUL HARTMANN SPA – P.IVA 02136540230 – lotto 24
- 19) Ditta PHENOX ITALY SRL – P.IVA 03091530216 – lotti 49, 59, 60, 62, 67
- 20) Ditta STRYKER ITALIA SRL – P.IVA 06032681006 – lotti 37, 50, 53, 56
- 21) Ditta STUDIO PACINOTTI SRL – P.IVA 01171880428 – lotti 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 24, 27, 43, 44, 78, 79, 81, 83, 84, 94
- 22) Ditta SVAS BIOSANA SPA – P.IVA 01354901215 – lotti 19, 20, 24, 26, 79, 83, 84
- 23) Ditta TAU MEDICA SRL – P.IVA 01282550555 – lotti 1, 5, 9, 15, 17, 22, 24, 40, 79, 91
- 24) Ditta TECNOSTIM SRL – P.IVA 05856601009 – lotti 26, 27, 34, 38, 45, 47, 51, 55, 65, 68, 98
- 25) Ditta VIOLATECH SRL – P.IVA 10077121001 – lotti 8, 15, 25, 69, 74, 76, 79, 80, 98, 102
- 26) Ditta W.L. GORE & ASSOCIATI SRL – P.IVA 01364640233 – lotto 85.

Letto confermato e sottoscritto.

Dott.ssa Paola Zampa – RUP

Dott.ssa Maria Perrone – testimone



Sig.ra Nicoletta Costantini - testimone

ALL. 3



OGGETTO: Procedura Aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016, in forma centralizzata, per l'affidamento della fornitura di "DISPOSITIVI PER ANGIOGRAFIA INTERVENTISTICA", occorrente alle esigenze dell'Azienda Ospedaliera di Terni, dell'Azienda Ospedaliera di Perugia e dell'Azienda Usl Umbria 2 - NUMERO GARA ANAC 8598762.

VERBALE DI GARA del 13 MARZO 2023

In data 13 Marzo 2023 alle ore 09:00, in seduta pubblica organizzata in videoconferenza, si è riunita la Commissione Giudicatrice nominata con Determinazione dell'Amministratore Unico del 22 Febbraio 2023, per procedere all'apertura delle cartelle contenenti la documentazione tecnica presentata dalle ditte partecipanti alla procedura in oggetto indicata sulla piattaforma informatica Net4market.

Sono presenti:

Dr. Jacopo Tesei – Dirigente Medico S.C. Radiologia - Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni, in qualità di Presidente di Commissione

Dr. Daniele Mazzucca – Dirigente Radiologo - Presidio di Foligno - Usl Umbria 2, in qualità di Membro

Dr. Lucio Bellantonio – Dirigente Medico S.C. Neuroradiologia – Azienda Ospedaliera di Perugia, in qualità di Membro

Assiste con funzioni di segretario verbalizzante la Dott.ssa Paola Zampa – RUP

Supporta il RUP la Sig. Laura Langellotto – PuntoZero Scarl.

Per le ditte sono presenti:

- Sig.ra Cristina Daniela Marcu, in rappresentanza della ditta Phoenox Italy Srl, munita di documento di riconoscimento: carta di identità n. AV 8758664, rilasciata dal Comune di Milano
- Sig.ra Serena Azzurra Sessa, in rappresentanza della ditta Studio Pacinotti Srl, munita di delega e documento di riconoscimento: carta di identità n. CA 195120E, rilasciata dal Comune di Napoli
- Sig. Edoardo Dionisi, in rappresentanza della ditta Studio Pacinotti Srl, munita di delega e documento di riconoscimento: carta di identità n. CA 95766EW, rilasciata dal Comune di Recanati (MC)



PuntoZero S.c.a r.l.
SEDE LEGALE
Via G.B. Pontani, 39 - 06128 Perugia
C.F. - P.IVA - Reg. Imp. 02915750547
REA C.C.I.A.A. 250357
Cap. Soc. € 4.000.000,00 Iv.

Tel. 075.50271
Fax 075.5003402
puntozeroscarl@pec.it
www.puntozeroscarl.it

Handwritten signatures and initials, including 'A', 'B', 'D', and 'R'.

- Sig. Jacopo Buzzi, in rappresentanza della ditta Stryker Italia Srl, munito di delega e documento di riconoscimento: carta di identità n. CA 00288FN rilasciata dal Comune di Roma
- Sig. Stefano Giannini, in rappresentanza della ditta Medtronic Italia Spa, munito di delega e documento di riconoscimento: carta di identità n. CA 79633FE, rilasciata dal Comune di Monselice (PD)
- Sig.ra Elisa Gherardi, in rappresentanza della ditta W.L. Gore & Associati Srl, munita di delega e documento di riconoscimento: carta di identità n. CA 91188GH rilasciata dal Comune di +Finale Emilia (MO)
- Sig.ra Martina Moroni, in rappresentanza della ditta New Tech Srl, munita di delega e documento di riconoscimento: carta di identità n. CA 84017BF rilasciata dal Comune di Senigallia (AN)
- Sig.ra Cinzia Terrasini, in rappresentanza della ditta Alse Medica Srl, munita di delega e documento di riconoscimento: carta di identità n. AX 9657109 rilasciata dal Comune di Roma
- Sig.ra Arianna Straccamore, in rappresentanza della ditta Neovasc Srl, munita di delega e documento di riconoscimento: carta di identità n. CA 90915FV rilasciata dal Comune di Frosinone
- Sig. Giovanni Giorgetti, in rappresentanza della ditta Activa Srl, munito di delega e documento di riconoscimento: carta di identità n. CA 71154AJ, rilasciata dal Comune di Ancona
- Sig.ra Michela Porcari, in rappresentanza della ditta Violatech Srl, munita di delega e documento di riconoscimento: carta di identità n. AX 3900908 rilasciata dal Comuni di Pomezia (RM)
- Sig.ra Francesca Sepioni, in rappresentanza della ditta Boston Scientific Srl, munita di delega e documento di riconoscimento: carta di identità n. AA 4451603 rilasciata dal Comune di Perugia
- Sig.ra Simona Raggi, in rappresentanza della ditta Endovascular Service Srl, munita di delega e documento di riconoscimento: carta di identità n. CA 32318NA rilasciata dal Comune di Terni.

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i Componenti, dichiara aperta la seduta.

La Commissione prende atto degli atti di gara che di seguito si riportano:

- Determinazione dell'Amministratore Unico di PuntoZero Scarl del 25.8.2022, con la quale è stata indetta "Procedura Aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016, in forma centralizzato, per l'affidamento della fornitura di "Dispositivi per Angiografia Interventistica", occorrente alle esigenze dell'Azienda Ospedaliera di Terni, dell'Azienda Ospedaliera di Perugia e dell'Azienda Usl Umbria 2 - CODICE GARA ANAC - 8598762" ed è stato approvato il fascicolo di gara, il quale prevede che la fornitura sia suddivisa in 105 lotti con aggiudicazione, per singoli lotti, secondo il criterio dell'offerta



economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 6, del D.Lgs 50/2016 e smi. Con la menzionata Determinazione è stato approvato il bando di gara, i modelli fac-simile dell'istanza di partecipazione, il D.G.U.E., il modello per dichiarazioni Integrative al D.G.U.E., il Patto di Integrità, l'Informativa sulla Privacy, il Disciplinare Telematico e il Timing di gara (si dà atto che detto bando di gara è stato pubblicato sulla GU/S 181-511371 del 15.9.2022, sulla GURI V° Serie speciale - contratti pubblici - n. 111 del 23.9.2022, nonché sul portale www.aospterni.it e sul portale www.puntozeroscarl.it, e il relativo estratto è stato pubblicato su due quotidiani a carattere nazionale e su due quotidiani a carattere locale, prevedendo quale termine ultimo per la presentazione delle offerte sul portale net4market il 4.11.2022;

- Verbale del 8.11.2022, relativo all'apertura della documentazione amministrativa delle ditte che hanno presentato offerta tramite piattaforma Net4market

- Verbale del 18.11.2022, relativo alla seduta riservata durante la quale è stata valutata la documentazione amministrativa prodotta dalle ditte ammesse al soccorso istruttorio.

La Commissione dà atto che risultano ammesse al prosieguo della procedura le ditte di seguito indicate, per i lotti a fianco di ciascuna riportati:

- 1) Ditta ACTIVA SRL - P. IVA 01535310427 - lotti 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 39, 47, 51, 55, 59, 68
- 2) Ditta ALSE MEDICA SRL - P.IVA 01923301004 - lotti 19, 20, 24, 83, 84
- 3) Ditta BALT ITALY SRL - P.IVA 11570870961 - lotti 36, 38, 45, 46, 52, 57, 63, 77
- 4) Ditta BECTON DICKINSON ITALIA SPA - P.IVA 0803890151 - lotti 76, 79, 101
- 5) Ditta BETATEX SPA - P.IVA 00440180545 - lotti 19, 20, 22, 24, 84
- 6) Ditta BOSTON SCIENTIFIC SPA - P.IVA 11206730159 - lotti 25, 26, 75, 80, 82, 99
- 7) Ditta COLMA SRL - P.IVA 01178470479 - lotto 6
- 8) Ditta COOK ITALIA SRL - P.IVA 00847380961 - lotti 18, 66, 76, 85, 86, 90, 100
- 9) Ditta ENDOVASCULAR SERVICE SRL - P.IVA 09175331009 - lotti 81, 92
- 10) Ditta GADA ITALIA SPA - P.IVA 08230471008 - lotti 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 42, 48, 54, 66, 69, 70, 71, 98
- 11) Ditta JOHNSON&JOHNSON MEDICAL SPA - P.IVA 08082461008 - lotto 96
- 12) Ditta MED-ITALIA BIOMEDICA SRL - P.IVA 01885550366 - lotti 19, 20, 24, 27, 70, 83, 84, 88, 98
- 13) Ditta MEDTRONIC ITALIA SPA - P.IVA 09238800156 - lotti 33, 34, 38, 45, 49, 58, 61, 64, 65, 66, 67, 89, 93, 96, 101
- 14) Ditta MERIT MEDICAL ITALY SRL - P.IVA 07609020966 - lotto 96
- 15) Ditta NANUTECH SRL - P.IVA 08861201005 - lotto 65
- 16) Ditta NEOVASC SRL - P.IVA 12109171004 - lotti 18, 78
- 17) Ditta NEW TECH SRL - P.IVA 01009660422 - lotti 34, 44, 47, 58, 59, 65, 72, 73, 74, 76, 77, 87, 93, 104, 105
- 18) Ditta PAUL HARTMANN SPA - P.IVA 02136540230 - lotto 24
- 19) Ditta PHENOX ITALY SRL - P.IVA 03091530216 - lotti 49, 59, 60, 62, 67
- 20) Ditta STRYKER ITALIA SRL - P.IVA 06032681006 - lotti 37, 50, 53, 56

- 21) Ditta STUDIO PACINOTTI SRL – P.IVA 01171880428 – lotti 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 24, 27, 43, 44, 78, 79, 81, 83, 84, 94
- 22) Ditta SVAS BIOSANA SPA – P.IVA 01354901215 – lotti 19, 20, 24, 26, 79, 83, 84
- 23) Ditta TAU MEDICA SRL – P.IVA 01282550555 – lotti 1, 5, 9, 15, 17, 22, 24, 40, 79, 91
- 24) Ditta TECNOSTIM SRL – P.IVA 05856601009 – lotti 26, 27, 34, 38, 45, 47, 51, 55, 65, 68, 98
- 25) Ditta VIOLATECH SRL – P.IVA 10077121001 – lotti 8, 15, 25, 69, 74, 76, 79, 80, 98, 102
- 26) Ditta W.L. GORE & ASSOCIATI SRL – P.IVA 01364640233 – lotto 85.

Dopodiché, si procede all'apertura delle cartelle contenenti la documentazione tecnica al solo fine di verificare l'invio della documentazione richiesta, prodotta dalle suddette Ditte.

Alle ore 11.50 risulta visionata e risulta regolare l'invio della documentazione tecnica delle ditte di seguito indicate:

- 1) Ditta ACTIVA SRL - P. IVA 01535310427 – lotti 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 39, 47, 51, 55, 59, 68
- 2) Ditta ALSE MEDICA SRL – P.IVA 01923301004 – lotti 19, 20, 24, 83, 84
- 3) Ditta BALT ITALY SRL – P.IVA 11570870961 – lotti 36, 38, 45, 46, 52, 57, 63, 77
- 4) Ditta BECTON DICKINSON ITALIA SPA – P.IVA 0803890151 – lotti 76, 79, 101
- 5) Ditta BETATEX SPA – P.IVA 00440180545 – lotti 19, 20, 22, 24, 84
- 6) Ditta BOSTON SCIENTIFIC SPA – P.IVA 11206730159 – lotti 25, 26, 75, 80, 82, 99
- 7) Ditta COLMA SRL – P.IVA 01178470479 – lotto 6
- 8) Ditta COOK ITALIA SRL – P.IVA 00847380961 – lotti 18, 66, 76, 85, 86, 90, 100
- 9) Ditta ENDOVASCULAR SERVICE SRL – P.IVA 09175331009 – lotti 81, 92
- 10) Ditta GADA ITALIA SPA – P.IVA 08230471008 – lotti 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 42, 48, 54, 66, 69, 70, 71, 98
- 11) Ditta JOHNSON&JOHNSON MEDICAL SPA – P.IVA 08082461008 – lotto 96
- 12) Ditta MED-ITALIA BIOMEDICA SRL – P.IVA 01885550366 – lotti 19, 20, 24, 27, 70, 83, 84, 88, 98
- 13) Ditta MEDTRONIC ITALIA SPA – P.IVA 09238800156 – lotti 33, 34, 38, 45, 49, 58, 61, 64, 65, 66, 67, 89, 93, 96, 101
- 14) Ditta MERIT MEDICAL ITALY SRL – P.IVA 07609020966 – lotto 96
- 15) Ditta NANUTECH SRL – P.IVA 08861201005 – lotto 65
- 16) Ditta NEOVASC SRL – P.IVA 12109171004 – lotti 18, 78
- 17) Ditta NEW TECH SRL – P.IVA 01009660422 – lotti 34, 44, 47, 58, 59, 65, 72, 73, 74, 76, 77, 87, 93, 104, 105
- 18) Ditta PAUL HARTMANN SPA – P.IVA 02136540230 – lotto 24
- 19) Ditta PHENOX ITALY SRL – P.IVA 03091530216 – lotti 49, 59, 60, 62, 67
- 20) Ditta STRYKER ITALIA SRL – P.IVA 06032681006 – lotti 37, 50, 53, 56
- 21) Ditta STUDIO PACINOTTI SRL – P.IVA 01171880428 – lotti 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 24, 27, 43, 44, 78, 79, 81, 83, 84, 94
- 22) Ditta SVAS BIOSANA SPA – P.IVA 01354901215 – lotti 19, 20, 24, 26, 79, 83, 84



- 23) Ditta TAU MEDICA SRL – P.IVA 01282550555 – lotti 1, 5, 9, 15, 17, 22, 24, 40, 79, 91
24) Ditta TECNOSTIM SRL – P.IVA 05856601009 – lotti 26, 27, 34, 38, 45, 47, 51, 55, 65, 68, 98
25) Ditta VIOLATECH SRL – P.IVA 10077121001 – lotti 8, 15, 25, 69, 74, 76, 79, 80, 98, 102
26) Ditta W.L. GORE & ASSOCIATI SRL – P.IVA 01364640233 – lotto 85.

Il presente verbale e tutta la documentazione cartacea allegata allo stesso viene scannerizzata e il formato PDF viene inoltrato a cura del segretario verbalizzante ai Componenti della Commissione Giudicatrice che hanno assistito in videoconferenza – Dr. Daniele Mazzucca e Dr. Lucio Bellantonio – con posta elettronica, ove ciascuno appone la propria firma e restituisce il verbale medesimo, con la stessa modalità (posta elettronica), al segretario verbalizzante (RUP) della procedura. I restanti componenti firmano in originale, essendo stati presenti e collegati nella medesima sede del RUP e segretario verbalizzante.


Completata l'apertura della documentazione tecnica, la Commissione decide di riaggiornarsi in data da destinarsi, in seduta riservata, per procedere alla visione della campionatura e all'esame qualitativo delle offerte tecniche pervenute.

Da ultimo, la Commissione dà atto che le cartelle contenenti le offerte economiche rimangono chiuse nel programma informatico piattaforma Net4market.

Alle ore 12:00 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Letto confermato e sottoscritto.


Dr. Jacopo Tesei – Presidente




Dr. Daniele Mazzucca – Membro




Dr. Lucio Bellantonio – Membro



Dott.ssa Paola Zampa – Segretario Verbalizzante



Sig.ra Laura Langellotto – Testimone



ALL. 3



OGGETTO: Procedura Aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016, in forma centralizzata, per l'affidamento della fornitura di "DISPOSITIVI PER ANGIOGRAFIA INTERVENTISTICA", occorrente alle esigenze dell'Azienda Ospedaliera di Terni, dell'Azienda Ospedaliera di Perugia e dell'Azienda Usl Umbria 2 - NUMERO GARA ANAC 8598762.

VERBALE DI GARA del 13 MARZO 2023

In data 13 Marzo 2023 alle ore 09:00, in seduta pubblica organizzata in videoconferenza, si è riunita la Commissione Giudicatrice nominata con Determinazione dell'Amministratore Unico del 22 Febbraio 2023, per procedere all'apertura delle cartelle contenenti la documentazione tecnica presentata dalle ditte partecipanti alla procedura in oggetto indicata sulla piattaforma informatica Net4market.

Sono presenti:

Dr. Jacopo Tesei – Dirigente Medico S.C. Radiologia - Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni, in qualità di Presidente di Commissione

Dr. Daniele Mazzucca – Dirigente Radiologo - Presidio di Foligno - Usl Umbria 2, in qualità di Membro

Dr. Lucio Bellantonio – Dirigente Medico S.C. Neuroradiologia – Azienda Ospedaliera di Perugia, in qualità di Membro

Assiste con funzioni di segretario verbalizzante la Dott.ssa Paola Zampa – RUP

Supporta il RUP la Sig. Laura Langellotto – PuntoZero Scarl.

Per le ditte sono presenti:

- Sig.ra Cristina Daniela Marcu, in rappresentanza della ditta Phoenox Italy Srl, munita di documento di riconoscimento: carta di identità n. AV 8758664, rilasciata dal Comune di Milano
- Sig.ra Serena Azzurra Sessa, in rappresentanza della ditta Studio Pacinotti Srl, munita di delega e documento di riconoscimento: carta di identità n. CA 195120E, rilasciata dal Comune di Napoli
- Sig. Edoardo Dionisi, in rappresentanza della ditta Studio Pacinotti Srl, munita di delega e documento di riconoscimento: carta di identità n. CA 95766EW, rilasciata dal Comune di Recanati (MC)



PuntoZero S.c.a r.l.
SEDE LEGALE
Via G.B. Pontani, 39 - 06128 Perugia
C.F. - P.IVA - Reg. Imp. 02915750547
REA C.C.I.A.A. 250357
Cap. Soc. € 4.000.000,00 Iv.

Tel. 075.50271
Fax 075.5003402
puntozeroscart@pec.it
www.puntozeroscart.it

[Handwritten signatures and initials]

- Sig. Jacopo Buzzi, in rappresentanza della ditta Stryker Italia Srl, munito di delega e documento di riconoscimento: carta di identità n. CA 00288FN rilasciata dal Comune di Roma
- Sig. Stefano Giannini, in rappresentanza della ditta Medtronic Italia Spa, munito di delega e documento di riconoscimento: carta di identità n. CA 79633FE, rilasciata dal Comune di Monselice (PD)
- Sig.ra Elisa Gherardi, in rappresentanza della ditta W.L. Gore & Associati Srl, munita di delega e documento di riconoscimento: carta di identità n. CA 91188GH rilasciata dal Comune di +Finale Emilia (MO)
- Sig.ra Martina Moroni, in rappresentanza della ditta New Tech Srl, munita di delega e documento di riconoscimento: carta di identità n. CA 84017BF rilasciata dal Comune di Senigallia (AN)
- Sig.ra Cinzia Terrasini, in rappresentanza della ditta Alse Medica Srl, munita di delega e documento di riconoscimento: carta di identità n. AX 9657109 rilasciata dal Comune di Roma
- Sig.ra Arianna Straccamore, in rappresentanza della ditta Neovasc Srl, munita di delega e documento di riconoscimento: carta di identità n. CA 90915FV rilasciata dal Comune di Frosinone
- Sig. Giovanni Giorgetti, in rappresentanza della ditta Activa Srl, munito di delega e documento di riconoscimento: carta di identità n. CA 71154AJ, rilasciata dal Comune di Ancona
- Sig.ra Michela Porcari, in rappresentanza della ditta Violatech Srl, munita di delega e documento di riconoscimento: carta di identità n. AX 3900908 rilasciata dai Comuni di Pomezia (RM)
- Sig.ra Francesca Sepioni, in rappresentanza della ditta Boston Scientific Srl, munita di delega e documento di riconoscimento: carta di identità n. AA 4451603 rilasciata dal Comune di Perugia
- Sig.ra Simona Raggi, in rappresentanza della ditta Endovascular Service Srl, munita di delega e documento di riconoscimento: carta di identità n. CA 32318NA rilasciata dal Comune di Terni.

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i Componenti, dichiara aperta la seduta.

La Commissione prende atto degli atti di gara che di seguito si riportano:

- Determinazione dell'Amministratore Unico di PuntoZero Scarl del 25.8.2022, con la quale è stata indetta "Procedura Aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016, in forma centralizzata, per l'affidamento della fornitura di "Dispositivi per Angiografia Interventistica", occorrente alle esigenze dell'Azienda Ospedaliera di Terni, dell'Azienda Ospedaliera di Perugia e dell'Azienda Usl Umbria 2 - CODICE GARA ANAC – 8598762" ed è stato approvato il fascicolo di gara, il quale prevede che la fornitura sia suddivisa in 105 lotti con aggiudicazione, per singoli lotti, secondo il criterio dell'offerta



economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 6, del D.Lgs 50/2016 e smi. Con la menzionata Determinazione è stato approvato il bando di gara, i modelli fac-simile dell'istanza di partecipazione, il D.G.U.E., il modello per dichiarazioni integrative al D.G.U.E., il Patto di Integrità, l'Informativa sulla Privacy, il Disciplinare Telematico e il Timing di gara (si dà atto che detto bando di gara è stato pubblicato sulla GU/S 181-511371 del 15.9.2022, sulla GURI V° Serie speciale - contratti pubblici - n. 111 del 23.9.2022, nonché sul portale www.aospterni.it e sul portale www.puntozeroscarl.it, e il relativo estratto è stato pubblicato su due quotidiani a carattere nazionale e su due quotidiani a carattere locale, prevedendo quale termine ultimo per la presentazione delle offerte sul portale net4market il 4.11.2022;

- Verbale del 8.11.2022, relativo all'apertura della documentazione amministrativa delle ditte che hanno presentato offerta tramite piattaforma Net4market

- Verbale del 18.11.2022, relativo alla seduta riservata durante la quale è stata valutata la documentazione amministrativa prodotta dalle ditte ammesse al soccorso istruttorio.

La Commissione dà atto che risultano ammesse al prosieguo della procedura le ditte di seguito indicate, per i lotti a fianco di ciascuna riportati:

- 1) Ditta ACTIVA SRL - P. IVA 01535310427 - lotti 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 39, 47, 51, 55, 59, 68
- 2) Ditta ALSE MEDICA SRL - P. IVA 01923301004 - lotti 19, 20, 24, 83, 84
- 3) Ditta BALT ITALY SRL - P. IVA 11570870961 - lotti 36, 38, 45, 46, 52, 57, 63, 77
- 4) Ditta BECTON DICKINSON ITALIA SPA - P. IVA 0803890151 - lotti 76, 79, 101
- 5) Ditta BETATEX SPA - P. IVA 00440180545 - lotti 19, 20, 22, 24, 84
- 6) Ditta BOSTON SCIENTIFIC SPA - P. IVA 11206730159 - lotti 25, 26, 75, 80, 82, 99
- 7) Ditta COLMA SRL - P. IVA 01178470479 - lotto 6
- 8) Ditta COOK ITALIA SRL - P. IVA 00847380961 - lotti 18, 66, 76, 85, 86, 90, 100
- 9) Ditta ENDOVASCULAR SERVICE SRL - P. IVA 09175331009 - lotti 81, 92
- 10) Ditta GADA ITALIA SPA - P. IVA 08230471008 - lotti 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 42, 48, 54, 66, 69, 70, 71, 98
- 11) Ditta JOHNSON&JOHNSON MEDICAL SPA - P. IVA 08082461008 - lotto 96
- 12) Ditta MED-ITALIA BIOMEDICA SRL - P. IVA 01885550366 - lotti 19, 20, 24, 27, 70, 83, 84, 88, 98
- 13) Ditta MEDTRONIC ITALIA SPA - P. IVA 09238800156 - lotti 33, 34, 38, 45, 49, 58, 61, 64, 65, 66, 67, 89, 93, 96, 101
- 14) Ditta MERIT MEDICAL ITALY SRL - P. IVA 07609020966 - lotto 96
- 15) Ditta NANUTECH SRL - P. IVA 08861201005 - lotto 65
- 16) Ditta NEOVASC SRL - P. IVA 12109171004 - lotti 18, 78
- 17) Ditta NEW TECH SRL - P. IVA 01009660422 - lotti 34, 44, 47, 58, 59, 65, 72, 73, 74, 76, 77, 87, 93, 104, 105
- 18) Ditta PAUL HARTMANN SPA - P. IVA 02136540230 - lotto 24
- 19) Ditta PHENOX ITALY SRL - P. IVA 03091530216 - lotti 49, 59, 60, 62, 67
- 20) Ditta STRYKER ITALIA SRL - P. IVA 06032681006 - lotti 37, 50, 53, 56



- 21) Ditta STUDIO PACINOTTI SRL – P.IVA 01171880428 – lotti 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 24, 27, 43, 44, 78, 79, 81, 83, 84, 94
- 22) Ditta SVAS BIOSANA SPA – P.IVA 01354901215 – lotti 19, 20, 24, 26, 79, 83, 84
- 23) Ditta TAU MEDICA SRL – P.IVA 01282550555 – lotti 1, 5, 9, 15, 17, 22, 24, 40, 79, 91
- 24) Ditta TECNOSTIM SRL – P.IVA 05856601009 – lotti 26, 27, 34, 38, 45, 47, 51, 55, 65, 68, 98
- 25) Ditta VIOLATECH SRL – P.IVA 10077121001 – lotti 8, 15, 25, 69, 74, 76, 79, 80, 98, 102
- 26) Ditta W.L. GORE & ASSOCIATI SRL – P.IVA 01364640233 – lotto 85.

Dopodiché, si procede all'apertura delle cartelle contenenti la documentazione tecnica al solo fine di verificare l'invio della documentazione richiesta, prodotta dalle suddette Ditte.

Alle ore 11.50 risulta visionata e risulta regolare l'invio della documentazione tecnica delle ditte di seguito indicate:

- 1) Ditta ACTIVA SRL - P. IVA 01535310427 – lotti 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 39, 47, 51, 55, 59, 68
- 2) Ditta ALSE MEDICA SRL – P.IVA 01923301004 – lotti 19, 20, 24, 83, 84
- 3) Ditta BALT ITALY SRL – P.IVA 11570870961 – lotti 36, 38, 45, 46, 52, 57, 63, 77
- 4) Ditta BECTON DICKINSON ITALIA SPA – P.IVA 0803890151 – lotti 76, 79, 101
- 5) Ditta BETATEX SPA – P.IVA 00440180545 – lotti 19, 20, 22, 24, 84
- 6) Ditta BOSTON SCIENTIFIC SPA – P.IVA 11206730159 – lotti 25, 26, 75, 80, 82, 99
- 7) Ditta COLMA SRL – P.IVA 01178470479 – lotto 6
- 8) Ditta COOK ITALIA SRL – P.IVA 00847380961 – lotti 18, 66, 76, 85, 86, 90, 100
- 9) Ditta ENDOVASCULAR SERVICE SRL – P.IVA 09175331009 – lotti 81, 92
- 10) Ditta GADA ITALIA SPA – P.IVA 08230471008 – lotti 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 42, 48, 54, 66, 69, 70, 71, 98
- 11) Ditta JOHNSON&JOHNSON MEDICAL SPA – P.IVA 08082461008 – lotto 96
- 12) Ditta MED-ITALIA BIOMEDICA SRL – P.IVA 01885550366 – lotti 19, 20, 24, 27, 70, 83, 84, 88, 98
- 13) Ditta MEDTRONIC ITALIA SPA – P.IVA 09238800156 – lotti 33, 34, 38, 45, 49, 58, 61, 64, 65, 66, 67, 89, 93, 96, 101
- 14) Ditta MERIT MEDICAL ITALY SRL – P.IVA 07609020966 – lotto 96
- 15) Ditta NANUTECH SRL – P.IVA 08861201005 – lotto 65
- 16) Ditta NEOVASC SRL – P.IVA 12109171004 – lotti 18, 78
- 17) Ditta NEW TECH SRL – P.IVA 01009660422 – lotti 34, 44, 47, 58, 59, 65, 72, 73, 74, 76, 77, 87, 93, 104, 105
- 18) Ditta PAUL HARTMANN SPA – P.IVA 02136540230 – lotto 24
- 19) Ditta PHENOX ITALY SRL – P.IVA 03091530216 – lotti 49, 59, 60, 62, 67
- 20) Ditta STRYKER ITALIA SRL – P.IVA 06032681006 – lotti 37, 50, 53, 56
- 21) Ditta STUDIO PACINOTTI SRL – P.IVA 01171880428 – lotti 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 24, 27, 43, 44, 78, 79, 81, 83, 84, 94
- 22) Ditta SVAS BIOSANA SPA – P.IVA 01354901215 – lotti 19, 20, 24, 26, 79, 83, 84

- 23) Ditta TAU MEDICA SRL – P.IVA 01282550555 – lotti 1, 5, 9, 15, 17, 22, 24, 40, 79, 91
24) Ditta TECNOSTIM SRL – P.IVA 05856601009 – lotti 26, 27, 34, 38, 45, 47, 51, 55, 65, 68, 98
25) Ditta VIOLATECH SRL – P.IVA 10077121001 – lotti 8, 15, 25, 69, 74, 76, 79, 80, 98, 102
26) Ditta W.L. GORE & ASSOCIATI SRL – P.IVA 01364640233 – lotto 85.

Il presente verbale e tutta la documentazione cartacea allegata allo stesso viene scannerizzata e il formato PDF viene inoltrato a cura del segretario verbalizzante ai Componenti della Commissione Giudicatrice che hanno assistito in videoconferenza – Dr. Daniele Mazzuca e Dr. Lucio Bellantonio – con posta elettronica, ove ciascuno appone la propria firma e restituisce il verbale medesimo, con la stessa modalità (posta elettronica), al segretario verbalizzante (RUP) della procedura. I restanti componenti firmano in originale, essendo stati presenti e collegati nella medesima sede del RUP e segretario verbalizzante.


Completata l'apertura della documentazione tecnica, la Commissione decide di riaggiornarsi in data da destinarsi, in seduta riservata, per procedere alla visione della campionatura e all'esame qualitativo delle offerte tecniche pervenute.

Da ultimo, la Commissione dà atto che le cartelle contenenti le offerte economiche rimangono chiuse nel programma informatico piattaforma Net4market.

Alle ore 12:00 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Letto confermato e sottoscritto.


Dr. Jacopo Tesei – Presidente




Dr. Daniele Mazzuca – Membro




Dr. Lucio Bellantonio – Membro



Dott.ssa Paola Zampa – Segretario Verbalizzante



Sig.ra Laura Langellotto – Testimone



OGGETTO: Procedura Aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016, in forma centralizzata, per l'affidamento della fornitura di "DISPOSITIVI PER ANGIOGRAFIA INTERVENTISTICA", occorrente alle esigenze dell'Azienda Ospedaliera di Terni, dell'Azienda Ospedaliera di Perugia e dell'Azienda Usl Umbria 2 - NUMERO GARA ANAC 8598762.

VERBALE DI GARA del 3 APRILE 2023

In data 3 Aprile 2023 alle ore 10:00 presso una sala dell'Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni si sono riuniti, in seduta riservata, i componenti della Commissione Giudicatrice nominata con Determinazione dell'Amministratore Unico del 22 Febbraio 2023, per procedere all'esame qualitativo della documentazione tecnica e della campionatura prodotta dalle ditte partecipanti alla procedura di gara in oggetto indicata.

Sono presenti:

Dr. Jacopo Tesesi – Dirigente Medico S.C. Radiologia - Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni, in qualità di Presidente di Commissione

Dr. Daniele Mazzucca – Dirigente Radiologo - Presidio di Foligno - Usl Umbria 2, in qualità di Membro

Dr. Lucio Bellantonio – Dirigente Medico S.C. Neuroradiologia – Azienda Ospedaliera di Perugia, in qualità di Membro

Assiste con funzioni di segretario verbalizzante la Dott.ssa Paola Zampa – RUP.

Il Presidente dichiara aperta la seduta e dà atto che sono pervenute offerte dalle Ditte di seguito indicate, che risultano ammesse al prosieguo della procedura:

- 1) Ditta ACTIVA SRL - P. IVA 01535310427 – lotti 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 39, 47, 51, 55, 59, 68
- 2) Ditta ALSE MEDICA SRL – P.IVA 01923301004 – lotti 19, 20, 24, 83, 84
- 3) Ditta BALT ITALY SRL – P.IVA 11570870961 – lotti 36, 38, 45, 46, 52, 57, 63, 77
- 4) Ditta BECTON DICKINSON ITALIA SPA – P.IVA 0803890151 – lotti 76, 79, 101
- 5) Ditta BETATEX SPA – P.IVA 00440180545 – lotti 19, 20, 22, 24, 84
- 6) Ditta BOSTON SCIENTIFIC SPA – P.IVA 11206730159 – lotti 25, 26, 75, 80, 82, 99
- 7) Ditta COLMA SRL – P.IVA 01178470479 – lotto 6
- 8) Ditta COOK ITALIA SRL – P.IVA 00847380961 – lotti 18, 66, 76, 85, 86, 90, 100
- 9) Ditta ENDOVASCULAR SERVICE SRL – P.IVA 09175331009 – lotti 81, 92
- 10) Ditta GADA ITALIA SPA – P.IVA 08230471008 – lotti 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 42, 48, 54, 66, 69, 70, 71, 98
- 11) Ditta JOHNSON&JOHNSON MEDICAL SPA – P.IVA 08082461008 – lotto 96



PuntoZero S.c.a r.l.
SEDE LEGALE
Via G.B. Pontani, 39 - 06128 Perugia
C.F. - P.IVA - Reg. Imp. 02915750547
REA C.C.I.A.A. 250357
Cap. Soc. € 4.000.000,00 i.v.

Tel. 075.50271
Fax 075.5003402
puntozeroscarl@pec.it
www.puntozeroscarl.it



- 12) Ditta MED-ITALIA BIOMEDICA SRL – P.IVA 01885550366 – lotti 19, 20, 24, 27, 70, 83, 84, 88, 98
- 13) Ditta MEDTRONIC ITALIA SPA – P.IVA 09238800156 – lotti 33, 34, 38, 45, 49, 58, 61, 64, 65, 66, 67, 89, 93, 96, 101
- 14) Ditta MERIT MEDICAL ITALY SRL – P.IVA 07609020966 – lotto 96
- 15) Ditta NANUTECH SRL – P.IVA 08861201005 – lotto 65
- 16) Ditta NEOVASC SRL – P.IVA 12109171004 – lotti 18, 78
- 17) Ditta NEW TECH SRL – P.IVA 01009660422 – lotti 34, 44, 47, 58, 59, 65, 72, 73, 74, 76, 77, 87, 93, 104, 105
- 18) Ditta PAUL HARTMANN SPA – P.IVA 02136540230 – lotto 24
- 19) Ditta PHENOX ITALY SRL – P.IVA 03091530216 – lotti 49, 59, 60, 62, 67
- 20) Ditta STRYKER ITALIA SRL – P.IVA 06032681006 – lotti 37, 50, 53, 56
- 21) Ditta STUDIO PACINOTTI SRL – P.IVA 01171880428 – lotti 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 24, 27, 43, 44, 78, 79, 81, 83, 84, 94
- 22) Ditta SVAS BIOSANA SPA – P.IVA 01354901215 – lotti 19, 20, 24, 26, 79, 83, 84
- 23) Ditta TAU MEDICA SRL – P.IVA 01282550555 – lotti 1, 5, 9, 15, 17, 22, 24, 40, 79, 91
- 24) Ditta TECNOSTIM SRL – P.IVA 05856601009 – lotti 26, 27, 34, 38, 45, 47, 51, 55, 65, 68, 98
- 25) Ditta VIOLATECH SRL – P.IVA 10077121001 – lotti 8, 15, 25, 69, 74, 76, 79, 80, 98, 102
- 26) Ditta W.L. GORE & ASSOCIATI SRL – P.IVA 01364640233 – lotto 85.

Dopo di che, la Commissione Giudicatrice procede alla lettura della documentazione di gara, all'esame della documentazione prodotta dalle citate ditte e della relativa campionatura dei primi 50 lotti, al fine di verificare la sussistenza delle caratteristiche tecniche di minima richieste.

La Comm.ne, tenuto conto di quanto sopra, attribuisce alle offerte tecniche di ciascuna Ditta i relativi punteggi tecnici, secondo quanto previsto all'art. 7 "modalità di aggiudicazione" del Capitolato di gara, per le motivazioni riportate nelle allegate schede appositamente predisposte (All. A).

A conclusione dei lavori, la Commissione dà atto che risulta la situazione di seguito riepilogata:

<u>LOTTO 1</u>		<u>PUNTEGGIO</u>
<u>DITTA PARTECIPANTE</u>		
TAU MEDICA SRL		70,00
<u>LOTTO 2</u>		<u>PUNTEGGIO</u>
<u>DITTA PARTECIPANTE</u>		
GADA ITALIA SPA		70,00

DM

RU

IB

[Signature]

LOTTO 3

DITTE PARTECIPANTI

GADA ITALIA SPA

PUNTEGGIO

70,00

LOTTO 4

DITTE PARTECIPANTI

GADA ITALIA SPA

PUNTEGGIO

70,00

LOTTO 5

DITTE PARTECIPANTI

ACTIVA SRL

TAU MEDICA SRL

PUNTEGGIO

28,00 - ESCLUSA

44,00

LOTTO 6

DITTE PARTECIPANTI

ACTIVA SRL

COLMA SRL

GADA ITALIA SPA

STUDIO PACINOTTI SRL

PUNTEGGIO

32,00 - ESCLUSA

28,00 - ESCLUSA

70,00

28,00 - ESCLUSA

LOTTO 7

DITTA PARTECIPANTE

ACTIVA SRL

GADA ITALIA SPA

STUDIO PACINOTTI SRL

PUNTEGGIO

32,00 - ESCLUSA

70,00

28,00 - ESCLUSA

Alm

AD

B

[Signature]

LOTTO 8

<u>DITTA PARTECIPANTE</u>	<u>PUNTEGGIO</u>
GADA ITALIA SPA	70,00
STUDIO PACINOTTI SRL	36,00
VIOLATECH SRL	36,00

LOTTO 9

<u>DITTA PARTECIPANTE</u>	<u>PUNTEGGIO</u>
ACTIVA SRL	32,00 - ESCLUSA
GADA ITALIA SPA	70,00
STUDIO PACINOTTI SRL	28,00 - ESCLUSA
TAU MEDICA SRL	38,00

LOTTO 10

<u>DITTE PARTECIPANTI</u>	<u>PUNTEGGIO</u>
ACTIVA SRL	32,00 - ESCLUSA
GADA ITALIA SPA	70,00
STUDIO PACINOTTI SRL	28,00 - ESCLUSA

LOTTO 11

<u>DITTE PARTECIPANTI</u>	<u>PUNTEGGIO</u>
ACTIVA SRL	32,00 - ESCLUSA
GADA ITALIA SPA	70,00
STUDIO PACINOTTI SRL	28,00 - ESCLUSA





puntozero

LA NUOVA VERSIONE DELL'INNOVAZIONE

LOTTO 12

DITTE PARTECIPANTI

GADA ITALIA SPA

STUDIO PACINOTTI SRL

PUNTEGGIO

70,00

34,00 - ESCLUSA

LOTTO 13

DITTA PARTECIPANTE

ACTIVA SRL

GADA ITALIA SPA

STUDIO PACINOTTI SRL

PUNTEGGIO

32,00 - ESCLUSA

70,00

28,00 - ESCLUSA

LOTTO 14

DITTA PARTECIPANTE

GADA ITALIA SPA

PUNTEGGIO

70,00

LOTTO 15

DITTE PARTECIPANTI

GADA ITALIA SPA

TAU MEDICA SRL

VIOLATECH SRL

PUNTEGGIO

70,00

34,00 - ESCLUSA

34,00 - ESCLUSA

LOTTO 16

DITTE PARTECIPANTI

GADA ITALIA SPA

PUNTEGGIO

70,00

LOTTO 17

DITTA PARTECIPANTE

PUNTEGGIO



GADA ITALIA SPA

70,00

TAU MEDICA SRL

28,00 - ESCLUSA

LOTTO 18

DITTE PARTECIPANTI

PUNTEGGIO

COOK ITALIA SRL

36,00

GADA ITALIA SPA

70,00

NEOVASC SRL

36,00

LOTTO 19

DITTA PARTECIPANTE

PUNTEGGIO

ALSE MEDICA SRL

46,00

BETATEX SPA

46,00

MED-ITALIA BIOMEDICA SRL

70,00

STUDIO PACINOTTI SRL

52,00

SVAS BIOSANA SPA

52,00

LOTTO 20

DITTA PARTECIPANTE

PUNTEGGIO

ALSE MEDICA SRL

46,00

BETATEX SPA

46,00

MED-ITALIA BIOMDICA SRL

70,00

STUDIO PACINOTTI SRL

52,00

SVAS BIOSANA SPA

52,00

LOTTO 22

DITTA PARTECIPANTE

PUNTEGGIO



BETATEX SPA	70,00
TAU MEDICA SRL	56,00

LOTTO 24

<u>DITTA PARTECIPANTE</u>	<u>PUNTEGGIO</u>
ALSE MEDICA SRL	70,00
BETATEX SPA	45,00
MED-ITALIA BIOMEDICA SRL	40,00
PAUL HARTMANN SPA	24,00 - ESCLUSA
STUDIO PACINOTTI SRL	38,00
SVAS BIOSANA SPA	42,00
TAU MEDICA SRL	48,00

LOTTO 25

<u>DITTE PARTECIPANTI</u>	<u>PUNTEGGIO</u>
BOSTON SCIENTIFIC SPA	70,00
VIOLATECH SRL	34,00 - ESCLUSA

LOTTO 26

<u>DITTE PARTECIPANTI</u>	<u>PUNTEGGIO</u>
BOSTON SCIENTIFIC SPA	70,00
SVAS BIOSANA SPA	34,00 - ESCLUSA
TECNOSTIM SRL	ESCLUSA

LOTTO 27

<u>DITTE PARTECIPANTI</u>	<u>PUNTEGGIO</u>
MED-ITALIA BIOMEDICA SRL	70,00



STUDIO PACINOTTI SRL 52,00
TECNOSTIM SRL 52,00

LOTTO 33

DITTE PARTECIPANTI PUNTEGGIO
MEDTRONIC ITALIA SPA 70,00

LOTTO 34

DITTE PARTECIPANTI PUNTEGGIO
MEDTRONIC ITALIA SPA 66,00
NEW TECH SRL 28,00 - ESCLUSA
TECNOSTIM SRL 28,00 - ESCLUSA

LOTTO 36

DITTE PARTECIPANTI PUNTEGGIO
BALT ITALY SRL 70,00

LOTTO 37

DITTE PARTECIPANTI PUNTEGGIO
STRYKER ITALIA SRL 70,00

LOTTO 38

DITTE PARTECIPANTI PUNTEGGIO
BALT ITALY SRL 70,00
MEDTRONIC ITALIA SPA ESCLUSA
TECNOSTIM SRL ESCLUSA

LOTTO 39

DITTE PARTECIPANTI

ACTIVA SRL

PUNTEGGIO

70,00

LOTTO 40

DITTE PARTECIPANTI

TAU MEDICA SRL

PUNTEGGIO

70,00

LOTTO 42

DITTE PARTECIPANTI

GADA ITALIA SPA

PUNTEGGIO

70,00

LOTTO 43

DITTE PARTECIPANTI

STUDIO PACINOTTI SRL

PUNTEGGIO

70,00

LOTTO 44

DITTE PARTECIPANTI

NEW TECH SRL

STUDIO PACINOTTI SRL

PUNTEGGIO

70,00

32,00 - ESCLUSA

LOTTO 45

DITTE PARTECIPANTI

BALT ITALY SRL

MEDTRONIC ITALIA SPA

TECNOSTIM SRL

PUNTEGGIO

70,00

18,00 - ESCLUSA

32,00 - ESCLUSA



LOTTO 46

DITTE PARTECIPANTI

BALT ITALY SRL

PUNTEGGIO

70,00

LOTTO 47

DITTE PARTECIPANTI

ACTIVA SRL

NEW TECH SRL

TECNOSTIM SRL

PUNTEGGIO

70,00

70,00

32,00 - ESCLUSA

LOTTO 48

DITTE PARTECIPANTI

GADA ITALIA SPA

PUNTEGGIO

70,00

LOTTO 49

DITTE PARTECIPANTI

MEDTRONIC ITALIA SPA

PHENOX ITALY SRL

PUNTEGGIO

70,00

28,00 - ESCLUSA

LOTTO 50

DITTE PARTECIPANTI

STRYKER ITALIA SRL

PUNTEGGIO

70,00

Il presente verbale e tutta la documentazione cartacea allegata allo stesso viene scannerizzata e il formato PDF viene inoltrato a cura del segretario verbalizzante ai Componenti della Commissione Giudicatrice che hanno assistito in videoconferenza – Dott. Lucio Bellantonio e Dott. Daniele Mazzuca – con posta elettronica, ove ciascuno appone la propria firma e restituisce il verbale medesimo, con la stessa modalità (posta elettronica), al segretario verbalizzante (RUP) della



procedura. I restanti componenti firmano in originale, essendo stati presenti e collegati nella medesima sede del RUP e segretario verbalizzante.

Da ultimo, la Commissione dà atto che le buste contenenti le offerte economiche rimangono chiuse e sigillate nel programma informatico piattaforma Net4market.

Alle ore 14:00 il Presidente dichiara chiusa la seduta. La Commissione decide di riaggiornarsi a data da concordare per esaminare i restanti lotti.

Letto confermato e sottoscritto.

Dr. Jacopo Tesi – Presidente

Dr. Daniele Mazzuca – Membro

Dr. Lucio Bellantonio – Membro

Dott.ssa Paola Zampa – Segretario Verbalizzante

LOTTO 1	PUNTEGGIO MAX	DITTA TAU MEDICA	
		COEFFICIENTE/PUNTEGGI	
QUALITA' DEL MATERIALE (RACCORDO TRASPARENTE PER IL REFLUSSO)	30	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 30
ATRAUMATICITA'	30	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 30
RESISTENZA ALLE DEFORMAZIONI	10	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 10
PUNTEGGIO TOTALE			70

LOTTO 2	PUNTEGGIO MAX	DITTA GADA ITALIA	
		COEFFICIENTE/PUNTEGGI	
QUALITA' DEL FLUSSO INFUSIONE	10	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 10
ATRAUMATICITA'	10	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 10
SCORREVOLEZZA	15	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 15
GAMMA CONFORMAZIONE E PERSONALIZZAZIONI	20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 20
CONTROLLO TORSIONE	15	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 15
PUNTEGGIO TOTALE			70

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

LOTTO 3	PUNTEGGIO MAX	DITTA GADA ITALIA	
		COEFFICIENTE/PUNTEGGI	
QUALITA' DEL FLUSSO INFUSIONE	10	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 10
ATRAUMATICITA'	10	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 10
SCORREVOLEZZA	15	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 15
GAMMA CONFORMAZIONE E PERSONALIZZAZIONI	20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 20
CONTROLLO TORSIONE	15	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 15
PUNTEGGIO TOTALE			70

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

LOTTO 4	PUNTEGGIO MAX	DITTA GADA ITALIA		NOTE
		COEFFICIENTE/PUNTEGGI		
QUALITA' DEL FLUSSO INFUSIONE	10	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 10	
ATRAUMATICITA'	10	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 10	
SCORREVOLEZZA	15	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 15	
GAMMA CONFORMAZIONE E PERSONALIZZAZIONI	20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 20	
CONTROLLO TORSIONE	15	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 15	
PUNTEGGIO TOTALE			70	

LOTTO 5	PUNTEGGIO MAX	DITTA ACTIVA		NOTE	DITTA TAU MEDICA		NOTE
		COEFFICIENTE	PUNTEGGIO		COEFFICIENTE	PUNTEGGIO	
GRADO DI IDROFILIA	20	0,6	12	DISCRETA IDROFILIA	0,6	12	BUONA IDROFILIA
SCOREVOLEZZA NEI VASI DEL CATETERE	30	0,4	12	DISCRETA SCOREVOLEZZA	0,6	18	BUONA SCOREVOLEZZA
CONTROLLO DI TORSIONE	10	0,4	4	DISCRETO CONTROLLO DI TORSIONE	0,4	4	DISCRETA RISPOSTA ALLA TORSIONE
MODELLABILITA' DELL'ESTREMITA' DISTALE	10	0	0	NON MODELLABILE	1	10	MODELLABILE
PUNTEGGIO TOTALE			28			44	





LOTTO 6	PUNTEGGIO MAX	DITTA ACTIVA		NOTE	DITTA COLMA		NOTE	DITTA GADA ITALIA		NOTE	STUDIO PACINOTTI		NOTE
		COEFFICIENTE / PUNTEGGI			COEFFICIENTE / PUNTEGGI			COEFFICIENTE / PUNTEGGI			COEFFICIENTE / PUNTEGGI		
GRADO DI IDROFILIA	20	COEFFICIENTE 0,6 PUNTEGGIO 12		ECCELLENTI IDROFILIA	COEFFICIENTE 0,4 PUNTEGGIO 8		DISCRETA IDROFILIA	COEFFICIENTE 1 PUNTEGGIO 20		COPOLIMERO O SINTETICO IDROFILO ALTAMENTE BIOVAMPANTI BILE	COEFFICIENTE 0,4 PUNTEGGIO 8		DISCRETA IDROFILIA
SCORREVOLEZZA NEI VASI DEL CAETERE	30	COEFFICIENTE 0,4 PUNTEGGIO 12		DISCRETA SCORREVOLEZZA	COEFFICIENTE 0,4 PUNTEGGIO 12		DISCRETA SCORREVOLEZZA	COEFFICIENTE 1 PUNTEGGIO 30		ALTA SCORREVOLEZZA DURANTE L'AVANZAMENTO NEI VASI TOTRULOSI	COEFFICIENTE 0,4 PUNTEGGIO 12		DISCRETA SCORREVOLEZZA
CONTROLLO DI TORSIONE	20	COEFFICIENTE 0,4 PUNTEGGIO 8		DISCRETO CONTROLLO DI TORSIONE	COEFFICIENTE 0,4 PUNTEGGIO 8		DISCRETO CONTROLLO DI TORSIONE	COEFFICIENTE 1 PUNTEGGIO 20			COEFFICIENTE 0,4 PUNTEGGIO 8		DISCRETO CONTROLLO DI TORSIONE
PUNTEGGIO TOTALE			32			28			70			28	






LOTTO 7	PUNTEGGIO MAX	DITTA ACTIVA		NOTE	DITTA GADA ITALIA		NOTE	STUDIO PACINOTTI		NOTE
		COEFFICIENTE/PUNTEGGI			COEFFICIENTE/PUNTEGGI			COEFFICIENTE/PUNTEGGI		
GRADO DI IDROFILIA	20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	0,6 12	BUONA IDROFILIA	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 20	COPOLIMERO SINTETICO IDROFILO ALTAMENTE BIOCOMPATIBILE	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	0,4 8	DISCRETA IDROFILIA
SCORREVOLEZZA NEI VASI DEL CATETERE	30	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	0,4 12	DISCRETA SCORREVOLEZZA	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 30	ECCELLENTI SCORREVOLEZZA DURANTE L'AVANZAMENTO NEI VASI TORTUOSI	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	0,4 12	DISCRETA SCORREVOLEZZA
CONTROLLO DI TORSIONE	20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	0,4 8	DISCRETA RISPOSTA ALLA TORSIONE	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 20		COEFFICIENTE PUNTEGGIO	0,4 8	DISCRETA RISPOSTA ALLA TORSIONE
PUNTEGGIO TOTALE			32			70			28	

dm

Q

SB

[Signature]

LOTTO 8	PUNTEGGIO MAX	DITTA GADA ITALIA		NOTE	STUDIO PACINOTTI		NOTE	DITTA VIOLATECH		NOTE
		COEFFICIENTE / PUNTEGGIO			COEFFICIENTE / PUNTEGGIO			COEFFICIENTE / PUNTEGGIO		
SCORREVOLEZZA	20	COEFFICIENTE 1 PUNTEGGIO 20			COEFFICIENTE 0,2 PUNTEGGIO 4	SUFFICIENTE SCORREVOLEZZA	COEFFICIENTE 0,2 PUNTEGGIO 4	SUFFICIENTE SCORREVOLEZZA		
CONFEZIONAMENTO E IDENTIFICAZIONE TIPOLOGIA	10	COEFFICIENTE 1 PUNTEGGIO 10			COEFFICIENTE 1 PUNTEGGIO 10		COEFFICIENTE 1 PUNTEGGIO 10			
ATRAUMATICITA'	20	COEFFICIENTE 1 PUNTEGGIO 20	ECCELLENTI ATRAUMATICI		COEFFICIENTE 0,4 PUNTEGGIO 8	DISCRETA ATRAUMATICI	COEFFICIENTE 0,4 PUNTEGGIO 8	DISCRETA ATRAUMATICI		
MANOVRABILITA' : RISPOSTA ALLA SPINTA	10	COEFFICIENTE 1 PUNTEGGIO 10	RISPOSTA ALLA SPINTA COSTANTE		COEFFICIENTE 0,4 PUNTEGGIO 4	DISCRETA MANOVRABILI	COEFFICIENTE 0,4 PUNTEGGIO 4	DISCRETA MANOVRABILI		
GAMMA CONFORMAZIONE PUNTE E LUNGHEZZE	10	COEFFICIENTE 1 PUNTEGGIO 10			COEFFICIENTE 1 PUNTEGGIO 10		COEFFICIENTE 1 PUNTEGGIO 10			
PUNTEGGIO TOTALE		70			36		36			

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

LOTTO 9	PUNTEGGIO MAX	DITTA ACTIVA		NOTE	DITTA GADA ITALIA		NOTE	STUDIO PACINOTTI		NOTE	DITTA TAU MEDICA		NOTE
		COEFFICIENTE / PUNTEGGI	PUNTEGGIO		COEFFICIENTE / PUNTEGGI	PUNTEGGIO		COEFFICIENTE / PUNTEGGI	PUNTEGGIO		COEFFICIENTE / PUNTEGGI	PUNTEGGIO	
GRADO DI IDROFILIA	20	0,6	12	BUONA IDROFILIA	1	20	COPOLIMERO SINTETICO ALTAMENTE BIOCOMPATIBILE	0,4	8	DISCRETA IDROFILIA	0,6	12	BUONA IDROFILIA
SCOREVOL EZZA NEI VASI DEL CATERERE	30	0,4	12	DISCRETA SCOREVOL EZZA	1	30	ECCELLENTI SCOREVOLEZZA	0,4	12	DISCRETA SCOREVOLEZZA	0,6	18	BUONA SCOREVOLEZZA
CONTROLLO DI TORSIONE	20	0,4	8	DISCRETO CONTROLLO DI TORSIONE	1	20		0,4	8	DISCRETO CONTROLLO O DI TORSIONE	0,4	8	DISCRETO CONTROLLO DI TORSIONE
PUNTEGGIO TOTALE			32			70			28			38	

LOTTO 10	PUNTEGGIO MAX	DITTA ACTIVA		NOTE	DITTA GADA ITALIA		NOTE	STUDIO PACINOTTI		NOTE
		COEFFICIENTE/PUNTEGGI	PUNTEGGIO		COEFFICIENTE/PUNTEGGI	PUNTEGGIO		COEFFICIENTE/PUNTEGGI	PUNTEGGIO	
GRADO DI IDROFILIA	20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	0,6 12	BUONA IDROFILIA	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 20	COPOLIMERO SINTETICO ALTAMENTE BIOCOMPATIBILE	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	0,4 8	DISCRETA IDROFILIA
SCORREVOLEZZA NEI VASI DEL CATETERE	30	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	0,4 12	DISCRETA SCORREVOLEZZA	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 30	ECCELLENTI SCORREVOLEZZA	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	0,4 12	DISCRETA SCORREVOLEZZA
CONTROLLO DI TORSIONE	20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	0,4 8	DISCRETO CONTROLLO DI TORSIONE	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 20		COEFFICIENTE PUNTEGGIO	0,4 8	DISCRETO CONTROLLO DI TORSIONE
UNTEGGIO TOTAL			32			70			28	

mm

Q

16

16

LOTTO 11	PUNTEGGIO MAX	DITTA ACTIVA		NOTE	DITTA GADA ITALIA		NOTE	STUDIO PACINOTTI		NOTE
		COEFFICIENTE/PUNTEGGI	PUNTEGGIO		COEFFICIENTE/PUNTEGGI	PUNTEGGIO		COEFFICIENTE/PUNTEGGI	PUNTEGGIO	
GRADO DI IDROFILIA	20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	0,6 12	BUONA IDROFILIA	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 20	COPOLIMERO SINTETICO ALTAMENTE BIOCOMPATIBILE	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	0,4 8	DISCRETA IDROFILIA
SCORREVOLEZZA NEI VASI DEL CATETERE	30	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	0,4 12	DISCRETA SCORREVOLEZZA	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 30	ECCELLENTI SCORREVOLEZZA	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	0,4 12	DISCRETA SCORREVOLEZZA
CONTROLLO DI TORSIONE	20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	0,4 8	DISCRETO CONTROLLO DI TORSIONE	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 20		COEFFICIENTE PUNTEGGIO	0,4 8	DISCRETO CONTROLLO DI TORSIONE
PUNTEGGIO TOTALI			32			70			28	

LOTTO 12	PUNTEGGIO MAX	DITTA GADA		NOTE	STUDIO PACINOTTI		NOTE
		COEFFICIENTE/PUNTEGGI			COEFFICIENTE/PUNTEGGI		
SCOREVOLEZZA	20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 20	ECCELLENTI SCOREVOLEZZA	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	0,4 8	DISCRETA SCOREVOLEZZA
ATRAUMATICITA'	20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 20	ECCELLENTI ATRAUMATICITA'	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	0,4 8	DISCRETA TRAUMATICITA'
GAMMA CONFORMAZIONE PUNTE E LUNGHEZZE	10	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 10		COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 10	
CONTROLLO TORSIONE	10	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 10		COEFFICIENTE PUNTEGGIO	0,4 4	DISCRETO CONTROLLO DI TORSIONE
CAPACITA' DI SUPERARE L'OCCCLUSIONE	10	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 10	ECCELLENTI CAPACITA' DI OLTREPASSARE OCCCLUSIONI	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	0,4 4	DISCRETA CAPACITA' DI SUPERARE OCCCLUSIONI
PUNTEGGIO TOTALE			70			34	

LOTTO 13	PUNTEGGIO MAX	DITTA ACTIVA		NOTE	DITTA GADA ITALIA		NOTE	STUDIO PACINOTTI		NOTE
		COEFFICIENTE/PUNTEGGI	PUNTEGGIO		COEFFICIENTE/PUNTEGGI	PUNTEGGIO		COEFFICIENTE/PUNTEGGI	PUNTEGGIO	
GRADO DI IDROFILIA	20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	0,6 12	BUONA IDROFILIA	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 20	COPOLIMERO SINTETICO ALTAMENTE BIOCOMPATIBILE	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	0,4 8	DISCRETA IDROFILIA
SCOREVOLEZZA NEI VASI DEL CATETERE	30	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	0,4 12	DISCRETA SCOREVOLEZZA	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 30	ECCELLENTI SCOREVOLEZZA	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	0,4 12	DISCRETA SCOREVOLEZZA
CONTROLLO DI TORSIONE	20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	0,4 8	DISCRETO CONTROLLO DI TORSIONE	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 20		COEFFICIENTE PUNTEGGIO	0,4 8	DISCRETO CONTROLLO DI TORSIONE
PUNTEGGIO TOTALE			32			70			28	

LOTTO 14	PUNTEGGIO MAX	DITTA GADA	
		COEFFICIENTE/PUNTEGGI	
SCORREVOLEZZA	20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 20
ATRAUMATICITA'	20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 20
GAMMA CONFORMAZIONE PUNTE E LUNGHEZZE	10	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 10
CONTROLLO TORSIONE	10	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 10
CAPACITA' DI SUPERARE L'OCCLUSIONE	10	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 10
PUNTEGGIO TOTALE			70

LOTTO 15	PUNTEGGIO MAX	DITTA GADA		NOTE	DITTA TAU MEDICA		NOTE	DITTA VIOLATECH		NOTE
		COEFFICIENTE	PUNTEGGIO		COEFFICIENTE	PUNTEGGIO		COEFFICIENTE	PUNTEGGIO	
RAPPORTO CALIBRO - PORTATA	10	COEFFICIENTE	1		COEFFICIENTE	1		COEFFICIENTE	1	
		PUNTEGGIO	10		PUNTEGGIO	10		PUNTEGGIO	10	
RASTREMATURA E ATTRAUMATICITA'	20	COEFFICIENTE	1	ECCELLENTI RASTREMATURA. SISTEMA ANCORAGGIO "SNAP - ON"	COEFFICIENTE	0,4	DISCRETA ATTRAUMATICITA'	COEFFICIENTE	0,4	MINORE ATTRAUMATICITA'
		PUNTEGGIO	20		PUNTEGGIO	8		PUNTEGGIO	8	
RESISTENZA AL KINKING	20	COEFFICIENTE	1	ECCELLENTI RESISTENZA AL KINKING	COEFFICIENTE	0,4	DISCRETA RESISTENZA AL KINKING	COEFFICIENTE	0,4	RIDOTTA RESISTENZA AL KINKING
		PUNTEGGIO	20		PUNTEGGIO	8		PUNTEGGIO	8	
SCORREVOLEZZA	10	COEFFICIENTE	1	ECCELLENTI SCORREVOLEZZA	COEFFICIENTE	0,6	BUONA SCORREVOLEZZA	COEFFICIENTE	0,6	DISCRETA SCORREVOLEZZA
		PUNTEGGIO	10		PUNTEGGIO	6		PUNTEGGIO	6	
AMPIEZZA GAMMA	10	COEFFICIENTE	1		COEFFICIENTE	0,2	NON DISPONIBILE CON AGO DA PUNTURA DOTATO DI MANDRINO METALLICO CAVO E CANNULA DI PLASTICA	COEFFICIENTE	0,2	NON DISPONIBILE CON AGO DA PUNTURA DOTATO DI MANDRINO METALLICO CAVO E CANNULA DI PLASTICA
		PUNTEGGIO	10		PUNTEGGIO	2		PUNTEGGIO	2	
PUNTEGGIO TOTALE			70			34			34	

LOTTO 16	PUNTEGGIO MAX	DITTA GADA	
		COEFFICIENTE/PUNTEGGI	
RASTREMATURA	10	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 10
ATRAUMATICITA'	20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 20
RESISTENZA AL KINKING	10	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 10
CAPACITA' DI PENETRAZIONE	30	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 30
PUNTEGGIO TOTALE			70

LOTTO 17	PUNTEGGIO MAX	DITTA GADA		NOTE	DITTA TAU MEDICA		NOTE
		COEFFICIENTE/PUNTEGGI			COEFFICIENTE/PUNTEGGI		
RASTREMATURA	10	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 10	ECCELLENTI RASTREMATURA	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	0,4 4	DISCRETA RASTREMATURA
ATRAUMATICITA'	20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 20	ECCELLENTI ATRAUMATICITA' SISTEMA DI ANCORAGGIO "SNAP - ON"	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	0,4 8	DISCRETA ATRAUMATICITA'
RESISTENZA AL KINKING	10	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 10		COEFFICIENTE PUNTEGGIO	0,4 4	DISCRETA RESISTENZA AL KINKING
CAPACITA' DI PENETRAZIONE	30	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 30		COEFFICIENTE PUNTEGGIO	0,4 12	DISCRETA CAPACITA' DI PENETRAZIONE
PUNTEGGIO TOTALE			70			28	

LOTTO 18	PUNTEGGIO MAX	DITTA COOK		NOTE	DITTA GADA		NOTE	DITTA NEOVASC		NOTE
		COEFFICIENTE / PUNTEGGIO			COEFFICIENTE / PUNTEGGIO			COEFFICIENTE / PUNTEGGIO		
STABILITA' E SUPPORTO	30	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	0,4 12	DISCRETO SUPPORTO DISTALE	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 30		COEFFICIENTE PUNTEGGIO	0,4 12	DISCRETO SUPPORTO DISTALE
ATRAUMATICITA'	20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	0,4 8	DISCRETA ATRAUMATICITA'	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 20		COEFFICIENTE PUNTEGGIO	0,4 8	DISCRETA ATRAUMATICITA'
GAMMA E LUNGHEZZE	10	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 10		COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 10		COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 10	
ADATTAMENTO ANATOMIA VASCOLARE	10	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	0,6 6	BUON ADATTAMENTO ALLA ANATOMIA VASCOLARE	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 10	ECCELLENTI RESISTENZE AL KINKING	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	0,6 6	BUON ADATTAMENTO ALL'ANATOMIA VASCOLARE
PUNTEGGIO TOTALE			36			70			36	

LOTTO 19	PUNTEGGIO MAX	DITTA ALSE MEDICA		NOTE	DITTA BETATEX		NOTE	DITTA MED-ITALIA		STUDIO PACINOTTI		DITTA SVAS-BIOSAMA		NOTE
		COEFFICIENTE / PUNTEGGI	PUNTEGGIO		COEFFICIENTE / PUNTEGGI	PUNTEGGIO		COEFFICIENTE / PUNTEGGI	PUNTEGGIO	COEFFICIENTE / PUNTEGGI	PUNTEGGIO	COEFFICIENTE / PUNTEGGI	PUNTEGGIO	
QUALITA' DEI MATERIALI	30	COEFFICIENTE 1 PUNTEGGIO 30			COEFFICIENTE 1 PUNTEGGIO 30			COEFFICIENTE 1 PUNTEGGIO 30	COEFFICIENTE 1 PUNTEGGIO 30			COEFFICIENTE 0,6 PUNTEGGIO 18	MATERIALE IN PLASTICA DI BUONA RESISTENZA	
PRODOTTI E CONFEZIONAMENTO	10	COEFFICIENTE 1 PUNTEGGIO 10			COEFFICIENTE 1 PUNTEGGIO 10			COEFFICIENTE 1 PUNTEGGIO 10	COEFFICIENTE 1 PUNTEGGIO 10			COEFFICIENTE 1 PUNTEGGIO 10		
CORRISPONDE NZA CARATTERISTI CHE TECNICHE	30	COEFFICIENTE 0,2 PUNTEGGIO 6	NON PRESENTE RUBINETTO FLOW SWITCH 1 VIA, CIOTOLE DELLO STESSO COLORE		COEFFICIENTE 0,2 PUNTEGGIO 6	NON PRESENTE RUBINETTO FLOW SWITCH 1 VIA		COEFFICIENTE 1 PUNTEGGIO 30	COEFFICIENTE 0,4 PUNTEGGIO 12	CIOTOLE NON DISTINGUIBILI PER COLORE		COEFFICIENTE 0,8 PUNTEGGIO 24	RUBINETTO A SCATTO DI OTTIMO INGOMBRO	
PUNTEGGIO TOTALE		46			46			70	52			52		

LOTTO 20	PUNTEGGIO MAX	DITTA ALSE MEDICA		NOTE	DITTA BETATEX		NOTE	DITTA MED-ITALIA		STUDIO PACINOTTI		NOTE	DITTA SVAS-BIOSANA		NOTE
		COEFFICIENTE / PUNTEGGI	PUNTEGGIO		COEFFICIENTE / PUNTEGGI	PUNTEGGIO		COEFFICIENTE / PUNTEGGI	PUNTEGGIO	COEFFICIENTE / PUNTEGGI	PUNTEGGIO		COEFFICIENTE / PUNTEGGI	PUNTEGGIO	
QUALITÀ DEI MATERIALI	30	COEFFICIENTE 1 PUNTEGGIO 30			COEFFICIENTE 1 PUNTEGGIO 30			COEFFICIENTE 1 PUNTEGGIO 30	COEFFICIENTE 1 PUNTEGGIO 30				COEFFICIENTE 0,6 PUNTEGGIO 18	NOTE MATERIALI IN PLASTICA DI BUONA RESISTENZA	
PRODOTTI E CONFEZIONAMENTI	10	COEFFICIENTE 1 PUNTEGGIO 10			COEFFICIENTE 1 PUNTEGGIO 10			COEFFICIENTE 1 PUNTEGGIO 10	COEFFICIENTE 1 PUNTEGGIO 10				COEFFICIENTE 1 PUNTEGGIO 10		
CORRISPONDENZA CARATTERISTICHE TECNICHE	30	COEFFICIENTE 0,2 PUNTEGGIO 6	NON PRESENTE RUBINETTO O FLOW SWITCH 1 VIA, CIOTOLE DELLO STESSO COLORE		COEFFICIENTE 0,2 PUNTEGGIO 6	NON PRESENTE RUBINETTO O FLOW SWITCH 1 VIA		COEFFICIENTE 1 PUNTEGGIO 30	COEFFICIENTE 0,4 PUNTEGGIO 12	CIOTOLE NON DISTINGUIBILI PER COLORE			COEFFICIENTE 0,8 PUNTEGGIO 24	RUBINETTO O A SCATTO DI OTTIMO INGOMBRAMENTO	
PUNTEGGIO TOTAL		46			46			70	52				52		

[Handwritten signature]

16

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

LOTTO 22	PUNTEGGIO MAX	DITTA BETATEX		DITTA TAU MEDICA		NOTE
		COEFFICIENTE/PUNTEGGI		COEFFICIENTE/PUNTEGGI		
QUALITA' DEI MATERIALI	30	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 30	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	0,5 18	BUONA QUALITA'
PRODOTTI E CONFEZIONAMENTO	10	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 10	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	0,8 8	OTTIMO CONFEZIONA MENTO
CORRISPONDENZA CARATTERISTICHE TECNICHE	30	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 30	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 30	
PUNTEGGIO TOTALE			70		56	

LOTTO 24	PUNTEGGIO MAX	DITTA ALSE MEDICA		DITTA BETATEX		NOTE	DITTA MED-ITALIA		NOTE	DITTA PAUL HARTMANN		NOTE
		COEFFICIENTE / PUNTEGGIO	COEFFICIENTE / PUNTEGGIO	COEFFICIENTE / PUNTEGGIO	COEFFICIENTE / PUNTEGGIO		COEFFICIENTE / PUNTEGGIO	COEFFICIENTE / PUNTEGGIO				
QUALITA' DEI MATERIALI	30	COEFFICIENTE 1 PUNTEGGIO 30	COEFFICIENTE 0,4 PUNTEGGIO 12	DISCRETA QUALITA' DEI MATERIALI	COEFFICIENTE 0,2 PUNTEGGIO 6	LA QUALITA' DEI TELI ASSORBENTI E' SUFFICIENTE	COEFFICIENTE 0,4 PUNTEGGIO 12					
PRODOTTI E CONFEZIONAMENTO	10	COEFFICIENTE 1 PUNTEGGIO 10	COEFFICIENTE 0,4 PUNTEGGIO 4		COEFFICIENTE 0,4 PUNTEGGIO 4		COEFFICIENTE 0,6 PUNTEGGIO 6					
CORRISPONDENZA CARATTERISTICHE TECNICHE	30	COEFFICIENTE 1 PUNTEGGIO 30	COEFFICIENTE 1 PUNTEGGIO 30		COEFFICIENTE 1 PUNTEGGIO 30		COEFFICIENTE 0,2 PUNTEGGIO 6	SUFFICIENTE, TELO 160X150 CM CON FORO 35X25 CUFFIA IN PLASTICA COPRISTRUMENTI 100X50 CM				
PUNTEGGIO TOTALE		70	46		40		24					

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

LOTTO 24	PUNTEGGIO MAX	STUDIO PACINOTTI		NOTE	DITTA SVAS BIOSANA		NOTE	DITTA TAU MEDICA	
		COEFFICIENTE / PUNTEGGI			COEFFICIENTE / PUNTEGGI			COEFFICIENTE / PUNTEGGI	
QUALITA' DEI MATERIALI	30	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	0,8 24		COEFFICIENTE PUNTEGGIO	0,2 6	LA QUALITA' DEI TELI ASSORBENTI E' SUFFICIENTE	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	0,4 12
PRODOTTI E CONFEZIONAMENTO	10	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	0,8 8		COEFFICIENTE PUNTEGGIO	0,6 6		COEFFICIENTE PUNTEGGIO	0,4 4
CORRISPONDENZA CARATTERISTICHE TECNICHE	30	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	0,2 6	TELO PAZIENTE 230X350 CM CIOTOLA MEDIA 400 ML	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 30		COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 30
PUNTEGGIO TOTALE			38			42			46

LOTTO 25	PUNTEGGIO MAX	DITTA BOSTON		NOTE	DITTA VIOLATECH		NOTE
		COEFFICIENTE/PUNTEGGI			COEFFICIENTE/PUNTEGGI		
QUALITA' DEI MATERIALI	10	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 10		COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 10	
PRECISIONE APERTURA E CHIUSURA	30	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 30	ECCELLENTI PRECISIONE GRAZIE A MECCANISMO A SCATTO	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	0,4 12	DISCRETA PRECISIONE
MANEGGEVOLEZZA	30	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 30	ECCELLENTI MANEGGEVOLEZZA	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	0,4 12	NON PRESENTE MECCANISMO A SCATTO
PUNTEGGIO TOTALE			70			34	

LOTTO 26	PUNTEGGIO MAX	DITTA BOSTON		NOTE	DITTA SVAS - BIOSANA		NOTE	DITTA TECNOSTIM		NOTE
		COEFFICIENTE / PUNTEGGI	COEFFICIENTE / PUNTEGGIO		COEFFICIENTE/PUNTEGGI	COEFFICIENTE/PUNTEGGI		COEFFICIENTE/PUNTEGGI		
QUALITA' DEI MATERIALI	10	COEFFICIENTE 1	PUNTEGGIO 10		COEFFICIENTE 1	PUNTEGGIO 10		ESCLUSA		
PRECISIONE APERTURA E CHIUSURA	30	COEFFICIENTE 1	PUNTEGGIO 30		COEFFICIENTE 0,6	PUNTEGGIO 18				ASSENZA DI MECCANISMO A SCATTO
MANEGGEVOLEZZA	30	COEFFICIENTE 1	PUNTEGGIO 30	DIMENSIONI RIDDOTTE	COEFFICIENTE 0,2	PUNTEGGIO 6	NOTEVOLE INGOMBRO			ASSENZA DI MECCANISMO A SCATTO
PUNTEGGIO TOTALE			70			34				

LOTTO 27	PUNTEGGIO MAX	DITTA MED - ITALIA		STUDIO PACINOTTI		DITTA TECNOSTIM	
		COEFFICIENTE/PUNTEGGI	PUNTEGGIO	COEFFICIENTE/PUNTEGGI	PUNTEGGIO	COEFFICIENTE/PUNTEGGI	PUNTEGGIO
QUALITA' DEI MATERIALI	30	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 30	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	0,4 12	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	0,4 12
CONFEZIONAMENTO	10	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 10	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 10	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 10
MANEGGEVOLEZZA	30	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 30	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 30	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 30
PUNTEGGIO TOTALE			70		52		52

LOTTO 33	PUNTEGGIO MAX	DITTA MEDTRONIC	
		COEFFICIENTE/PUNTEGGI	
STABILITA' E SUPPORTO NELL'ARCO AORTICO	30	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 30
ATTRAUMATICITA' DELL'ESTREMITA' DISTALE	20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 20
AMPIEZZA DEL LUME	20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 20
PUNTEGGIO TOTALE			70

LOTTO 34	PUNTEGGIO MAX	DITTA MEDTRONIC		DITTA NEW TECH		NOTE	DITTA TECNOSTIM		NOTE
		COEFFICIENTE/PUNTEGGI	PUNTEGGIO	COEFFICIENTE/PUNTEGGI	PUNTEGGIO		COEFFICIENTE/PUNTEGGI	PUNTEGGIO	
ATRAUMATICITA'	10	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	0,8 8	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	0,6 6		COEFFICIENTE PUNTEGGIO	0,6 6	
LUNGHEZZA DELL'ESTREMITA' SUPERMORBIDA	20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	0,4 8		COEFFICIENTE PUNTEGGIO	0,4 8	
AMPIEZZA DEL LUME	30	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 30	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	0,2 6	NON DISPONIBILE AMPIEZZA LUME 0,058 E 0,072	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	0,2 6	NON DISPONIBILE AMPIEZZA LUME 0,058 E 0,072
STABILITA' E SUPPORTO	10	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	0,8 8	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	0,8 8		COEFFICIENTE PUNTEGGIO	0,8 8	
PUNTEGGIO TOTALE			66		28			28	

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller initials on the right.

LOTTO 36	PUNTEGGIO MAX	DITTA BALT ITALY	
		COEFFICIENTE/PUNTEGGI	
CARATTERISTICHE TECNICHE FUNZIONALI	30	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 30
STABILITA'	10	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 10
ATRAUMATICITA'	10	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 10
MANEGGEVOLEZZA DI SGONFIAGGIO	20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 20
PUNTEGGIO TOTALE			70






LOTTO 37	PUNTEGGIO MAX	DITTA STRYKER	
		COEFFICIENTE/PUNTEGGI	
ATRAUMATICITA' PALLONE	20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 20
TRACKABILITY	20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 20
CONTROLLO	10	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 10
VELOCITA' DI SGONFIAGGIO	10	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 10
RANGE DI GAMMA	10	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 10
PUNTEGGIO TOTALE			70

DM

R

13

[Signature]

LOTTO 38	PUNTEGGIO MAX	DITTA BALT		DITTA MEDTRONIC		NOTE	DITTA TECNOSTIM		NOTE
		COEFFICIENTE/PUNTEGGI		COEFFICIENTE/PUNTEGGI			COEFFICIENTE/PUNTEGGI		
OPACITA' IN FLUOROSCOPIA	10	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 10	ESCLUSA			ESCLUSA		
TEMPO DI POLIMERIZZAZIONE	20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 20	ESCLUSA			ESCLUSA		
AMPIEZZA DI GAMMA	20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 20	ESCLUSA		NON DISPONIBILE A BASSA VISCOSITA'	ESCLUSA		NON DISPONIBILE A BASSA VISCOSITA'
VISCOSITA'	10	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 10	ESCLUSA		NON DISPONIBILE A BASSA VISCOSITA'	ESCLUSA		NON DISPONIBILE A BASSA VISCOSITA'
CAPACITA' DI PENETRAZIONE	10	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 10	ESCLUSA			ESCLUSA		
PUNTEGGIO TOTALE			70						






LOTTO 39	PUNTEGGIO MAX	DITTA ATTIVA	
		COEFFICIENTE/PUNTEGGI	
CONFEZIONAMENTO (MATERIALE PRECARICATO)	30	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 30
MANEGGEVOLEZZA	20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 20
VISCOSITA'	20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 20
PUNTEGGIO TOTALE			70

dm

21

SS

[Signature]

LOTTO 40	PUNTEGGIO MAX	DITTA TAU MEDICA	
		COEFFICIENTE/PUNTEGGI	
TROMBOGENICITA'	20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 20
FACILITA' D'USO	10	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 10
TEMPO DI POLIMERIZZAZIONE	20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 20
VISIBILITA' IN SCOPIA	10	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 10
STUDI CLINICI	10	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 10
PUNTEGGIO TOTALE			70






LOTTO 42	PUNTEGGIO MAX	DITTA GADA	
		COEFFICIENTE/PUNTEGGI	
QUALITA' EMBOLIZZANTE	10	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 10
RANGE DI DIAMETRO PARTICELLE	20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 20
FACILITA' DI SOMMINISTRAZIONE	20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 20
PRECISIONE DI EMBOZZAZIONE TARGET	10	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 10
STUDI CLINICI	10	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 10
PUNTEGGIO TOTALE			70






LOTTO 43	PUNTEGGIO MAX	STUDIO PACINOTTI	
		COEFFICIENTE/PUNTEGGI	
QUALITA' EMBOLIZZANTE	10	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 10
RANGE DI DIAMETRO PARTICELLE	20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 20
FACILTA' DI SOMMINISTRAZIONE	20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 20
PRECISIONE DI EMBOLIZZAZIONE TARGET	10	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 10
STUDI CLINICI	10	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 10
PUNTEGGIO TOTALE			70

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the right and several smaller initials on the left.

LOTTO 44	PUNTEGGIO MAX	DITTA NEW TECH		STUDIO PACINOTTI	
		COEFFICIENTE/PUNTEGGI	PUNTEGGIO	COEFFICIENTE/PUNTEGGI	PUNTEGGIO
FLESSIBILITA' ADATTAMENTO ANATOMIA VASI	20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	0,6 12
AMPIEZZA GAMMA	10	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 10	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	0,2 2
NAVIGABILITA'	10	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 10	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	0,2 2
VISIBILITA'	10	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 10	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	0,8 8
TROMBOGENICITA'	20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	0,4 8
PUNTEGGIO TOTALE			70		32

DM

2017

RS

[Signature]

LOTTO 45	PUNTEGGIO MAX	DITTA BALT		DITTA MEDTRONIC		NOTE	DITTA TECNOSTIMI		NOTE
		COEFFICIENTE/PUNTEGGI	PUNTEGGIO	COEFFICIENTE/PUNTEGGI	PUNTEGGIO		COEFFICIENTE/PUNTEGGI	PUNTEGGIO	
ATRAUMATICITA' ALL'INTERNO DELL'ANEURISMA	30	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 30	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	0,2 6	DISTACCO MECCANICO	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	0,4 12	ELEVATA TRAUMATICITA'
MANEGGEVOLEZZA E NAVIGABILITA' ALL'INTERNO DEL MICROCATETERE	20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	0,4 8		COEFFICIENTE PUNTEGGIO	0,6 12	
SICUREZZA NELLA RETRAIBILITA'	20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	0,2 4	DISTACCO MECCANICO	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	0,4 8	DISCRETA SICUREZZA NELLA RETRAIBILITA'
PUNTEGGIO TOTALE	70		70		18			32	

LOTTO 46	PUNTEGGIO MAX	DITTA BALT	
		COEFFICIENTE/PUNTEGGI	
COMPATIBILITA' CON MICROCATETERI 1.2 F	40	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 40
MANEGGEVOLEZZA	20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 20
OPACITA'	10	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 10
PUNTEGGIO TOTALE			70






LOTTO 47	PUNTEGGIO MAX	DITTA ACTIVA		DITTA NEW TECH		DITTA TECNOSTIMI		NOTE
		COEFFICIENTE / PUNTEGGI	COEFFICIENTE	COEFFICIENTE / PUNTEGGI	COEFFICIENTE	COEFFICIENTE / PUNTEGGI	COEFFICIENTE	
ATRAUMATICITA' ALL'INTERNO DELL'ANEURISMA	30	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 30	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 30	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	0,4 12	ELEVATA TRAUMATICITA'
MANEGGEVOLEZZA E NAVIGABILITA' ALL'INTERNO DEL MICROCATETERE	20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	0,6 12	
SICUREZZA NELLA RETRAIBILITA'	20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	0,4 8	DISCRETA SICUREZZA NELLA RETRAIBILITA'
PUNTEGGIO TOTALE	70	70	70	70	32			

DM

00

33

[Signature]

LOTTO 48	PUNTEGGIO MAX	DITTA GADA	
		COEFFICIENTE/PUNTEGGI	
FLESSIBILITA' ADATTAMENTO ANATOMIA VASI	20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 20
AMPIEZZA GAMMA	10	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 10
NAVIGABILITA'	10	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 10
VISIBILITA'	10	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 10
TROMBOGENICITA'	20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 20
PUNTEGGIO TOTALE			70






LOTTO 49	PUNTEGGIO MAX	DITTA MEDTRONIC		NOTE	DITTA PHENOX		NOTE
		COEFFICIENTE/PUNTEGGI			COEFFICIENTE/PUNTEGGI		
ATRAUMATICITA' ALL'INTERNO DELL'ANEURISMA	30	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 30		COEFFICIENTE PUNTEGGIO	0,4 12	DISTACCO NON AGEVOLE
MANEGGEVOLEZZA E NAVIGABILITA' ALL'INTERNO DEL MICROCATETERE	20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 20		COEFFICIENTE PUNTEGGIO	0,4 8	DISTACCO NON AGEVOLE
SICUREZZA NELLA RETRAIBILITA'	20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 20		COEFFICIENTE PUNTEGGIO	0,4 8	DISTACCO NON AGEVOLE
PUNTEGGIO TOTALE	70.		70			28	






LOTTO 50	PUNTEGGIO MAX	DITTA STRYKER	
		COEFFICIENTE/PUNTEGGI	
ATRAUMATICITA' ALL'INTERNO DELL'ANEURISMA	20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 20
MANEGGEVOLEZZA E NAVIGABILITA' ALL'INTERNO DEL MICROCATETERE	20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 20
SICUREZZA NELLA REATRAIBILITA'	20	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 20
CORRISPONDENZA CARATTERISTICHE TECNICHE	10	COEFFICIENTE PUNTEGGIO	1 10
PUNTEGGIO TOTALE			70