

# Trattamento emodialitico domiciliare.

## 1) Tipologia monitor: trasportabile

<b>Caratteristiche dei monitor per emodialisi domiciliare trasportabile</b>
---

### **CARATTERISTICHE APPARECCHIATURA**

*Il sistema per il trattamento emodialitico extracorporeo domiciliare a pazienti affetti a insufficienza renale cronica ultimo stadio deve avere le seguenti caratteristiche:*

- sistema compatto, facilmente collocabile in ambito domestico, di peso contenuto e possibilmente non superiore a 35Kg;
- Scarico dialisato preferibilmente in linea esterna, drenaggio lungo almeno 5 metri, oltre che possibilità di scarico con sacche di raccolta;
- utilizzo semplificato con interfaccia operatore semplice;
- flusso sangue impostabile da 0 ml/min a 350 ml/min;
- flusso del bagno di dialisi regolabile a bassi flussi, con rapporto variabile, possibilmente fino a 600 ml/min;
- sistema di controllo ed allarme per temperatura, pressione arteriosa pre-pompa e filtro, venosa, effluente, transmembrana, linea di scarico, rilevazione aria e perdita di sangue nel filtro;
- monitor preparazione dialisato da acqua di rubinetto tramite pre filtri/cartucce specifici .

### **Materiale di consumo**

- linee arterio-venose e filtro pre-assemblato ad alto flusso e superficie almeno =1,6 mq, membrana altamente biocompatibile;
- linee arterio-venose senza filtro pre-assemblato;
- sacche di dialisato sterile da 5 litri.

### **SERVIZI AGGIUNTIVI:**

- Servizio infermieristico: comprensivo di attività di training per paziente e caregiver, sia teorica che pratica, ed attività di training e supporto per il personale infermieristico del centro dialisi;
- Reperibilità tramite numero verde attivo 365 giorni all'anno festivi compresi 24 ore su 24, per supporto di tipo tecnico;
- Servizio di assistenza tecnica che comprenda la manutenzione ordinaria e straordinaria comprensiva di manodopera e pezzi di ricambio senza limite al numero d'interventi;
- Servizi di consegna mensile, preferibilmente bisettimanale, del materiale a domicilio del Paziente, sia esso la residenza o luoghi temporaneamente differenti;
- Gestione rifiuti a rischio infettivo non pericolosi al domicilio del paziente a carico dell'operatore economico con frequenza massima ogni 15 giorni;
- Possibilità di integrare le sedute dialitiche con sistemi di telemedicina;
- Controllo delle sedute di dialisi da remoto.
- 

Fabbisogno Presunto annuo 6