

Un operatore economico che intende presentare istanza di partecipazione ha formulato le seguenti richieste di chiarimenti:

1) la descrizione della tipologia del monitor è trasportabile. Tra le caratteristiche dell'apparecchiatura richiedete "monitor preparazione dialisato da acqua di rubinetto tramite pre filtri/cartucce specifici". Tale caratteristica rende l'apparecchiatura stessa non trasportabile, pertanto si chiede di chiarire.

Risposta

Errore al punto 7 delle caratteristiche apparecchiature → eliminare il monitor preparazione dialisato

2) Tra le caratteristiche dell'apparecchiatura richiedete "monitor preparazione dialisato da acqua di rubinetto tramite pre filtri/cartucce specifici, ma tra il materiale di consumo vengono richieste sacche di dialisato sterile da 5 lt che permettono di avere la soluzione pronta onde evitare l'utilizzo del monitor preparazione dialisato da acqua di rubinetto. Si chiede di chiarire

Risposta

Come sopra

3) Il materiale di consumo non è completo di tutti i materiali richiesti per l'esecuzione di trattamenti di dialisi domiciliare. Si chiede di chiarire.

Risposta

Manca la sacca di raccolta o tubo di drenaggio dello scarico. Il materiale di consumo è

- 1) linee + filtro
- 2) sacca dialisato 5 litri
- 3) sacca scarico dialisato ovvero tubo drenaggio a scarico

aghi e medicazioni sono un'altra fornitura

4) Tra le caratteristiche dell'apparecchiatura è riportato " flusso del bagno di dialisi regolabile a bassi flussi, con rapporto variabile, possibilmente fino a 600 ml/min": si prega di confermare che per basso flusso si intende fino a 200 ml/min e non fino a 600 ml/min, in quanto ci risulta che tale requisito caratterizza monitor con alti flussi del bagno di dialisi. Si chiede di chiarire.

Risposta

Errore, il flusso è 200 ml/min = 12 litri ora