

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**  
**n. 0000750 del 06/09/2022**

**OGGETTO:**

ADESIONE AD ACCORDO QUADRO CONSIP "ECOTOMOGRAFI 2" PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 1 ECOTOMOGRAFO MULTIDISCIPLINARE LOTTO 2- SUB LOTTO 1-B, ACQUISITO CON I FONDI EROGATI DALLA FONDAZIONE CARIT – ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO N. 6896455/2022 DITTA SAMSUNG ELECTRONICS ITALIA S.P.A. - CIG 9341548945

**VISTA**

Proposta n. 0000801 del 05/09/2022 a cura di S.C. Direzione Economato e Provveditorato  
Hash.pdf (SHA256):812abf37578d1cb4c148234dcb43f9674df64d010fd50d19f79de6a34c80dd4f

firmata digitalmente da:

Il Responsabile S.C. Direzione Economato e Provveditorato  
Cinzia Angione

Il Responsabile S.C. ECONOMICO FINANZIARIO  
Riccardo Brugnatta

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Parere: FAVOREVOLE  
Anna Rita Ianni

IL DIRETTORE SANITARIO  
Parere: FAVOREVOLE  
Alessandra Ascani

**DELIBERA**

**Di fare integralmente propria la menzionata proposta che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e di disporre così come in essa indicato.**

IL DIRETTORE GENERALE  
Pasquale Chiarelli

**Premesso che**, il Dirigente della S.C. Tecnico Patrimoniale “Ing. Gianluca Bandini”, con nota del 21.07.2022, acquisita agli atti della pratica, ha richiesto l’acquisto, tra l’altro, di Ecotomografi Multidisciplinari chiedendo di aderire “(...) *direttamente all’accordo quadro ECOTOMOGRIFI 2 (...) dal Lotto 2 della Samsung (2° classificata) perché più dotata di software più specifici per la radiologia*” e specificando che i fondi per l’acquisizione dei predetti sono stati previsti dal CONTRIBUTO CARIT “(...) *nella seconda parte del 2021 per completare la dotazione nell’ambito dei lavori per la Pneumologia e Malattie Infettive*”;

**Verificato**, da una approfondita analisi della documentazione relativa al Contributo Straordinario Carit 2021 di cui alle note prot. n. 70950/2021 e n. 76172/2021 – con cui è stata integralmente finanziata l’iniziativa denominata “*Implementazione tecnologica per il miglioramento dell’assistenza ai pazienti critici e chirurgici dell’azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni (di cui ai Progetti 1, 2 e 3)*” - che, nell’ambito del “*Progetto 1*”, era stato previsto l’acquisto di n. 1 Ecotomografo occorrente al completamento delle dotazioni della S.C. di Malattie Infettive;

**Che**, pertanto, con comunicazione mail del 01.08.2022, acquisita agli atti della pratica, è stato rappresentato al Dirigente della S.C. Tecnico Patrimoniale che la richiesta di acquisto sarebbe stata evasa per l’acquisizione di n. 1 Ecotomografo, conformemente a quanto previsto nel Finanziamento citato;

**Visto** il punto 2.3 della Guida all’Accordo Quadro “Ecotomografi 2” relativo alle “*Modalità operative per la scelta del Fornitore*”, il quale dispone che: “*l’Affidamento dell’Appalto Specifico da parte della singola Amministrazione in favore del Fornitore prescelto deve avvenire sulla base dei seguenti criteri*”:

- *Criterio di priorità del posizionamento nella graduatoria di merito, fino ad esaurimento del relativo quantitativo;*
- *In deroga al criterio 1) e fino ad esaurimento del relativo quantitativo, in base alle specifiche esigenze ai sensi dell’art 54, comma 4, lett a) del Codice, adeguatamente motivate e di seguito indicate: - specifiche esigenze cliniche legate a particolari configurazioni/funzionalità tecniche dell’ecotomografo o a tipologie di pazienti su cui è possibile eseguire esami; - tempistiche di consegna delle apparecchiature”;*

**Che**, pertanto, il Dirigente della S.C. Tecnico Patrimoniale “Ing. Gianluca Bandini”, con nota prot. n. 46261/2022, ha trasmesso specifica Relazione Tecnica ove ha segnalato che “(...) *la scelta dell’operatore secondo classificato (...) è giustificata dalla presenza delle seguenti caratteristiche tecniche nella configurazione base del secondo classificato, non presenti nella configurazione del prodotto primo in classifica, necessarie per soddisfare a pieno le necessità clinico-diagnostiche del Reparto di destinazione*”:

- *Software per la micro vascolarizzazione che consenta di enfatizzare i processi di neo angiogenesi anche precoci senza l’utilizzo del mezzo di contrasto*
- *Software per la visualizzazione tridimensionale del color doppler in real time per avere una stima dei gradienti pressori intravasali e individuazione di stenosi o fistole artero-venose*

- *Software di intelligenza artificiale e machine learning in grado di operare in ambiente mammario e tiroideo*
- *Monitor touch screen di grandi dimensioni da 14”.*

**Che**, stante l’urgenza di acquisire la fornitura in argomento, è stato emesso apposito ordinativo n. 6896455/2022, in adesione all’Accordo Quadro di cui alla Piattaforma CONSIP “Ecotomografi 2”, alla Ditta Samsung Electronics Italia Spa (II° classificata) per la fornitura di n. 1 Ecotomografo Multidisciplinare, per le motivazioni precisate nella Relazione Tecnica citata Dirigente della S.C. Tecnico Patrimoniale e alle condizioni economiche meglio riportate nell’**Allegato A**, che unito al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;

**Dato atto che** la proposta è coerente con il Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità;

**Considerato** che il Responsabile del Procedimento e il Dirigente della Struttura proponente attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, tale da pregiudicare l’esercizio imparziale delle funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto ed attestano l’insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n.241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett e) della Legge n. 190/2012 e l’insistenza delle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001;

**Dare atto** che l’importo della spesa è pari ad Euro 20.810,00 IVA esclusa (Euro 21.850,50 IVA compresa) e trova copertura finanziaria al CdR AZ20-9052 posizione finanziaria 30040010 - prenotazione fondi 200011657 – pos. 7;

Per quanto sopra esposto,

#### **SI PROPONE DI DELIBERARE**

**Di dare atto che**, per i motivi riportati in narrativa, è stato emesso ordinativo n. 6896455/2022, in adesione all’Accordo Quadro di cui alla Piattaforma CONSIP “Ecotomografi 2, alla Ditta Samsung Electronics Italia Spa (II° classificata) per la fornitura di n. 1 Ecotomografo Multidisciplinare, alle condizioni economiche riportate nell’Allegato A, che unito al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;

**Di rendicontare**, al fine di acquisire il contributo di che trattasi, l’acquisizione in oggetto alla Fondazione CARIT tramite il portale ROL, secondo le modalità previste dal Manuale di Rendicontazione e dalla Guida alla Rendicontazione;

**Dare atto** che l’importo della spesa è pari ad Euro 20.810,00 IVA esclusa (Euro 21.850,50 IVA compresa) e trova copertura finanziaria al CdR AZ20-9052 posizione finanziaria 30040010 - prenotazione fondi 200011657 – pos. 7;

**Di designare**, ai sensi della L. 241/90, quale Responsabile unico del procedimento la Dott.ssa Valentina Valentini – Collaboratore Professionale Amministrativo S.C. Direzione Economato e Provveditorato.

S.C. Direzione Economato e Provveditorato  
Il Dirigente  
Dott.ssa Cinzia Angione

**Oggetto:** Adesione Accordo Quadro Consip “Ecotomografi 2” per la fornitura di n. 1 Ecotomografo Multidisciplinare Lotto 2- Sub Lotto 1-B - Ordine Diretto di Acquisto N. 6896455/2022  
CIG: 9341548945

DITTA SAMSUNG ELECTRONICS S.P.A. Viale Toselli 9/A – Siena (SI)

OGGETTO DELL'ORDINE	QT	PREZZO UNITARIO (iva esclusa)	PREZZO OFFERTO (iva inclusa 5%)
Marca: Samsung Medison Nome commerciale: Ecotomografo Multidisciplinare Modello: RS85 Codice articolo Acc. Quadro: EC”_L2_SMG_EM Codice Cnd: Z11040104 Durata Garanzia: 12 mesi	1 (PEZZO)	€ 20.810,00	€ 21.850,50