

ALLEGATO H

Criteri di Valutazione							
Numero del criterio	Descrizione del criterio	Sub Criterio	Punteggio Massimo del Criterio	Punteggio Massimo del Sub Criterio	Tipo punteggio	Unità di Misura	Modalità di attribuzione del punteggio
1	Caratteristiche tecniche generali	Caratteristiche tecniche pompe roller in dotazione (es. possibilità di asservimento, di rotazione, interscambiabilità, possibilità flusso pulsato ecc.)	32	6	Discrezionale	ALLEGATO H	
		Caratteristiche tecniche pompe centrifuga in dotazione (es. possibilità di asservimento, volume di riempimento, ecc.)		5	Discrezionale		
		Miscelatore elettronico dei gas		2	Discrezionale		
		Occlusore elettronico per la regolazione controllata del flusso sanguigno arterioso/venoso		3	Discrezionale		
		Tipologia sistemi di sicurezza		5	Discrezionale		
		Modularità del sistema pompe (es. intercambiabilità e spostamento delle pompe)		3	Discrezionale		
		Durata batteria a pieno carico		4	qualitativo	minuti	(Vi-esimo / Vmax) * Pmax
		Tempi di accensione		2	qualitativo	secondi	(Vmin / Vi-esimo) * Pmax
		Allestimento ed ergonomia del sistema		2	Discrezionale		
2	Pannello di controllo	Numero canali di temperatura	14	2	Discrezionale	ALLEGATO H	
		Numero moduli di pressione		2	Discrezionale		
		Caratteristiche del sistema di controllo del livello		5	Discrezionale		
		Caratteristiche del sistema di rilevatore di bolle e sensori		5	Discrezionale		
		Possibilità di visualizzazione del tempo residuo di utilizzo del sistema con la batteria					
3	Sistema per raccolta e gestione dati	Intuitività e semplicità del sistema per raccolta e gestione dati e dell'interfaccia utente (caratteristiche pannello di controllo e del sistema di raccolta e gestione dati, ecc.)	4			ALLEGATO H	
		Gestione dei parametri rilevati		2	Discrezionale		
		Sistema allarmi		2	Discrezionale		
4	Prova tecnica pratica/clinica	Caratteristiche display	4			ALLEGATO H	
		Possibilità di integrazione con altri dispositivi e sistemi		2	Discrezionale		
		Visualizzazione, elaborazione e archiviazione dei dati		2	Discrezionale		
5	Manutenzione	Maggior numero di licenze per applicazioni, calcoli e preset per esami isteristici, vascolari, cardiologici	5	2	Discrezionale	ALLEGATO H	
		Ulteriori accessori offerti		2	Discrezionale		
		Prova tecnico-funzionale pratica, da eseguire presso la sede indicata per verificare le funzionalità reali dell'apparecchio offerto		5	5	Discrezionale	
6	Consegna	Descrizione del Servizio di assistenza tecnica full risk nel periodo di garanzia	3	3	Discrezionale	ALLEGATO H	
		Estensione del servizio di garanzia oltre la durata di 24 mesi		3	qualitativo	numero mesi	(Vi-esimo / Vmax) * Pmax
7	Formazione del personale	Tempi di consegna delle apparecchiature dalla data di aggiudicazione	2	2	qualitativo	Giorni solari	(Vmin / Vi-esimo) * Pmax
		Formazione del personale e training dedicato con presenza fisica di uno specialista, anche a seguito del collaudo di accettazione		3	qualitativo	Ore lavorative	(Vi-esimo / Vmax) * Pmax
TOT. PUNTI			70	70			