



S.C. Tecnico Patrimoniale e Ingegneria Clinica -

PEC: aospterni@postacert.umbria.it

| CRITERI DI NATURA QUALITATIVA – QUALITÀ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Punteggi | Tipo punteggio | Modalità di attribuzione del punteggio |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|----------------------------------------|
| <b>Gantry:</b> (Maggiori Dimensioni offerte, Ampia possibilità di variazione dei tempi di rotazione impostabili, telecamera per il calcolo automatico dell'isocentro del paziente con l'utilizzo dell'IA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8        | Discrezionale  |                                        |
| <b>Tavolo Porta Paziente:</b> caratteristiche migliorative: ampiezza, escursione longitudinale migliorativa rispetto alla richiesta di minima offerta, ampiezza escursione laterale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8        | Discrezionale  |                                        |
| Generatore di alta tensione e tubo radiogeno: caratteristiche migliorative rispetto ai requisiti minimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8        | Discrezionale  |                                        |
| Sistema di Scansione e acquisizione: caratteristiche migliorative rispetto ai requisiti minimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8        | Discrezionale  |                                        |
| Unità di elaborazione: caratteristiche migliorative rispetto ai requisiti minimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8        | Discrezionale  |                                        |
| Consolle di comando: caratteristiche migliorative rispetto ai requisiti minimi (velocità di ricostruzione delle immagini, memoria RAM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5        | Discrezionale  |                                        |
| Hardware e software di elaborazione: caratteristiche migliorative rispetto ai requisiti minimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5        | Discrezionale  |                                        |
| Descrizione del Servizio di assistenza tecnica full risk nel periodo di garanzia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4        | Discrezionale  |                                        |
| Estensione del servizio di garanzia oltre la durata di 24 mesi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5        | Qualitativo    | (Vi-esimo / Vmax) * Pmax               |
| Tempi di consegna migliorativi rispetto a quanto previsto nel capitolato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3        | Qualitativo    | (Vi-esimo / Vmax) * Pmax               |
| Formazione del personale e training dedicato con presenza fisica di uno specialist, anche a seguito del collaudo di accettazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3        | Qualitativo    | (Vi-esimo / Vmax) * Pmax               |
| Prova Visione: fornire alla commissione aggiudicatrice (su supporto DVD) le seguenti immagini da valutare:<br>-TC cranio senza mdc-immagini visualizzate in assiale, acquisite con spessore da 1/1,25mm,<br>-TC torace senza mdc: immagini visualizzate in assiale acquisite con spessore da 1/1,25mm,<br>-TC addome senza mdc-immagini visualizzate in assiale acquisite con spessore da 1/1,25 mm<br>-TC Cuore (CORONARO-CT)-acquisizione a 100KV-immagini da 0,4/1mm<br>-TC vascolare (Angio -TC) -Acquisizione a 100KV-immagini da 1mm | 15       | Discrezionale  |                                        |
| TOT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 80       |                |                                        |