

ALL. #

Criteri di Valutazione - Angiografo Monoplano						
Numero del criterio	Descrizione del criterio	Sub Criterio	Punteggio Massimo del Criterio	Punteggio Massimo del Sub Criterio	Unità di Misura	Modalità di attribuzione del punteggio
1	Caratteristiche Prestazionali	Potenza nominale massima del generatore	6	6	kW	(Vi-esimo / Vmax) * Pmax
		Detettore		4	qualitativo	Discrezionale
		Frequenza massima di acquisizione in grafia		4	frame/s	(Vi-esimo / Vmax) * Pmax
		Acquisizione delle immagini		4	qualitativo	Discrezionale
		Capacità termica anodica		4	MHU	(Vi-esimo / Vmax) * Pmax
		Dimensioni fuoco più piccolo		4	mm	(Vmin / Vi-esimo) * Pmax
2	Stativo	Distanza fuoco-detettore variabile	6	2	cm	(Vi-esimo / Vmax) * Pmax
		Ampiezza e continuità dei movimenti dello stativo (flessibilità geometrica e fluidità operativa)		4	qualitativo	Discrezionale
3	Caratteristiche generiche	Capacità massima del tavolo porta-paziente	18	2	kg	(Vi-esimo / Vmax) * Pmax
		Escursione longitudinale e laterale del tavolo		2	cm	(Vi-esimo / Vmax) * Pmax
		Console di comando		2	qualitativo	Discrezionale
		Workstation di post-processing		3	qualitativo	Discrezionale
		Caratteristiche funzionali ed ergonomiche del sistema		3	qualitativo	Discrezionale
		Caratteristiche migliorative del detettore(migliore area attiva del detettore)		3	qualitativo	Discrezionale
		Completezza e integrazione degli accessori di sistema		3	qualitativo	Discrezionale
		Software clinico (acquisizionitrazionali ad alta velocità,migliore visualizzazione degli stent,...)		6	qualitativo	Discrezionale
4	Pacchetto Software	Tecnologie automatiche di riduzione dose paziente/operatore	14	6	qualitativo	Discrezionale
		Soluzioni innovative, utilizzo di algoritmi di intelligenza artificiale		3	qualitativo	Discrezionale
		Servizio di assistenza tecnica full risk (tempi di intervento, copertura tubo e detettore, telemanutenzione, presenza territoriale)		5	qualitativo	Discrezionale
		Periodo di copertura full risk oltre i 12 mesi richiesti		6	qualitativo	Discrezionale
		Formazione e training dedicato con presenza fisica di application specialist post-colando (Valore i-esimo ≥ 8)		6	mesi	(Vi-esimo / Vmax) * Pmax
6	Formazione del personale	Formazione e training dedicato con presenza fisica di application specialist post-colando (Valore i-esimo ≥ 8)	80	4	Ore lavorative	(Vi-esimo / Vmax) * Pmax
		<b>TOT. PUNTI</b>		<b>80</b>		