

**AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA  
TERNI**

**OGGETTO: Procedura ristretta, ai sensi dell'art. 72, del D.Lgs 36/2023 e s.mi. per l'affidamento della fornitura di "Dispositivi medici destinati alla S.C. di Neurochirurgia", dell'Azienda Ospedaliera "S. Maria" di Terni suddivisa in 17 lotti - Identificativo di gara: 5628521**

**VERBALE DI GARA DEL 3 FEBBRAIO 2026**

In data 3 febbraio 2026, alle ore 9:00, presso gli Uffici amministrativi situati al 1° piano della Palazzina del Centro di Formazione dell'Azienda Ospedaliera S. Maria, sita in Terni, via T.di Joannuccio, è tornata a riunirsi, in seduta riservata, la Comm.ne giudicatrice nominata con deliberazione del Direttore Generale n. 840 del 31/12/2025, per procedere all'esame della documentazione tecnica presentata dalle Ditte ammesse a partecipare alla procedura in oggetto indicata.

Sono presenti:

- Presidente Dr. Carlo Conti - Direttore - S.C. di Neurochirurgia;
- Componente Dr. Granaroli Pierluigi - Dirigente Medico;
- Componente Dr. Ciampini Alessandro - Dirigente Medico.

Procede altresì alla verbalizzazione il Dott. Andrea Frutti – Collaboratore Amministrativo Prof.le.

Il Presidente, dichiara aperta la seduta e richiama i verbali del 11/12/2025 e del 09/01/2026 dai quali risulta che sono state ammesse a partecipare le Ditte di seguito indicate:

Ditta	Partita iva	Lotto di partecipazione
ASSUT EUROPE SPA	01262470667	1
HIGH TECH SCREW	05378701006	9,11,12
INNOVAZIONE E PROGETTI	12231501003	2,13,14
INTEGRA LIFESCIENCES ITALY SRL	09284460962	12
JOHNSON & JOHNSON	08082461008	1,15,16,17
LAMONEA SRL	01201040423	1
MEDTRONIC ITALIA	09238800156	2,3,4,7,12,13,14,15,16,17
NEUROMED SPA	07077990013	1,10,11,12
NEW TECH SRL	01009660422	6,9,11
OLINTO MARTELLI SRL	00389570482	11
Stryker Italia	06032681006	6,11,17
UBER ROS S.p.A.	01799221005	8

La Comm.ne dà atto del verbale del 12 gennaio 2026, relativo al soccorso istruttorio delle Ditte Stryker Italia e Assut Europe, che sono state ammesse alla valutazione dell'offerta tecnica e dal suddetto verbale si evince che viene altresì esclusa dal prosieguo della procedura la Ditta Saniter Bice Mariottini srl, in quanto, dalla documentazione trasmessa, non si evince che abbia operato una cessione d'azienda in favore della nuova società Saniter AB srl.

La Comm.ne procede all'esame della documentazione tecnica prodotta dalle Ditte sopra indicate e della relativa campionatura; dopodiché tenuto conto di quanto previsto nella *lex specialis* di gara,

attribuisce a ciascuna Ditta e a ciascun criterio, i relativi coefficienti e conseguenti punteggi per le motivazioni di seguito riportate come nelle allegate schede appositamente predisposte (**Allegato A**).

A conclusione dei lavori, la Commissione dà atto che risulta la situazione di seguito riepilogata:

#### **LOTTO 1**

<b>DITTE PARTECIPANTI</b>	<b>PUNTEGGIO TECNICO-QUALITATIVO</b>
JOHNSON & JOHNSON	70
NEUROMED SPA	70
ASSUT EUROPE SPA	23,60 non ammessa al prosieguo della gara
LAMONEA SRL	23,60 non ammessa al prosieguo della gara

#### **LOTTO 2**

<b>DITTE PARTECIPANTI</b>	<b>PUNTEGGIO TECNICO-QUALITATIVO</b>
INNOVAZIONE E PROGETTI	70
MEDTRONIC ITALIA SPA	70

#### **LOTTO 3**

<b>DITTE PARTECIPANTI</b>	<b>PUNTEGGIO TECNICO-QUALITATIVO</b>
MEDTRONIC ITALIA	70

#### **LOTTO 4**

<b>DITTE PARTECIPANTI</b>	<b>PUNTEGGIO TECNICO-QUALITATIVO</b>
MEDTRONIC ITALIA	70

#### **LOTTO 6**

<b>DITTE PARTECIPANTI</b>	<b>PUNTEGGIO TECNICO-QUALITATIVO</b>
NEW TECH SRL	35,60 non ammessa al prosieguo della gara
STRYKER ITALIA	62,80

#### **LOTTO 7**

<b>DITTE PARTECIPANTI</b>	<b>PUNTEGGIO TECNICO-QUALITATIVO</b>
MEDTRONIC ITALIA	70

**LOTTO 8**

<b>DITTE PARTECIPANTI</b>	<b>PUNTEGGIO TECNICO-QUALITATIVO</b>
UBER ROS S.p.A.	70

**LOTTO 9**

<b>DITTE PARTECIPANTI</b>	<b>PUNTEGGIO TECNICO-QUALITATIVO</b>
HIGH TECH SCREW	57
NEW TECH SRL	70

**LOTTO 10**

<b>DITTE PARTECIPANTI</b>	<b>PUNTEGGIO TECNICO-QUALITATIVO</b>
NEUROMED SPA	70

**LOTTO 11**

<b>DITTE PARTECIPANTI</b>	<b>PUNTEGGIO TECNICO-QUALITATIVO</b>
HIGH TECH SCREW	52,20
NEUROMED SPA	52,20
NEW TECH SRL	52,20
Stryker Italia	70
OLINTO MARTELLI SRL	52,20

**LOTTO 13**

<b>DITTE PARTECIPANTI</b>	<b>PUNTEGGIO TECNICO-QUALITATIVO</b>
INNOVAZIONE E PROGETTI	40
MEDTRONIC ITALIA	70

**LOTTO 14**

<b>DITTE PARTECIPANTI</b>	<b>PUNTEGGIO TECNICO-QUALITATIVO</b>
INNOVAZIONE E PROGETTI	40
MEDTRONIC ITALIA	70

**LOTTO 16**

<b>DITTE PARTECIPANTI</b>	<b>PUNTEGGIO TECNICO-QUALITATIVO</b>
JOHNSON & JOHNSON	70
MEDTRONIC ITALIA	62

**LOTTO 17**


<b>DITTE PARTECIPANTI</b>	<b>PUNTEGGIO TECNICO-QUALITATIVO</b>
JOHNSON & JOHNSON	62
MEDTRONIC ITALIA	62
Stryker Italia	70

Il Presidente dichiara chiusa la seduta e restituisce gli atti di gara alla S.C Economato e Provveditorato, per i conseguenti adempimenti.


Il Presidente dichiara che la Comm.ne tornerà a riunirsi a data da destinarsi, per procedere all'apertura digitale delle cartelle contenenti la documentazione economica trasmessa dalle citate Ditte.

Alle ore 12:30 il Presidente dichiara chiusa la seduta.


Presidente Dr. Carlo Conti, Direttore - S.C. di Neurochirurgia

  
.....


Componente Dr. Granaroli Pierluigi - Dirigente Medico

  
.....

Componente Dr. Ciampini Alessandro - Dirigente Medico

  
.....




Dott. Andrea Frutti - Segretario verbalizzante

  
.....

	CRITERI DI VALUTAZIONE	Regola di valutazione	PUNTEGGIO MAX	DITTA NEUROMED SPA	MOTIVAZIONE
<b>LOTTO 1 - CERA PER EMOSTASI DELL'OSSO</b> <b>PER CHIRURGIA IMPLANTARE PER LA GESTIONE DELLE EMORRAGIE:</b> - NON RIASSORBIBILE; - EMOSTASI DI TIPO MECCANICO; <b>MONOUSO STERILE IN CONFEZIONE SINGOLA</b>	Prova tecnico pratica sulla qualità della cera intesa come capacità di emostasi, e capacità di adesione all'osso	Discrezionale	30	coefficiente (1) punti 30	
	Plasmabilità	Discrezionale	28	coefficiente (1) punti 28	
	Valutazione della documentazione tecnica (completezza e chiarezza della scheda tecnica, delle informazioni sul corretto utilizzo)	Discrezionale	6	coefficiente (1) punti 6	
	Disponibilità alla consegna in urgenza nelle 48H attestata da dichiarazione d'impegno della ditta fornitrice	Discrezionale	3	coefficiente (1) punti 3	
	Disponibilità al reso di materiali prossimi alla scadenza, dichiarazione d'impegno della ditta	Discrezionale	3	coefficiente (1) punti 3	
<b>PUNTEGGIO TOTALE</b>			<b>70</b>	<b>70</b>	



	CRITERI DI VALUTAZIONE	Regola di valutazione	PUNTEGGIO MAX	DITTA JOHNSON & JOHNSON	MOTIVAZIONE
LOTTO 1 - CERA PER EMOSTASI DELL'OSSE  PER CHIRURGIA IMPLANTARE PER LA GESTIONE DELLE EMORRAGIE: - NON RIASSORBIBILE; - EMOSTASI DI TIPO MECCANICO;  MONOUSO STERILE IN CONFEZIONE SINGOLA	Prova tecnico pratica sulla qualità della cera intesa come capacità di emostasi, e capacità di adesione all'osso	Discrezionale	30	coefficiente (1) punti 30	
	Plasmabilità	Discrezionale	28	coefficiente (1) punti 28	
	Valutazione della documentazione tecnica (completezza e chiarezza della scheda tecnica, delle informazioni sul corretto utilizzo)	Discrezionale	6	coefficiente (1) punti 6	
	Disponibilità alla consegna in urgenza nelle 48H attestata da dichiarazione d'impegno della ditta fornitrice	Discrezionale	3	coefficiente (1) punti 3	
	Disponibilità al reso di materiali prossimi alla scadenza, dichiarazione d'impegno della ditta	Discrezionale	3	coefficiente (1) punti 3	
<b>PUNTEGGIO TOTALE</b>			<b>70</b>	<b>70</b>	


  
  


	CRITERI DI VALUTAZIONE	Regola di valutazione	PUNTEGGIO MAX	DITTA LAMONEA SRL	MOTIVAZIONE
<b>LOTTO 1 - CERA PER EMOSTASI DELL'OSSE</b>  <b>PER CHIRURGIA IMPLANTARE PER LA GESTIONE DELLE EMORRAGIE:</b> - NON RIASSORBIBILE; - EMOSTASI DI TIPO MECCANICO;  <b>MONOUSO STERILE IN CONFEZIONE SINGOLA</b>	Prova tecnico pratica sulla qualità della cera intesa come capacità di emostasi, e capacità di adesione all'osso	Discrezionale	30	coefficiente (0,2) punti 6	La cera non si lavora molto bene e rimane troppo dura
	Plasmabilità	Discrezionale	28	coefficiente (0,2) punti 5,6	Poca adesione all'osso
	Validazione della documentazione tecnica (completezza e chiarezza della scheda tecnica, delle informazioni sul corretto utilizzo)	Discrezionale	6	coefficiente (1) punti 6	
	Disponibilità alla consegna in urgenza nelle 48H attestata da dichiarazione d'impegno della ditta fornitrice	Discrezionale	3	coefficiente (1) punti 3	
	Disponibilità al reso di materiali prossimi alla scadenza, dichiarazione d'impegno della ditta	Discrezionale	3	coefficiente (1) punti 3	
<b>PUNTEGGIO TOTALE</b>			70	23,6	

NON AMMESSA AL PROSEGUGO DELLA PROCEDURA

CS - 19

	CRITERI DI VALUTAZIONE	Regola di valutazione	PUNTEGGIO MAX	DOTTA INNOVAZIONE E PROGETTI	MOTIVAZIONE
<b>LOTTO 2 - MATRICE ANTIADERENZIAL E IN GEL FLUIDO STERILE E RIASSORBIBILE ANTIFIBROSI POST- CHIRURGICA VERTEBRALE</b>	Adattabilità e maneggevolezza	Discrezionale	30	coefficiente (1) punti 30	
	Plasmabilità Pubblicazioni scientifiche, studi clinici che comprovano l'efficacia e la qualità del prodotto proposto, follow up	Discrezionale	28	coefficiente (1) punti 28	
	Validazione della documentazione tecnica (completezza e chiarezza della scheda tecnica, delle informazioni sul corretto utilizzo)	Discrezionale	6	coefficiente (1) punti 6	
	Disponibilità alla consegna in urgenza nelle 48H attestata da dichiarazione d'impegno della ditta fornitrice	Discrezionale	3	coefficiente (1) punti 3	
	Disponibilità al reso di materiali prossimi alla scadenza, dichiarazione d'impegno della ditta	Discrezionale	3	coefficiente (1) punti 3	
	<b>PUNTEGGIO TOTALE</b>			<b>70</b>	<b>70</b>



	CRITERI DI VALUTAZIONE	Regola di valutazione	PUNTEGGIO MAX	DI.TTA MEDTRONIC ITALIA	MOTIVAZIONE
<b>LOTTO 2 - MATRICE ANTIADERENZIAL E IN GEL FLUIDO STERILE E RIASSORBIBILE ANTI-FIBROSI POST- CHIRURGICA VERTEBRALE</b>	Adattabilità e maneggevolezza	Discrezionale	30	coefficiente (1) punti 30	
	Plasmabilità Pubblicazioni scientifiche, studi clinici che comprovano l'efficacia e la qualità del prodotto proposto, follow up	Discrezionale	28	coefficiente (1) punti 28	
	Valutazione della documentazione tecnica (completezza e chiarezza della scheda tecnica, delle informazioni sul corretto utilizzo)	Discrezionale	6	coefficiente (1) punti 6	
	Disponibilità alla consegna in urgenza nelle 48H attestata da dichiarazione d'impegno della ditta fornitrice	Discrezionale	3	coefficiente (1) punti 3	
	Disponibilità al reso di materiali prossimi alla scadenza, dichiarazione d'impegno della ditta	Discrezionale	3	coefficiente (1) punti 3	
<b>PUNTEGGIO TOTALE</b>			<b>70</b>	<b>70</b>	

BR

	CRITERI DI VALUTAZIONE	Regola di valutazione	PUNTEGGIO MAX	DITTA MEDTRONIC ITALIA	MOTIVAZIONE	
<b>LOTTO 3 - DERIVAZIONE SPINO PERTONALE TIPO SPETZELER</b>	Facile plasmabilità	Discrezionale	20	coefficiente (1) punti 20		
	Adattabilità e maneggevolezza	Discrezionale	20	coefficiente (1) punti 20		
	<b>DERIVAZIONE INTERNA SPINO-PERTONALE PER IDROCEFALOGRAMMI COMPATIBILE</b> Disponibili tre differenti range pressori: bassa, media e alta. L'intervallo di pressione è indicizzato in 10 mmHg a quanti fa elastomero di silicone impregnato di tantalio situato sul rivestimento della valvola. Valvola con 2 connettori integrati. <b>ADULTI E PEDIATRICHE STERILE MONOUSO</b>	Pubblicazioni scientifiche, studi clinici che comprovano l'efficacia e la qualità del prodotto proposto, follow up	Discrezionale	18	coefficiente (1) punti 18	
		Valutazione della documentazione tecnica (completezza e chiarezza della scheda tecnica, delle informazioni sul corretto utilizzo)	Discrezionale	6	coefficiente (1) punti 6	
		Disponibilità alla consegna in urgenza nelle 48H attestata da dichiarazione d'impegno della ditta fornitrice	Discrezionale	3	coefficiente (1) punti 3	
		Disponibilità al reso di materiali prossimi alla scadenza, dichiarazione d'impegno della ditta	Discrezionale	3	coefficiente (1) punti 3	
	<b>PUNTEGGIO TOTALE</b>			70	70	


	CRITERI DI VALUTAZIONE	Regola di valutazione	PUNTEGGIO MAX	DITTA MEDTRONIC	MOTIVAZIONE
<b>LOTTO 4 - CONNETTORI PER DERIVAZIONI LIQUORALI</b>  CONNETTORI A V. RETTI, ANGOLATI PER SOSTITUIRE O CONNETTIRE I SET DI DERIVAZIONE VENTRICOLO- PERITONEALE -RM COMPATIBILE, VARIETA' DI MISURE E FORNIE E DIMENSIONI.  Confessione singola STERILE MONOUSO	Compatibilità con sistemi di derivazione ventricolo e spino peritoneale	Discrezionale	20	coefficiente (1) punti 20	
	Praticità di utilizzo	Discrezionale	20	coefficiente (1) punti 20	
	Ampiezza della gamma	Discrezionale	18	coefficiente (1) punti 18	
	Valutazione della documentazione tecnica (completezza e chiarezza della scheda tecnica, delle informazioni sul corretto utilizzo )	Discrezionale	6	coefficiente (1) punti 6	
	Disponibilità alla consegna in urgenza nelle 48H attestata da dichiarazione d'impegno della ditta fornitrice	Discrezionale	3	coefficiente (1) punti 3	
	Disponibilità al reso di materiali prossimi alla scadenza, dichiarazione d'impegno della ditta	Discrezionale	3	coefficiente (1) punti 3	
	<b>PUNTEGGIO TOTALE</b>			<b>70</b>	<b>70</b>

GS

SS

AD

	CRITERI DI VALUTAZIONE	Regola di valutazione	PUNTEGGIO MAX	DITTA Stryker	MOTIVAZIONE
<b>LOTTO 6 - ACCESSORI MONOUSO PER DISSETTORE AD ULTRASUONI EMULSIONANTE DELL'OSSO</b>	Efficacia di demolizione dei tessuti	Discrezionale	20	coefficiente (1) punti 20	
	Facilità regolazioni e lettura apparecchiatura	Discrezionale	20	coefficiente (1) punti 20	
	Semplicità montaggio kir	Discrezionale	18	coefficiente (1) punti 18	
	Valutazione della documentazione tecnica (completezza e chiarezza della scheda tecnica, delle informazioni sul corretto utilizzo )	Discrezionale	6	coefficiente (1) punti 6	
	Disponibilità alla consegna in urgenza nelle 48H attestata da dichiarazione d'impegno della ditta fornitrice	Discrezionale	3	coefficiente (1) punti 3	
	Disponibilità al reso di materiali prossimi alla scadenza, dichiarazione d'impegno della ditta	Discrezionale	3	coefficiente (1) punti 3	
	<b>PUNTEGGIO TOTALE</b>			<b>70</b>	<b>70</b>

BR  
19/1

	CRITERI DI VALUTAZIONE	Regola di valutazione	PUNTEGGIO MAX	DITTA New Tech	MOTIVAZIONE
<b>LOTTO 6- ACCESSORI MONOUSO PER DISSETTORE AD ULTASUONI EMULSIONANTE DELL'OSSO</b>	Efficacia di demolizione dei tessuti	Discrezionale	20	coefficiente (0) punti 0	Poca efficacia nella demolizione dell'osso
	Facilità regolazioni e lettura apparecchiatura	Discrezionale	20	coefficiente (1) punti 20	
	Semplicità montaggio kit	Discrezionale	18	coefficiente (0,2) punti 3,6	Difficoltà nell'assemblaggio del Kit
	Valutazione della documentazione tecnica (completezza e chiarezza della scheda tecnica, delle informazioni sul corretto utilizzo )	Discrezionale	6	coefficiente (1) punti 6	
	Disponibilità alla consegna in urgenza nelle 48H attestata da dichiarazione d'impegno della ditta fornitrice	Discrezionale	3	coefficiente (1) punti 3	
	Disponibilità al reso di materiali prossimi alla scadenza, dichiarazione d'impegno della ditta	Discrezionale	3	coefficiente (1) punti 3	
<b>PUNTEGGIO TOTALE</b>			<b>70</b>	<b>35,6</b>	

NON AMMESSA AL PROSEGUGO DELLA PROCEDURA

	CRITERI DI VALUTAZIONE	Regola di valutazione	PUNTEGGIO MAX	DITTA MEDTRONIC	MOTIVAZIONE
LOTTO 7 - COAGULATORE ELETTROCHIRURG ICO BIPOLARE A RADIOFREQUENZ A ACCOPPIATA A SOLUZIONE SALLINA. GENERATORE FORNITO IN USO GRATUITO PER TUTTA LA DURATA DELLA FORNITURA. DURATA DELLA FORNITURA.	Pubblicazioni scientifiche, studi clinici, documentazione che comprovano l'efficacia e la qualità del prodotto proposto, efficacia emostatica e capacità di non adesione ai tessuti	Discrezionale	38	coefficiente (1) punti 38	
	Varietà di configurazioni e misure	Discrezionale	20	coefficiente (1) punti 20	
	Valutazione della documentazione tecnica (completezza e chiarezza della scheda tecnica, delle informazioni sul corretto utilizzo)	Discrezionale	6	coefficiente (1) punti 6	
	Disponibilità alla consegna in urgenza nelle 48H attestata da dichiarazione d'impegno della ditta fornitrice	Discrezionale	3	coefficiente (1) punti 3	
	Disponibilità al reso di materiali prossimi alla scadenza, dichiarazione d'impegno della ditta	Discrezionale	3	coefficiente (1) punti 3	
<b>PUNTEGGIO TOTALE</b>			<b>70</b>	<b>70</b>	

AS 19

	CRITERI DI VALUTAZIONE	Regola di valutazione	PUNTEGGIO MAX	DITTA UBER ROS S.p.A.	MOTIVAZIONE
<p>LOTTO 8 - KIT PER CHIRURGIA ENDOSCOPICA DELLA COLONNA CON ACCESSO TRANSFORAMINALE DEDICATO A JOIMAX COMPOSTO DA SET TUBI DI IRRIGAZIONE PER POMPA/ELETTRODI MONOUSO PER RADIOFREQUENZA BIPOLARE/FRESE ENDOSCOPICHE VARIE/SET TELERIA DEDICATO: SUB A - ELETTRODI MONOUSO PER RADIOFREQUENZA BIPOLARE; SUB B - SET DI CONNESSIONE PER POMPA DI IRRIGAZIONE; SUB C - KIT ACCESSO - Dispositivo per l'accesso transcutaneo allo spazio transforaminale</p> <p>FRESE DI SICUREZZA PER ABLAZIONE</p>	<p>Compatibilità con TESSYS in dotazione certificata (completezza e chiarezza della scheda tecnica, delle informazioni sul corretto utilizzo)</p>	<p>Discrezionale</p>	<p>50</p>	<p>coefficiente (1) punti 50</p>	
	<p>Assistenza post vendita (disponibilità alla consegna in urgenza nelle 48h anteaerea da dichiarazione d'impegno della ditta fornitrice, disponibilità al reso di materiali prossimi alla scadenza, dichiarazione d'impegno della ditta, assistenza tecnico-scientifica, garanzia anche su apparecchiatura in possesso, valutazione dell'organizzazione del servizio)</p>	<p>Discrezionale</p>	<p>20</p>	<p>coefficiente (1) punti 20</p>	
<p>PUNTEGGIO TOTALE</p>			<p>70</p>	<p>70</p>	

Handwritten signature and initials, possibly 'BA' and 'AG', located at the bottom right of the page.

	CRITERI DI VALUTAZIONE	Regola di valutazione	PUNTEGGIO MAX	DITTA HIGH TECH SCREW	MOTIVAZIONE	
<b>LOTTO 9 - SOSTITUTO DURALE DI COLLAGENE BOVINO DA TENDINE D'ACHILLE RIASSORBIBILE INCOLLABILE SENZA PUNTI DI SUTURA A MATRICE POROSA CON SUPERFICE LISCIA</b>	Rapidità di rigenerazione durale (documentata ed attestata)	Discrezionale	20	coefficiente (0,8) punti 16	6-8 settimane	
	Gamma di misure offerte	Discrezionale	15	coefficiente (0,4) punti 6	Solo 3 misure	
	MONOUSO STERILE. DIVERSE FORME DIVERSE MISURE CONFEZIONE SINGOLA Prodotto completamente biocompatibile ed atossico, privo di antigenità (tolerabilità essenziale) D'ACHILLE Ritrazione, impermeabilità, possibilità di utilizzo sia in chirurgia cranica che spinale, misure varie. Documentazione circa i trattamenti eseguiti per infezioni da microrganismi patogeni (virali, batterici, fungini, in particolare HIV, PRIONI, CJD, BGA, BSE).	Discrezionale	15	coefficiente (1) punti 15		
	Purezza del collagene (documentata e attestata)	Discrezionale	8	coefficiente (1) punti 8		
	Validazione della documentazione scientifica (completezza e chiarezza della scheda tecnica, delle informazioni sul corretto utilizzo)	Discrezionale	6	coefficiente (1) punti 6		
	Validazione della documentazione tecnica (completezza e chiarezza della scheda tecnica, delle informazioni sul corretto utilizzo)	Discrezionale	3	coefficiente (1) punti 3		
	Disponibilità alla consegna in urgenza nelle 48H attestata da dichiarazione d'impegno della ditta fornitrice	Discrezionale	3	coefficiente (1) punti 3		
	Disponibilità al reso di materiali prossimi alla scadenza, dichiarazione d'impegno della ditta	Discrezionale	3	coefficiente (1) punti 3		
	<b>PUNTEGGIO TOTALE</b>			<b>70</b>	<b>57</b>	

CS  
AG

	CRITERI DI VALUTAZIONE	Regola di valutazione	PUNTEGGIO MAX	DITTA NEUROMED SPA	MOTIVAZIONE	
<b>LOTTO 10 - RETI MALLEABILE PER RICOSTRUZIONE OSSEA</b>  RETI PRESAGONATE, POSIZIONABILI CON VITTO DOVE NON E' POSSIBILE SUTURABILI, RESISTENTI ALLA CORROSIONE, MODELLABILI FORNIRE IN COMODATO D'USO GRATUITO LO STRUMENTARIO DEDICATO MONOUSO, STERILE, DIVERSE FORME, DIVERSE CONFEZIONI SINGOLA	Facile plasmabilità	Discrezionale	15	coefficiente (1) punti 15		
	Adattabilità e maneggevolezza	Discrezionale	15	coefficiente (1) punti 15		
	Facilità di integrazione con eventuale placca e viti	Discrezionale	13	coefficiente (1) punti 13		
	Ergonomicità e maneggevolezza dello strumentario	Discrezionale	15	coefficiente (1) punti 15		
	Valutazione della documentazione tecnica (completezza e chiarezza della scheda tecnica, delle informazioni sul corretto utilizzo)	Discrezionale	6	coefficiente (1) punti 6		
	Disponibilità alla consegna in urgenza nelle 48H accertata da dichiarazione d'impegno della ditta fornitrice	Discrezionale	3	coefficiente (1) punti 3		
	Disponibilità al reso di materiali prossimi alla scadenza, dichiarazione d'impegno della ditta	Discrezionale	3	coefficiente (1) punti 3		
	<b>PUNTEGGIO TOTALE</b>			<b>70</b>	<b>70</b>	

  
 AGF

	CRITERI DI VALUTAZIONE	Regola di valutazione	PUNTEGGIO MAX	DITTA Stryker	MOTIVAZIONE
<b>LOTTO 11 - PINZE BIPOLARI MONOUSO NON IRRIGATE</b>  PINZE BIPOLARI A BAIONETTA MONOUSO LUNGHE 180MM CON PUNTE DA 0,5 MM A 1MM, COMPATIBILI CON APPARECCHIOMALIS IN DOTAZIONE	Connessione ottimale con apparecchiatura	Discrezionale	6	coefficiente (1) punti 6	
	Semplicità di montaggio	Discrezionale	6	coefficiente (1) punti 6	
	Praticità di utilizzo	Discrezionale	6	coefficiente (1) punti 6	
	Ampiezza di gamma	Discrezionale	6	coefficiente (1) punti 6	
	Disponibilità della versione standard e slim	Discrezionale	8	coefficiente (1) punti 8	
	Placcatura in argento della punta per riduzione calore	Discrezionale	6	coefficiente (1) punti 6	
	Maneggevolezza	Discrezionale	8	coefficiente (1) punti 8	
	Carvo integrato	Discrezionale	6	coefficiente (1) punti 6	
	Bilanciamento	Discrezionale	6	coefficiente (1) punti 6	
	Valutazione della documentazione tecnica (completezza e chiarezza della scheda tecnica, delle informazioni sul corretto utilizzo)	Discrezionale	6	coefficiente (1) punti 6	
	Disponibilità alla consegna in urgenza nelle 48H attestata da dichiarazione d'impegno della ditta fornitrice	Discrezionale	3	coefficiente (1) punti 3	
	Disponibilità al reso di materiali prossimi alla scadenza, dichiarazione d'impegno della ditta	Discrezionale	3	coefficiente (1) punti 3	
	<b>PUNTEGGIO TOTALE</b>			<b>70</b>	<b>70</b>

SP

GR




19

CB T2

	CRITERI DI VALUTAZIONE	Regola di valutazione	PUNTEGGIO MAX	DITTA OLINTO MARTELLI	MOTIVAZIONE
	Connessione ottimale con apparecchiatura	Discrezionale	6	coefficiente (1) punti 6	
	Semplicità di montaggio	Discrezionale	6	coefficiente (1) punti 6	
	Praticità di utilizzo	Discrezionale	6	coefficiente (0,4) punti 2,4	Poco pratica
	Ampiezza di gamma	Discrezionale	6	coefficiente (1) punti 6	
	Disponibilità della versione standard e slim	Discrezionale	8	coefficiente (1) punti 8	
	Placcatura in argento della punta per riduzione calore	Discrezionale	6	coefficiente (1) punti 6	
	Maneggevolezza	Discrezionale	8	coefficiente (0,2) punti 1,6	Poco maneggevole
	Cavo integrato	Discrezionale	6	coefficiente (1) punti 6	
	Bilanciamento	Discrezionale	6	coefficiente (0,2) punti 1,6	Poco bilanciata
	Valutazione della documentazione tecnica (completezza e chiarezza della scheda tecnica, delle informazioni sul corretto utilizzo)	Discrezionale	6	coefficiente (1) punti 6	
	Disponibilità alla consegna in urgenza nelle 48H attestata da dichiarazione d'impegno della ditta fornitrice	Discrezionale	3	coefficiente (1) punti 3	
	Disponibilità al reso di materiali prossimi alla scadenza, dichiarazione d'impegno della ditta	Discrezionale	3	coefficiente (1) punti 3	
	<b>PUNTEGGIO TOTALE</b>		<b>70</b>	<b>55,2</b>	

LOTTO 11 - PINZE BIPOLARI MONOUSO NON IRRIGATE  
 PINZE BIPOLARI A BANGNETTA MONOUSO NON IRRIGATE  
 LUNGHE 142/223 CM CON PUNTE DA 0,5/3/0,5/1 MM. APPARECCHIO MALIS IN DOTAZIONE

	CRITERI DI VALUTAZIONE	Regola di valutazione	PUNTEGGIO MAX	DITTA NEW TECH	MOTIVAZIONE
<b>LOTTO 11 - PINZE BIPOLARI MONOUSO NON IRRIGATE</b> PINZE BIPOLARI A BAGNETTA MONOUSO NON IRRIGATE CON LUNGHE 180/213 CM CON PUNTE DA 0,5 MM/1 MM. COMPATIBILI CON APPARECCHIO MALIS IN DOTAZIONE.	Connessione ottimale con apparecchiatura	Discrezionale	6	coefficiente (1) punti 6	
	Semplicità di montaggio	Discrezionale	6	coefficiente (1) punti 6	
	Praticità di utilizzo	Discrezionale	6	coefficiente (0,4) punti 2,4	Poco pratica
	Ampiezza di gamma	Discrezionale	6	coefficiente (1) punti 6	
	Disponibilità della versione standard e slim	Discrezionale	8	coefficiente (1) punti 8	
	Placcatura in argento della punta per riduzione calore	Discrezionale	6	coefficiente (1) punti 6	
	Maneggevolezza	Discrezionale	8	coefficiente (0,2) punti 1,6	Poco maneggevole
	Cavo integrato	Discrezionale	6	coefficiente (1) punti 6	
	Bilanciamento	Discrezionale	6	coefficiente (0,2) punti 1,6	Poco bilanciata
	Valutazione della documentazione tecnica (completezza e chiarezza della scheda tecnica, delle informazioni sul corretto utilizzo )	Discrezionale	6	coefficiente (1) punti 6	
	Disponibilità alla consegna in urgenza nelle 48H attestata da dichiarazione d'impegno della ditta fornitrice	Discrezionale	3	coefficiente (1) punti 3	
	Disponibilità al revo di materiali prossimi alla scadenza, dichiarazione d'impegno della ditta	Discrezionale	3	coefficiente (1) punti 3	
	<b>PUNTEGGIO TOTALE</b>			<b>70</b>	<b>55,2</b>

SA

CA

	CRITERI DI VALUTAZIONE	Regola di valutazione	PUNTEGGIO MAX	DITTA HIGH TECHSCREW	MOTIVAZIONE
	Connessione ottimale con apparecchiatura	Discrezionale	6	coefficiente (1) punti 6	
	Semplicità di montaggio	Discrezionale	6	coefficiente (1) punti 6	
	Praticità di utilizzo	Discrezionale	6	coefficiente (0,4) punti 2,4	Non pratica
	Ampiezza di gamma	Discrezionale	6	coefficiente (1) punti 6	
	Disponibilità della versione standard e slim	Discrezionale	8	coefficiente (1) punti 8	
	Placcatura in argento della punta per riduzione calore	Discrezionale	6	coefficiente (1) punti 6	
	Maneggevolezza	Discrezionale	8	coefficiente (0,2) punti 1,6	Non maneggevole
	Cavo integrato	Discrezionale	6	coefficiente (1) punti 6	
	Bilanciamento	Discrezionale	6	coefficiente (0,2) punti 1,6	Non ben bilanciata
	Valutazione della documentazione tecnica (completezza e chiarezza della scheda tecnica, delle informazioni sul corretto utilizzo)	Discrezionale	6	coefficiente (1) punti 6	
	Disponibilità alla consegna in urgenza nelle 48H attestata da dichiarazione d'impegno della ditta fornitrice	Discrezionale	3	coefficiente (1) punti 3	
	Disponibilità al reso di materiali prossimi alla scadenza, dichiarazione d'impegno della ditta	Discrezionale	3	coefficiente (1) punti 3	
	<b>PUNTEGGIO TOTALE</b>		<b>70</b>	<b>55,2</b>	


LOTTO 11 - PINZE BIPOLARI MONOUSO NON IRRIGATE  
 PINZE BIPOLARI A BAGNETTA MONOUSO NON IRRIGATE  
 LUNGHE 18/20/23 CM CON FUNTE DA 0,5 MM/1 MM, 1,5 MM/2 MM  
 APPARECCHIO MALIS IN DOTAZIONE

	CRITERI DI VALUTAZIONE	Regola di valutazione	PUNTEGGIO MAX	DITTA NEUROMED	MOTIVAZIONE
<b>LOTTO 11 - PINZE BIPOLARI MONOUSO NON IRRIGATE</b>  PINZE BIPOLARI BAONETTA MONOUSO NON IRRIGATE LUNGHE 80003 CM CON PUNTA COMBIBILI CON APPARECCHIO MALIS IN DOTAZIONE	Connessione ottimale con apparecchiatura	Discrezionale	6	coefficiente (1) punti 6	
	Semplicità di montaggio	Discrezionale	6	coefficiente (1) punti 6	
	Praticità di utilizzo	Discrezionale	6	coefficiente (0,4) punti 2,4	Poco pratica
	Ampiezza di gamma	Discrezionale	6	coefficiente (1) punti 6	
	Disponibilità della versione standard e slim	Discrezionale	8	coefficiente (1) punti 8	
	Placcatura in argento della punta per riduzione calore	Discrezionale	6	coefficiente (1) punti 6	
	Maneggevolezza	Discrezionale	8	coefficiente (0,2) punti 1,6	Poco maneggevole
	Cavo integrato	Discrezionale	6	coefficiente (1) punti 6	
	Bilanciamento	Discrezionale	6	coefficiente (0,2) punti 1,6	Poco bilanciata
	Valutazione della documentazione tecnica (completezza e chiarezza della scheda tecnica, delle informazioni sul corretto utilizzo)	Discrezionale	6	coefficiente (1) punti 6	
	Disponibilità alla consegna in urgenza nelle 48H attestata da dichiarazione d'impegno della ditta fornitrice	Discrezionale	3	coefficiente (1) punti 3	
	Disponibilità al reso di materiali prossimi alla scadenza, dichiarazione d'impegno della ditta	Discrezionale	3	coefficiente (1) punti 3	
	<b>PUNTEGGIO TOTALE</b>			<b>70</b>	<b>55,2</b>

W TR

19

		CRITERI DI VALUTAZIONE	Regola di valutazione	PUNTEGGIO MAX	DITTA MEDTRONIC ITALIA	MOTIVAZIONE
LOTTO 13 - AGO STERILE PER BIOPSIA NAVIGATA PER NEURONAVIGATORE MEDTRONIC	AGO PER BIOPSIA NAVIGATA COMPATIBILE CON NEURONAVIGATORE E MEDTRONIC IN DOTAZIONE	Compatibilità con NEURONAVIGATORE in dotazione certificata anche da Medtronic (completezza e chiarezza della scheda tecnica, delle informazioni sul corretto utilizzo)	Discrezionale	50	coefficiente (1) punti 50	
		Assistenza post vendita (disponibilità alla consegna in urgenza nelle 48H attestata da dichiarazione d'impegno della ditta fornitrice, assistenza tecnica per ditta anche su apparecchiatura in possesso, disponibilità al peso di materiali, assistenza d'impiego della ditta, assistenza tecnico-scientifica, valutazione dell'organizzazione del servizio)	Discrezionale	20	coefficiente (1) punti 20	
<b>PUNTEGGIO TOTALE</b>				<b>70</b>	<b>70</b>	

  
 19/

		CRITERI DI VALUTAZIONE	Regola di valutazione	PUNTEGGIO MAX	DITTA INNOVAZIONE E PROGETTI	MOTIVAZIONE
LOTTO 13 - AGO STERILE PER BIOPSIA NAVIGATA PER NEURONAVIGATORE MEDTRONIC	AGO PER BIOPSIA NAVIGATA COMPATIBILE CON NEURONAVIGATOR E MEDTRONIC IN DOTAZIONE	Compatibilità con NEURONAVIGATORE in dotazione certificata anche da Medtronic (completezza e chiarezza della scheda tecnica, delle informazioni sul corretto utilizzo)	Discrezionale	50	coefficiente (0,4) punti 20	Manca certificazione da parte di Medtronic
		Assistenza post vendita (disponibilità alla consegna in urgenza nelle 48H attestata da dichiarazione d'impegno della ditta fornitrice; assistenza tecnico-scientifica garantita anche su apparecchiatura in possesso, disponibilità al reso di materiali prossimi alla scadenza, dichiarazione d'impegno della ditta, assistenza tecnico-scientifica, validazione dell'organizzazione del servizio)	Discrezionale	20	coefficiente (1) punti 20	
<b>PUNTEGGIO TOTALE</b>				<b>70</b>	<b>40</b>	

W  
  





		CRITERI DI VALUTAZIONE	Regola di valutazione	PUNTEGGIO MAX	DITTA INNOVAZIONE E PROGETTI	MOTIVAZIONE
LOTTO 14 - PUNTATORE STERILE PER NAVIGAZIONE ELETTROMAGNETI CA PER NEURONAVIGATORE MEDTRONIC	PUNTATORE STERILE PER NAVIGAZIONE ELETTROMAGNETIC A	Compatibilità con NEURONAVIGATORE in dotazione certificata anche da Medtronic (completezza e chiarezza della scheda tecnica, delle informazioni sul corretto utilizzo)	Discrezionale	50	coefficiente (0,4) punti 20	Compatibilità non certificata da Medtronic
		Assistenza post vendita: punti max 20 (disponibilità alla consegna in urgenza e assistenza tecnica durante l'impiego della ditta fornitrice, disponibilità al servizio clienti, assistenza tecnica, disponibilità scientifica garantita anche su apparecchiatura in possesso, valutazione dell'organizzazione del servizio)	Discrezionale	20	coefficiente (1) punti 20	
<b>PUNTEGGIO TOTALE</b>				<b>70</b>	<b>40</b>	

GT

BR

BR

	CRITERI DI VALUTAZIONE	Regola di valutazione	PUNTEGGIO MAX	DITTA MEDTRONIC ITALIA	MOTIVAZIONE
<p>LOTTO 16 - SISTEMA DI STABILIZZAZIONE PERCUTANEA E OPEN DELLA COLONNA TORACO LOMBAR PER TRAUMI</p>	Ampiezza della gamma	Discrezionale	10	coefficiente (1) punti 10	
	Completezza, ergonomia, maneggevolezza, precisione, versatilità, caratteristiche dello strumentario da impianto (maggiore punteggio allo strumentario che presenta caratteristiche di forma e qualità tali da assicurare migliore ergonomia d'uso. Semplicità della tecnica chirurgica, facilità di utilizzazione e versatilità dello strumentario) gamma	Discrezionale	20	coefficiente (0,8) punti 16	Ottima ma non eccellente maneggevolezza
	Praticità inserimento mezzi di osteosintesi gamma	Discrezionale	20	coefficiente (0,8) punti 16	Ottima ma non eccellente maneggevolezza
	Publicazioni scientifiche, studi clinici che comprovano l'efficacia e la qualità del prodotto proposto, numero impianti effettuati e follow up (maggiore punteggio in base alla numerosità dei trials clinici prospettici...)	Discrezionale	16	coefficiente (1) punti 16	
	Valutazione della documentazione tecnica	Discrezionale	4	coefficiente (1) punti 4	
<b>PUNTEGGIO TOTALE</b>			<b>70</b>	<b>62</b>	

	CRITERI DI VALUTAZIONE	Regola di valutazione	PUNTEGGIO MAX	DITTA Stryker	MOTIVAZIONE
	Ampiezza della gamma	Discrezionale	10	coefficiente (1) punti 10	
	Viti fisse e poliasiali, viti da riduzione, viti illiche, uncini Testa della vite composta in titanio e cromo cobalto, così che ne aumenti la rigidità, limitando il rischio di allentamento della tenuta del dado sulla barra. Deve poter alloggiare indistintamente BARRE DA 5,5 E 6 di diametro. Viti con doppia filettatura. Dado di serraggio deve quadrata per facilitare il chirurgo nel corretto inserimento dello stesso nella tulip, correggendo un eventuale disallineamento fino a 9° Strumentario in uso gratuito completo di estensori Specialist in sala	Completezza , ergonomia, maneggevolezza, precisione, versatilità, caratteristiche dello strumentario da impianto (maggior punteggio allo strumentario che presenta caratteristiche di forma e qualità tali da assicurare migliore ergonomia d'uso. Semplicità della tecnica chirurgica, facilità di utilizzazione e versatilità dello strumentario) gamma  Praticità inserimento mezzi di osteosintesi gamma  Publicazioni scientifiche, studi clinici che comprovano l'efficacia e la qualità del prodotto proposto, numero impianti effettuati e follow up (maggior punteggio in base alla numerosità dei trials clinici prospettici...)	20	coefficiente (1) punti 20	
	LOTTO 17 - SISTEMA DI STABILIZZAZIONE IN TITANIO PER LA RIDUZIONE DELLE SPONDILOLISTESI CON BARRE ED UNCINI	Discrezionale	20	coefficiente (1) punti 20	
	Valutazione della documentazione tecnica	Discrezionale	4	coefficiente (1) punti 4	
<b>PUNTEGGIO TOTALE</b>			<b>70</b>	<b>70</b>	

	CRITERI DI VALUTAZIONE	Regola di valutazione	PUNTEGGIO MAX	DITTA JOHNSON & JOHNSON	MOTIVAZIONE
	Viti fisse e poliaassiali, viti da riduzione, viti fileate, uncini Testa della vite composta in titanio e cromo cobalto, così che ne aumenti la rigidità, limitando il rischio di allentamento della tenuta del dado sulla barra. Deve poter alloggiare indistintamente BARRE DA 5,5 E 6 di diametro. Viti con doppia filettatura. Dado di serraggio deve avere filettatura quadrata per facilitare il chirurgo nel corretto inserimento dello stesso nella tulip, correggendo un eventuale disallineamento fino a 90°	Ampiezza della gamma	10	coefficiente (1) punti 10	
LOTTO 17 - SISTEMA DI STABILIZZAZIONE IN TITANIO PER LA RIDUZIONE DELLE SPONDILOLISTESI CON BARRE ED UNCINI	Completezza, ergonomia, maneggevolezza, precisione, versatilità, caratteristiche dello strumentario da impianto (maggior punteggio allo strumentario che presenta caratteristiche di forma e qualità tali da assicurare migliore ergonomia d'uso. Semplicità della tecnica chirurgica, facilità di utilizzazione e versatilità dello strumentario) gamma	Discrezionale	20	coefficiente (0,8) punti 16	Ottima ma non eccellente la maneggevolezza
	Praticità inserimento mezzi di osteosintesi gamma	Discrezionale	20	coefficiente (0,8) punti 16	Ottima ma non eccellente la praticità di inserimento
	Pubblicazioni scientifiche, studi clinici che comprovano l'efficacia e la qualità del prodotto proposto, numero impianti effettuati e follow up (maggior punteggio in base alla numerosità dei trials clinici prospettici...)	Discrezionale	16	coefficiente (1) punti 16	
	Valutazione della documentazione tecnica	Discrezionale	4	coefficiente (1) punti 4	
	<b>PUNTEGGIO TOTALE</b>		<b>70</b>	<b>62</b>	

  
  
 19

	CRITERI DI VALUTAZIONE	Regola di valutazione	PUNTEGGIO MAX	DITTA MEDTRONIC	MOTIVAZIONE
<p>Viti fisse e poliaxiali, viti da riduzione, viti iliache, uncini</p> <p>Testa della vite composta in titanio e cromo cobalto, così che ne aumenti la rigidità, limitando il rischio di allentamento della tenuta del dado sulla barra. Deve poter alloggiare indistintamente BARRE DA 5,5 E 6 di diametro. Viti con doppia filettatura. Dado di serraggio deve avere filettatura quadrata per facilitare il chirurgo nel corretto inserimento dello stesso nella tulip, correggendo un eventuale disallineamento fino a 9°</p> <p>Strumentario in uso gratuito completo di estensori</p> <p>Specialisti in sala</p>	<p>Ampiezza della gamma</p>	Discrezionale	10	coefficiente (1) punti 10	
	<p>Completezza, ergonomia, precisione, versatilità, caratteristiche dello strumentario da impianto (maggior punteggio allo strumentario che presenta caratteristiche di forma e qualità tali da assicurare migliore ergonomia d'uso. Semplicità della tecnica chirurgica, facilità di utilizzazione e versatilità dello strumentario) gamma</p>	Discrezionale	20	coefficiente (0,8) punti 16	Ottima ma non eccellente la maneggevolezza
	<p>Praticità inserimento mezzi di osteosintesi gamma</p>	Discrezionale	20	coefficiente (0,8) punti 16	Ottima ma non eccellente la praticità di inserimento
	<p>Pubblificazioni scientifiche, studi clinici che comprovano l'efficacia e la qualità del prodotto proposto, numero impianti effettuati e follow up (maggior punteggio in base alla numerosità dei trials clinici prospettici...)</p>	Discrezionale	16	coefficiente (1) punti 16	
	Valutazione della documentazione tecnica	Discrezionale	4	coefficiente (1) punti 4	
<b>PUNTEGGIO TOTALE</b>			<b>70</b>	<b>62</b>	


  
 19